

**ESITO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO - INTEGRAZIONE  
(ai sensi dell'art.66 del D.Lgs 50/16) propedeutica all'indizione della procedura di gara per la  
"Fornitura di matrici sintetiche occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana"**

**Visto** l'esito della consultazione preliminare di mercato in oggetto pubblicato in data 05/07/2019;

**Preso** atto che per mero errore non sono state individuate alcune osservazioni (regolarmente pervenute entro il termine previsto del 31/05/2019) da parte della ditta Medica Vallengia spa;

Il Collegio Tecnico (nominato con Det. Estar n.1861 del 29/11/2017) prende atto delle osservazioni suddette, di seguito riepilogate:

### **Medica Vallengia spa**

LOTTO 2:

1: suggeriamo di aggiungere una voce contenente la descrizione di impianti per la prevenzione dell'ernia parastomale con posizionamento intraperitoneale come suggerito dalle linee guida. A tal proposito facendo riferimento all'eventualità dell'inserimento di un lotto aggiuntivo, avrebbe senso il requisito minimo b del lotto 2 (struttura 3D), in quanto la struttura tridimensionale andrebbe a proteggere l'angolo di erniazione tra il viscere e la parete.

2 il requisito minimo b andrebbe eliminato dai sottolotti a-b-d in quanto non congruo con le caratteristiche richieste.

3: nei requisiti migliorativi si suggerisce di estendere la voce 2 fino a 120 gr/m<sup>2</sup> per differenziare protesi light ed ultralight

4: nei requisiti migliorativi il punto 6 andrebbe tolto in quanto migliorativo nelle protesi con struttura a membrana e non a pori aperti.

5: nei requisiti minimi andrebbe inserito la voce a pori aperti in quanto la struttura a pori aperti consente una migliore integrazione tissutale e la riduzione dei fluidi come ad esempio il sieroma a differenza delle protesi a membrana.