

**Consultazione preliminare di mercato
per la Fornitura di Angiografi Monoplanari da
destinare alle AA.SS della Regione Toscana**

Oggetto della Gara

Descrizione

Sistema Angiografico monopolare utilizzabile nell'ambito di tutte le metodiche diagnostiche ed interventistiche angiografiche. In sistema angiografico monoplanare oggetto di gara dovrà garantire una modularità (moduli HD e SW presenti in un listino accreditato in gara) tale da poter assicurare una maggiore flessibilità nella sua configurazione finale a seconda delle esigenze delle AA.SS.. In particolare, a seconda delle configurazioni (HD e SW) scelte, potrà essere utilizzato per l'esecuzione di esami sia vascolari periferici che cardiologici.

Funzionalità

✓ Come da caratteristiche tecnico-funzionali allegate

Destinatari

AA.SS della Regione Toscana

Argomenti in discussione alla Consultazione (1/7)

1– possibilità di configurazione

Si richiedono indicazioni di massima circa la possibilità di aggiudicare in gara un singolo modello di apparecchiatura angiografica configurabile successivamente ad hoc con HD e SW, in base ai listini acquisiti in gara, a seconda della specialità (vascolare o cardiologica), successivamente preferita/opzionata dalle AA.SS. in base alle proprie esigenze aziendali.

Osservazioni:

Argomenti in discussione alla Consultazione (2/7)

2 – Eventuali aggiornamenti tecnologici detettori

Si richiedono indicazioni sullo stato dell'arte dei detettori attualmente in produzione installati sulle apparecchiature che la ditta intende offrire, soprattutto circa la possibilità che siano stati introdotti sul mercato nuovi detettori con caratteristiche superiori a quanto richiesto nelle specifiche tecnico funzionali in allegato.

Eventualmente si chiede di precisare le caratteristiche peculiari ed innovative, se esistono, rispetto ai precedenti modelli, soprattutto nell'ottica di miglioramento nell'effettuazione degli esami sia vascolari periferici che cardiologici

Osservazioni:

Argomenti in discussione alla Consultazione (3/7)

3 – *Nuovi software clinici*

Si richiedono indicazioni sullo stato dell'arte dei software clinici installati sulle apparecchiature che la ditta intende offrire, soprattutto circa la possibilità che siano stati introdotti sul mercato nuovi software con caratteristiche non richieste nelle specifiche tecnico funzionali in allegato. Eventualmente si chiede di precisare le caratteristiche peculiari ed innovative, se esistono, soprattutto nell'ottica di miglioramento nell'effettuazione degli esami sia vascolari periferici che cardiologici.

Osservazioni:

Argomenti in discussione alla Consultazione (4/7)

4 – Possibile configurazione di installazione

Si richiedono indicazioni di massima circa la possibilità di installazioni in configurazione sia a soffitto sia a pavimento per lo stesso modello di apparecchiatura che la ditta ha intenzione di offrire in gara.

Osservazioni:

Argomenti in discussione alla Consultazione (5/7)

5 – nuova Direttiva Euratom 2013/59

Si richiede se le apparecchiature che la ditta intende offrire sono rispondenti alla nuova direttiva Euratom 2013/59 soprattutto per quanto riguarda la gestione dei dati dosimetrici.

Osservazioni:

Argomenti in discussione alla Consultazione (6/7)

6 – Certificazione e compliance della gestione dei dati p

Si richiede se le apparecchiature che la ditta intende offrire siano conformi rispetto alla nuova Direttiva DM 745/2017 e le modalità implementate di aderenza al regolamento europeo n. 2016/679 (GDPR).

Osservazioni:

Argomenti in discussione alla Consultazione (7/7)

7 – eventuali osservazioni che la ditta intende proporre

Si richiede alle ditte interessate, alla luce anche delle specifiche tecnico-funzionali allegate, di formulare eventuali osservazioni/proposte, corredate, se del caso, da adeguata documentazione tecnica.

Osservazioni: