

B

## SISTEMA DI PROCESSAZIONE ED INCLUSIONE AUTOMATICA DI TESSUTI PER ISTOPATOLOGIA NEL SETTORE DELLA TRAPIANTOLOGIA

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- La processazione deve essere effettuata con tecnologia di fissazione dei tessuti ibrida: a microonde, tradizionale o combinata.
- Il ciclo di processazione deve essere rapido (durata media dei cicli: 2-4 ore, durata massima: 6 ore).
- Il sistema di inclusione in paraffina deve essere automatico.