

## SPECIFICHE TECNICHE

Oggetto della procedura sarà un service con relativo materiale di consumo per la fornitura di un sistema di colonscopia robotica per esami pan-colonscopici (biopsie, prelievi biotici ed eventuali polipectomie). Il sistema deve essere costituito da:

- Workstation trasportabile con monitor ad alta risoluzione;
- Software gestione, elaborazione ed archiviazione delle immagini;
- Sonda robotica monouso, dotata di canale operativo, telecamera ad alta risoluzione, sistema di illuminazione e possibilità di insufflare/ desufflare aria ed aspirare liquidi;

Sistema di avanzamento attraverso consolle di comando, capace di consentire la progressione della sonda senza spinta manuale e/o esterna e di adattarsi alla conformazione anatomica del colon.