



Johnson & Johnson

MEDICAL S.P.A.



Spettabile
ESTAR
VIA DI SAN SALVI, 12 - PALAZZINA 14
50135 - FIRENZE FI

Pratica di Mare, 13/11/2019

Prof. n. SC497517_2019 (Citare nelle comunicazioni)

OGGETTO: Avviso di consultazione preliminare di mercato (ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs n. 50/16) propedeutica alla predisposizione di un capitolato tecnico per la "Fornitura di protesi mammarie, altri dispositivi per la chirurgia della mammella ed espansori cutanei occorrenti alle Aziende Sanitarie della regione Toscana .

La Johnson & Johnson Medical S.p.A. con sede legale in Pratica di Mare - Via del Mare, 56 - 00071 Pomezia (RM) - N. Iscrizione Registro A.E.E. IT08020000000224, nella persona del Procuratore Annarita Ceccon, nata a Roma il 30/06/1969, domiciliato per la carica presso la Johnson & Johnson Medical S.p.A., in riferimento al Vs. Avviso di Consultazione preliminare di mercato,

Invia

Di seguito le proprie osservazioni alla bozza di capitolato e alla bozza parametri di valutazione:

- 1 Relativamente alla condizione di fornitura: "**Protesi di prova (sizer)** da fornire a titolo gratuito in abbinamento alle protesi del lotto", così descritta all'interno dei seguenti lotti: **1) voce sub 2), 2) voce sub 2), 3) voce sub 2) della bozza di capitolato** (All.1 – bozza descrizione lotti e specifiche tecniche prodotti), chiediamo cortesemente di voler prevedere un rapporto numerico in base al quale dovranno essere forniti i calibratori (sizers) rispetto alle protesi definitive acquistate (ad es. un sizer ogni n. protesi acquistate). A tale proposito, si evidenzia inoltre che in commercio esistono "Protesi di prova (sizer)" fornite già sterili ma risterilizzabili per un numero massimo di 10 volte (quindi pluriuso). In tale caso si propone che, ad esempio, la fornitura possa prevedere la disponibilità a concedere una protesi di prova (sizer) a titolo gratuito a fronte dell'acquisto, anche attraverso diversi ordini, di 5 protesi mammarie corrispondenti.
- 2 In riferimento al **lotto 5) voce sub. 1) della bozza di capitolato** (Allegato n.1 – bozza descrizione lotti e specifiche tecniche prodotti) avente quale descrizione "**Espansore mammario con valvola integrata, ect.**", si chiede a codesta Stazione Appaltante di specificare nella descrizione del lotto che gli "*espansori mammari possono essere offerti sia con alette e sia senza dotazione di alette di sutura (suture tabs) per l'eventuale fissaggio degli stessi*". Tale indicazione confermerebbe la possibilità di presentare in offerta ambedue le tipologie di prodotto così da garantire agli operatori una maggiore varietà di prodotti disponibili.
3. Nella **bozza di parametri di valutazione** (Allegato n.2) al **Lotto N.2 "Protesi mammarie rotonde testurizzate"** viene indicato tra gli altri il seguente parametro: 4) Punti di Reper. Ebbene tale caratteristica non appare connessa all'oggetto del lotto in questione in quanto i punti di reperi servono ad aiutare il chirurgo ad orientare correttamente il posizionamento dell'impianto facilitando il riconoscimento della base e il punto mediale dello stesso. Tuttavia, tale funzione si può rilevare importante nel posizionamento delle protesi mammarie anatomiche (oggetto del lotto n. 1 in relazione al quale tale parametro è correttamente previsto); mentre –

nel caso di specie – il lotto n. 2 ha ad oggetto protesi di forma rotonda che hanno solo un diametro ed una proiezione. Di conseguenza, una protesi mammaria rotonda – in virtù della sua conformazione - non può essere mal posizionata (sottosopra), e quindi non necessita di appositi punti di reperi. Pertanto, ad avviso della scrivente, il parametro 4) del Lotto N.2 deve essere eliminato in quanto non connesso all'oggetto del lotto ed il relativo punteggio ridistribuito tra gli altri parametri ivi previsti.

4. Sempre relativamente ai parametri di valutazione del **Lotto N.2 "Protesi mammarie rotonde testurizzate"** (Allegato n.2), notiamo che non è presente l' "Ampiezza di gradi di coesività di Gel" (come invece è previsto al **Lotto N.3 "Protesi mammarie rotonde lisce"**). Ebbene, per quanto a nostra conoscenza, esistano in commercio diverse protesi mammarie rotonde lisce che presentano diversi gradi di coesività del Gel. Pertanto, tale parametro di valutazione dovrebbe essere inserito anche al lotto 2 (magari, in sostituzione del parametro relativo alla presenza di punti di reperi oggetto dell'osservazione di cui al punto precedente), poichè - così come le protesi rotonde lisce - anche quelle rotonde testurizzate hanno tra le caratteristiche distintive (e quindi qualitativamente rilevanti) i gradi di coesività del gel.
5. Infine, si chiede che codesta Stazione Appaltante espliciti nella lex specialis di gara il divieto di offrire il medesimo prodotto in più lotti della procedura. In tal modo, infatti, si evita che a fronte della previsione di lotti aventi oggetto diverso e dunque destinati ad approvvigionare prodotti diversi per soddisfare esigenze cliniche diverse, ci si ritrovi ad acquistare il medesimo prodotto. Un tale effetto inoltre non consentirebbe o comunque limiterebbe fortemente la capacità di codesta Spett.le Stazione Appaltante di ottenere offerte su tutto il portafoglio prodotti disponibile da parte delle Ditte concorrenti.

In Fede