

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE*

N° 1384 del 30/09/2019

Pubblicata all'albo pretorio il 01/10/2019

**Il Dirigente
UOC DISPOSITIVI MEDICI SPECIALISTICI**

adotta il seguente atto avente ad oggetto:

Oggetto: APPALTO SPECIFICO NELL' AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA FORNITURA DI DM AFFERENTI CND A: CURETTA DERMATOLOGICA MONOUSO - ADATTATORE ENFIT - AGO ECOGENICO - DRENAGGIO MEDIASTINICO - SACCA PER LA PROTEZIONE DI SOSTANZE FOTOSENSIBILI - SISTEMA RICOSTITUZIONE FARMACI ANTIBLASTICI DA DESTINARE ALLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERO-UNIVERSITARIE DELLA REGIONE TOSCANA - AMMISSIONE DITTE

Dirigente: Racheli Donella

Responsabile del Procedimento: Barni Sabrina

Proposta di determina: 2545

Del: 30/09/2019

Hash documento proposta formato .pdf (SHA256):

38a3c6142d026bdefdde6979646f1c00dbd2e3d6b57277dbc2664d569a27ee14

Hash documento proposta formato .p7m (SHA256):

a0c054a6520727a540b5a6b01c10bf3a2dfd45f97a498ff0156f191f43421f96

Il Direttore dell'U.O.C. Dispositivi Medici Specialistici

Visto il Decreto Legislativo n. 502/92 e s.m.i. e la Legge Regionale n. 40 del 24/02/2005 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale, così come modificata dalle successive Leggi Regionali n.26/2014 e n. 86/2014;

Visto l'art. 100 e ss. della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i. di istituzione e funzionamento dell'Ente unico di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale (ESTAR) che, dal 1 Gennaio 2015, subentra ai tre ESTAV del SSR, con successione a titolo universale dei rapporti e riallocazione delle effettive risorse umane e strumentali;

Richiamata le deliberazioni del Direttore Generale

- n. 166/2015 con cui è stato adottato il Regolamento generale di organizzazione di ESTAR;
- n. 219/2015 con cui sono state assunte determinazioni concernenti l'assetto definitivo di organizzazione di ESTAR;
- n. 450 del 29/12/2017 avente ad oggetto: "Regolamento dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi" di ESTAR;
- n. 313/2018 di "Revisione del Regolamento generale di organizzazione di ESTAR";
- n. 374/2018 con cui si è proceduto al conferimento, con decorrenza 1 dicembre 2018, degli incarichi di direzione di Sezione territoriale, di Dipartimento, di Area e di Struttura complessa e la Deliberazione n. 378/2018 con cui sono stati conferiti, con pari decorrenza, gli incarichi di direzione di struttura semplice e gli incarichi dirigenziali professionali;
- n. 382/2018 avente ad oggetto "*Revisione Sistema deleghe dirigenziali*" con la quale, alla luce del nuovo assetto organizzativo, sono state conferite le deleghe dirigenziali con decorrenza 1 dicembre 2018";

Premesso che:

- con determina del Direttore di Dipartimento di ESTAR nr. 1226 del 04/09/2018, rettificata con determina nr. 1277 del 12/09/2019, è stata indetto un appalto specifico nell'ambito dello SDA per la fornitura di DM Vario Genere **CND A**: CURETTA DERMATOLOGICA MONOUSO - ADATTATORE ENFIT - AGO ECOGENICO - DRENAGGIO MEDIASTINICO - SACCA PER LA PROTEZIONE DI SOSTANZE FOTOSENSIBILI - SISTEMA RICOSTITUZIONE FARMACI ANTIBLASTICI da destinare alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere-Universitarie della Regione Toscana Gara n.7521316;
- con il medesimo atto si è provveduto ad approvare la documentazione di gara per la partecipazione degli operatori economici;

Preso atto che:

- entro il termine perentorio di presentazione delle offerte (ore 12:00 del 27/09/2019) sono pervenute le offerte telematiche a mezzo piattaforma START delle ditte AIESI HOSPITAL SERVICE sas, ARIES, CARDINAL HEALTH ITALY 509, CO.DI.SAN, FRESENIUS KABI ITALIA, COOK ITALIA, CAIR ITALIA, VIGEO, BOSTON SCIENTIFIC, FOGAL ed HOSMED;
- in data 30/09/2019 si è svolta la seduta riservata, trattandosi di gara interamente telematica, per l'apertura delle buste elettroniche contenenti la documentazione amministrativa presentata dalle ditte concorrenti, come risulta dal relativo verbale **allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che, come risulta dal sopracitato verbale, le ditte sono state ammesse con riserva al fine di verificare ulteriormente, in sedute riservate, tutta la documentazione amministrativa presentata, nonché di acquisire, eventualmente, attraverso la procedura del soccorso istruttorio descritta nel disciplinare, la documentazione ad integrazione ritenuta opportuna, ai sensi dell'art. 83 comma 9 D. Lgs 50/2016 nel rispetto dei principi di parità di trattamento e trasparenza;

Preso atto che non è stato necessario attivare la procedura del soccorso istruttorio;

Ritenuto, pertanto, a seguito di quanto sopra espresso di ammettere al prosieguo della procedura di cui trattasi le ditte partecipanti ovvero:

-) Lotto 1: AIESI HOSPITAL SERVICE, CO.DI.SAN., FOGAL e VIGEO
-) Lotto 2: BOSTON SCIENTIFIC, CAIR ITALIA, CARDINAL HEALTH 509 ITALY e FRESENIUS KABI ITALIA
-) Lotto 3: COOK ITALIA
-) Lotto 4: HOSMED
-) Lotto 5: ARIES

Verificato il compimento delle operazioni e considerati gli allegati uniti al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale e di seguito elencati:

- All. A Verbale del 30/09/2019 – seduta riservata amministrativa pagg. nr. 7 (il documento con le firme autografe si trova in atti);

Ritenuto di dotare il presente atto della immediata eseguibilità, ai sensi dell'art.42, comma 4, Legge Regionale nr. 40 del 24.02.2005, al fine di consentire lo svolgimento della seduta riservata di apertura della documentazione tecnica, nonché permettere in tempi brevi la verifica di congruità dei DM offerti da parte dell'Organo Tecnico;

Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/90, nella persona della Sig.ra Sabrina Barni, sottoscrivendo l'atto, attesta la completezza e la legittimità dell'istruttoria procedimentale di cui al presente atto e la relativa regolarità procedimentale;

Evidenziato, infine, che il Responsabile del Procedimento ed il Dirigente Proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiarano sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, che in relazione alla presente procedura di appalto non si trovano in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35bis del D.Lgs. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 6bis della L. 241/1990 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/2013.

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa che qui espressamente si richiama:

- 1) **di approvare** il verbale **allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente atto come riportato in narrativa;
- 2) **di ammettere** al prosieguo della procedura in oggetto le Ditte:
 -) Lotto 1: AIESI HOSPITAL SERVICE, CO.DI.SAN., FOGAL e VIGEO
 -) Lotto 2: BOSTON SCIENTIFIC, CAIR ITALIA, CARDINAL HEALTH 509 ITALY e FRESENIUS KABI ITALIA
 -) Lotto 3: COOK ITALIA
 -) Lotto 4: HOSMED
 -) Lotto 5: ARIES
- 3) **di allegare** al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale:
 - All. A - Verbale del 30/09/2019 – seduta riservata amministrativa pagg. nr. 7 (il documento con le firme autografe si trova in atti);
- 4) **di dichiarare** l'atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.42, comma 4, Legge Regionale n.40 del 24.02.2005, al fine di consentire lo svolgimento della seduta pubblica di apertura della documentazione tecnica, nonché permettere in tempi brevi la verifica di congruità dei DM offerti da parte dell'Organo Tecnico;
- 5) **di trasmettere** il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art.42 – comma 2 - L.R. n. 40/05 e s.m.i. e all'albo di pubblicità degli atti di questo ESTAR,

6) di dare atto che il presente provvedimento compresi gli atti allegati sarà pubblicato, ai sensi dell'art.29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, sul cruscotto SITAT nonché nel sistema di acquisti telematico – START nel settore relativo alla gara in oggetto.

Il Direttore
U.O.C. Dispositivi
Medici Specialistici
Dr.ssa Donella Racheli



**Area Divisione Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici
UOC Dispositivi Medici Specialistici**

Appalto Specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione per la Fornitura di DM afferenti CND A: CURETTA DERMATOLOGICA MONOUSO - ADATTATORE ENFIT - AGO ECOGENICO - DRENAGGIO MEDIASTINICO - SACCA PER LA PROTEZIONE DI SOSTANZE FOTOSENSIBILI - SISTEMA RICOSTITUZIONE FARMACI ANTIBLASTICI da destinare alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliero-Universitarie della Regione Toscana”.

**VERBALE NR. 1 SEDUTA RISERVATA
APERTURA PLICHI TELEMATICI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Il giorno **30 settembre 2019** alle ore **9.30** in Firenze, Via di San Salvi n.12, hanno inizio le operazioni della seduta riservata per lo svolgimento dell'Appalto Specifico in oggetto, in quanto si tratta di gara interamente telematica.

Sono presenti:

- Dr.ssa Donella Racheli che, in qualità di Direttore UOC Dispositivi Medici Specialistici di ESTAR, svolge funzioni di Presidente della seduta pubblica;
- Sig.ra Cinzia Malesci, dipendente di ESTAR – UOC Dispositivi Medici Specialistici, in qualità di segretario verbalizzante;
- D.ssa Cristina Cariello dipendente di ESTAR – UOC Dispositivi Medici , in qualità di componente.

Il Presidente dà atto e dichiara che:

con determina del Direttore di Dipartimento di ESTAR nr. 1226 del 04/09/2018, rettificata con determina nr. 1277 del 12/09/2019, è stata indetto un appalto specifico nell'ambito dello SDA per la fornitura di DM Vario Genere **CND A: CURETTA DERMATOLOGICA MONOUSO - ADATTATORE ENFIT - AGO ECOGENICO - DRENAGGIO MEDIASTINICO - SACCA PER LA PROTEZIONE DI SOSTANZE FOTOSENSIBILI - SISTEMA RICOSTITUZIONE FARMACI ANTIBLASTICI** da destinare alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliero-Universitarie della Regione Toscana” con i seguenti elementi caratterizzanti:

durata: lotto 1 – 2 – 3 e 6 36 mesi dalla stipula del contratto;

- durata lotto 4 e 5 24 mesi dalla stipula del contratto

- importo del quadro economico complessivo: € 665.613,40 al netto di IVA, comprensivo di tutte le integrazioni, estensioni e proroghe previste nei documenti di gara, così suddiviso:

lotto 1 € 62.434,80

lotto 2 € 80.811,00

lotto 3 € 402.669,20

lotto 4 € 48.256,00

lotto 5 € 53.812,40

lotto 6 € 17.630,00

- valore base d'asta lotto 1 € 45.684,00 oneri fiscali esclusi, con oneri di interferenza e costi della manodopera pari ad € 0,00;

- valore base d'asta lotto 2 € 59.130,00 oneri fiscali esclusi, con oneri di interferenza e costi della manodopera



pari ad € 0,00;

- valore base d'asta lotto 3 € 294.636,00 oneri fiscali esclusi, con oneri di interferenza e costi della manodopera

pari ad € 0,00;

- valore base d'asta lotto 4 € 33.280,00 oneri fiscali esclusi, con oneri di interferenza e costi della manodopera

pari ad € 0,00;

valore base d'asta lotto 5 € 37.112,00 oneri fiscali esclusi, con oneri di interferenza e costi della manodopera

pari ad € 0,00;

- valore base d'asta lotto 6 € 12.900,00 oneri fiscali esclusi, con oneri di interferenza e costi della manodopera

pari ad € 0,00.

Inoltre si da atto che

- L'aggiudicazione avverrà per singolo lotto intero;
- il criterio di aggiudicazione sarà quello a prezzo più basso;
- sono stati effettuati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicità del bando.
- La documentazione necessaria per la partecipazione alla gara di cui trattasi è stata messa a disposizione dei concorrenti sul sito <https://start.toscana.it/>, nonché presso la competente struttura UOC Dispositivi Medici, come indicato nella documentazione di gara.
- Come previsto nel disciplinare di gara, sul sito <https://start.toscana.it/>, si è provveduto a rispondere alle richieste di chiarimenti pervenute da parte delle ditte interessate - entro il termine stabilito nel Disciplinare stesso in merito alla procedura in oggetto, comunicando quanto sotto indicato :

1) Richiesta Chiarimento del 16 settembre 2019

“Codesta azienda può fornire quanto richiesto nel lotto 3 nella misura da 22G, compatibile con gli endoscopi Olympus, Fuji e Pentax.

L'ago da 25G per le sue caratteristiche di diametro risulta essere meno utilizzato, inoltre facciamo presente che questa misura identifica una sola azienda, pertanto per il principio della libera concorrenza, si chiede di rivedere la descrizione del lotto”.

Risposta: “si conferma la descrizione del lotto in quanto risultano più fornitori che possono offrire le misure indicate”.

2) Richiesta Chiarimento del 16 settembre 2019

“desideriamo informarvi che la scrivente può fornire quanto richiesto nel lotto 3 nella misura da 22G, compatibile con gli endoscopi Olympus, Fuji e Pentax.

Abbiamo la disponibilità a catalogo dei seguenti prodotti:

- ago ecogenico per aspirazione transbronchiale ecoendoscopica (TBNA-EBUS-FNA) da 22G compatibili con endoscopi ad ultrasuoni Olympus, Pentax e Fuji, compatibili con canali operativi da 2mm. Kit monouso sterili
- ago ecogenico per aspirazione transbronchiale ecoendoscopica (TBNA-EBUS-FNB) da 22G compatibili con endoscopi ad ultrasuoni Olympus, Pentax e Fuji, compatibili con canali operativi da 2mm. Kit monouso sterili

La misura da 22G è la più comunemente utilizzata.

L'ago da 25 G è più fine e fragile e per questo motivo molto poco utilizzato, ci risulta essere prodotto da una sola azienda.



Per garantire una più ampia partecipazione e conseguentemente una maggior concorrenza vi chiediamo di valutare l'opportunità di separare le due misure richieste 22G e 25G”.

Risposta: “si conferma la descrizione del lotto in quanto risultano più fornitori che possono offrire le misure indicate”

3)Richiesta chiarimento del 17/09/2019

In riferimento al Lotto n.2 “ADATTATORE ENFIT” si chiede cortesemente di precisare a quale tipo di raccordo l'adattatore si deve collegare

Risposta: con riferimento al quesito posto, l'adattatore che serve è per la connessione di tubi o siringhe Enfit ad una sonda ad imbuto o ad una sonda Enlock

Richiesta chiarimento del 17/09/2019

“con riferimento alla documentazione tecnica, si chiede conferma che certificazioni, quali ISO, CE e dichiarazione di conformità e letteratura scientifica, possano essere presentate in lingua inglese.

Risposta: Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta B, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Richiesta di chiarimento del 17/09/2019

“nel Capitolato_Tecnico Prestazionale per il lotto 1 vengono richiesti "VARI DIAMETRI (ALMENO MM. 3 - 4 - 7)”; avendo la nostra ditta soltanto curette da 4 e 7mm, ci potete dire se possiamo comunque partecipare alla gara?

Risposta: si conferma la descrizione del lotto n.1 pos.1vari diametri almeno mm.3-4-7”.

Richiesta del 18/09/2019

“tra la documentazione di gara è presente il Patto di Integrità. Si chiede se si deve restituire sottoscritto per accettazione.

Risposta: NO non deve essere restituita sottoscritta per accettazione. La risposta è data dal disciplinare art.12.1 "domanda di partecipazione":

la "domanda di partecipazione" è generata dal sistema telematico e contiene le dichiarazioni necessarie per la partecipazione all'appalto specifico quali l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme contenute nel bando di gara, nel nel capitolato e nei suoi allegati e nello schema di contratto e nel patto di integrità

Richiesta del 18/09/2019

“in considerazione della prossima scadenza ,si chiede conferma che per eventuali certificazioni presentate in lingua inglese, sia possibile presentare una traduzione semplice”.

Risposta:“è possibile presentare traduzione semplice”.

Richiesta del 18/09/2019





“Con riferimento alla Busta C offerta economica: si chiede conferma che la percentuale di sconto per dm stessa categoria merceologica richiesta nell'allegato C1, sia coincidente a quella richiesta al Punto n. 3 dell'art. 14”.

Risposta:” SI, si conferma”.

Richiesta del 19/09/2019

“con riferimento alla gara in oggetto, con la presente siamo a chiedere dove sono disponibili gli allegati citati nel disciplinare di gare da compilare ed allegare per l'invio della stessa”

Risposta: documenti della busta amministrativa sono presenti in "Richiesta invio documentazione" i documenti della busta tecnica sono presenti in ciascun lotto

Richiesta del 19/09/2019.

”A pag.10 del disciplinare di gara è indicato quanto segue: Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o se redatta in lingua straniera deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana”. Alla luce della mole di certificazioni da presentare e dal costo molto elevato, si chiede di poter presentare la documentazione /Dichiarazioni di conformità CE,Certificati ISO,Certificazioni CEI e simili)in lingua originale o in alternativa con traduzioni semplici, avvalorate da autocertificazione secondo il DPR 445/2000 e s.m.i.

Risposta:”Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta B, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice”.

Pubblicata il 16/09/2019 13:00

Domanda: buongiorno, visto il poco tempo a disposizione per preparare la gara, che era stata precedentemente annullata e poi riemessa, ma con la medesima data di scadenza, si chiede gentilmente di voler posticipare la data di scadenza di almeno 7/10 giorni

RISPOSTA Purtroppo, in questo caso, non possiamo accogliere la richiesta.

Pubblicata il 24/09/2019 10:05

Domanda Buonasera, in merito alla gara in oggetto siamo a richiedere se per il lotto 1 (CURETTE) si possano offrire prodotti equivalenti con manico interamente in acciaio e non in polipropilene.

RISPOSTA SI, si possono offrire

Pubblicata il 24/09/2019 10:15

Domanda Spett.le Ente,

relativamente il lotto 6 si richiede di specificare se tutte le voci si riferiscono ai sistemi CSTD con connessione dedicata non Luer Lock oppure se le voci sono relative a dispositivi a circuito chiuso con connessioni Luer Lock.

RISPOSTA Si specifica che trattasi di "Sistema completo per la ricostituzione di farmaci pericolosi e antiblastici con innesto rapido (diverso da LL tra valvola-voce b e perforatore) e privo di filtro aria".



Pubblicata il 24/09/2019 10:24

Domanda

Spett.le Azienda, in merito al Lotto 2, "Adattatore Enfit per accesso enterale", si richiedono indicazioni relative alle tipologie di raccordo presenti a ciascuna estremità dell'adattatore da Voi richiesto.

RISPOSTA: l'adattatore che serve è per la connessione di tubi o siringhe Enfit ad una sonda ad imbuto o ad una sonda Enlock.

Pubblicata il 24/09/2019 11:13

Domanda: Buongiorno, inviamo in allegato richiesta di chiarimenti relativa al lotto 6

LOTTO 6 Si chiede cortesemente di specificare quanto segue:

1. se il lotto descrive un sistema CSTD (Perforatori, sistema chiuso per la siringa, adattatore, spike sacca)
2. se il sistema prevede dei filtri comunicanti con l'esterno (interno fiala-ambiente);
3. se la connessione del sistema è ISO Luer Lock (altrimenti si chiede cortesemente di specificare il tipo);
4. se prevede un sistema di raccolta vapori (camera ad espansione o altro);
5. se il materiale del sistema deve essere esente da Policarbonato (incompatibilità Busulfano, Amsacrina et al.

RISPOSTA

Risposta:

Per le predette domande da n.1 a n.5 la risposta è Sistema completo per la ricostituzione di farmaci pericolosi e antiblastici con innesto rapido (diverso dal LL tra valvola-voce b e perforatore) e privo di filtro aria "

Domanda 6 posizione n.1 "Si chiede cortesemente di poter partecipare con codici diversi: uno per i flaconi da 13 mm e uno per i flaconi da 20 mm. Considerando che si tratta di dispositivi per la manipolazione di farmaci Pericolosi, è raccomandato che la ghiera dei dispositivi di questo subplotto si attacchi in modo stabile e quindi sicuro alla fiala evitandone la disconnessione volontaria".

Risposta "SI".

Domanda 7 posizione 2 "La descrizione di questo subplotto se si tratta di sistema ventilato, in base alle nostre conoscenze, identifica soltanto una azienda. Si richiede cortesemente di partecipare con una gamma di siringhe (da 2,5 a 60 ml) con dispositivo autosigillante pre-saldato". I vantaggi sono: dispositivo autosigillante più sicuro e non girevole sulla siringa che consente, al momento della disconnessione dello spike, di impugnare la siringa distalmente dal punto di connessione.

Inoltre, durante la fase di aspirazione del farmaco permette di disconnettere la siringa impugnandola dallo stantuffo garantendo un prelievo preciso.

Unico codice identificativo DM (siringa a dispositivo autosigillante) minor dispersione in camera sterile di particolato cartaceo rilasciato dopo l'apertura del blisters. In alternativa si chiede di riformulare il lotto.

Risposta "Si ribadisce quanto descritto".

Domanda 8 posizione 3 "Si chiede ulteriore descrizione del lotto al fine di offrire un dispositivo appropriato".

Domanda 9 posizione 4 "Si chiede ulteriore descrizione del lotto al fine di offrire un dispositivo appropriato".

Risposta a domanda 8 pos 3 e domanda 9 pos 4 ""Sistema completo per la ricostituzione di farmaci pericolosi e antiblastici con innesto rapido (diverso dal LL tra valvola-voce b e perforatore) e privo di filtro aria ".



Si dà quindi inizio alle operazioni di gara per l'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa della procedura di cui trattasi.

Il Presidente dà atto che entro il termine previsto dalla lettera di invito (ore 12:00 del giorno 27/09/2019) sono pervenute telematicamente sulla piattaforma START le seguenti offerte: AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S., ARIES, CARDINAL HEALTH ITALY 509, CO.DI.SAN, FRESENIUS KABI ITALIA, COOK ITALIA, CAIR ITALIA, VIGEO, BOSTON SCIENTIFIC, FOGAL ed HOSMED.

Ai fini dell'ammissione il Presidente rimanda ai requisiti previsti nel disciplinare di gare, di seguito riportati:

- **REQUISITI GENERALI:** Essere in regola con quanto disposto dall'art.80 del D.Lgs 50/2016
- **REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:** L'operatore Economico al fine della partecipazione alla presente procedura di gara, se cittadino italiano o di altro Stato membro residenti in Italia deve essere iscritto nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ovvero nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali

Il Presidente prima di procedere all'apertura dei plichi elettronici contenenti la documentazione amministrativa a mezzo della piattaforma START ricorda che, in caso di documentazione incompleta, ove possibile, si procederà a richiedere integrazioni e/o chiarimenti ai sensi del D.Lgs 50/2016.

Il Presidente ricorda l'istituto giuridico del "soccorso istruttorio" in tutti i casi specificati all'art. nr. 11 del disciplinare di gara, ai sensi dall'art.83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016.

Si procede all'apertura della busta elettronica contenente la Documentazione Amministrativa per verificare la regolarità formale della documentazione in essa contenuta.

Dalla verifica effettuata risulta che tutte le ditte hanno presentato la documentazione richiesta per i seguenti lotti:

-) Lotto 1: AIESI HOSPITAL SERVICE, CO.DI.SAN., FOGAL e VIGEO
-) Lotto 2: BOSTON SCIENTIFIC, CAIR ITALIA, CARDINAL HEALTH 509 ITALY e FRESENIUS KABI ITALIA
-) Lotto 3: COOK ITALIA
-) Lotto 4: HOSMED
-) Lotto 5: ARIES
-) Lotto 6: deserto

Dato atto che si procederà ad un ulteriore controllo approfondito sulla documentazione presentata e, fatte salve le eventuali integrazioni che si rendessero necessarie, risulta l'ammissione alla prosecuzione della gara delle ditte sopracitate.

L'ammissione delle Ditte sarà disposta con apposito atto che sarà partecipato alla Ditte partecipanti a mezzo piattaforma START e pubblicato nell'albo aziendale.

Il Presidente informa, infine, che trattandosi di gara interamente telematica, il seggio di gara procederà in seduta riservata all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

Alle ore 12:00 il Presidente chiude la seduta e rinvia le ulteriori operazioni di gara alla successiva seduta riservata di apertura della Documentazione Tecnica.





Il presente verbale di nr. 7 pagine, redatto in unico originale, viene acquisito agli atti della UOC Dispositivi Medici Specialistici – Area Divisione Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici - assieme a tutti i documenti elettronici pervenuti ed al loro contenuto.

Il Presidente

f.to D.ssa Donella Racheli

Il Segretario verbalizzante

f.to Sig.ra Cinzia Malesci

Componente

f.to Cristina Cariello

