

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DI AREA *

N° 1194 del 23/09/2020

Pubblicata all'albo pretorio il 24/09/2020

**Il Direttore di Area
AREA SERVIZI, BENI ECONOMICI E ARREDI**

adotta il seguente atto avente ad oggetto:

Oggetto: APPALTO SPECIFICO, NELL'AMBITO DEL SDA BENI ECONOMICI E BENI ECONOMICI AD USO SANITARIO, PER LA FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE MONOUSO NON STERILI. AGGIUDICAZIONE	
Struttura Proponente: UOC BENI ECONOMICI E ARREDI	
Direttore di area: Sabbatini Lucia	
Dirigente: Antonio Ricco'	
Responsabile del Procedimento: Antonio Ricco'	
Proposta di determina: 2150	Del: 18/09/2020
Hash documento proposta formato .pdf (SHA256): f682148a80a8661c475c36fb037a676935ab7072aea0e60ea584dd3b51244dd7	
Hash documento proposta formato .p7m (SHA256): 5aab40c946b93c53fd3362b8e8c228a481b6f91bfe8f699e4c3cec9d0e6ed088	

Il Direttore Area Divisione Servizi, Beni Economici e Arredi

Su proposta del Dott. Antonio Riccò, Direttore U.O.C. Beni Economici e Arredi, Dirigente proponente che, con riferimento alla procedura in oggetto, attesta la regolarità amministrativa e la legittimità degli atti ed in particolare:

Visto il Decreto Legislativo n. 502/92 e s.m.i. e la L.R.T. n. 40/2005 così come modificata dalle Leggi Regionali n. 26/2014 e n. 86/2014;

Visti:

- a) l'art 100 e ss della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i. di istituzione e funzionamento dell'Ente unico di Supporto Amministrativo Regionale (ESTAR) che, dal 01/01/2015, subentra ai tre ESTAV del SSR, con successione dei rapporti e riallocazione delle effettive risorse umane e strumentali;
- b) gli artt. 16 e 17 del D.Lgs 165/2001 che delineano le modalità con le quali la pubblica amministrazione attribuisce i compiti ai dirigenti attraverso la delega di funzioni;

Richiamate le seguenti deliberazioni del Direttore Generale di ESTAR:

- n. 267 del 11/07/2016 con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore di Area Divisione Servizi, Beni Economici e Arredi alla Dott.ssa Lucia Sabbatini;
- n. 450 del 28/12/2017 con la quale è stato adottato l'aggiornamento del Regolamento dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi di ESTAR;
- n. 37 del 01/02/2018 di presa d'atto del D.P.G.R. Toscana n. 18 del 30/01/2018 di nomina del nuovo Direttore Generale di ESTAR, Dott.ssa Monica Piovi;
- n. 45 del 09/02/2018 con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore Amministrativo di ESTAR al Dott. Daniele Testi;
- n. 313 del 4/10/2018 di "*Revisione del Regolamento generale di organizzazione di ESTAR*";
- n. 374 del 27/11/2018 con cui si è proceduto al conferimento, con decorrenza 1 dicembre 2018, degli incarichi di direzione di Sezione territoriale, di Dipartimento, di Area e di Struttura complessa e la Deliberazione;
- n. 378 del 29/11/2018 con cui sono stati conferiti, con pari decorrenza, gli incarichi di direzione di struttura semplice e gli incarichi dirigenziali professionali;
- n. 382 del 30/11/2018 avente ad oggetto "*Revisione Sistema deleghe dirigenziali*" con la quale, alla luce del nuovo assetto organizzativo, sono state conferite le deleghe dirigenziali con decorrenza 1 dicembre 2018;

Richiamata altresì la seguenti procedure applicate al seguente provvedimento:

- PA/2/2015 Rev 02 (Delibere di indizione – controlli ed attestazioni)
- PA/4/2016 Rev 01 (Nomina Commissioni Giudicatrici e Collegi Tecnici)
- PA/3/2017 (Determina di aggiudicazione – controlli ed attestazioni)

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 283 del 07/07/2020 con la quale veniva indetto, nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di Beni economici e beni economici ad uso sanitario, l'Appalto Specifico per la fornitura di mascherine chirurgiche monouso non sterili per le Aziende Sanitarie ed altri Enti del Servizio Sanitario della Regione Toscana, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo;

Preso atto che:

- in data 28/07/2020 alle ore 18.00 scadeva il termine per la presentazione delle offerte in modalità telematica;

- in data 29/07/2020 si è svolta la seduta riservata di apertura della documentazione amministrativa, come risulta dal apposito verbale, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto (All. n. 1);
- in data 31/07/2020 si è svolta la seduta pubblica in videoconferenza di apertura della documentazione tecnica ed economica, come risulta da apposito verbale, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto (All. n. 2);
- in data 15/09/2020 veniva formalizzata l'ammissione delle ditte partecipanti al prosieguo della gara, come risulta da apposito verbale allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto (All. n. 3);
- in data 18/09/2020, ESTAR recepisce la valutazione d'idoneità dei prodotti offerti da parte dell'Organismo Tecnico di Valutazione composto dall'Ing. Giuseppe Caccavelli, Dr.ssa Paola Mammoli, Dr.ssa Alessandra Iarussi, Dr. Alessandro Ligori, come risulta da apposito verbale allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto (All. n. 4);
- le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/conflicto di interessi, rese dall'OTV su apposita modulistica predisposta dalla UOC Audit e Compliance, sono correttamente compilate, datate, sottoscritte e corredate da valido documento di identità, agli atti;

Dato atto che, come risulta dal verbale d'idoneità, sono stati valutati idonei i prodotti offerti dai seguenti operatori economici:

Lotto 1: Mascherine chirurgiche con elastici - TIPO I
MEDIBERG S.R.L.

Lotto 2: Mascherina con elastici - TIPO IR
MEDIBERG S.R.L.

Lotto 3: Mascherine con elastici – Tipo II
MEDIBERG S.R.L.
FIAB SPA

Lotto 4: Mascherine con elastici - TIPO IIR
MEDIBERG S.R.L.
FIAB SPA
MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L.

Lotto 5: Mascherine con lacci - TIPO IIR
MEDIBERG S.R.L.

Considerato che

- A) per il Lotto 1, 3 e 4** nel disciplinare di gara all'art. 23 era stata prevista la stipula un Accordo Quadro con i primi 5 operatori economici classificati in graduatoria, ai quali verranno aggiudicati importi di fornitura percentuali stabilite;
- B) per il Lotto 2 e 5** nel disciplinare di gara all'art. 23 era stata prevista la stipula un Accordo Quadro con un solo operatore economico;

Preso atto che

- **per il Lotto 1: Mascherine chirurgiche con elastici - TIPO I**
è stata ritenuta idonea l'offerta della ditta MEDIBERG S.R.L. che si aggiudica il totale del Quadro Economico della fornitura;

- **per il Lotto 2: Mascherine chirurgiche con elastici - TIPO IR**
è stata ritenuta idonea l'offerta della ditta MEDIBERG srl che si aggiudica il totale del Quadro Economico della fornitura;
- **per il Lotto 3: Mascherine chirurgiche con elastici - TIPO II**
sono state ritenute idonee due offerte (MEDIBERG S.R.L. e FIAB SPA).
A seguito della redistribuzione delle quote percentuali non assegnate, si attribuiscono agli operatori aggiudicatari le seguenti percentuali di fornitura, come stabilito dall'art. 23 del disciplinare di gara:
1° graduato – Ditta MEDIBERG SRL - 57,14% del Quadro Economico della fornitura;
2° graduato – Ditta FIAB SPA - 42,86% del Quadro Economico della fornitura;
- **per il Lotto 4: Mascherine chirurgiche con elastici - TIPO IIR**
sono state ritenute idonee tre offerte (MEDIBERG S.R.L. e FIAB SPA MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L.).
A seguito della redistribuzione delle quote percentuali non assegnate, si attribuiscono agli operatori aggiudicatari le seguenti percentuali di fornitura, come stabilito dall'art. 23 del disciplinare di gara:
1° graduato – Ditta MEDIBERG SRL - 47,05% del Quadro Economico della fornitura;
2° graduato – Ditta FIAB SPA – 35,30% del Quadro Economico della fornitura;
3° graduato – Ditta MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L. - 17,65% del Quadro Economico della fornitura;
- **per il Lotto 5: Mascherine con lacci - TIPO IIR**
è stata ritenuta idonea l'offerta della ditta MEDIBERG srl che si aggiudica il totale del Quadro Economico della fornitura;

Considerato che la fornitura in aggiudicazione presenta le seguenti caratteristiche:

LOTTO 1: Mascherine chirurgiche con elastici - TIPO I

- durata: sei mesi
- oneri interferenziali per la sicurezza pari a € 0,00
- CIG: 8363956AD4
- fornitore: 1) MEDIBERG SRL
Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 78,2400 %
Prezzo unitario offerto: € 0,1088 i.e. come da scheda di dettaglio economico allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto (All. n. 5)
Importo aggiudicato: € 3.791.070,00 i.e. pari al 100,00% del Quadro Economico della fornitura

LOTTO 2: Mascherine chirurgiche con elastici - TIPO IR

- durata: sei mesi
- oneri interferenziali per la sicurezza pari a € 0,00
- CIG: 8363971736
- fornitore: MEDIBERG SRL
Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 78,2400 %
Prezzo unitario offerto: € 0,1088 i.e. come da scheda di dettaglio economico allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto (All. n. 6)
Importo aggiudicato: € 735.340,50 i.e.

LOTTO 3: Mascherine chirurgiche con elastici - TIPO II

- durata: sei mesi

- oneri interferenziali per la sicurezza pari a € 0,00
- CIG: 8363986398
- fornitori: 1) MEDIBERG SRL
Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 78,2400 %
Prezzo unitario offerto: € 0,1088 i.e. come da scheda di dettaglio economico allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto (All. n. 7)
Importo aggiudicato: € 1.920.632,5 i.e. pari al 57,14% del Quadro Economico della fornitura
- 2) FIAB SPA
Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 70,8000 %
Prezzo unitario offerto: € 0,1460 i.e. come da scheda di dettaglio economico allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto (All. n. 8)
Importo aggiudicato: € 1.440.642,47 i.e. pari al 42,86% del Quadro Economico della fornitura

LOTTO 4: Mascherine chirurgiche con elastici - TIPO II

- durata: sei mesi
- oneri interferenziali per la sicurezza pari a € 0,00
- CIG: 8364000F22
- fornitori: 1) MEDIBERG SRL
Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 78,2400 %
Prezzo unitario offerto: € 0,1088 i.e. come da scheda di dettaglio economico allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto (All. n. 9)
Importo aggiudicato: € 3.287.030,63 i.e. pari al 47,05% del Quadro Economico della fornitura
- 2) FIAB SPA
Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 70,8000 %
Prezzo unitario offerto: € 0,1460 i.e. come da scheda di dettaglio economico allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto (All. n. 10)
Importo aggiudicato: € 2.466.146,25 i.e. pari al 35,30% del Quadro Economico della fornitura
- 3) MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L.
Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 64,0000 %
Prezzo unitario offerto: € 0,1800 i.e. come da scheda di dettaglio economico allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto (All. n. 11)
Importo aggiudicato: € 1.233.073,13 i.e. pari al 17,65% del Quadro Economico della fornitura

LOTTO 5: Mascherine chirurgiche con lacci - TIPO IIR

- durata: sei mesi
- oneri interferenziali per la sicurezza pari a € 0,00
- CIG: 8364034B32
- fornitore: MEDIBERG SRL
Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 72,4000 %
Prezzo unitario offerto: € 0,1380 i.e. come da scheda di dettaglio economico allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto (All. n. 12)
Importo aggiudicato: € 483,750,00 i.e.

Ritenuto, per quanto sopra, di dar luogo con il presente atto all'aggiudicazione della fornitura del Mascherine chirurgiche monouso non sterili per le Aziende Sanitarie ed altri Enti del Servizio Sanitario della Regione Toscana nei termini sopra indicati;

Evidenziato che l'affidamento dei cui al presente provvedimento prevede la stipula di Accordi Quadro dai quale non derivano obbligazioni contrattuali ma solo la regolamentazione dei futuri affidamenti e, pertanto, ciascun Ente aderente provvederà ad indicare nei propri atti le forme di finanziamento e a comunicare o a richiedere le necessarie autorizzazioni regionali;

Atteso che gli Enti interessati gestiranno il rapporto contrattuale con le modalità ed alle condizioni normative previste dal Capitolato normativo (allegato al Disciplinare di gara), con decorrenza dalla data di inizio effettivo della fornitura, documentata dal verbale di avvio sottoscritto dal Responsabile dell'esecuzione del contratto e dall'aggiudicatario;

Ricordato che la PA 7/2017 del 31/07/2017 al punto 8) prevede che in caso di Accordo Quadro/Convenzione, in ragione della specifica natura contrattuale, non è necessaria l'acquisizione della copertura economica aziendale;

Preso atto che i "CIG DERIVATI", della procedura in argomento, da riportare nei pagamenti relativi all'esecuzione dei rispettivi contratti, verranno acquisiti a cura del RES individuato da ESTAR;

Ritenuto di dotare il presente atto della immediata eseguibilità, stante la necessità di procedere in tempi brevi all'acquisizione delle mascherine chirurgiche che dovranno implementare le quantità destinate agli operatori sanitari delle Aziende Sanitarie ed altri Enti della Regione Toscana per far fronte all'emergenza sanitaria Covid 19;

Vista la sopra menzionata documentazione, conservata agli atti, dell'UOC. Acquisizioni Economiche ed Arredi del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi;

Considerato che il Responsabile del Procedimento, nominato ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, delle Linee Guida ANAC n. 3/2016 e dell'art. 4 dell'art. 4 del DPRGT n. 3/R/2014 è il dott. Antonio Riccò dell'U.O.C. Beni economici e arredi, che attesta la completezza e la legittimità della istruttoria procedimentale di cui al presente atto e la relativa regolarità procedurale;

Considerato altresì che la Dott.ssa Lucia Sabbatini, Direttore di Area Divisione Servizi Beni Economici e Arredi, attesta che la procedura di cui alla presente proposta è coerente con le linee strategiche dell'Ente, e:

- c) persegue un livello di aggregazione regionale;
- d) non produce duplicazioni o frazionamenti artificiosi di rapporti contrattuali a livello regionale;
- e) non si sovrappone ad analoghe iniziative della Consip SpA o di altri soggetti aggregatori che, in base ai parametri tecnico economici della fornitura evidenziati in sede istruttoria tecnica, potrebbero efficacemente rispondere alle esigenze perseguite con la presente indizione;
- f) è conforme con gli obiettivi di performance del Dipartimento;

Evidenziato, infine, che il Responsabile del Procedimento, il Dirigente Proponente nonché il Direttore di Area/Capo Dipartimento con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto dichiarano, sotto la propria responsabilità ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che in relazione alla presente procedura di appalto non si trovano in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35bis del D. Lgs. 165/2001 né sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs n. 50/2016;

Visto il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50;

Con il parere di conformità della U.O.C. Audit e Compliance, ai sensi delle procedure interne (PA/03/2017);

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in narrativa che qui espressamente si richiama:

- 1) di approvare le risultanze di gara, così come formalizzate nei seguenti verbali:
 - Verbale del 29/07/2020 di apertura della documentazione amministrativa, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto (All. n. 1);
 - Verbale del 31/07/2020 di apertura della documentazione tecnica ed economica, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, (All. n. 2)
 - Verbale del 15/09/2020 di ammissione delle ditte partecipanti al prosieguo della gara, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto (All. n. 3);
 - Verbale del 18/09/2020 di idoneità dei prodotti offerti, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto (All. n. 4)

- 2) di disporre la graduatoria ai sensi dell'art. 95, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016 come specificato in narrativa e di aggiudicare l'Appalto Specifico per la fornitura di mascherine chirurgiche monouso non sterili per le Aziende Sanitarie ed altri Enti del Servizio Sanitario della Regione Toscana così come di seguito indicato:

LOTTO 1: Mascherine chirurgiche con elastici - TIPO I

- durata: sei mesi
- oneri interferenziali per la sicurezza pari a € 0,00
- CIG: 8363956AD4
- fornitore: 1) MEDIBERG SRL
 - Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 78,2400 %
 - Prezzo unitario offerto: € 0,1088 i.e. come da scheda di dettaglio economico allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto (All. n. 5)
 - Importo aggiudicato: € 3.791.070,00 i.e. pari al 100,00% del Quadro Economico della fornitura

LOTTO 2: Mascherine chirurgiche con elastici - TIPO IR

- durata: sei mesi
- oneri interferenziali per la sicurezza pari a € 0,00
- CIG: 8363971736
- fornitore: MEDIBERG SRL
 - Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 78,2400 %
 - Prezzo unitario offerto: € 0,1088 i.e. come da scheda di dettaglio economico allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto (All. n. 6)
 - Importo aggiudicato: € 735.340,50 i.e.

LOTTO 3: Mascherine chirurgiche con elastici - TIPO II

- durata: sei mesi
- oneri interferenziali per la sicurezza pari a € 0,00

- CIG: 8363986398
- fornitori: 1) MEDIBERG SRL
 - Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 78,2400 %
 - Prezzo unitario offerto: € 0,1088 i.e. come da scheda di dettaglio economico allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto (All. n. 7)
 - Importo aggiudicato: € 1.920.632,5 i.e. pari al 57,14% del Quadro Economico della fornitura
- 3) FIAB SPA
 - Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 70,8000 %
 - Prezzo unitario offerto: € 0,1460 i.e. come da scheda di dettaglio economico allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto (All. n. 8)
 - Importo aggiudicato: € 1.440.642,47 i.e. pari al 42,86% del Quadro Economico della fornitura

LOTTO 4: Mascherine chirurgiche con elastici - TIPO II

- durata: sei mesi
- oneri interferenziali per la sicurezza pari a € 0,00
- CIG: 8364000F22
- fornitori: 1) MEDIBERG SRL
 - Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 78,2400 %
 - Prezzo unitario offerto: € 0,1088 i.e. come da scheda di dettaglio economico allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto (All. n. 9)
 - Importo aggiudicato: € 3.287.030,63 i.e. pari al 47,05% del Quadro Economico della fornitura
- 3) FIAB SPA
 - Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 70,8000 %
 - Prezzo unitario offerto: € 0,1460 i.e. come da scheda di dettaglio economico allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto (All. n. 10)
 - Importo aggiudicato: € 2.466.146,25 i.e. pari al 35,30% del Quadro Economico della fornitura
- 3) MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L.
 - Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 64,0000 %
 - Prezzo unitario offerto: € 0,1800 i.e. come da scheda di dettaglio economico allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto (All. n. 11)
 - Importo aggiudicato: € 1.233.073,13 i.e. pari al 17,65% del Quadro Economico della fornitura

LOTTO 5: Mascherine chirurgiche con lacci - TIPO IIR

- durata: sei mesi
- oneri interferenziali per la sicurezza pari a € 0,00
- CIG: 8364034B32
- fornitore: MEDIBERG SRL
 - Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 72,4000 %
 - Prezzo unitario offerto: € 0,1380 i.e. come da scheda di dettaglio economico allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto (All. n. 12)
 - Importo aggiudicato: € 483,750,00 i.e.

- 3) di autorizzare l'esecuzione anticipata della Convenzione per le motivazioni espresse in narrativa, salvo procedere all'annullamento della medesima qualora, in esito ai controlli di legge, venga rilevata l'insussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 80 D. Lgs. 50/2016;
- 4) di sottoscrivere con gli operatori economici aggiudicatari, esperiti i controlli previsti dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Accordi Quadro nella forma pubblica amministrativa, stabilendo che la fornitura avrà durata di sei mesi a decorrere dalla data di stipula dello stesso, come previsto dal Capitolato normativo;
- 5) di dare atto che il Responsabile di esecuzione del contratto (RES) è la Dott.ssa Daniela Meacci che acquisirà i CIG derivati relativi alla presente fornitura;
- 6) di dare atto che le spese sostenute per la pubblicazione del bando dello SDA sulla GURI, saranno rimborsate dagli aggiudicatari in misura proporzionale all'importo dell'Accordo quadro, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, alla Stazione Appaltante, ai sensi del combinato disposto art. 73 e art 216 comma 11 del D. Lgs 50/2016;
- 7) di dare mandato all'U.O.C. Beni economici e arredi del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi, di partecipare il presente provvedimento ai contraenti ed agli Enti interessati destinatari della fornitura per gli adempimenti di conseguenza;
- 8) di conservare gli atti relativi alla presente procedura presso l'UOC. Beni economici ed arredi del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento compresi gli atti allegati sarà pubblicato nel sistema di acquisti telematici di START nel settore relativo alla gara in oggetto e, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, sul sito WEB dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e Gare;
- 10) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 42, comma 4, Legge Regionale n. 40 del 24.02.2005 e s.m.i., vista l'urgenza di garantire la suddetta fornitura;
- 11) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, Legge Regionale n. 40 del 24/02/2005 e all'albo di pubblicità degli atti di questo ESTAR.

Il Dirigente
U.O.C. Beni Economici e Arredi
Dr. Antonio Riccò

Il Direttore
Area Divisione Servizi Beni Economici Arredi
Dr.ssa Lucia Sabbatini

VERBALE del 29/07/2020 - apertura documentazione amministrativa

Il giorno 29 luglio 2020 alle h. 15.51 ca. presso gli uffici di Estar all'interno del P.O. Versilia - Via Aurelia, 335 Lido di Camaiore - si sono riuniti in seduta privata i sottoindicati Funzionari:

Dr. Antonio Ricco'
Dssa Silvia Silicani

Dirigente Amm.vo
Coll. Amm.

Presidente seggio di gara
Segretario verbalizzante

P R E M E S S O

che con Delibera del Direttore Generale ESTAR n. 283 del 07/07/2020 veniva indetto, nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di Beni economici e beni economici ad uso sanitario, l'Appalto Specifico per la fornitura di mascherine chirurgiche monouso non sterili per le Aziende Sanitarie ed altri Enti del Servizio Sanitario della Regione Toscana, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo.

tutto ciò premesso

Il Presidente del seggio di gara dichiara aperta la seduta e comunica che nel termine perentorio stabilito nei documenti di gara, e cioè entro le ore 18.00 del giorno 28/07/2020, sono pervenute le seguenti offerte:

- 1 MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L.
- 2 DEALFA S.R.L.
- 3 MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP
- 4 CO.DI.SAN. COMMERCIO DISTRIBUZIONE SANITARI SPA
- 5 Giupel srl
- 6 GDA srl
- 7 D.D.E. Dynamic Devices Europe SRL
- 8 Fisiosviluppi srl
- 9 3.M.C. S.p.A.
- 10 MEHOS S.R.L.
- 11 D.M. SRL
- 12 NIAS SRL SU
- 13 MEDIBERG S.R.L.
- 14 CISA PRODUCTION SRL
- 15 MONTESI GROUP SRL
- 16 BINDI SERVICE SRL
- 17 FRONTE MODA SRL
- 18 EUROSERVIZI SRL
- 19 Bartolini srl
- 20 TAU MEDICA SRL
- 21 Desipak Service srl
- 22 AMADEUS DI LORENZETTI ALESSANDRO
- 23 Fime srl
- 24 ICR S.p.A. Unipersonale
- 25 FIAB SPA

- 26 BENEFIS S.R.L.
- 27 INNOVA HTS
- 28 FORMITALIA GROUP SPA
- 29 PIKDARE S.p.A.
- 30 LYRECO ITALIA SRL
- 31 BIOH FILTRAZIONE SRL
- 32 Pat & Perry srls
- 33 ADRIA. MED. SRL
- 34 AN'TINFORTUNISTICA TOSCANA S.R.L
- 35 POINTEX SPA
- 36 PETRI & LOMBARDI Srl
- 37 Trafi Creatività Tessile srl

Si procede quindi ad approvare informaticamente la documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici partecipanti senza effettuare alcun esame di merito.

In successive sedute riservate ed in seguito alla apertura della documentazione tecnica - economica il seggio di gara procederà:

- alla verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto dal disciplinare;
- ad attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016;
- a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La seduta viene aggiornata a data da definire.

Alle ore 16.00 circa il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale consta di n. 2 pagine.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del seggio di gara f.to _____

Segretario verbalizzante f.to _____

VERBALE del 31/07/2020 - – Apertura documentazione tecnica ed economica

Il giorno 31 luglio 2020 alle ore 12.30 ca. presso la U.O.C. Acquisizioni Economiche e Arredi di ESTAR sita in via Aurelia, 335 a Lido di Camaiore (LU) si sono riuniti in seduta pubblica in videoconferenza i sottoindicati funzionari:

Dr. Antonio Ricco'	Dirigente Amm.vo	Presidente seggio di gara
D.ssa Silvia Silicani	Coll. Amm.	Segretario verbalizzante

Presenti le seguenti Imprese:

PETRI & LOMBARDI Srl
Giupel srl
D.M. SRL
ICR S.p.A. Unipersonale
INNOVA HTS
POINTEX SPA
Trafi Creatività Tessile srl
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP.
Benefis
D.D.E. Dynamic Devices Europe SRL
CISA PRODUCTION SRL
FIAB SPA
Mediberg

P R E M E S S O C H E

- che con Delibera del Direttore Generale ESTAR n. 283 del 07/07/2020 veniva indetto, nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di Beni economici e beni economici ad uso sanitario, l'Appalto Specifico per la fornitura di mascherine chirurgiche monouso non sterili per le Aziende Sanitarie ed altri Enti del Servizio Sanitario della Regione Toscana, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo.
- in data 29/07/2020 si è proceduto, in seduta riservata, all'apertura della documentazione amministrativa, e ad approvare informaticamente detta documentazione, presentata dagli operatori economici partecipanti, senza effettuare alcun esame di merito. In successive sedute riservate ed in seguito alla apertura della documentazione tecnica – economica, il seggio di gara procederà alla verifica della documentazione amministrativa;

tutto ciò premesso

Il Presidente del seggio di gara dichiara aperta la seduta e procede ad aprire la documentazione tecnica per il

Lotto 1: Mascherine chirurgiche con elastici - TIPO I

Hanno presentato offerta tecnica n. 24 ditte:

1. BENEFIS S.R.L.
2. MEDIBERG S.R.L.
3. GDA srl
4. Giupel srl
5. FIAB SPA
6. ICR S.p.A. Unipersonale

7. EUROSERVIZI SRL
8. AMADEUS DI LORENZETTI ALESSANDRO
9. D.M. SRL
10. FRONTE MODA SRL
11. BIOH FILTRAZIONE SRL
12. ANTINFORTUNISTICA TOSCANA S.R.L.
13. FORMITALIA GROUP SPA
14. POINTEX SPA
15. D.D.E. Dynamic Devices Europe SRL
16. Bartolini srl
17. BINDI SERVICE SRL
18. LYRECO ITALIA SRL
19. MONTESI GROUP SRL
20. Trafi Creatività Tessile srl
21. PETRI & LOMBARDI Srl
22. INNOVA HTS
23. Pat & Perry srls
24. fime srl

Come previsto nel Disciplinare all'art. 21, viene approvata informaticamente tutta la documentazione tecnica presentata dai 24 operatori economici partecipanti, senza effettuare alcun esame di completezza e di idoneità.

Il Presidente del seggio di gara procede ad aprire la documentazione economica.

Viene approvata informaticamente tutta la documentazione economica presentata dai 24 operatori economici partecipanti, senza effettuare alcun esame di merito.

Ai sensi del disciplinare, in cui si dispone all'art. 23 che per il **Lotto 1 mascherina con elastici – Tipo I** verrà stipulato un Accordo Quadro con i primi 5 operatori economici classificati in graduatoria, il Presidente rende pubblica la graduatoria delle offerte.

I primi 5 graduati risultano essere le seguenti ditte:

- | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-----------|
| 1. BENEFIS S.R.L. | ribasso sull'importo a base di gara | 79,0000 % |
| 2. MEDIBERG S.R.L. | ribasso sull'importo a base di gara | 78,2400 % |
| 3. GDA srl | ribasso sull'importo a base di gara | 77,6000 % |
| 4. Giupel srl | ribasso sull'importo a base di gara | 76,0000 % |
| 5. FIAB SPA | ribasso sull'importo a base di gara | 76,0000 % |

Il Presidente comunica che una volta terminata la presente seduta, l'Organismo Tecnico di Valutazione, procederà, in una o più sedute riservate, alla verifica della completezza della documentazione tecnica richiesta e dell'idoneità dei prodotti offerti dalle suddette ditte, classificatesi ai primi 5 posti della graduatoria delle offerte, se del caso anche mediante la richiesta di campionatura dei prodotti offerti.

Le offerte presentate saranno ritenute valide solo all'esito positivo della verifica della completezza della documentazione tecnica richiesta e al rilascio della idoneità tecnica dei prodotti offerti da parte dell'OTV.

Nel caso in cui l'analisi dell'offerta tecnica ravvisi la non idoneità dei prodotti offerti, l'OTV procederà all'analisi della documentazione tecnica presentata dagli operatori economici che seguono in graduatoria fino al completamento della stessa.

Il Presidente del seggio di gara procede ad aprire la documentazione tecnica per il

Lotto 2: Mascherine chirurgiche con elastici - TIPO IR

Hanno presentato offerta tecnica n. 13 ditte:

1. BENEFIS S.R.L.
2. MEDIBERG S.R.L.
3. GDA srl
4. ICR S.p.A. Unipersonale
5. D.D.E. Dynamic Devices Europe SRL
6. AMADEUS DI LORENZETTI ALESSANDRO
7. FIAB SPA
8. FORMITALIA GROUP SPA
9. ANTINFORTUNISTICA TOSCANA S.R.L.
10. POINTEX SPA
11. Fisiosviluppi srl
12. BIOH FILTRAZIONE SRL
13. Trafi Creatività Tessile srl

Come previsto nel Disciplinare all'art. 21, viene approvata informaticamente tutta la documentazione tecnica presentata dai 13 operatori economici partecipanti, senza effettuare alcun esame di completezza e di idoneità.

Il Presidente del seggio di gara procede ad aprire la documentazione economica.

Viene approvata informaticamente tutta la documentazione economica presentata dai 13 operatori economici partecipanti, senza effettuare alcun esame di merito.

Ai sensi del disciplinare, in cui si dispone all'art. 23 che per il **Lotto 2 Mascherina con elastici - Tipo IR** verrà stipulato un Accordo Quadro con n. 1 operatore economico classificatosi al primo posto in graduatoria, il Presidente rende pubblica la graduatoria delle offerte.

Il primo graduato risulta essere la seguente ditta:

1. BENEFIS S.R.L. ribasso sull'importo a base di gara 78,4000 %

Il Presidente comunica che una volta terminata la presente seduta, l'Organismo Tecnico di Valutazione, procederà, in una o più sedute riservate, alla verifica della completezza della documentazione tecnica richiesta e dell'idoneità dei prodotti offerti dalla suddetta ditta, classificatasi al primo posto nella graduatoria delle offerte, se del caso anche mediante la richiesta di campionatura dei prodotti offerti.

Le offerte presentate saranno ritenute valide solo all'esito positivo della verifica della completezza della documentazione tecnica richiesta e al rilascio della idoneità tecnica dei prodotti offerti da parte dell'OTV.

Nel caso in cui l'analisi dell'offerta tecnica ravvisi la non idoneità dei prodotti offerti, l'OTV procederà all'analisi della documentazione tecnica presentata dagli operatori economici che seguono in graduatoria fino al completamento della stessa.

Il Presidente del seggio di gara procede ad aprire la documentazione tecnica per il

Lotto 3: Mascherine chirurgiche con elastici - TIPO II

Hanno presentato offerta tecnica n. 27 ditte:

1. BENEFIS S.R.L.
2. MEDIBERG S.R.L.
3. GDA srl
4. ICR S.p.A. Unipersonale
5. EUROSERVIZI SRL
6. D.D.E. Dynamic Devices Europe SRL
7. MEHOS S.R.L.
8. AMADEUS DI LORENZETTI ALESSANDRO
9. FIAB SPA
10. FRONTE MODA SRL
11. ANTINFORTUNISTICA TOSCANA S.R.L.
12. PIKDARE S.p.A.
13. POINTEX SPA
14. D.M. SRL
15. Desipak Service srl
16. Bartolini srl
17. Fisiosviluppi srl
18. CO.DI.SAN. COMMERCIO DISTRIBUZIONE SANITARI SPA
19. BINDI SERVICE SRL
20. BIOH FILTRAZIONE SRL
21. FORMITALIA GROUP SPA
22. LYRECO ITALIA SRL
23. TAU MEDICA SRL
24. MONTESI GROUP SRL
25. NIAS SRL SU
26. DEALFA S.R.L.
27. INNOVA HTS

Come previsto nel Disciplinare all'art. 21, viene approvata informaticamente tutta la documentazione tecnica presentata dai 27 operatori economici partecipanti, senza effettuare alcun esame di completezza e di idoneità.

Il Presidente del seggio di gara procede ad aprire la documentazione economica.

Viene approvata informaticamente tutta la documentazione economica presentata dai 27 operatori economici partecipanti, senza effettuare alcun esame di merito.

Ai sensi del disciplinare, in cui si dispone all'art. 23 che per il **Lotto 3 Mascherina con elastici - Tipo II** verrà stipulato un Accordo Quadro con i primi 5 operatori economici classificati in graduatoria, il Presidente rende pubblica la graduatoria delle offerte.

I primi 5 graduati risultano essere le seguenti ditte:

- | | |
|--------------------|---|
| 1. BENEFIS S.R.L. | ribasso sull'importo a base di gara 78,4000 % |
| 2. MEDIBERG S.R.L. | ribasso sull'importo a base di gara 78,2400 % |

3. GDA srl ribasso sull'importo a base di gara 77,3000 %
4. ICR S.p.A. Unipersonale ribasso sull'importo a base di gara 75,0000 %
5. EUROSERVIZI SRL ribasso sull'importo a base di gara 74,6660 %

Il Presidente comunica che una volta terminata la presente seduta, l'Organismo Tecnico di Valutazione, procederà, in una o più sedute riservate, alla verifica della completezza della documentazione tecnica richiesta e dell'idoneità dei prodotti offerti dalle suddette ditte, classificandosi ai primi 5 posti della graduatoria delle offerte, se del caso anche mediante la richiesta di campionatura dei prodotti offerti.

Le offerte presentate saranno ritenute valide solo all'esito positivo della verifica della completezza della documentazione tecnica richiesta e al rilascio della idoneità tecnica dei prodotti offerti da parte dell'OTV.

Nel caso in cui l'analisi dell'offerta tecnica ravvisi la non idoneità dei prodotti offerti, l'OTV procederà all'analisi della documentazione tecnica presentata dagli operatori economici che seguono in graduatoria fino al completamento della stessa.

Il Presidente del seggio di gara procede ad aprire la documentazione tecnica per il

Lotto 4: Mascherine chirurgiche con elastici - TIPO IIR

Hanno presentato offerta tecnica n. 26 ditte:

1. BENEFIS S.R.L.
2. GDA srl
3. MEDIBERG S.R.L.
4. ICR S.p.A. Unipersonale
5. CISA PRODUCTION SRL
6. D.D.E. Dynamic Devices Europe SRL
7. MEHOS S.R.L.
8. AMADEUS DI LORENZETTI ALESSANDRO
9. FIAB SPA
10. Giupel srl
11. FRONTE MODA SRL
12. MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L.
13. ANTINFORTUNISTICA TOSCANA S.R.L.
14. MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP.
15. POINTEX SPA
16. ADRIA. MED. SRL
17. D.M. SRL
18. BIOH FILTRAZIONE SRL
9. Fisiosviluppi srl
20. CO.DI.SAN. COMMERCIO DISTRIBUZIONE SANITARI SPA
21. 3.M.C. S.p.A.
22. BINDI SERVICE SRL
23. FORMITALIA GROUP SPA
24. INNOVA HTS
25. Desipak Service srl
26. NIAS SRL SU

Come previsto nel Disciplinare all'art. 21, viene approvata informaticamente tutta la documentazione tecnica presentata dai 26 operatori economici partecipanti, senza effettuare alcun esame di completezza e di idoneità.

Il Presidente del seggio di gara procede ad aprire la documentazione economica.

Viene approvata informaticamente tutta la documentazione economica presentata dai 26 operatori economici partecipanti, senza effettuare alcun esame di merito.

Ai sensi del disciplinare, in cui si dispone all'art. 23 che per il **Lotto 4 Mascherina con elastici - Tipo IIR** verrà stipulato un Accordo Quadro con i primi 5 operatori economici classificati in graduatoria, il Presidente rende pubblica la graduatoria delle offerte.

I primi 5 graduati risultano essere le seguenti ditte:

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 1. BENEFIS S.R.L. | ribasso sull'importo a base di gara | 78,4000 % |
| 2. GDA srl | ribasso sull'importo a base di gara | 78,2600 % |
| 3. MEDIBERG S.R.L. | ribasso sull'importo a base di gara | 78,2400 % |
| 4. ICR S.p.A. Unipersonale | ribasso sull'importo a base di gara | 75,0000 % |
| 5. CISA PRODUCTION SRL | ribasso sull'importo a base di gara | 74,2400 % |

Il Presidente comunica che una volta terminata la presente seduta, l'Organismo Tecnico di Valutazione, procederà, in una o più sedute riservate, alla verifica della completezza della documentazione tecnica richiesta e dell'idoneità dei prodotti offerti dalle suddette ditte, classificatesi ai primi 5 posti della graduatoria delle offerte, se del caso anche mediante la richiesta di campionatura dei prodotti offerti.

Le offerte presentate saranno ritenute valide solo all'esito positivo della verifica della completezza della documentazione tecnica richiesta e al rilascio della idoneità tecnica dei prodotti offerti da parte dell'OTV.

Nel caso in cui l'analisi dell'offerta tecnica ravvisi la non idoneità dei prodotti offerti, l'OTV procederà all'analisi della documentazione tecnica presentata dagli operatori economici che seguono in graduatoria fino al completamento della stessa.

Il Presidente del seggio di gara procede ad aprire la documentazione tecnica per il

Lotto 5: Mascherine chirurgiche con lacci - TIPO IIR

Hanno presentato offerta tecnica n. 8 ditte:

1. D.D.E. Dynamic Devices Europe SRL
2. BENEFIS S.R.L.
3. MEDIBERG S.R.L.
4. ICR S.p.A. Unipersonale
5. CISA PRODUCTION SRL
6. FIAB SPA
7. LYRECO ITALIA SRL
8. ANTINFORTUNISTICA TOSCANA S.R.L.

Come previsto nel Disciplinare all'art. 21, viene approvata informaticamente tutta la documentazione tecnica presentata da 8 operatori economici partecipanti, senza effettuare alcun esame di completezza e di idoneità.

Il Presidente del seggio di gara procede ad aprire la documentazione economica.

Viene approvata informaticamente tutta la documentazione economica presentata da 8 operatori economici partecipanti, senza effettuare alcun esame di merito.

Ai sensi del disciplinare, in cui si dispone all'art. 23 che per il **Lotto 5 Mascherina con lacci - Tipo IIR** verrà stipulato un Accordo Quadro con n. 1 operatore economico classificatosi al primo posto in graduatoria, il Presidente rende pubblica la graduatoria delle offerte.

Il primo graduato risulta essere la seguente ditta:

1. D.D.E. Dynamic Devices Europe SRL ribasso sull'importo a base di gara 73,3300 %

Il Presidente comunica che una volta terminata la presente seduta, l'Organismo Tecnico di Valutazione, procederà, in una o più sedute riservate, alla verifica della completezza della documentazione tecnica richiesta e dell'idoneità dei prodotti offerti dalla suddetta ditta, classificatasi al primo posto nella graduatoria delle offerte, se del caso anche mediante la richiesta di campionatura dei prodotti offerti.

Le offerte presentate saranno ritenute valide solo all'esito positivo della verifica della completezza della documentazione tecnica richiesta e al rilascio della idoneità tecnica dei prodotti offerti da parte dell'OTV.

Nel caso in cui l'analisi dell'offerta tecnica ravvisi la non idoneità dei prodotti offerti, l'OTV procederà all'analisi della documentazione tecnica presentata dagli operatori economici che seguono in graduatoria fino al completamento della stessa.

Alle ore 14.12 circa il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale consta di n. 7 pagine.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dr. Antonio Ricco'

D.ssa Silvia Silicani

VERBALE del 15/09/2020 - Controllo documentazione amministrativa e ammissione ditte

Il giorno 15 settembre 2020 alle h. 9,00 ca. presso gli uffici di Estar all'interno del P.O. Versilia - Via Aurelia, 335 Lido di Camaiore - si sono riuniti in seduta riservata i sottoindicati Funzionari:

Dr. Antonio Ricco'	Dirigente Amm.vo	Presidente seggio di gara
Dssa Silvia Silicani	Coll. Amm.	Segretario verbalizzante

P R E M E S S O C H E

- che con Delibera del Direttore Generale ESTAR n. 283 del 07/07/2020 veniva indetto, nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di Beni economici e beni economici ad uso sanitario, l'Appalto Specifico per la fornitura di mascherine chirurgiche monouso non sterili per le Aziende Sanitarie ed altri Enti del Servizio Sanitario della Regione Toscana, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo.
- in data 29/07/2020 si è proceduto, in seduta riservata, all'apertura della documentazione amministrativa, e ad approvare informaticamente detta documentazione, presentata dagli operatori economici partecipanti, senza effettuare alcun esame di merito.
- In data 31/07/2020 si è proceduto, tramite seduta pubblica in videoconferenza, all'apertura della documentazione tecnica ed economica.

➤ che risultano partecipare alla presente procedura di gara le seguenti società:

- 1 MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L.
- 2 DEALFA S.R.L.
- 3 MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP
- 4 CO.DI.SAN. COMMERCIO DISTRIBUZIONE SANITARI SPA
- 5 Giupel srl
- 6 GDA srl
- 7 D.D.E. Dynamic Devices Europe SRL
- 8 Fiosviluppi srl
- 9 3.M.C. S.p.A.
- 10 MEHOS S.R.L.
- 11 D.M. SRL
- 12 NIAS SRL SU
- 13 MEDIBERG S.R.L.
- 14 CISA PRODUCTION SRL
- 15 MONTESI GROUP SRL
- 16 BINDI SERVICE SRL
- 17 FRONTE MODA SRL
- 18 EUROSERVIZI SRL
- 19 Bartolini srl
- 20 TAU MEDICA SRL
- 21 Desipak Service srl
- 22 AMADEUS DI LORENZETTI ALESSANDRO

- 23 Fime srl
- 24 ICR S.p.A. Unipersonale
- 25 FIAB SPA
- 26 BENEFIS S.R.L.
- 27 INNOVA HTS
- 28 FORMITALIA GROUP SPA
- 29 PIKDARE S.p.A.
- 30 LYRECO ITALIA SRL
- 31 BIOH FILTRAZIONE SRL
- 32 Pat & Perry srls
- 33 ADRIA. MED. SRL
- 34 ANTINFORTUNISTICA TOSCANA S.R.L
- 35 POINTEX SPA
- 36 PETRI & LOMBARDI Srl
- 37 Trafi Creatività Tessile srl

- che a seguito dell'analisi dettagliata della documentazione amministrativa presentata sono emerse delle irregolarità formali della documentazione amministrativa presentata dalle ditte:

Fime srl
Euroservizi srl
Pat & Perry srls
Giupel srl
Formitalia Group spa
Antinfortunistica Toscana srl
Lyreco Italia srl
Amadeus di Lorenzetti Alessandro
GDA srl
Trafi Creatività Tessile srl
ICR S.p.A. Unipersonale
Pointex spa
D.M. srl
Bindi Service srl
Fisiosviluppi srl
Dealfa srl
Desipak Service srl
NIAS SRL SU
Molnicke Health Care srl
Adria Med srl

- che, tramite piattaforma Start, sono state segnalate, alle suddette società, le irregolarità riscontrate nella documentazione amministrativa ed è stata richiesta la regolarizzazione della medesima

tutto ciò premesso

Si dà atto che le ditte

Fime srl

Euroservizi srl
Pat & Perry srls
Giupel srl
Formitalia Group spa
Antinfortunistica Toscana srl
Lyreco Italia srl
Amadeus di Lorenzetti Alessandro
GDA srl
Trafi Creatività Tessile srl
ICR S.p.A. Unipersonale
Pointex spa
D.M. srl
Bindi Service srl
Fisiosviluppi srl
Dealfa srl
Desipak Service srl
NIAS SRL SU
Molnicke Health Care srl
Adria Med srl

hanno provveduto alla regolarizzazione della documentazione amministrativa, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs 50/2016, cd. "soccorso istruttorio" nei tempi e nelle modalità richieste.

Si dà atto pertanto che tutte le società partecipanti vengono ammesse alle successive fasi della gara.

Il presente verbale consta di n. 3 pagine.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del seggio di gara f.to _____

Segretario verbalizzante f.to _____

GDA srl	no	Dimensione barretta campione non conforme (mm. 105 mm. +/- 3). Mascherina di colore bianco su ambo i lati.
Giupel srl	no	Dichiarazioni di assenza di sostanze di cui all'art 1.1 del Capitolato Tecnico non complete.
FIAB SPA	no	Il test report non è riferito al campione offerto
ICR S.p.A. Unipersonale	no	Dichiarazioni di assenza di sostanze di cui all'art 1.1 del Capitolato Tecnico non complete..
EUROSERVIZI SRL	no	Dimensioni barretta campione non conforme (mm. 102).
AMADEUS DI LORENZETTI ALESSANDRO	no	Dichiarazioni di assenza di sostanze di cui all'art 1.1 del Capitolato Tecnico non complete..
D.M. SRL	no	Dimensione barretta non conforme (mm. 80).
FRONTE MODA SRL	no	Barretta in materiale non conforme (pvc)
BIOH FILTRAZIONE SRL	no	Dichiarazioni di assenza di sostanze di cui all'art 1.1 del Capitolato Tecnico non complete..
ANTINFORTUNISTICA TOSCANA S.R.L.	no	Documentazione tecnica non riferibile ai prodotti offerti. Non viene indicato il REF del prodotto.
FORMITALIA GROUP SPA	no	Dichiarazioni di assenza di sostanze di cui all'art 1.1 del Capitolato Tecnico non complete.
POINTEX SPA	no	Dichiarazioni di assenza di sostanze di cui all'art 1.1 del Capitolato Tecnico non complete.
D.D.E. Dynamic Devices Europe SRL	no	Dichiarazioni di assenza di sostanze di cui all'art 1.1 del Capitolato Tecnico non complete.
Bartolini srl	no	Dichiarazioni di assenza di sostanze di cui all'art 1.1 del Capitolato Tecnico non complete.
BINDI SERVICE SRL	no	Dichiarazioni di assenza di sostanze di cui all'art 1.1 del Capitolato Tecnico non complete.
LYRECO ITALIA SRL	no	Dichiarazioni di assenza di sostanze di cui all'art 1.1 del Capitolato Tecnico non complete.
MONTESI GROUP SRL	no	Dichiarazioni di assenza di sostanze di cui all'art 1.1 del Capitolato Tecnico non complete.
Trafi Creatività Tessile srl	no	Dichiarazioni di assenza di sostanze di cui all'art 1.1 del Capitolato Tecnico non complete.
PETRI & LOMBARDI Srl	no	Dichiarazioni di assenza di sostanze di cui all'art 1.1 del Capitolato Tecnico non complete.
INNOVA HTS	no	Dichiarazioni di assenza di sostanze di cui all'art 1.1 del Capitolato Tecnico non complete.

Pat & Perry srls	no	Dichiarazioni di assenza di sostanze di cui all'art 1.1 del Capitolato Tecnico non complete.
Fime srl	no	Non sono presenti le dichiarazioni di conformità UE. Non presente documentazione tecnica.

Lotto 2: Mascherina con elastici - TIPO IR

Fornitore	Idoneità	Idoneità
BENEFIS SRL	no	Dichiarazioni di assenza di sostanze di cui all'art 1.1 del Capitolato Tecnico non complete.
MEDIBERG S.R.L.	si	Le schede tecniche ed il campione rispondono a quanto richiesto nel capitolato. Caratteristiche delle mascherina di tipo IIR.

Le schede tecniche delle ditte:

GDA srl

ICR S.p.A. Unipersonale

D.D.E. Dynamic Devices Europe SRL

AMADEUS DI LORENZETTI ALESSANDRO

FIAB SPA

FORMITALIA GROUP SPA

ANTINFORTUNISTICA TOSCANA S.R.L.

POINTEX SPA

Fisiosviluppi srl

BIOH FILTRAZIONE SRL

Trafi Creatività Tessile srl

non sono state oggetto di esame di idoneità in quanto le loro offerte sono risultate di importo superiore a quella presentata dalla ditta Mediberg srl.

Per il presente lotto l'art. 23 del disciplinare di gara stabilisce l'aggiudicazione della fornitura ad un solo operatore economico.

Lotto 3: Mascherine con elastici – Tipo II

Fornitore	Idoneità	Motivazioni
BENEFIS S.R.L.	no	Dichiarazioni di assenza di sostanze di cui all'art 1.1 del Capitolato Tecnico non complete. Dimensione barretta campione non conforme (mm. 100).
MEDIBERG S.R.L.	si	Le schede tecniche ed il campione rispondono a quanto richiesto nel capitolato.
GDA srl	no	Dichiarazioni di assenza di sostanze di cui all'art 1.1 del Capitolato Tecnico non complete.

		Dimensione barretta campione non conforme (mm. 100). Mascherina di colore bianco su ambo i lati.
ICR S.p.A. Unipersonale	no	Dichiarazioni di assenza di sostanze di cui all'art 1.1 del Capitolato Tecnico non complete.
EUROSERVIZI SRL	no	Dimensione barretta campione non conforme (mm. 102).
D.D.E. Dynamic Devices Europe SRL	no	Dichiarazioni di assenza di sostanze di cui all'art 1.1 del Capitolato Tecnico non complete.
MEHOS S.R.L.	no	Non sono presenti le dichiarazioni di conformità UE. Dichiarazioni di assenza di sostanze di cui all'art 1.1 del Capitolato Tecnico non complete.
AMADEUS DI LORENZETTI ALESSANDRO	no	Dichiarazioni di assenza di sostanze di cui all'art 1.1 del Capitolato Tecnico non complete.
FIAB SPA	si	Le schede tecniche ed il campione rispondono a quanto richiesto nel capitolato. Caratteristiche delle mascherine di tipo IIR.
FRONTE MODA SRL	no	Dichiarazioni di assenza di sostanze di cui all'art 1.1 del Capitolato Tecnico non complete.
ANTINFORTUNISTICA TOSCANA S.R.L.	no	Documentazione tecnica non riferibile ai prodotti offerti. Non viene indicato il REF del prodotto.
PIKDARE S.p.A.	no	Dichiarazioni di assenza di sostanze di cui all'art 1.1 del Capitolato Tecnico non complete.
POINTEX SPA	no	Dichiarazioni di assenza di sostanze di cui all'art 1.1 del Capitolato Tecnico non complete.
D.M. SRL	no	Dimensione barretta non conforme (mm. 80).
Desipak Service srl	no	Non sono presenti le dichiarazioni di conformità UE. Dichiarazioni di assenza di sostanze di cui all'art 1.1 del Capitolato Tecnico non complete.
Bartolini srl	no	Dichiarazioni di assenza di sostanze di cui all'art 1.1 del Capitolato Tecnico non complete.
Fisiosviluppi srl	no	Dichiarazioni di assenza di sostanze di cui all'art 1.1 del Capitolato Tecnico non complete. Dimensioni barretta non conforme (mm. 95).
CO.DI.SAN. COMMERCIO DISTRIBUZIONE SANITARI SPA	no	Dichiarazioni di assenza di sostanze di cui all'art 1.1 del Capitolato Tecnico non complete.
BINDI SERVICE SRL	no	Dichiarazioni di assenza di sostanze di cui all'art 1.1 del Capitolato Tecnico non complete.

BIOH FILTRAZIONE SRL	no	Dichiarazioni di assenza di sostanze di cui all'art 1.1 del Capitolato Tecnico non complete. Dimensione barretta non conforme (mm. 100 +/-)
FORMITALIA GROUP SPA	no	Dichiarazioni di assenza di sostanze di cui all'art 1.1 del Capitolato Tecnico non complete.
LYRECO ITALIA SRL	no	Dichiarazioni di assenza di sostanze di cui all'art 1.1 del Capitolato Tecnico non complete.
TAU MEDICA SRL	no	Dichiarazioni di assenza di sostanze di cui all'art 1.1 del Capitolato Tecnico non complete. Dimensione barretta non conforme (mm. 105).
MONTESI GROUP SRL	no	Dichiarazioni di assenza di sostanze di cui all'art 1.1 del Capitolato Tecnico non complete.
NIAS SRL SU	no	Dichiarazioni di assenza di sostanze di cui all'art 1.1 del Capitolato Tecnico non complete.
DEALFA S.R.L.	no	Dichiarazioni di assenza di sostanze di cui all'art 1.1 del Capitolato Tecnico non complete.
INNOVA HTS	no	Dichiarazioni di assenza di sostanze di cui all'art 1.1 del Capitolato Tecnico non complete.

Lotto 4: Mascherine con elastici - TIPO IIR

Fornitore	Idoneità	Motivazioni
BENEFIS S.R.L.	no	Dichiarazioni di assenza di sostanze di cui all'art 1.1 del Capitolato Tecnico non complete. Dimensione barretta non conforme (mm. 106).
GDA srl	no	Dichiarazioni di assenza di sostanze di cui all'art 1.1 del Capitolato Tecnico non complete. Dimensione barretta campione non conforme (mm. 105 +/-3).
MEDIBERG S.R.L.	si	Le schede tecniche ed il campione rispondono a quanto richiesto nel capitolato.
ICR S.p.A. Unipersonale	no	Dichiarazioni di assenza di sostanze di cui all'art 1.1 del Capitolato Tecnico non complete.
CISA PRODUCTION SRL	no	Dichiarazioni di assenza di sostanze di cui all'art 1.1 del Capitolato Tecnico non complete. Dimensione barretta campione non conforme (mm. 106).

D.D.E. Dynamic Devices Europe SRL	no	Dichiarazioni di assenza di sostanze di cui all'art 1.1 del Capitolato Tecnico non complete. Mascherina di Tipo II.
MEHOS S.R.L.	no	Dichiarazioni di assenza di sostanze di cui all'art 1.1 del Capitolato Tecnico non complete.
AMADEUS DI LORENZETTI ALESSANDRO	no	Dichiarazioni di assenza di sostanze di cui all'art 1.1 del Capitolato Tecnico non complete.
FIAB SPA	si	Le schede tecniche ed il campione rispondono a quanto richiesto nel capitolato.
Giupel srl	no	Dichiarazioni di assenza di sostanze di cui all'art 1.1 del Capitolato Tecnico non complete.
FRONTE MODA SRL	no	Dichiarazioni di assenza di sostanze di cui all'art 1.1 del Capitolato Tecnico non complete.
MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L.	si	Le schede tecniche ed il campione rispondono a quanto richiesto nel capitolato.
ANTINFORTUNISTICA TOSCANA S.R.L.	no	Documentazione tecnica non riferibile ai prodotti offerti. Non viene indicato il REF del prodotto.
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP.	no	Dichiarazioni di assenza di sostanze di cui all'art 1.1 del Capitolato Tecnico non complete.
POINTEX SPA	no	Dichiarazioni di assenza di sostanze di cui all'art 1.1 del Capitolato Tecnico non complete.
ADRIA. MED. SRL	no	Dichiarazioni di assenza di sostanze di cui all'art 1.1 del Capitolato Tecnico non complete.
D.M. SRL	no	Dimensione barretta non conforme (mm. 80). Certificazioni contrastanti sul tipo.
BIOH FILTRAZIONE SRL	no	Dichiarazioni di assenza di sostanze di cui all'art 1.1 del Capitolato Tecnico non complete. Non presente il test report.
Fisiosviluppi srl	no	Dichiarazioni di assenza di sostanze di cui all'art 1.1 del Capitolato Tecnico non complete. Dimensione barretta non conforme (mm. 95).
CO.DI.SAN. COMMERCIO DISTRIBUZIONE SANITARI SPA	no	Dichiarazioni di assenza di sostanze di cui all'art 1.1 del Capitolato Tecnico non complete. Mascherina di Tipo II.
3.M.C. S.p.A.	no	Dichiarazioni di assenza di sostanze di cui all'art 1.1 del Capitolato Tecnico non complete. Dimensione barretta non conforme (mm. 105).
BINDI SERVICE SRL	no	Dichiarazioni di assenza di sostanze di cui all'art 1.1 del Capitolato Tecnico non complete.
FORMITALIA GROUP SPA	no	Dichiarazioni di assenza di sostanze di cui all'art 1.1 del Capitolato Tecnico non complete.

INNOVA HTS	no	Dichiarazioni di assenza di sostanze di cui all'art 1.1 del Capitolato Tecnico non complete.
Desipak Service srl	no	Dichiarazioni di assenza di sostanze di cui all'art 1.1 del Capitolato Tecnico non complete.
NIAS SRL SU	no	Dichiarazioni di assenza di sostanze di cui all'art 1.1 del Capitolato Tecnico non complete.

Lotto 5: Mascherine con lacci - TIPO IIR

Fornitore	Idoneità	Motivazioni
D.D.E. Dynamic Devices Europe SRL	no	Dispositivo medico con elastici e di Tipo II.
BENEFIS S.R.L.	no	Dichiarazioni di assenza di sostanze di cui all'art 1.1 del Capitolato Tecnico non complete.
MEDIBERG S.R.L.	si	Le schede tecniche ed il campione rispondono a quanto richiesto nel capitolato.

Le schede tecniche delle ditte:

ICR S.p.A. Unipersonale

CISA PRODUCTION SRL

FIAB SPA

LYRECO ITALIA SRL

ANTINFORTUNISTICA TOSCANA S.R.L.

non sono state oggetto di esame di idoneità in quanto le loro offerte sono risultate di importo superiore a quella presentata dalla ditta Mediberg srl.

Per il presente lotto l'art. 23 del disciplinare di gara stabilisce l'aggiudicazione della fornitura ad un solo operatore economico.

Per quanto sopra

Si riepiloga di seguito la valutazione d'idoneità delle offerte:

Lotto 1: Mascherine chirurgiche con elastici - TIPO I

è dichiarata **idonea** l'offerta della ditta:

MEDIBERG S.R.L.

sono dichiarate **non idonee** le offerte delle ditte:

BENEFIS S.R.L.

GDA srl
Giupel srl
ICR S.p.A. Unipersonale
EUROSERVIZI SRL
AMADEUS DI LORENZETTI ALESSANDRO
D.M. SRL
FRONTE MODA SRL
BIOH FILTRAZIONE SRL
ANTINFORTUNISTICA TOSCANA S.R.L.
FORMITALIA GROUP SPA
POINTEX SPA
D.D.E. Dynamic Devices Europe SRL
Bartolini srl
BINDI SERVICE SRL
LYRECO ITALIA SRL
MONTESI GROUP SRL
Trafì Creatività Tessile srl
PETRI & LOMBARDI Srl
INNOVA HTS
Pat & Perry srls
Fime srl

Lotto 2: Mascherina con elastici - TIPO IR

è dichiarata **idonea** l'offerta della ditta:

MEDIBERG S.R.L.

è dichiarata **non idonea** l'offerta della ditta:

BENEFIS S.R.L.

Lotto 3: Mascherine con elastici – Tipo II

sono dichiarate **idonee** le offerte delle ditte:

MEDIBERG S.R.L.

FIAB SPA

sono dichiarate **non idonee** le offerte delle ditte:

BENEFIS S.R.L.

GDA srl

ICR S.p.A. Unipersonale

EUROSERVIZI SRL

D.D.E. Dynamic Devices Europe SRL

MEHOS S.R.L.

AMADEUS DI LORENZETTI ALESSANDRO

FRONTE MODA SRL

ANTINFORTUNISTICA TOSCANA S.R.L.

PIKDARE S.p.A.
POINTEX SPA
D.M. SRL
Desipak Service srl
Bartolini srl
Fisiosviluppi srl
CO.DI.SAN. COMMERCIO DISTRIBUZIONE SANITARI SPA
BINDI SERVICE SRL
BIOH FILTRAZIONE SRL
FORMITALIA GROUP SPA
LYRECO ITALIA SRL
TAU MEDICA SRL
MONTESI GROUP SRL
NIAS SRL SU
DEALFA S.R.L.
INNOVA HTS

Lotto 4: Mascherine con elastici - TIPO IIR

sono dichiarate **idonee** le offerte delle ditte:

MEDIBERG S.R.L.
FIAB SPA
MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L.

sono dichiarate **non idonee** le offerte delle ditte:

BENEFIS S.R.L.
GDA srl
ICR S.p.A. Unipersonale
CISA PRODUCTION SRL
D.D.E. Dynamic Devices Europe SRL
MEHOS S.R.L.
AMADEUS DI LORENZETTI ALESSANDRO
Giupel srl
FRONTE MODA SRL
ANTINFORTUNISTICA TOSCANA S.R.L.
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP.
POINTEX SPA
ADRIA. MED. SRL
D.M. SRL
BIOH FILTRAZIONE SRL
Fisiosviluppi srl
CO.DI.SAN. COMMERCIO DISTRIBUZIONE SANITARI SPA
3.M.C. S.p.A.
BINDI SERVICE SRL
FORMITALIA GROUP SPA
INNOVA HTS

Desipak Service srl
NIAS SRL SU

Lotto 5: Mascherine con lacci - TIPO IIR

è dichiarata **idonea** l'offerta della ditta:

MEDIBERG S.R.L.

sono dichiarate **non idonee** le offerte delle ditte:

D.D.E. Dynamic Devices Europe SRL

BENEFIS S.R.L.

Alle ore 13.00 circa il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale consta di n. 10 pagine.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del seggio di gara f.to _____

Segretario verbalizzante f.to _____



SCHEMA DI DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA - LOTTO 1

Mascherine chirurgiche con elastici - TIPO I

DITTA	CODICE FISCALE MEDIBERG -- 01471280162
IMPORTO A BASE DI GARA i.e.	1.895.535,00
PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTA SULL'IMPORTO A BASE DI GARA	78,24
IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO i.e.	412.468,42

Scomposizione dell'offerta

ID	Descrizione	Codice prodotto Fornitore	Quantità presunta di fornitura – Base di gara	Prezzo unitario a base di gara	Prezzo unitario offerto max 4 decimali i.e.	IMPORTO OFFERTO i.e. (q.tà x prezzo unitario offerto)	Aliquota Iva
1	Mascherina chirurgica con elastici - Tipo I	10MUS409B LEL	3.791.070	0,5	0,1088	412.468,42	0

NB. L'importo complessivo offerto deve corrispondere all'importo al netto del ribasso % offerto i.e. (è consentita tolleranza dovuta agli arrotondamenti delle cifre decimali pari allo 0,5 per mille).

QUOTAZIONE PRODOTTO (non rilevante ai fini dell'aggiudicazione)

ID	Descrizione	Prezzo unitario offerto max 4 decimali i.e.	Aliquota Iva	COD. ART. CON VISIERA
X	Mascherina chirurgica con visiera	0,49	0	12MSK4A4VIAM



SCHEDA DI DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA - LOTTO 2

Mascherine chirurgiche con elastici - TIPO IR

DITTA	CODICE FISCALE
IMPORTO A BASE DI GARA i.e.	367.670,25
PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTA SULL'IMPORTO A BASE DI GARA	78,24
IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO i.e.	80.004,99

Scomposizione dell'offerta

ID	Descrizione	Codice prodotto Fornitore	Quantità presunta di fornitura – Base di gara	Prezzo unitario a base di gara	Prezzo unitario offerto max 4 decimali i.e.	IMPORTO OFFERTO i.e. (q.tà x prezzo unitario offerto)	Aliquot a Iva
1	Mascherina chirurgica con elastici - Tipo IR	10MUS4A4C FBN	735.340	0,5	0,1088	80.004,99	0

NB. L'importo complessivo offerto deve corrispondere all'importo al netto del ribasso % offerto i.e. (è consentita tolleranza dovuta agli arrotondamenti delle cifre decimali pari allo 0,5 per mille).

QUOTAZIONE PRODOTTO (non rilevante ai fini dell'aggiudicazione)

ID	Descrizione	Prezzo unitario offerto max 4 decimali i.e.	Aliquota Iva	COD. ART. CON VISIERA
X	Mascherina chirurgica con visiera	0,49	0	12MSK4A4VIAM



SCHEMA DI DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA - LOTTO 3

Mascherine chirurgiche con elastici - TIPO II

DITTA	CODICE FISCALE
IMPORTO A BASE DI GARA i.e.	1.680.637,50
PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTA SULL'IMPORTO A BASE DI GARA	78,24
IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO i.e.	365.706,72

Scomposizione dell'offerta

ID	Descrizione	Codice prodotto Fornitore	Quantità presunta di fornitura – Base di gara	Prezzo unitario a base di gara	Prezzo unitario offerto max 4 decimali i.e.	IMPORTO OFFERTO i.e. (q.tà x prezzo unitario offerto)	Aliquot a Iva
1	Mascherina chirurgica con elastici - Tipo II	10MUS409B LEL	3.361.275	0,5	0,1088	365.706,72	0

NB. L'importo complessivo offerto deve corrispondere all'importo al netto del ribasso % offerto i.e. (è consentita tolleranza dovuta agli arrotondamenti delle cifre decimali pari allo 0,5 per mille).

QUOTAZIONE PRODOTTO (non rilevante ai fini dell'aggiudicazione)

ID	Descrizione	Prezzo unitario offerto max 4 decimali i.e.	Aliquota Iva	COD. ART. CON VISIERA
X	Mascherina chirurgica con visiera	0,49	0	12MSK4A4VIAM



SCHEMA DI DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA - LOTTO 3

Mascherine chirurgiche con elastici - TIPO II

DITTA FIAB SPA	CODICE FISCALE 01835220482
IMPORTO A BASE DI GARA i.e.	1.680.637,50
PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTA SULL'IMPORTO A BASE DI GARA	70,8
IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO i.e.	490746,15

Scomposizione dell'offerta

ID	Descrizione	Codice prodotto Fornitore	Quantità presunta di fornitura – Base di gara	Prezzo unitario a base di gara	Prezzo unitario offerto max 4 decimali i.e.	IMPORTO OFFERTO i.e. (q.tà x prezzo unitario offerto)	Aliquot a Iva
1	Mascherina chirurgica con elastici - Tipo II	ZT003	3.361.275	0,5	0,146	490746,15	

NB. L'importo complessivo offerto deve corrispondere all'importo al netto del ribasso % offerto i.e. (è consentita tolleranza dovuta agli arrotondamenti delle cifre decimali pari allo 0,5 per mille).

QUOTAZIONE PRODOTTO (non rilevante ai fini dell'aggiudicazione)

ID	Descrizione	Prezzo unitario offerto max 4 decimali i.e.	Aliquota Iva
X	Mascherina chirugica con visiera	0,497	



SCHEMA DI DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA - LOTTO 4

Mascherine chirurgiche con elastici - TIPO IIR

DITTA	CODICE FISCALE
IMPORTO A BASE DI GARA i.e.	3.493.125,00
PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTA SULL'IMPORTO A BASE DI GARA	78,24
IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO i.e.	760.104,00

Scomposizione dell'offerta

ID	Descrizione	Codice prodotto Fornitore	Quantità presunta di fornitura – Base di gara	Prezzo unitario a base di gara	Prezzo unitario offerto max 4 decimali i.e.	IMPORTO OFFERTO i.e. (q.tà x prezzo unitario offerto)	Aliquot a Iva
1	chirurgica con elastici - Tipo IIR	10MUS4A4C FBN	6.986.250	0,5	0,1088	760.104,00	0

NB. L'importo complessivo offerto deve corrispondere all'importo al netto del ribasso % offerto i.e. (è consentita tolleranza dovuta agli arrotondamenti delle cifre decimali pari allo 0,5 per mille).

QUOTAZIONE PRODOTTO (non rilevante ai fini dell'aggiudicazione)

ID	Descrizione	Prezzo unitario offerto max 4 decimali i.e.	Aliquota Iva	COD. ART. CON VISIERA
X	Mascherina chirurgica con visiera	0,49	0	12MSK4A4VIAM



SCHEMA DI DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA - LOTTO 4

Mascherine chirurgiche con elastici - TIPO IIR

DITTA FIAB SPA	CODICE FISCALE 01835220482
IMPORTO A BASE DI GARA i.e.	3.493.125,00
PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTA SULL'IMPORTO A BASE DI GARA	70,8
IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO i.e.	1019992,5

Scomposizione dell'offerta

ID	Descrizione	Codice prodotto Fornitore	Quantità presunta di fornitura – Base di gara	Prezzo unitario a base di gara	Prezzo unitario offerto max 4 decimali i.e.	IMPORTO OFFERTO i.e. (q.tà x prezzo unitario offerto)	Aliquot a Iva
1	chirurgica con elastici - Tipo IIR		6.986.250	0,5	0,146	1019992,5	

NB. L'importo complessivo offerto deve corrispondere all'importo al netto del ribasso % offerto i.e. (è consentita tolleranza dovuta agli arrotondamenti delle cifre decimali pari allo 0,5 per mille).

QUOTAZIONE PRODOTTO (non rilevante ai fini dell'aggiudicazione)

ID	Descrizione	Prezzo unitario offerto max 4 decimali i.e.	Aliquota Iva
X	Mascherina chirugica con visiera	0,497	



SCHEMA DI DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA - LOTTO 4

Mascherine chirurgiche con elastici - TIPO IIR

DITTA MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL

CODICE FISCALE 12300580151

IMPORTO A BASE DI GARA i.e.

3.493.125,00

PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTA SULL'IMPORTO A BASE DI GARA

64%

IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO i.e.

1.257.525,00

Scomposizione dell'offerta

ID	Descrizione	Codice prodotto Fornitore	Quantità presunta di fornitura – Base di gara	Prezzo unitario a base di gara	Prezzo unitario offerto max 4 decimali i.e.	IMPORTO OFFERTO i.e. (q.tà x prezzo unitario offerto)	Aliq uota Iva
1	chirurgica con elastici - Tipo IIR	Z451C120002 - KZDC120003	6.986.250	0,5	0,18	1.257.525,00	0

IND. L'importo complessivo offerto deve corrispondere all'importo al netto del ribasso % offerto i.e. (e consentita tolleranza dovuta agli arrotondamenti delle cifre decimali pari allo 0,5 per mille).

QUOTAZIONE PRODOTTO (non rilevante ai fini dell'aggiudicazione)

ID	Descrizione	Prezzo unitario offerto max 4 decimali i.e.	Aliquota Iva
X	Mascherina chirurgica con visiera	0,56	0

Si dichiara che i costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 sono pari a :€ 3.773,00

Si dichiara altresì che i costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/2016 sono pari a € 37.725,00

Si precisa che, quale integrazione della mascherina offerta codice Z451C120002, vi offriamo, alle medesime condizioni economiche, anche la mascherina codice KZDC120003 che differisce dalla precedente solo per la composizione del materiale delle anse per orecchie (vedasi scheda tecnica allegata alla documentazione di gara) così da poter garantire possibilità di scelta agli operatori in caso di specifiche esigenze.

Vi segnaliamo inoltre che la prima consegna delle mascherine offerte (Z451C120002 e KZDC120003) potrà avvenire a partire dalla seconda metà del prossimo mese di settembre.

MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL

F.to digitalmente

Roberto Spigarolo - Procuratore



SCHEDA DI DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA - LOTTO 5

Mascherine chirurgiche con lacci - TIPO IIR

DITTA	CODICE FISCALE
IMPORTO A BASE DI GARA i.e.	241.875,00
PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTA SULL'IMPORTO A BASE DI GARA	72,40
IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO i.e.	66.757,50

Scomposizione dell'offerta

ID	Descrizione	Codice prodotto Fornitore	Quantità presunta di fornitura – Base di gara	Prezzo unitario a base di gara	Prezzo unitario offerto max 4 decimali i.e.	IMPORTO OFFERTO i.e. (q.tà x prezzo unitario offerto)	Aliquot a Iva
1	Mascherina chirurgica con lacci - Tipo IIR	11MUS4A4C FBN	483.750	0,5	0,138	66.757,50	0

NB. L'importo complessivo offerto deve corrispondere all'importo al netto del ribasso % offerto i.e. (è consentita tolleranza dovuta agli arrotondamenti delle cifre decimali pari allo 0,5 per mille).

QUOTAZIONE PRODOTTO (non rilevante ai fini dell'aggiudicazione)

ID	Descrizione	Prezzo unitario offerto max 4 decimali i.e.	Aliquota Iva	COD. ART. CON VISIERA
X	Mascherina chirurgica con visiera	0,49	0	12MSK4A4VIAM

ESTAR

011569/2020 - Appalto specifico per la fornitura di MASCHERINE CHIRURGICHE MONOUSO NON STERILI per le Aziende Sanitarie ed altri Enti del S.S. della Regione Toscana
VALUTAZIONE TECNICA OFFERTE PRESENTATE: DM - Mascherine chirurgiche - Classe 1 - Tipo I con elastici

LOTTO	DITTE	Rif.	Oggetto	unità di misura	Codice prodotto fornitore	Quantità disponibili	Prezzo unit. i.e.	Prezzo totale i.e. (quantità per prezzo unitario)	Verifica Dichiarazione Conformità UE	Verifica Test report	Verifica Istruzioni per l'uso	Verifica Etichettatura (campione)	Verifica marchio CE(etichetta)	Verifica sistema qualità/ Banca del Min. Salute- RDM	Conclusioni Verifica Tecnica	Norme (UNI EN 14683:2019 e UNI EN ISO 10993-16:2018)	Classe DM (deve essere classe I)	TIPO OFFERTO	BFE % (min.95)	PA (max 40 Pa/cm2)	CFU/gr	Resistenza agli spruzzi (>16kPa)	Dimensioni (mm)	Barriera siringinasso min. 110/120 mm acciaio	Colorazione differente infest	Assenza di nichel	Assenza di cuciture	Assenza di fibre di vetro	Assenza di formaldeide	Assenza di lattice	Latex free	confezione	Offerta con visiera	Note
1	BENEFIS	05MSK333CEVNE	MASCHERINA CHIRURGICA		05MSK333CEVNE				SI	SI	dichiarazione art13 DL46/97 istruzioni d'uso e foglietto illustrativo non necessari			1937021	NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	I	>95	<27,3			95 X 180	Dichiarato 120 , misura campione 106	SI	SI	SI				SI	50	SI	
1	MEDIBERG	10MUS409BLEL	MASKELLA		10MUS409BLEL				SI	SI	SI (nella skt)			29747	IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	II	>98	<28	<30		98 x 180	dichiarato e misurato 150, metallo rivestito	bianco e celeste sul campione	SI	SI	SI	SI	SI	SI, su SKT	50	SI	
1	GDA	GDA-MASK-01	MASCHERINA FACCIALE		GDA-MASK-01				SI	NO	NO			1962459	NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	II	>99				95 X 175	105mm+/-3mm alluminio	bianco da ambo i lati sul campione		SI	SI			SI	50	NO	
1	GUIPEL	200501TPCIYYT1	MASCHERINA MEDICA		200501TPCIYYT1				SI	SI	NO			1978525	NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	I	>98,6	<28,8	<17		100 X 175	113 mm sul campione ma in PVC	bianco e celeste sul campione							busta 10pz astuc	NO	Non presenti dichiarazioni di assenza sostanze
1	FIAB	ZT001	MASCHERA MEDICALE TRE STRATI		ZT001				SI	NO	NO (in quanto il documento non è riferito al prodotto offerto)			1981437	NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	I	>99,9	<38	<2,0		95 X 175	Dichiarato 110 , misura campione 118. Metallo rivestito	bianco e celeste sul campione	SI	SI	SI	SI	SI	SI, su SKT	50	SI	A seguito di un'intergrazione documentale del 09/09/2020 (post scadenza bando) il produttore ha fornito il test report corretto, riferito effettivamente al prodotto ZT001.
1	ICR	KZ001	MASCHERINA FACCIALE		KZ001				SI	SI	SI			1971515	NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	IIR	99,3	17,2	22,4	SI	95 X 170	Dichiarato 113 , misura campione 110. Metallo rivestito	bianco e celeste sul campione						SI	2000	NO	Non presenti dichiarazioni di assenza sostanze
1	EUROSERVIZI	MQ001	MASCHERINA FACCIALE		MGIO1183				SI	SI	SI			1952973	NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	II	>98	<40	<30	SI	90 x 180	misura campione 102, Metallo rivestito.	bianco e celeste sul campione						SI			
1	AMADEUS	259/49	WORK		259/49				SI	SI					NON IDONEO		I	IIR	>99,9	<40	<30		95 x 175								SI	25/50 /100	Non presenti dichiarazioni di assenza sostanze	
1	D.M. SRL		DISPOSABLE MEDICAL MASK						SI	SI					NON IDONEO		I		>95	<49	100		95 x 175	Dichiarato 8, materiale malleabile								20/40		
1	FRONTE MODA		MIIR						SI	SI				1978002	NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	IIR	99,7	33,8	21	SI	100 x 170	Dichiarato in PVC										
1	BIOH FILTRAZIONE		SURGICAL FACE MASK						SI	SI				1962097	NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	II	>99	<30,3	<12,3		95 x 170	Dichiarato 11							SI	50		Non presenti dichiarazioni di assenza sostanze

LOTTO	DITTE	Rif.	Oggetto	unità di misura	Codice prodotto fornitore	Quantità disponibili	Prezzo unit. i.e.	Prezzo totale i.e. (quantità per prezzo unitario)	Verifica Dichiarazione Conformità UE	Verifica Test report	Verifica Istruzioni per l'uso	Verifica Etichettatura (campione)	Verifica marchio CE(etichetta)	Verifica sistema qualità Banca dati Min. Salute- RDM	Conclusioni Verifica Tecnica	Norme (UNI EN 14683:2019 e UNI EN ISO 10993-16:2018)	Classe DM (deve essere classe I)	TIPO OFFERTO	BFE % (min.95)	PA (max 40 Pa/cm2)	CFU/gr	Resistenza agli spruzzi (>16kPa)	Dimensioni (mm)	Barretta stringinaso min. 110/120 mm acciaio	Colorazione differente in/est	Assenza di nichel	Assenza di cuciture	Assenza di fibre di vetro	Assenza di formaldeide	Assenza di lattice	Latex free	confezione	Offerta con visiera	Note	
1	ANTINFORTUNISTICA								SI	SI					NON IDONEO																			Dichiarazione conformità riporta produttore e mandatario di un prodotto che non ha legami (REF) con quello proposto dalla ditta. E la ditta non compare mai nei documenti.	
1	FORMITALIA	00777	ANNA						SI	SI				1957111	NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	I	98	30	30		100 x 180											Non presenti dichiarazioni di assenza sostanze	
1	POINTEX	PF-P05	GRAZY						SI	SI				1957607	NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	IIR	98	<40	<30	SI	95 x 175									100		Non presenti dichiarazioni di assenza sostanze	
1	D.D.E.	088	TYPE II MEDICAL MASK						SI	SI				1968730	NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	II	98	<40	<30		95 x 175	SI										Non presenti dichiarazioni di assenza sostanze	
1	BARTOLINI		MASCHERINA 3S ELASTICI						SI	SI					NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	II	98	<40	<30		95 X 175				SI					5/10/50		Non presenti dichiarazioni di assenza sostanze	
1	BINDI SERVICE		MIIR						SI	SI				1978002	NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	IIR	>99	<35	<30	SI												Non presenti dichiarazioni di assenza sostanze	
1	LYRECO ITALIA	MKEX001	MASCHERINA CHIRURGICA MONOUSO						SI						NON IDONEO								95 x 1875	SI								50		Non presenti dichiarazioni di assenza sostanze	
1	MONTESI GROUP	M-01	MAYDAY						SI	SI					NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	II	>98	15,8	8													Non presenti dichiarazioni di assenza sostanze	
1	TRAFI CREATIVITA' TESSILE		HARIA						SI	SI				1981957	NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	I	>95	<40	17		95 x 175 ± 5%	Dichiarato 11,5 ± 3% ,acciaio								SI			Non presenti dichiarazioni di assenza sostanze
1	PETRI E LOMBARDI	FACE MASK 20	MASCHERINA CHIRURGICA FACE MASK 20						SI	SI				1948662	NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	I	96	<29	27		95 x 175											Non presenti dichiarazioni di assenza sostanze	
1	INNOVA HTS	MODELLO CON ELASTICI	FACE MASK						SI	SI				1940364	NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	I	98,9	22,9	15	SI												Non presenti dichiarazioni di assenza sostanze	
1	PAT & PERRY	P1	MASCHERINA MEDICA P1						SI	SI				1979001	NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	I	95	23	29		95 x 175 ± 5%	Dichiarato tra 11 e 12, alluminio							SI	50		Non presenti dichiarazioni di assenza sostanze	
1	FIME	N.D.	N.D.						NO						NON IDONEO																				

LOTTO	DITTE	Rif.	Oggetto	unità di misura	Codice prodotto fornitore	Quantità disponibili	Prezzo unit. i.e.	Prezzo totale i.e. (quantità per prezzo unitario)	Verifica Dichiarazione Conformità UE	Verifica Test report	Verifica Istruzioni per l'uso	Verifica Etichettatura (campione)	Verifica marchio CE(etichetta)	Verifica sistema qualità/ Banca dati Min. Salute- RDM	Conclusioni Verifica Tecnica	Norme (UNI EN 14683:2019 e UNI EN ISO 10993-16:2018	Classe DM (deve essere classe I)	TIPO OFFERTO	BFE % (min.95)	PA (max 40 Pa/cm2)	CFU/gr	Resistenza agli spruzzi (>16kPa)	Dimensioni (mm)	Barretta stringinaso min. 110/120 mm acciaio	Colorazione differente in/est	Assenza di nichel	Assenza di cuciture	Assenza di fibre di vetro	Assenza di formaldeide	Assenza di lattice	Latex free	confezione	Offerta con visiera	Note
-------	-------	------	---------	-----------------	---------------------------	----------------------	-------------------	---	--------------------------------------	----------------------	-------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---	------------------------------	---	----------------------------------	--------------	----------------	--------------------	--------	----------------------------------	-----------------	--	-------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------------	------------------------	--------------------	------------	------------	---------------------	------

Mascherina chirurgica con visiera, da quotare ma non rilevante ai fini dell'aggiudicazione

1	FIAB	ZT005	MASCHERINA CHIRURGICA CON VISIERA		ZT005				NO	SI	NO				NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	IIR	99,6	<55,3	<2,1		95X175	110		SI	SI	SI	SI	SI		50	SI	manca la dichiarazione di conformità
---	------	-------	-----------------------------------	--	-------	--	--	--	----	----	----	--	--	--	------------	--	---	-----	------	-------	------	--	--------	-----	--	----	----	----	----	----	--	----	----	--------------------------------------

Firenze, li 10/09/2020

Firmato dai Membri della Commissione Tecnica

Ing. Giuseppe Caccavelli
Dott.ssa Alessandra Iarussi
Dott. Alessandro Ligori
Dott.ssa Paola Mammoli

ESTAR

011569/2020 - Appalto specifico per la fornitura di MASCHERINE CHIRURGICHE MONOUSO NON STERILI per le Aziende Sanitarie ed altri Enti del S.S. della Regione Toscana

VALUTAZIONE TECNICA OFFERTE PRESENTATE: DM - Mascherine chirurgiche - Classe 1 - Tipo IR con elastici

LOTTO	DITTE	Rif.	Oggetto	unità di misura	Codice prodotto fornitore	Quantità disponibili	Prezzo unit. i.e.	Prezzo totale i.e. (quantità per prezzo unitario)	Verifica Dichiarazione Conformità UE	Verifica Test report	Verifica Istruzioni per l'uso	Verifica Etichettatura (campione)	Verifica marchio CE(etichetta)	Verifica sistema qualità/ Banca dati Min. Salute- RDM	Conclusioni Verifica Tecnica	Norme (UNI EN 14683:2019 e UNI EN ISO 10993-16:2018	Classe DM (deve essere classe I)	TIPO OFFERTO	BFE % (min.95)	PA (max 40 Pa/cm2)	CFU	Resistenza agli spruzzi (>16kPa)	Dimensioni (mm)	Barretta stringinaso min. 110/20 mm acciaio	Colorazione differente int/est	Assenza di nichel	Assenza di cuciture	Assenza di fibre di vetro	Assenza di formaldeide	Assenza di lattice	Latex free	confezione	Offerta con visiera	Note
2	BENEFIS	05MSK339CRVNE	MASCHERINA 3 STRATI		05MSK339CRVNE				SI	SI	NO			1955924	NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	IIR	99,2	38	18	SI	95X180	120	SI	SI	SI	SI			SI	50	SI	Non presenti dichiarazioni di assenza sostanze
2	MEDIBERG	10MUS4A4CFBN	AFLUID 4 STRATI		10MUS4A4CFBN				SI	SI	SI			30084	IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	IIR	>99	tra 26,2 e 29,3	tra 5 e 14	SI	98X180 +/- 3	150 (filo metallico)	SI	SI	SI	SI	SI	SI		50	SI	Il prodotto offerto presenta le caratteristiche delle mascherine di tipo IIR. Di fatto si rilevano proprietà superiori rispetto a quanto richiesto nel Capitolato tecnico di gara per i dispositivi di tipo IR, attualmente non più considerate nella UNI EN 14683/2019.

Firenze, li 24/08/2020

Firmato dai Membri della Commissione Tecnica

Ing. Giuseppe Caccavelli
Dott.ssa Alessandra Iarussi
Dott. Alessandro Ligori
Dott.ssa Paola Mammoli

ESTAR

011569/2020 - Appalto specifico per la fornitura di MASCHERINE CHIRURGICHE MONOUSO NON STERILI per le Aziende Sanitarie ed altri Enti del S.S. della Regione Toscana

VALUTAZIONE TECNICA OFFERTE PRESENTATE: DM - Mascherine chirurgiche - Classe 1 - Tipo II con elastici

LOTTO	DITTE	Rif.	Oggetto	unità di misura	Codice prodotto fornitore	Quantità disponibili	Prezzo unit. i.e.	Prezzo totale i.e. (quantità per prezzo unitario)	Verifica Dichiarazione Conformità UE	Verifica Test report	Verifica Istruzioni per l'uso	Verifica Etichettatura (campione)	Verifica marchio CE(etichetta)	Verifica sistema qualità/ Banca dati Min. Salute- RDM	Conclusioni Verifica Tecnica	Norme (UNI EN 14683:2019 e UNI EN ISO 10993-16:2018)	Classe DM (deve essere classe I)	TIPO OFFERTO	BFE % (min,98)	PA (max 40 Pa/cm2)	CFU	Resistenza agli spruzzi (>16MPa)	Dimensioni (mm)	Barretta stringinaso min. 110/120 mm acciaio	Colorazione differente infest	Assenza di nichel	Assenza di cuciture	Assenza di fibre di vetro	Assenza di formaldeide	Assenza di lattice	Latex free	confezione	Offerta con visiera	Note		
3	BENEFIS	05MSK339CEVNE	MASCHERINA		05MSK339CEVNE				SI	SI	dichiarazione art13 DL46/97 istruzioni d'uso e foglietto illustrativo non necessari			49450	NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	II	>99,3	<27,3	<30		95 X 180	Dichiarato 120, misura campione 100, metallo	SI	SI	SI	SI				SI	50	SI	Non presenti dichiarazioni di assenza sostanze	
3	MEDIBERG	10MUS409BLEL	MASKELLA		10MUS409BLEL				SI	SI	SI (nella skt)			29747	IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	II	>98	<28	<30		98 x 180	150	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	50	SI		
3	GDA	GDA-MASK-01	MASCHERINA FACCIALE		GDA-MASK-01				SI	NO	NO			1962459	NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	II	>99				95 X 175	Dichiarato 105mm+/-3mm, misura campione 100, alluminio	bianco da ambo i lati sul campione		SI	SI				SI	50	NO	Non presenti dichiarazioni di assenza sostanze	
3	ICR	KZ001	MASCHERINA FACCIALE		KZ001				SI	SI	SI			1971515	NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	IIR	99,3	17,2	22,4	SI	95 X 170	Dichiarato 113 , misura campione 110. Metallo rivestito	bianco e celeste sul campione							SI	2000	NO	Non presenti dichiarazioni di assenza sostanze	
3	EUROSERVIZI	MQ001	MASCHERINA FACCIALE		MGI01183				SI	SI	SI			1952973	NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	II	>98	<40	<30	SI	90 x 180	misura campione 102, Metallo rivestito.	bianco e celeste sul campione								SI			
3	D.D.E.	088	TYPE II MEDICAL MASK						SI	SI				1968730	NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	II	98	<40	<30		95 x 175		SI									Non presenti dichiarazioni di assenza sostanze		
3	MEHOS	KI-8501	DISPOSABLE MEDICAL FACE MASK						NO	SI				1946419	NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	II	>98	<40	<30		95 x 175	Dichiarato in polietilene				SI				SI			Non presenti dichiarazioni di assenza sostanze	
3	AMADEUS	259/49	WORK		259/49				SI	SI					NON IDONEO		I	IIR	>99,9	<40	<30		95 x 175									SI	25/50/100		Non presenti dichiarazioni di assenza sostanze	
3	FIAB	ZT003	MASCHERA MEDICALE TRE STRATI		ZT003				SI	SI (uguali lotto 1)	NO			1981279	IDONEO (DELTA P attribuibile a DM tipo IIR e quindi con caratteristiche superiori rispetto a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico: DM tipo II)	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	IIR	>99,3	<55,3	<2,1		95 X 175	Dichiarato 110 , Metallo rivestito	bianco e celeste sul campione	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI, su SKT	50	SI	Il prodotto offerto presenta un valore di pressione differenziale (delta P) attribuibile a mascherine di tipo IIR. Di fatto si rilevano caratteristiche superiori rispetto a quanto richiesto nel Capitolato tecnico di gara per i dispositivi di tipo II	

ESTAR

011569/2020 - Appalto specifico per la fornitura di MASCHERINE CHIRURGICHE MONOUSO NON STERILI per le Aziende Sanitarie ed altri Enti del S.S. della Regione Toscana

VALUTAZIONE TECNICA OFFERTE PRESENTATE: DM - Mascherine chirurgiche - Classe 1 - Tipo II con elastici

LOTTO	DITTE	Rif.	Oggetto	unità di misura	Codice prodotto fornitore	Quantità disponibili	Prezzo unit. i.e.	Prezzo totale i.e. (quantità per prezzo unitario)	Verifica Dichiarazione Conformità UE	Verifica Test report	Verifica Istruzioni per l'uso	Verifica Etichettatura (campione)	Verifica marchio CE (etichetta)	Verifica sistema qualità/ Banca dati Min. Salute- RDM	Conclusioni Verifica Tecnica	Norme (UNI EN 14683:2019 e UNI EN ISO 10993-16:2018)	Classe DM (deve essere classe I)	TIPO OFFERTO	BFE % (min,98)	PA (max 40 Pa/cm2)	CFU	Resistenza agli spruzzi (>16kPa)	Dimensioni (mm)	Barretta stringinaso min. 110/120 mm acciaio	Colorazione differente infest	Assenza di nichel	Assenza di cuciture	Assenza di fibre di vetro	Assenza di formaldeide	Assenza di lattice	Latex free	confezione	Offerta con visiera	Note	
3	FRONTE MODA		MIIR						SI	SI				1978002	NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	IIR	99,7	33,8	21	SI	100 x 170	Dichiarato in PVC										Non presenti dichiarazioni di assenza sostanze	
3	ANTINFORTUNISTICA								SI	SI					NON IDONEO																				Dichiarazione conformità riporta produttore e mandatario di un prodotto che non ha legami (REF) con quello proposto dalla ditta. E la ditta
3	PIKDARE	2014013300000	FACE MASK						SI					1951093	NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I							METALLO							SI	50		Non presenti dichiarazioni di assenza sostanze	
3	POINTEX	PF-P05	GRAZY						SI	SI				1957607	NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	IIR	98	<40	<30	SI	95 x 175									100		Non presenti dichiarazioni di assenza sostanze	
3	D.M. SRL		DISPOSABLE MEDICAL MASK						SI	SI					NON IDONEO		I		>95	<49	100		95 x 175	Dichiarato 8, materiale malleabile									20/40		
3	DESIPACK	MF-50	DESI MASK						NO	SI					NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	II	>98	35,7	<30		90 X180 ±5						SI	SI	SI	50		Non presenti dichiarazioni di assenza sostanze	
3	BARTOLINI	MASS001	MASCHERINA 3S ELASTICI						SI	SI				1972593	NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	II	98	<40	<30		95 X 175						SI			5/10/50		Non presenti dichiarazioni di assenza sostanze	
3	FISIOSVILUPPI	Y-MCIIR50	MASCHERINA CHIRURGICA						SI	SI				1961845	NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO		IIR	>98	39,6	16	SI	95 x 175	dichiarato 9,5 in ferro zicato con PE						SI		50		Non presenti dichiarazioni di assenza sostanze	
3	CO.DI.SAN	NOMED14683.01/ER	MASCHERA FACCIALE USO MEDICO						SI	SI				1971190	NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	dichiarato IIR ma test report = II	>98,2	<32	<30	>16	95 x 175		SI							50		Non presenti dichiarazioni di assenza sostanze	
3	BINDI SERVICE	MIIR	MIIR						SI	SI				1978002	NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	IIR	>99	<35	<30	SI												Non presenti dichiarazioni di assenza sostanze	
3	BIOH FILTRAZIONE	1153	SURGICAL FACE MASK		SURGICAL FACE MASK				SI	SI				1962097	NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	II	>99	<30,3	<12,3		95 x 170	Dichiarato 10 ±1						SI	50		Non presenti dichiarazioni di assenza sostanze		
3	FORMITALIA	DIDI II	DIDI II						SI	SI	SI			1980190	NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	II	>99,1	36,5	22		100 X 175											Non presenti dichiarazioni di assenza sostanze	

ESTAR

011569/2020 - Appalto specifico per la fornitura di MASCHERINE CHIRURGICHE MONOUSO NON STERILI per le Aziende Sanitarie ed altri Enti del S.S. della Regione Toscana

VALUTAZIONE TECNICA OFFERTE PRESENTATE: DM - Mascherine chirurgiche - Classe 1 - Tipo II con elastici

LOTTO	DITTE	Rif.	Oggetto	unità di misura	Codice prodotto fornitore	Quantità disponibili	Prezzo unit. i.e.	Prezzo totale i.e. (quantità per prezzo unitario)	Verifica Dichiarazione Conformità UE	Verifica Test report	Verifica Istruzioni per l'uso	Verifica Etichettatura (campione)	Verifica marchio CE(etichetta)	Verifica sistema qualità/ Banca dati Min. Salute- RDM	Conclusioni Verifica Tecnica	Norme (UNI EN 14683:2019 e UNI EN ISO 10993-16:2018)	Classe DM (deve essere classe I)	TIPO OFFERTO	BFE % (min,98)	PA (max 40 Pa/cm2)	CFU	Resistenza agli spruzzi (>16kPa)	Dimensioni (mm)	Barretta stringinaso min. 110/120 mm acciaio	Colorazione differente infest	Assenza di nichel	Assenza di cuciture	Assenza di fibre di vetro	Assenza di formaldeide	Assenza di lattice	Latex free	confezione	Offerta con visiera	Note	
3	LYRECO ITALIA	MKEX001	MASCHERINA CHIRURGICA MONOUSO						SI						NON IDONEO								95 x 175		SI										Non presenti dichiarazioni di assenza sostanze
3	TAU MEDICA	BT04631B	BETATEX						SI	SI					NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	II	98,24	34,67	1,11		95 x 175	dichiarato 105, acciaio	SI						SI				Non presenti dichiarazioni di assenza sostanze
3	MONTESI GROUP	M-01	MAYDAY						SI	SI					NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	II	>98	15,8	8														Non presenti dichiarazioni di assenza sostanze
3	NIAS	DODINA	MASCHERINA CHIRURGICA						SI	SI			1971172		NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	II	98,8	15,27	25		95 x 175				SI					50		Non presenti dichiarazioni di assenza sostanze	
3	DEALFA	MNOME001	DEALPROTECT - MASCHERINA CHIRURGICA						SI				1946241		NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	?	>98	<40	<30		95 x 175	dichiarato alluminio	SI						SI	50		Non presenti dichiarazioni di assenza sostanze	
3	INNOVA	CVE-MCHDMT2-1	EUROPE MASK						SI	SI			1975566		NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	II	>98	31	25		92 X 178			SI			SI	SI	50		Non presenti dichiarazioni di assenza sostanze		

Firenze, li 20/08/2020

Firmato dai Membri della Commissione Tecnica

Ing. Giuseppe Caccavelli
Dott.ssa Alessandra Iarussi
Dott. Alessandro Ligori
Dott.ssa Paola Mammoli

ESTAR

011569/2020 - Appalto specifico per la fornitura di MASCHERINE CHIRURGICHE MONOUSO NON STERILI per le Aziende Sanitarie ed altri Enti del S.S. della Regione Toscana

VALUTAZIONE TECNICA OFFERTE PRESENTATE: DM - Mascherine chirurgiche - Classe 1 - Tipo IIR con elastici

LOTTO	DITTE	Rif.	Oggetto	unità di misura	Codice prodotto fornitore	Quantità disponibili	Prezzo unit. i.e.	Prezzo totale i.e. (quantità per prezzo unitario)	Verifica Dichiarazione Conformità UE	Verifica Test report	Verifica Istruzioni per l'uso	Verifica Etichettatura (campione)	Verifica marchio CE(etichetta)	Verifica sistema qualità Banca dati Min. Salute-RDII	Conclusioni Verifica Tecnica	Norme (UNI EN 14683:2019 e UNI EN ISO 10993-16:2018	Classe DM (deve essere classe I)	TIPO OFFERTO	BFE % (min.98)	PA (max 60 Pa/cm2)	CFU	Resistenza agli spruzzi (>16kPa)	Dimensioni (mm)	Barretta siringinaso min. 110/120 mm acciaio	Colorazione differente invest	Assenza di nichel	Assenza di cuciture	Assenza di fibre di vetro	Assenza di formaldeide	Assenza di lattice	Latex free	confezione	Offerta con visiera	Note	
4	BENEFIS	05MSK339CRVNE	MASCHERINA 3 STRATI		05MSK339CRVNE				SI	SI	NO			1955924	NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	IIR	99,2	38	18	SI	95X180	Dichiarato 120 , misura campione 106	SI	SI	SI	SI			SI	50	SI	Non presenti dichiarazioni di assenza sostanze pericolose	
4	GDA	GDA-MASK-02	MASCHERINA CHIRURGICA		GDA-MASK-02				SI	SI	SI			1969726	NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	IIR	>99,9 %	55,3	14,2	SI	95+/-2 X 175+/-2	alluminio rivestito 105+/-3				SI			SI	50	NO	Non presenti dichiarazioni di assenza sostanze pericolose	
4	MEDIBERG	10MUS4A4CFBN	AFLUID 4 STRATI		10MUS4A4CFBN				SI	SI	SI			30084	IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	IIR	>99	tra 26,2 e 29,3	tra 5 e 14	SI	98X180 +/-3	150 (filo metallico)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	50	SI		
4	ICR	KZ001	MASCHERINA FACCIALE		KZ001				SI	SI	SI			1971515	NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	IIR	99,3	17,2	22,4	SI	95 X 170	Dichiarato 113 , misura campione 110. Metallo rivestito	bianco e celeste sul campione						SI	2000	NO	Non presenti dichiarazioni di assenza sostanze pericolose	
4	CISA PRODUCTIONS	0201002	MASCHERINA CHIRURGICA		0201002				SI	SI	NO			1935660	NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I sterile	IIR	>99%	<60	<30	SI	95X175	Campione 106, materiale plastico				SI		SI		50	NO	Non presenti dichiarazioni di assenza sostanze pericolose	
4	D.D.E.	088	TYPE II MEDICAL MASK		DDE3PLY				SI	SI				1968730	NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	II	98	<40	<30		95 x 175		SI						SI		Non presenti dichiarazioni di assenza sostanze pericolose		
4	MEHOS	12458	INTMASK		FM301				SI	SI	NO			1958209	NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	IIR	>99	36,5	18	SI	95 X 175	N.D.	SI		SI	SI		SI		50	NO	Non presenti dichiarazioni di assenza sostanze pericolose	
4	AMADEUS	259/49	WORK		259/49				SI	SI				1981749	NON IDONEO		I	IIR	>99,9	<40	<30		95 x 175								SI	25/50/100	Non presenti dichiarazioni di assenza sostanze pericolose		
4	FIAB	ZT003	MASCHERA MEDICALE TRE STRATI		ZT003				SI	SI (uguali lotto 1)	NO			1981279	IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	IIR	>99,3	<55,3	<2,1		95 X 175	Dichiarato 110 , Metallo rivestito	bianco e celeste sul campione	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI, su SKT	50	SI	
4	GIUPEL	ALPHA1-A1	MASCHERINA CHIRURGICA						SI	SI				1948826	NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	IIR	>99,7	13	26	SI	90 X 175											Non presenti dichiarazioni di assenza sostanze pericolose	

ESTAR

011569/2020 - Appalto specifico per la fornitura di MASCHERINE CHIRURGICHE MONOUSO NON STERILI per le Aziende Sanitarie ed altri Enti del S.S. della Regione Toscana

VALUTAZIONE TECNICA OFFERTE PRESENTATE: DM - Mascherine chirurgiche - Classe 1 - Tipo IIR con elastici

LOTTO	DITTE	Rif.	Oggetto	unità di misura	Codice prodotto fornitore	Quantità disponibili	Prezzo unit. i.e.	Prezzo totale i.e. (quantità per prezzo unitario)	Verifica Dichiarazione Conformità UE	Verifica Test report	Verifica Istruzioni per l'uso	Verifica Etichettatura (campione)	Verifica marchio CE(etichetta)	Verifica sistema qualità Banca dati Min. Salute- RDM	Conclusioni Verifica Tecnica	Norme (UNI EN 14683:2019 e UNI EN ISO 10993-16:2018)	Classe DM (deve essere classe I)	TIPO OFFERTO	BFE % (min.98)	PA (max 60 Pa/cm2)	CFU	Resistenza agli spruzzi (>16kPa)	Dimensioni (mm)	Barretta stringinaso min. 110/120 mm acciaio	Colorazione differente in/est	Assenza di nichel	Assenza di cuciture	Assenza di fibre di vetro	Assenza di formaldeide	Assenza di lattice	Latex free	confezione	Offerta con visiera	Note	
4	FRONTE MODA		MIIR						SI	SI				1978002	NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	IIR	99,7	33,8	21	SI	100 x 170	Dichiarato in PVC										Non presenti dichiarazioni di assenza sostanze pericolose	
4	MOLNLYCKE	Z451C120002 (con elastici); KZDC120003 (con TNT elastico)	MASCHERINA MEDICA TIPO IIR						SI	SI				1940307	IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	IIR	>98	<60	<30	SI	95 ±2 X 175 ±3	120 ± 5, allumini o	SI	SI	SI	SI	SI	SI			SI		
4	ANTINFORT UNISTICA								SI	SI					NON IDONEO																				Dichiarazione conformità riporta produttore e mandatario di un prodotto che non ha legami (REF) con quello proposto dalla ditta. E la ditta non compare mai nei documenti.
4	MEDLINE	NONE27374	MASCHERINA PROCEDURALE						SI	SI				1961064	NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	IIR	>98	<60	<30	SI			SI			SI				SI			Non presenti dichiarazioni di assenza sostanze pericolose
4	POINTEX	PF-P05	GRAZY						SI	SI				1957607	NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	IIR	98	<40	<30	SI	95 x 175										100		Non presenti dichiarazioni di assenza sostanze pericolose
4	ADRIA	FM50KNS	MASCHERINA CHIRURGICA IIR						SI	SI				1947640	NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	IIR	>98	49,8	8	SI	95 ±2 X 175 ±2	115 ± 1, allumini o				SI					50		Non presenti dichiarazioni di assenza sostanze pericolose
4	D.M. SRL		DISPOSABLE MEDICAL MASK						SI	SI					NON IDONEO				>95	<49	100		95 x 175	Dichiarato 8, materiale malleabile									20/40		certificazioni contrastanti sul tipo
4	BIOH FILTRAZIONE	NS2R01;NS2R02	MEDICAL FACE MASK						SI	NO					NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	IIR					95 x 170									SI		Non presenti dichiarazioni di assenza sostanze pericolose	
4	FISIOSVILUPPI	Y-MCIR50	MASCHERINA CHIRURGICA						SI	SI				1961845	NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO		IIR	>98	39,6	16	SI	95 x 175	dichiarato 9,5 in ferro zicato con PE						SI		50		Non presenti dichiarazioni di assenza sostanze pericolose	
4	CO.DI.SAN	NOMED14683.01/ER	MASCHERA FACCIALE USO MEDICO						SI	SI				1971190	NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	dichiarato IIR ma test report = II	>98,2	<32	<30		95 x 175		SI								50		Non presenti dichiarazioni di assenza sostanze pericolose

ESTAR

011569/2020 - Appalto specifico per la fornitura di MASCHERINE CHIRURGICHE MONOUSO NON STERILI per le Aziende Sanitarie ed altri Enti del S.S. della Regione Toscana

VALUTAZIONE TECNICA OFFERTE PRESENTATE: DM - Mascherine chirurgiche - Classe 1 - Tipo IIR con elastici

LOTTO	DITTE	Rif.	Oggetto	unità di misura	Codice prodotto fornitore	Quantità disponibili	Prezzo unit. i.e.	Prezzo totale i.e. (quantità per prezzo unitario)	Verifica Dichiarazione Conformità UE	Verifica Test report	Verifica Istruzioni per l'uso	Verifica Etichettatura (campione)	Verifica marchio CE(etichetta)	Verifica sistema qualità Banca dati Min. Salute- RDM	Conclusioni Verifica Tecnica	Norme (UNI EN 14683:2019 e UNI EN ISO 10993-16:2018	Classe DM (deve essere classe I)	TIPO OFFERTO	BFE % (min.98)	PA (max 60 Pa/cm2)	CFU	Resistenza agli spruzzi (>16kPa)	Dimensioni (mm)	Barretta stringinaso min. 110/120 mm acciaio	Colorazione differente in/est	Assenza di nichel	Assenza di cuciture	Assenza di fibre di vetro	Assenza di formaldeide	Assenza di lattice	Latex free	confezione	Offerta con visiera	Note	
4	3.M.C.SPA	D/1018/1	PROTEX						SI	SI				1725087	NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	IIR	99,3	32	<1	32	95 ±2 X 175 ±2	dichiarato 10,5, alluminio	SI			SI				SI	50		Non presenti dichiarazioni di assenza sostanze pericolose
4	BINDI SERVICE	MIIR	MIIR						SI	SI				1978002	NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	IIR	>99	<35	<30	SI													Non presenti dichiarazioni di assenza sostanze pericolose
4	FORMITALIA	DIDI IIR	MASCHERINA CHIRURGICA DIDI IIR						SI	SI				1977360	NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	IIR	99,1	36,5	22	SI	100 X 175												Non presenti dichiarazioni di assenza sostanze pericolose
4	INNOVA	DC2023-50	T-MASK						SI	SI				1981866	NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	IIR	98,78	24	21	19	100 X185	dichiarato 11,5, alluminio				SI				SI	50		Non presenti dichiarazioni di assenza sostanze pericolose
4	DESIPAK	MF-50R	DESIMASK R						NO (deroga ISS)	SI					NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	IIR	98,4	35,7	23	SI	90 X 180 ± 5					SI				SI			Non presenti dichiarazioni di assenza sostanze pericolose
4	NIAS	DODINA	MASCHERINA CHIRURGICA						SI	SI				1971172	NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	IIR	98,8	15,27	25	SI	95 X 175												Non presenti dichiarazioni di assenza sostanze pericolose

Mascherina chirurgica con visiera, da quotare ma non rilevante ai fini dell'aggiudicazione

4	MOLNLYCKE	4267	MASCHERINA EXTRA PROTECTION PLUS - BARRIER						SI	SI					IDONEITA' SUBORDINATA A ESISTENZA RDM	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	IIR	>99	26-36	10	SI	95 ±2 X 175 ±3	120 ± 5, allumini o	SI	SI	SI	SI	SI	SI			SI		RICHIEDERE RDM PENA ANNULLAMENTO ORDINE
---	-----------	------	--	--	--	--	--	--	----	----	--	--	--	--	---------------------------------------	--	---	-----	-----	-------	----	----	----------------	---------------------	----	----	----	----	----	----	--	--	----	--	---

Firenze, li 24/08/2020

Firmato dai Membri della Commissione Tecnica

Ing. Giuseppe Caccavelli
Dott.ssa Alessandra Iarussi
Dott. Alessandro Ligori
Dott.ssa Paola Mammoli

ESTAR

011569/2020 - Appalto specifico per la fornitura di MASCHERINE CHIRURGICHE MONOUSO NON STERILI per le Aziende Sanitarie ed altri Enti del S.S. della Regione Toscana

VALUTAZIONE TECNICA OFFERTE PRESENTATE: DM - Mascherine chirurgiche - Classe 1 - Tipo IIR con lacci

LOTTO	DITTE	Rif.	Oggetto	unità di misura	Codice prodotto fornitore	Quantità disponibili	Prezzo unit. i.e.	Prezzo totale i.e. (quantità per prezzo unitario)	Verifica Dichiarazione Conformità UE	Verifica Test report	Verifica Istruzioni per l'uso	Verifica Etichettatura (campione)	Verifica marchio CE(etichetta)	Verifica sistema qualità/ Banca dati Min. Salute- RDM	Conclusioni Verifica Tecnica	Norme (UNI EN 14683:2019 e UNI EN ISO 10993-16:2018	Classe DM (deve essere classe I)	TIPO OFFERTO	BFE % (min.98)	PA (max 60 Pa/cm2)	CFU	Resistenza agli spruzzi (>16kPa)	Dimensioni (mm)	Barretta stringinaso min. 110/120 mm acciaio	Colorazione differente int/est	Assenza di nichel	Assenza di cuciture	Assenza di fibre di vetro	Assenza di formaldeide	Assenza di lattice	Latex free	confezione	Offerta con visiera	Note	
5	DDE	088	TYPE II MEDICALMASK		DDE3PLY				SI	SI				1968730	NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	II	98	<40	<30		95 X 175		SI							SI	NO	Offerto dispositivo medico con elastici e di tipo II, quindi con caratteristiche diverse dal Capitolato di gara e peggiori	
5	BENEFIS	05MSK339CRVNM	MASCHERINA CHIRURGICA RESISTENTE AGLI SPRUZZI		05MSK339CRVNM				SI	SI	NO			1972690	NON IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	IIR	99,2	37-38	18	SI	95 X 180	120	SI	SI	SI	SI				SI	50	SI	Non presenti dichiarazioni di assenza sostanze pericolose
5	MEDIBERG	11MUS4A4CFBN	MASCHERA CHIRURGICA 4 STRATI CON LACCI- AFLUID						SI	SI				30083	IDONEO	UNIEN14683:2019 SI UNIENISO10993-16:2018 NO	I	IIR	>99	<30	<30	16	92 X 180	150, metallo	SI	SI	SI	SI	SI	SI		50			

Firenze, li 24/08/2020

Firmato dai Membri della Commissione Tecnica

Ing. Giuseppe Caccavelli
Dott.ssa Alessandra Iarussi
Dott. Alessandro Ligori
Dott.ssa Paola Mammoli