

**APPALTO SPECIFICO – SDA APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO
QUINQUENNALE DI UN MICROSCOPIO LASER CONFOCALE PER USO DERMATOLOGICO DI ULTIMA GENERAZIONE DA
DESTINARE ALLA UO DERMATOLOGIA DEL PO DI LIVORNO DELL’AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST**

VERBALEN.4 - APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

Stazione appaltante	ESTAR
Tipologia della procedura	A.S. nell’ambito dello SDA Apparecchiature elettromedicali per la fornitura in noleggio quinquennale, compresa la manutenzione Full Risk, di un Microscopio laser confocale per uso dermatologico di ultima generazione, da destinare alla UO Dermatologia del PO di Livorno dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest-CIG 9040978311
Deliberazione di indizione	n. 653 del 29/12/2021
Determinazione ammissione	n. 166 del 01/02/2022
Determinazione nomina CG	n. 387 del 10/03/2022
Criterio di Aggiudicazione	Offerta Economicamente più vantaggiosa ex art.95 D.Lgs.50/2016
Base d’Asta dell’Appalto Specifico	€ 288.000,00 - IVA esclusa, di cui - costi presunti della manodopera: € 5.760,00 - oneri di interferenza: € 0,00
Durata del contratto	5 anni
Responsabile Unico del Procedimento	Cinzia Manetti

Il giorno **20 Giugno 2022**, alle ore 10:10, in videoconferenza sulla piattaforma CISCO WEBEX si è riunito il Seggio di gara per la seduta relativa all’apertura della documentazione economica presentata dall’unica ditta concorrente.

La seduta si apre alla presenza del Seggio di gara come previsto dal disciplinare composto da:

- Sig. Cinzia Manetti – RUP di gara e Presidente del seggio di gara;
- Sig.ra Barbara Quaranta - Dipendente ESTAR in qualità di segretario verbalizzante;
- Dr. Francesco Bavetta – Dirigente ABS in qualità di testimone

Il Presidente di Seggio ribadisce che tale modalità di svolgimento della seduta economica era prevista all’art. 16.3 del Disciplinare di gara.

Si dà quindi atto che lo svolgimento della seduta odierna è stato comunicato all’unica ditta concorrente tramite piattaforma di gara START in data 14/06 u.s.

Il Presidente di Seggio ricorda quindi che:

- la procedura di gara è stata indetta, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, da Estar con Deliberazione del Direttore Generale n. 653 del 29/12/2021
- l’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti parametri di cui al Disciplinare di gara:
 - Qualità: fino ad un massimo di 70 punti
 - Prezzo: fino ad un massimo di 30 punti.
- le offerte tecniche non rispondenti alle caratteristiche essenziali richieste o che otterranno un punteggio totale inferiore a 42 punti saranno escluse dal proseguimento alla partecipazione alla gara e, pertanto, non saranno ammesse alla fase di apertura delle buste contenenti l’offerta economica.

Viene quindi dato atto che:

- nel prescritto termine delle ore 13.00 del giorno 27/01/2022, è pervenuta sulla piattaforma telematica <https://start.toscana.it>, l’offerta della ditta BIOSONIC S.r.l.
- come risulta dalla Determinazione n. 166 del 01/02/2022, pubblicata, ai sensi dell’art. 29, c.1 del D.Lgs. n. 50/2016, nel sistema di acquisti telematici – START, nel settore relativo alla gara di cui trattasi ed inviata alla ditta concorrente, la stessa è stata ammessa al prosieguo della procedura;
- in data 28/03/2022, a seguito dell’accettazione dell’incarico da parte della Commissione Giudicatrice (nominata con Determinazione n. 387 del 10/03/2022), è stata aperta la documenta-

zione tecnica prodotta dalla ditta concorrente come da Verbale n. 3 a firma del Seggio di Gara;

- in data 10/06/2022 la Commissione ha prodotto la relazione relativa alla valutazione tecnica del prodotto offerto dalla ditta concorrente con conseguente attribuzione del punteggio qualitativo, ai sensi dell'art.15 del disciplinare di gara (allegato "A" al presente verbale, quale parte integrante e sostanziale) e che in data 16/06/2022, detta relazione è stata trasmessa tramite piattaforma di gara START alla medesima ditta per una facile lettura e conoscenza dei punteggi della valutazione tecnico-qualitativa attribuiti

Il Presidente ricorda, inoltre, che le valutazioni discrezionali sulla qualità dei prodotti attribuite dalla Commissione Giudicatrice non potranno in alcun modo essere sindacate e che nessun punteggio né qualitativo né economico è stato attribuito ad offerte relative a prodotti qualitativamente risultati non conformi alle caratteristiche essenziali richieste dal Capitolato Tecnico di gara.

Il Presidente dà quindi atto che la Commissione ha prodotto la relazione relativa alla valutazione tecnica dei prodotti offerti dall'unica ditta concorrente con conseguente attribuzione del punteggio qualitativo, ai sensi dell'art.15 del Disciplinare di gara (allegata al presente verbale, quale parte integrante e sostanziale).

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI E RILIEVI

Si ribadisce che all'operatore offerente è stata trasmessa in data 14/06 u.s. la Relazione Tecnica della Commissione Giudicatrice, allegata al presente verbale, per una facile lettura e conoscenza dei punteggi della valutazione tecnico-qualitativa attribuiti.

Vista la citata relazione della Commissione Giudicatrice, sulla piattaforma di gara viene riportata la valutazione attribuita dalla Commissione all'offerta tecnica della ditta concorrente, con indicazione del relativo punteggio attribuito.

Il Presidente procede quindi all'apertura della busta elettronica contenente l'offerta economica presentata dal concorrente, ne dà contestuale lettura e verifica la presenza dell'offerta economica e del dettaglio dell'offerta economica.

Dalle suddette operazioni deriva quanto segue:

ditta	Importo offerto	Ribasso % su base d'asta (€ 250.000,00)	Punti prezzo	Punti qualità (ri-param.)	Punti totali	Class.
BIOSONIC S.r.l.	€ 278.899,20	3,16%	30	70,00	100	1^

La ditta BIOSONIC S.r.l., unica offerente, ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Ciò premesso, l'Offerta economica ed il Dettaglio economico saranno inviati alla Commissione Giudicatrice per la verifica circa la presenza di tutti gli elementi richiesti nel Disciplinare di gara.

La Commissione Giudicatrice effettuerà le valutazioni del caso e comunicherà al RUP le risultanze per la relativa approvazione.

Il Presidente del Seggio di gara comunica infine che è concluso il procedimento volto all'individuazione dell'offerta migliore, per il quale è stato redatto il presente verbale, ribadendo che:

- il presente verbale non dà luogo ad aggiudicazione;
- l'aggiudicazione verrà disposta previa valutazione economica da parte della Commissione Giudicatrice, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'affidamento della fornitura in via definitiva è subordinato alle verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed avverrà con successivo atto ESTAR, sulla base delle risultanze della seduta di gara, della valutazione della documentazione economica da parte della Commissione Giudicatrice, tenendo conto della verifica delle condizioni di congruità economica dell'offerta.

Alle ore 10:55 il Presidente del seggio di gara chiude la seduta.

Il presente verbale di n.3 (tre) pagine e n.1 allegato, costituito dalla relazione della Commissione Giudicatrice (n.4 pagine), redatto in unico originale, viene acquisito agli atti della UOC Gare Strategiche.



Letto, firmato e sottoscritto.

Il Seggio di gara

F.to Cinzia Manetti – Presidente Seggio di gara

F.to Barbara Quaranta – Segretario verbalizzante

F.to Francesco Bavetta - Testimone

APPALTO SPECIFICO, NELL'AMBITO DELLO SDA APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI, PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO QUINQUENNALE DI N. 1 MICROSCOPIO LASER CONFOCALE PER USO DERMATOLOGICO DI ULTIMA GENERAZIONE DA DESTINARE ALLA U.O. DERMATOLOGIA DEL P.O. DI LIVORNO DELL'AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

La Commissione Giudicatrice incaricata con Determinazione n. 387 del 10/03/2022 della valutazione dell'offerta nella procedura d'appalto in oggetto, a conclusione dell'esame dell'offerta tecnica effettuato sulla base dei documenti di gara e relativi chiarimenti pubblicati su Start, esprime all'unanimità le seguenti valutazioni attribuendo altresì il punteggio tecnico con riferimento ai criteri di valutazione e parametri previsti dal Disciplinare di gara.

La ditta partecipante risulta:

- 1) Biosonic Srl con l'apparecchio modello VivaScope Combo (VivaScope 1500 + VivaScope 3000).

Dall'esame della documentazione tecnica presentata dalla ditta partecipante alla procedura di gara, la Commissione Giudicatrice, in conformità a quanto specificato nel Disciplinare di gara, ha attribuito collegialmente, a ciascun elemento della qualità, per il modello di apparecchio proposto dalla ditta partecipante, un giudizio sintetico e un corrispondente coefficiente compreso fra 0 e 1 secondo i seguenti valori di riferimento.

Giudizio	OTTIMO	DISTINTO	BUONO	DISCRETO	SUFFICIENTE-ADEGUATO	INSUFFICIENTE-INADEGUATO	GRAVEMENTE INSUFFICIENTE-INADEGUATO	NON VALUTABILE
Valore assegnato	1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5 - 0,4	0,3 - 0,1	0,0

1 - Microscopio laser confocale

A1 - Tipologia degli esami consentiti dal sistema

Dall'esame della documentazione tecnica presentata, risulta che il microscopio offerto è in grado di effettuare tutte le tipologie di esami in cui è necessario differenziare in modo rapido e non invasivo il tessuto sano da quello patologico.

Criterio discrezionale, coefficienti attribuiti:

Ditta	Biosonic
Giudizio	Ottimo
Coefficiente	1,00
Punteggio	6,00

A2 - Caratteristiche funzionali del sistema

Dall'esame della documentazione tecnica presentata, risulta che il microscopio offerto è in grado di effettuare esami delle cellule in tempo reale su tessuto vivente e di visualizzare i diversi strati dell'epidermide e il derma papillare. Permette di raggiungere gli strati superficiali del derma reticolare solamente in alcune zone corporea.

Criterio discrezionale, coefficienti attribuiti:

Ditta	Biosonic
Giudizio	Distinto
Coefficiente	0,90
Punteggio	6,30

A3 - Tipologia di immagini e filmati

L'apparecchio offerto utilizza formati proprietari per le immagini e i filmati prodotti. Offre comunque la possibilità di esportare tali immagini e video in formati classici come JPEG/PNG e AVI.

Criterio discrezionale, coefficienti attribuiti:

Ditta	Biosonic
Giudizio	Buono
Coefficiente	0,80
Punteggio	4,80

A4 - Caratteristiche tecniche del sistema:

1. profondità selezionabile dall'operatore di almeno 200 μm ;
2. risoluzione ottica orizzontale inferiore a 1,25 μm ;
3. risoluzione ottica verticale inferiore a 5 μm ;
4. risoluzione immagine almeno 1000 pixel x 1000 pixel;
5. campo visivo almeno 500 μm x 500 μm ;

Dall'esame della documentazione tecnica presentata, risulta che il microscopio offerto possiede tutte le caratteristiche tecniche richieste.

Criterio tabellare, punteggio attribuito:

Ditta	Biosonic
Punteggio	6,00

2 - Microscopio laser confocale addizionale

A5 - Caratteristiche funzionali del sistema

Per quanto riguarda le caratteristiche funzionali, il microscopio offerto è in grado di effettuare esami di microscopia confocale per la diagnosi precoce dei tumori cutanei, consentendo di raggiungere zone corporee di difficile accesso o con particolari complessità anatomiche.

Criterio discrezionale, coefficienti attribuiti:

Ditta	Biosonic
Giudizio	Ottimo
Coefficiente	1,00
Punteggio	9,00

7

A6 - Caratteristiche ergonomiche del sistema

L'apparecchio offerto è di tipo manuale, non scollegabile dal sistema ed il peso del manipolo, di 0,7 Kg, è giudicato accettabile.

Criterio discrezionale, coefficienti attribuiti:

Ditta	Biosonic
Giudizio	Distinto
Coefficiente	0,90
Punteggio	4,50

A7 - Caratteristiche tecniche del sistema:

1. profondità selezionabile dall'operatore di almeno 200 µm;
2. risoluzione ottica orizzontale inferiore a 1,25 µm;
3. risoluzione ottica verticale inferiore a 5 µm;
4. risoluzione immagine almeno 1000 pixel x 1000 pixel;
5. campo visivo almeno 1000 µm x 1000 µm;

Dall'esame della documentazione tecnica presentata, risulta che il microscopio offerto possiede tutte le caratteristiche tecniche richieste.

Criterio tabellare, punteggio attribuito:

Ditta	Biosonic
Punteggio	5,00

3 - Videodermatoscopio

A8 - Caratteristiche tecnico funzionali del videodermatoscopio

Il videodermatoscopio offerto consente una diagnosi precoce dei tumori cutanei in zone di difficile accesso o con complessità anatomiche. Lo strumento presenta ottime caratteristiche tecniche, in particolare per quanto riguarda gli ingrandimenti ottici, il microfuoco regolabile e i controlli sul manico della telecamera.

Criterio discrezionale, coefficienti attribuiti:

Ditta	Biosonic
Giudizio	Ottimo
Coefficiente	1,00
Punteggio	9,00

4 - PC + Software operativo

A9 - Caratteristiche del PC e del software operativo proposti

Il PC offerto presenta un hard disk da 1 TB; il software operativo proposto consente una navigazione della pelle sia in profondità che sulla superficie.

Criterio discrezionale, coefficienti attribuiti:

Ditta	Biosonic
Giudizio	Distinto
Coefficiente	0,90
Punteggio	7,20

5 - Monitor

A10 - Caratteristiche del monitor proposto

Il monitor offerto è da 23" e del tipo touch screen. Ottimale la possibilità di gestire i principali comandi del software operativo direttamente dal monitor.

Criterio discrezionale, coefficienti attribuiti:

Ditta	Biosonic
Giudizio	Ottimo
Coefficiente	1,00
Punteggio	5,00

6 - Carrello di supporto

A11 - Caratteristiche del carrello proposto

Dall'esame della documentazione tecnica presentata, risulta che il carrello offerto permette il corretto alloggiamento di tutte le parti che compongono il sistema; inoltre non è eccessivamente ingombrante.

Criterio discrezionale, coefficienti attribuiti:

Ditta	Biosonic
Giudizio	Distinto
Coefficiente	0,90
Punteggio	3,60

I coefficienti attribuiti al prodotto valutato sono stati moltiplicati per il punteggio massimo previsto per ogni elemento della qualità e la somma dei punteggi ottenuti ha determinato il punteggio complessivo assegnato all'apparecchio offerto dalla ditta partecipante alla gara, come riassunto nella seguente tabella:

	Punteggi o massimo	DITTA Biosonic
Totale	70	66,40

Come previsto dall'Art. 15.2 - "Punteggio Totale e Riparametrazione" del Disciplinare di gara, dato che complessivamente la ditta Biosonic (unica ditta partecipante alla gara) non ha ottenuto il punteggio massimo di 70 punti, si procede ad assegnare tale punteggio massimo all'offerta della stessa ditta Biosonic.

Livorno, 10/06/2022

Dr.ssa Silvia Pecenco

Dr.ssa Margherita Vitolo

Ing. Lorenzo Sani