

Appalto Specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di Dispositivi di Protezione individuale – Seconda Edizione per la fornitura di DPI quali “Gambali monouso DPI III° categoria per emergenza covid-19” da destinare alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Toscana

CHIARIMENTO n. 1

Prot. n 6479 del 02/02/2022

Quesito n. 1

LOTTO 1 Per precisazione si richiede se il costo da indicare è riferito a un gambale oppure a una coppia, dato che l'imballo primario che andremo a porre è composto da due pezzi.

Risposta n. 1

L'unità di misura per la formulazione dell'offerta è il pezzo e non la coppia di gambali. Nella scheda dettaglio economico è necessario indicare il prezzo unitario del singolo pezzo.

Quesito n. 2

Con riferimento al “Disciplinare di gara”, punto 16 “Contenuto offerta tecnica (B), richiedete nel punto B.1 la presentazione dell’Attestato di certificazione UE, e nel punto B.2 la presentazione del Certificato di conformità al Tipo UE, che sono lo stesso documento. Siamo a chiedere di confermare che la richiesta di uno dei due documenti trattasi di refuso.

Risposta n. 2

I documenti a cui si fa riferimento sono distinti e non lo stesso. La dicitura corretta è contenuta nel Capitolato tecnico nel quale viene richiesto quanto segue:

- Dichiarazione di Conformità UE;
- Certificato di esame UE al tipo (rilasciata da organismo notificato per DPI di CAT II° e III°).

All’art.16 del Disciplinare di gara al punto (B.2) è presente un refuso, la denominazione di tale punto è stata erroneamente riportata con “(B.2) *Certificazione di conformità al tipo UE*” anziché “(B.2) *Certificato di esame UE al tipo*”. Si conferma quindi che si tratta di due documenti distinti.

Quesito n. 3

Relativamente al Lotto n. 1, atteso che la richiesta norma UNI EN 14605 riguarda gli indumenti per la protezione del CORPO INTERO contro agenti chimici liquidi, si chiede se può intendersi sostituita dalla norma EN 13034, riguardante capi di abbigliamento che coprono una PARTE SPECIFICA DEL CORPO (es. gambali).

Risposta n. 3

La UNI EN 14605 trova applicazione oltre che per capi di protezione per il corpo intero anche per "capi di abbigliamento per protezione parziale del corpo, che offrono protezione a parti specifiche del corpo contro la permeazione degli agenti chimici liquidi [...]" trattando "[...] solo i requisiti prestazionali per il materiale degli indumenti e per le cuciture".

La conformità alla UNI EN 13034:2009 Tipo 6 per i gambali è certamente accettabile ma non deve essere esclusiva rispetto alla UNI EN 14605 che è comunque richiesta.

F.to Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Armanda Cagnoni