

APPALTO SPECIFICO, NELL'AMBITO DELLO SDA APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI, PER LA FORNITURA DI UN LASER A TULLIO PER LA UOC UROLOGIA DELL'AOU SENESE

VERBALEN.3 - APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

Stazione appaltante	ESTAR
Tipologia della procedura	AS nell'ambito dello SDA Apparecchiature elettromedicali per la fornitura di un Laser a Tullio per l'UOC Urologia dell'AOU Senese – CIG 9088044B26
Deliberazione di indizione	n. 67 del 04/02/2022
Determinazione ammissione ditte	n. 316 del 28/02/2022
Determinazione nomina CG	n. 481 del 28/03/2022
Criterio di Aggiudicazione	Offerta Economicamente più vantaggiosa ex art.95 D.Lgs.50/2016
Base d'Asta dell'Appalto Specifico	€ 250.000,00 - IVA esclusa, di cui - costi presunti della manodopera: € 5.000,00 - oneri da interferenza non soggetti a ribasso: € 0, 00 (zero)
Responsabile Unico del Procedimento	Filippo Omoboni

Il giorno **4 maggio 2022**, alle ore 11:00, nei locali della UOC Gare Strategiche di ESTAR – in Firenze - via San Salvi 12 – Palazzina 13 – I° Piano, ed in videoconferenza sulla piattaforma CISCO WEBEX si è riunito il Seggio di gara per la seduta relativa all'apertura della documentazione economica presentata dall'unica ditta concorrente.

La seduta si apre alla presenza del Seggio di gara come previsto dal disciplinare composto da:

- Sig. Filippo Omoboni – RUP di gara e Presidente del seggio di gara;
- Sig.ra Barbara Quaranta - Dipendente ESTAR in qualità di segretario verbalizzante;
- Dr. Francesco Bavetta – Dirigente ABS in qualità di testimone

Sono altresì presenti i seguenti componenti della Commissione Giudicatrice:

- Dr. Gabriele Barbanti
- Dr. Giovanni Tasso

Il Presidente di Seggio ribadisce che tale modalità di svolgimento della seduta economica era prevista all'art. 16.3 del Disciplinare di gara.

Si dà quindi atto che lo svolgimento della seduta odierna è stato comunicato all'unica ditta concorrente tramite piattaforma di gara START in data 03/05 u.s.

Il Presidente di Seggio ricorda quindi che:

- la procedura di gara è stata indetta, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, da Estar con Deliberazione del Direttore Generale n. 67 del 04/02/2022
- l'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti parametri di cui al Disciplinare di gara:
 - Qualità: fino ad un massimo di 70 punti
 - Prezzo: fino ad un massimo di 30 punti.
- le offerte tecniche non rispondenti alle caratteristiche essenziali richieste o che otterranno un punteggio totale inferiore a 42 punti saranno escluse dal proseguimento alla partecipazione alla gara e, pertanto, non saranno ammesse alla fase di apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Viene quindi dato atto che:

- nel prescritto termine delle ore 13.00 del giorno 25/02/2022, è pervenuta sulla piattaforma telematica <https://start.toscana.it>, l'offerta della ditta ALLIANCE MEDICAL TECHNOLOGIES srl con Socio Unico
- come risulta dalla Determinazione n. 316 del 28/02/2022, pubblicata, ai sensi dell'art. 29, c.1 del D.Lgs. n. 50/2016, nel sistema di acquisti telematici – START, nel settore relativo alla gara di cui trattasi ed inviata alla ditta concorrente, la stessa è stata ammessa al prosieguo della procedura;
- in data 30/03/2022, a seguito dell'accettazione dell'incarico da parte della Commissione Giudicatrice (nominata con Determinazione n. 481 del 28/03/2022), è stata aperta la

documentazione tecnica prodotta dalle ditte concorrenti come da Verbale n. 2 a firma del Seggio di Gara;

- in data 03/05/2022 la Commissione ha prodotto la relazione relativa alla valutazione tecnica del prodotto offerto dalla ditta concorrente con conseguente attribuzione del punteggio qualitativo, ai sensi dell'art.15 del disciplinare di gara (allegato "A" al presente verbale, quale parte integrante e sostanziale) e che in pari data, detta relazione è stata trasmessa tramite piattaforma di gara START alla medesima ditta per una facile lettura e conoscenza dei punteggi della valutazione tecnico-qualitativa attribuiti

Il Presidente ricorda, inoltre, che le valutazioni discrezionali sulla qualità dei prodotti attribuite dalla Commissione Giudicatrice non potranno in alcun modo essere sindacate e che nessun punteggio né qualitativo né economico è stato attribuito ad offerte relative a prodotti qualitativamente risultati non conformi alle caratteristiche essenziali richieste dal Capitolato Tecnico di gara.

Il Presidente dà quindi atto che la Commissione ha prodotto la relazione relativa alla valutazione tecnica dei prodotti offerti dall'unica ditta concorrente con conseguente attribuzione del punteggio qualitativo, ai sensi dell'art.15 del Disciplinare di gara (allegata al presente verbale, quale parte integrante e sostanziale).

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI E RILIEVI

Si ribadisce che all'operatore offerente è stata trasmessa in data 03/05 u.s. la Relazione Tecnica della Commissione Giudicatrice, allegata al presente verbale, per una facile lettura e conoscenza dei punteggi della valutazione tecnico-qualitativa attribuiti.

Vista la citata relazione della Commissione Giudicatrice, sulla piattaforma di gara viene riportata la valutazione attribuita dalla Commissione all'offerta tecnica della ditta concorrente, con indicazione del relativo punteggio attribuiti.

Il Presidente procede quindi all'apertura della busta elettronica contenente l'offerta economica presentata dal concorrente, ne dà contestuale lettura e verifica la correttezza della formulazione della stessa.

Dalle suddette operazioni deriva quanto segue:

ditta	Importo offerto	Ribasso % su base d'asta (€ 250.000,00)	Punti prezzo	Punti qualità (riparam.)	Punti totale	Class.
ALLIANCE MEDICAL TECHNOLOGIES	€ 204.471,50	18,21%	30	70,00	100	1 [^]

La ditta ALLIANCE MEDICAL TECHNOLOGIES srl con Socio Unico, unica offerente, ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Si fa presente che la differenza (minima) fra l'importo indicato nell'offerta economica generata dal sistema (€ 204.475,00) e quello risultante nel dettaglio offerta e riportato nella tabella suesposta (che costituirà l'importo di riferimento dell'aggiudicazione) è dovuta all'arrotondamento dei decimali della percentuale di sconto applicata.

Come indicato nel disciplinare di gara, l'offerta generata dal sistema, infatti, è determinata dal ribasso percentuale espresso con solamente 2 cifre decimali ed è su tale ribasso che viene attribuito il punteggio economico.

Si evidenzia che nel file dettaglio offerta economica predisposto da questa Stazione Appaltante e pubblicato sulla piattaforma di gara, era già inserita, nella specifica cella, la formula per il calcolo automatico di tale percentuale di ribasso.

Nello specifico, se si aumenta il numero di cifre decimali, la percentuale è pari a 18,2114% ed è per questo motivo che risulta la differenza sopra evidenziata, che non va ad inficiare gli esiti della procedura.

Ciò premesso, la proposta di aggiudicazione così elaborata, sarà sottoposta alla valutazione economica da parte della Commissione Giudicatrice per la relativa verifica ed approvazione.

Il Presidente del Seggio di gara comunica infine che è concluso il procedimento volto all'individuazione dell'offerta migliore, per il quale è stato redatto il presente verbale, ribadendo che:

- il presente verbale non dà luogo ad aggiudicazione;
- la proposta di aggiudicazione è comunque subordinata alla valutazione economica da parte della Commissione Giudicatrice, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'affidamento della fornitura in via definitiva è subordinato alle verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed avverrà con successivo atto ESTAR, sulla base delle risultanze della seduta di gara, della valutazione della documentazione economica da parte della Commissione Giudicatrice, tenendo conto della verifica delle condizioni di congruità economica dell'offerta.

Alle ore 11:30 il Presidente del seggio di gara chiude la seduta.

Il presente verbale di n.3 (tre) pagine e n.1 allegato, costituito dalla relazione della Commissione Giudicatrice (n.4 pagine), redatto in unico originale, viene acquisito agli atti della UOC Gare Strategiche.

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Seggio di gara

F.to Filippo Omoboni – Presidente Seggio di gara

F.to Barbara Quaranta – Segretario verbalizzante

F.to Francesco Bavetta - Testimone

Oggetto: APPALTO SPECIFICO NELL'AMBITO DELLO SDA APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PER LA FORNITURA DI UN LASER A TULLIO COMPLETO DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA UOC UROLOGIA DELL' AOU SENESE – **VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE**

Relativamente alla procedura in oggetto ha presentato offerta la seguente Ditta:

- **ALLIANCE MEDICAL TECHNOLOGIES SRL** con il laser al tullio **CYBER TM 200**.

Le valutazioni sottostanti tengono conto dell'analisi della documentazione presentata in Offerta Tecnica (Busta B); i punteggi riportati nella tabella di seguito, sono stati assegnati in modo collegiale nel rispetto del Disciplinare di gara.

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB CRITERI DI VALUTAZIONE	DESCRIZIONE OFFERTA ALLIANCE MEDICAL TECHNOLOGIES SRL	COEFF.	PUNTI
1	Caratteristiche tecniche e qualitative del laser	1.1. Caratteristiche della cavità ottica e del sistema di pompaggio, trasmissione, raffreddamento e puntamento (Punti max 7)	Il laser offerto è di classe IV con guida laser a diodo con potenza regolabile. In condizioni di normale utilizzo, il dispositivo è idoneo a lavorare per un periodo di circa 4 anni senza che siano necessarie sostituzioni di componenti interne. Il laser ha un doppio sistema di raffreddamento ad aria con circuito interno ad acqua. Il sistema di pompaggio ed il cristallo del risonatore vengono raffreddati con 2 circuiti distinti in modo da massimizzare l'efficienza dei 2 componenti. Pertanto per le suddette motivazioni il sistema viene valutato ottimo.	1	7
		1.2. Potenza erogata (Punti max 5)	La potenza è regolabile da 10 W a 200 W con intervalli di 1-2-5 W; tali caratteristiche consentono al prodotto di adempiere a tutte le attività sanitarie richieste, pertanto il sistema viene valutato ottimo.	1	5
		1.3. Modalità di emissione (Punti max 5)	Frequenza da 10 Hz fino a 100 Hz con step di 10-20-50 Hz. Durata impulso da 5 ms a 50 ms con step di 5-10-25 ms. Pertanto per le suddette motivazioni il sistema viene valutato ottimo.	1	5
		1.4. Caratteristiche del fascio, focalizzazione e diametro spot (Punti max 4)	Il sistema di focalizzazione agisce in maniera automatica a seconda della tipologia di fibra utilizzata. La divergenza del fascio dipende dall'apertura numerica della fibra connessa. Una volta generato il fascio, esso viene captato dal lancio in fibra e quindi immesso nella fibra ottica senza sensibili perdite di efficienza. Le dimensioni dello spot variano da 0,2 a 1,0 mm. Tali caratteristiche consentono al prodotto di adempiere a tutte le attività sanitarie richieste e pertanto il sistema viene valutato ottimo.	1	4

2	Caratteristiche funzionali ed ergonomiche del laser	2.1. Dimensioni e peso (Punti max 3)	Il sistema viene valutato discreto avendo dimensioni 55x75x110 cm (lxhxp) e peso di 200 Kg	0,7	2,1
		2.2. Impostazioni e regolazioni (Punti max 7)	Il software di gestione del Cyber Tm si basa su un' interfaccia grafica touch di facile uso e navigazione. Il sistema consente di variare i parametri di potenza, frequenza e durata dell'impulso. I programmi preimpostati consentono di ottimizzare il fascio laser e le potenze d'emissione per lo specifico trattamento; ogni programma può inoltre essere variato in tempo reale dall'operatore per adattarsi alla risposta del tessuto trattato. Pertanto per le suddette motivazioni il sistema viene valutato ottimo.	1	7
		2.3. Interfaccia Utente, display e parametri visualizzati (Punti max 5)	L'utilizzo dei menù è intuitivo e consente una rapida ed immediata regolazione dei parametri. L'interfaccia è di tipo touch-screen e il monitor di 12 " presenta una risoluzione di 1024x768 pixel. Sul monitor sono visualizzati i principali parametri di interesse quali potenza, frequenza, contatore tempo, contatore energia ecc. Pertanto per le suddette motivazioni il sistema viene valutato ottimo.	1	5
		2.4. Funzionalità e modalità avanzate (Punti max 5)	E' possibile memorizzare programmi specifici di valenza clinica; a tal proposito il sistema viene fornito con 3 programmi ottimizzati dal produttore per particolari procedure: - Bladder Tm → programma dedicato per la resezione dei tumori vescicali e per il trattamento di stenosi del collo; - High Ways → programma dedicato al trattamento dei tumori delle alte vie urinarie e rene; -HF-Lep → programma proprietario per il trattamento dell'ipertrofia prostatica ad alta frequenza. Grazie a questa modalità di lavoro è possibile eseguire il taglio dell' adeno a livello della capsula prostatica abbattendo ulteriormente l'impatto termico sul tessuto residuo, mantenendo un'ottima emostasi. Per le suddette motivazioni il sistema viene valutato ottimo.	1	5
3	Sistemi di sicurezza, controllo ed allarmi (Punti max 7)	I sistemi di allarme sono sia di tipo visivo che acustico e rispettano quanto indicato dalle norme tecniche. Il sistema risulta essere dotato di: - riconoscimento RFID: il sistema consente di riconoscere in automatico il calibro della fibra e quindi di regolare automaticamente le potenze massime compatibili con la fibra ottica utilizzata; - collegamento interlock alla porta della sala operatoria per autostandby in caso di apertura; - sistema di autostandby in grado di disarmare il laser dopo un determinato periodo di inattività. Pertanto per le suddette motivazioni il sistema viene valutato ottimo.	1	7	

4	Caratteristiche complessive morcellatore (Punti max 10)	<p>Il sistema è composto da : ottica operativa per utilizzo morcellatore, morcellatore completo di pompa di aspirazione, doppio contenitore per lo svuotamento. Il Morce-Scope (nefroscoPIO) è un'ottica operativa panoview plus con angolo di visione 12°, oculare parallelo, capacità 5 mm, per strumenti ausiliari sino a 4.8 Fr.</p> <p>Morcellatore a rotazione, riutilizzabile di diametro 4.75 mm, lunghezza operativa di 350 mm, lama esterna e interna.</p> <p>Morcellatore a rotazione, riutilizzabile di diametro 4.75 mm, lunghezza operativa 385 mm. Lama esterna e interna per Morce-Scope.</p> <p>Il power control risulta in grado di segnalare, tramite segnali di allarme ottici e acustici le seguenti anomalie: collegamento non corretto tra power control e power stick, rottura del cavo, motore sovraccaricato, difetto apparecchio (es. processore). Sono previsti sistemi di sicurezza quali l'autotest, filtro antibatterico e dispositivo di troppo pieno per la pompa di aspirazione.</p> <p>Pertanto per le suddette motivazioni il sistema viene valutato ottimo.</p>	1	10
5	Caratteristiche materiale di consumo dedicato (Punti max 7)	<p>Le fibre ottiche QS sono fibre High Power, in grado di veicolare elevate potenze grazie all'alta trasmittanza dei materiali utilizzati. Inoltre tali materiali garantiscono una eccellente flessibilità che, in particolar modo nelle fibre da 200 e 272 um, consente l'utilizzo dell'ureterorenoscopia flessibile senza intaccare minimamente la massima curvatura permessa. Le fibre sono disponibili sia pluriuso che monouso ed hanno calibri pari a 200 – 272 – 365 – 550 – 600 – 800 – 1.000um. Le fibre Quanta System hanno il connettore di tipo "tapered": la sezione di ingresso della luce laser è tronco-conica e questo permette di avere un'area d'ingresso più ampia del fascio emesso. Il numero di fibre e l'altro materiale di consumo offerto consente di eseguire il numero di trattamenti previsti dalla documentazione di gara. Le fibre vengono consegnate in confezioni sterili e possono essere riutilizzate fino a 10 volte. Le sterilizzazioni possono essere effettuate sia in autoclave che a gas plasma. Per le suddette motivazioni il sistema viene valutato ottimo.</p>	1	7
6	Servizio post-vendita e formazione (Punti max 5)	<p>Viene offerta una garanzia di 24 mesi con 2 interventi di manutenzione preventiva all'anno. Viene garantita la risoluzione del guasto dal momento di inizio lavori entro 6 ore lavorative. Inoltre la formazione prevede un corso di 8 ore lavorative con la possibilità di ripeterlo in base alle necessità del committente. Per i suddetti motivi l'offerta viene valutata buona.</p>	0,8	4

Sommando i punteggi assegnati sopra, si ottengono i seguenti totali:

- **ALLIANCE MEDICAL TECHNOLOGIES SRL: 68,1 punti.**

Punteggio totale ad avvenuta riparametrazione:

- **ALLIANCE MEDICAL TECHNOLOGIES SRL: 70 punti.**

Letto, confermato e sottoscritto, Siena 02/05/2022

AOUS - Dr. Gabriele Barbanti (presidente) F.to

AOUS - Dr. Giovanni Tasso F.to

ESTAR - Ing. Francesco Galli F.to