

**OGGETTO: Appalto specifico per la fornitura di carrelli sanitari. Gara n.8503406.  
CHIARIMENTI N.6**

DOMANDA N. 1

*Lotto n. 1 - ID 1E*

In relazione alla voce ID 1E: CARRELLO IN ACCIAIO DUE PIANI CON DUE CASSETTI si chiede:

- materiale richiesto per i 2 cassetti.

RISPOSTA N. 1

Con riferimento all'Allegato A del Capitolato tecnico e al carrello ID 1E, la frase "Dotato di n. 2 cassetti" è un refuso

ed è da considerarsi sostituita dalla seguente:

"Dotato di n. 2 cassetti in acciaio inox o acciaio inox verniciato o materiale composito o alluminio"

DOMANDA N. 2

*Lotto n. 1 - ID 1E*

In relazione alla voce ID 1E: CARRELLO IN ACCIAIO DUE PIANI CON DUE CASSETTI si chiede:

- se gli stessi cassetti sono richiesti "affiancati" oppure "sovrapposti" sotto il piano superiore.

RISPOSTA N. 2

Con riferimento all'Allegato A del Capitolato tecnico e al carrello ID 1E, non essendo stato indicato, non sono posti limiti in tal senso.

DOMANDA N.3

*Lotto n. 2 - ID 2A*

Con riferimento al ID 2A: CARRELLO GIROVISITE PORTA PC PORTATILE, viene richiesto il carrello ad altezza variabile oleodinamica. E' possibile per il principio dell'equivalenza offrire un carrello con regolazione dell'altezza tramite molla a gas?

RISPOSTA N. 3

Sì, saranno accettati anche carrelli ad altezza variabile tramite sistema a gas.

DOMANDA N. 4

*Lotto n. 2 - ID 2A*

In merito al LOTTO 2) ID 2A: CARRELLO GIROVISITE PORTA PC PORTATILE, siamo a richiedere se sia consentito offrire un carrello dotato di sistema ad altezza variabile con pistone a gas anziché "ad altezza variabile oleodinamica". La richiesta è motivata dal fatto che un sistema di elevazione oleodinamico è indicato per carrelli/poltrone/sedie che devono supportare pesi superiori ad almeno 30 Kg; per tale motivo la quasi totalità dei carrelli porta pc portatili (di norma aventi peso di max 3-4 Kg) presenti sul mercato sono infatti dotati di sistema di elevazione a gas.

RISPOSTA N. 4

Sì, saranno accettati anche carrelli ad altezza variabile tramite sistema a gas.

**DR. ANTONIO RICCO'**

Direttore

U.O.C. Beni economici e arredi

Via Aurelia, 335

55041 Lido di Camaiore (LU)

Grazia Innocenti  
Tel. 0584-6059508  
Fax 0584-6059501  
grazia.innocenti@  
estar.toscana.it

ESTAR

Sede legale

Via di San Salvi, 12 - Palazzina 14  
50135 Firenze

<http://www.estar.toscana.it>  
direzione@estar.toscana.it  
Partita Iva 06485540485

DOMANDA N. 5

Con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:

- a pag. 17 nel Disciplinare, nella sezione relativa alla compilazione del DGUE “Parte IV Criteri di selezione” paragrafo b), viene richiesto di compilare “la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare”. Facciamo presente che al paragrafo 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA, viene però indicato come gli stessi requisiti siano “Non previsti”. Siamo quindi a chiedere conferma che la sezione B della parte IV del DGUE non vada compilata.

RISPOSTA N. 5

Si conferma che la sezione B della parte IV del DGUE non deve essere compilata.

**DR. ANTONIO RICCO'**

Direttore

U.O.C. Beni economici e  
arredi

Via Aurelia, 335

55041 Lido di Camaiore (LU)

Grazia Innocenti

Tel. 0584-6059508

Fax 0584-6059501

grazia.innocenti@

estar.toscana.it

ESTAR

Sede legale

Via di San Salvi, 12 - Palazzina 14  
50135 Firenze

<http://www.estar.toscana.it>

[direzione@estar.toscana.it](mailto:direzione@estar.toscana.it)

Partita Iva 06485540485



**Servizio  
Sanitario  
della  
Toscana**

REGIONE  
TOSCANA

