

**FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE MONOUSO NON STERILI (CND  
T0206) E MASCHERINE TRASPARENTI**

**Appalto Specifico**

**Chiarimento n. 3**

**Domanda 1)**

La mascherina trasparente viene accettata anche con l'elastico nucale?

**Risposta 1)**

Sì, le mascherine con inserto trasparente possono avere sia l'elastico auricolare che nucale.