

OGGETTO: Appalto specifico per la fornitura di lettini da visita, asta portaflebo e predellino. Gara n. 8579561. **CHIARIMENTI N. 2**

DOMANDA N. 1

Essendo i lettini di nostra produzione classificati come Dispositivi Medici, chiediamo conferma che sia sufficiente inserire la certificazione 1 IM del materiale usato.

RISPOSTA N. 1

Nel caso in cui i prodotti offerti siano classificati come Dispositivi medici, gli operatori economici dovranno presentare, nell'offerta tecnica, le certificazioni/dichiarazioni attestanti la conformità al Regolamento (UE) sui dispositivi medici n. 745/2017 e la documentazione attestante la conformità, in classe 1/IM di reazione al fuoco, dei materiali utilizzati per l'imbotitura.

DOMANDA N. 2

Lotto n. 3

Con riferimento al lotto 3A, si chiede di poter offrire un'asta portaflebo con ganci in plastica.

RISPOSTA N. 2

Come indicato nel Capitolato tecnico, i requisiti indicati nell'Allegato A – “Caratteristiche specifiche dei prodotti” rappresentano requisiti “minimi” ovvero requisiti che devono essere presenti nei prodotti offerti.

DOMANDA N. 3

Riguardo i costi della manodopera richiesti in offerta, si chiede se occorre indicare:
- i costi di tutto il personale aziendale per attività inerenti alla commessa (progettazione, elaborazioni, produzione, ecc.) oppure
- i costi della manodopera relativi alle attività da eseguire presso la S.A. per la fornitura degli arredi (come per esempio le installazioni ecc.)

RISPOSTA N. 3

I costi della manodopera da indicare in offerta sono quelli relativi alle attività da eseguire presso la S.A.

DOMANDA N. 4

Lotto n. 2

In riferimento al lettino 2B, per poter garantire la più ampia partecipazione, chiediamo sia possibile prevedere anche lettini dotati di 2 ruote e 2 piedini, in quanto il loro meccanismo di sollevamento ne impone tale configurazione. Le due ruote consentono comunque la mobilità, ad esempio per le operazioni di pulizia.

RISPOSTA N. 4

Al fine di garantire la più ampia partecipazione, per i prodotti ID 2 A e 2B, la frase “N. 4 ruote di cui n. 2 con freno” è un refuso ed è da considerarsi sostituita dalla seguente:

“N. 2 ruote e n. 2 piedini regolabili in altezza antiscivolo”

DR. ANTONIO RICCO'
Direttore
U.O.C. Beni economici e
arredi
Via Aurelia, 335
55041 Lido di Camaiore (LU)

Grazia Innocenti
Tel. 0584-6059508
Fax 0584-6059501
grazia.innocenti@
estar.toscana.it

ESTAR
Sede legale
Via di San Salvi, 12 - Palazzina 14
50135 Firenze

<http://www.estar.toscana.it>
direzione@estar.toscana.it
Partita Iva 06485540485