

OGGETTO: Appalto specifico per la fornitura di barelle, cucina da reparto e sistemi di separazione privacy. Gara n. 8942852. **CHIARIMENTI N. 11**

DOMANDA N. 1

(Lotto n.1)

Relativamente al lotto 1 – ID A e ID B ed in linea con il chiarimento Nr. 8 - Prot. 1800 del 29/3/2023 – Domanda 2 e la relativa Risposta 2 si chiede di estendere l'uniformità della tolleranza relativa alla larghezza, come segue:

Dimensioni piano: cm 200 L (+/- 10%) x 70 P (+10%/-13%) in modo da consentire: come già menzionato, la più ampia partecipazione dei vari operatori economici, l'armonizzazione dell'offerta tecnica delle due barelle e, conseguentemente, facilitare l'utilizzo dei dispositivi da parte degli utilizzatori, una maggiore manovrabilità e maneggevolezza in spazi ristretti come ad esempio ascensori, corridoi e strutture di epoca meno recente, mantenendo comunque gli indispensabili requisiti strutturali oltre che di funzionalità, sicurezza e comfort.

RISPOSTA N. 1

Si confermano le specifiche richieste dal Capitolato tecnico

DOMANDA N. 2

(Lotto n.1)

Le caratteristiche minime richieste per il materasso (sia per le barelle da trasporto ID A che per le barelle multifunzione ID B così come descritte nell' "Allegato A Caratteristiche specifiche barelle") sembrano identificare un prodotto specifico. Inoltre, si evidenzia il rischio di limitare le offerte sulla base di un elemento che, per quanto di fondamentale importanza, è riportato nell'elenco degli "ACCESSORI". Pertanto, si chiede conferma che verranno ammessi materassi che prevedano le seguenti caratteristiche di minima:

Per le barelle da trasporto ID A e ID B

resistenti a liquidi e disinfettanti, di facile sanificazione, di altezza non inferiore a cm 10, conformità alle normative vigenti con relativa documentazione da allegare all'offerta tecnica.

In alternativa, per consentire la più ampia partecipazione da parte delle imprese alla procedura in oggetto, si richiede che le caratteristiche del materasso così come descritte nell' "Allegato A Caratteristiche specifiche barelle" non siano considerate di minima pena esclusione, ma vengano rimandate ad una eventuale valutazione qualitativa (punteggio tecnico).

RISPOSTA N. 2

Si confermano le specifiche richieste dal Capitolato tecnico

DOMANDA N. 3

(Lotto n.1)

Si richiede che venga indicata come opzionale la caratteristica "antistatica" della quinta ruota, in quanto per sua natura la 5 ruota non ingaggiata potrebbe essere sollevata da terra. Inoltre, la funzione di anti-staticità potrebbe essere demandata ad altri componenti della barella.

RISPOSTA N. 3

Si confermano le specifiche richieste dal Capitolato tecnico

DR. ANTONIO RICCO'

Direttore

U.O.C. Beni economici e arredi

Via Aurelia, 335

55041 Lido di Camaiore (LU)

Grazia Innocenti
Tel. 0584-6059508
Fax 0584-6059501
grazia.innocenti@
estar.toscana.it

ESTAR

Sede legale

Via di San Salvi, 12 - Palazzina 14
50135 Firenze

<http://www.estar.toscana.it>
direzione@estar.toscana.it
Partita Iva 06485540485

DR. ANTONIO RICCO'
Direttore
U.O.C. Beni economici e
arredi
Via Aurelia, 335
55041 Lido di Camaiore (LU)

Grazia Innocenti
Tel. 0584-6059508
Fax 0584-6059501
grazia.innocenti@
estar.toscana.it

ESTAR
Sede legale
Via di San Salvi, 12 - Palazzina 14
50135 Firenze

<http://www.estar.toscana.it>
direzione@estar.toscana.it
Partita Iva 06485540485

DOMANDA N. 4

(Lotto n.1)

La descrizione delle barelle ID A e ID B nell' "Allegato A Caratteristiche specifiche barelle" richiama una tipologia di barelle con caratteristiche strutturali e funzionali fondamentalmente simili, ad eccezione della radiotrasparenza.

Pertanto, in relazione al Lotto 1 - ID B: BARELLA MULTIFUNZIONE:

si chiede cortesemente di chiarire la ragione per cui il carico di lavoro sicuro richiesto per le barelle ID B sia 300kg (+100 kg rispetto a ID A).

Inoltre, si chiede conferma che per consentire la più ampia partecipazione dei vari operatori economici e una maggiore armonizzazione dell'offerta tecnica delle due barelle, saranno ritenute equivalenti soluzioni con carico di lavoro sicuro fino a 250 kg.

In alternativa, si richiede che la caratteristica "carico di lavoro sicuro" così come descritta nell' "Allegato A Caratteristiche specifiche barelle" non sia considerata di minima pena esclusione, ma venga interamente rimandata alla valutazione qualitativa (punteggio tecnico)

RISPOSTA N. 4

Si confermano le specifiche richieste dal Capitolato tecnico

DOMANDA N. 5

(Lotto n.1)

Per consentire realmente la più ampia partecipazione da parte delle imprese alla procedura in oggetto, si richiede che le caratteristiche così come descritte nell' "Allegato A Caratteristiche specifiche barelle" non siano a pena esclusione ma siano considerate indicative e possano eventualmente essere interamente rimandate alla valutazione qualitativa (punteggio tecnico).

RISPOSTA N. 5

Si confermano le specifiche richieste dal Capitolato tecnico

DOMANDA N. 6

(Lotto n.1)

Si richiede che le due tipologie di barelle lotto 1 - ID A ed ID B come descritte nell' "Allegato A Caratteristiche specifiche barelle" vengano separate in due lotti distinti, per consentire la più ampia partecipazione da parte delle imprese alla procedura in oggetto.

RISPOSTA N. 6

Si confermano le specifiche richieste dal Capitolato tecnico