

OGGETTO: Appalto specifico per la fornitura di barelle, cucina da reparto e sistemi di separazione privacy. Gara n. 8942852. **CHIARIMENTI N. 4**

DOMANDA N. 1

(Lotto n.1)

In riferimento al lotto 1 barelle, chiediamo se la tolleranza $\pm 1\%$ della seconda barella sia da considerarsi un refuso e che si intenda $\pm 10\%$ come per la prima.

RISPOSTA N. 1

Non si tratta di un refuso. Si confermano le specifiche del capitolato tecnico con riferimento al prodotto ID B, ovvero l'intervallo richiesto dei valori della profondità del piano è da cm 69,3 a cm 77.

DR. ANTONIO RICCO'

Direttore

U.O.C. Beni economici e
arredi

Via Aurelia, 335

55041 Lido di Camaiore (LU)

Grazia Innocenti
Tel. 0584-6059508
Fax 0584-6059501
grazia.innocenti@
estar.toscana.it

ESTAR
Sede legale
Via di San Salvi, 12 - Palazzina 14
50135 Firenze

<http://www.estar.toscana.it>
direzione@estar.toscana.it
Partita Iva 06485540485