

**Appalto Specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di
Acquisizione per la fornitura di Beni economici e beni economici
ed uso sanitario – Seconda Edizione per la fornitura di
“Materiale in plastica e vetro per laboratori 2”
Lotti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9**

CHIARIMENTO n. 7

Prot. n. 0060946 del 31/10/2023

Quesito n. 1

Lotto n. 4 rif. 10 cosa intendete per guarnizione di tenuta? Di norma queste bottiglie sono dotate di tappo e sottotappo

Risposta n. 1

Lotto n. 4 Rif. n.10: per guarnizione di tenuta si intende un dispositivo di tenuta del fluido (sottotappo o guarnizione) posto in compressione che impedisca la fuoriuscita del liquido.

F.to Il Responsabile del procedimento
Dott. Antonio Riccò