

OGGETTO: Appalto specifico per la fornitura di arredi ed attrezzature da sala operatoria. Gara n. 9385421. **Chiarimenti n. 2**

DOMANDA N. 1

Le caratteristiche del capitolato sono da intendersi minime?

RISPOSTA N. 1

Le caratteristiche indicate nel Capitolato tecnico sono da intendersi minime.

La documentazione di gara indica le prescrizioni a cui l'operatore economico deve attenersi ai fini del rilascio dell'idoneità dell'offerta.

DOMANDA N. 2

Rif. ID A e ID B: l'asportabilità dei piani è considerata migliorativa?

RISPOSTA N. 2

Si evidenzia che la caratteristica dell'asportabilità è citata nell'Allegato A del Capitolato tecnico solo in riferimento al prodotto ID A.

In riferimento al prodotto ID A la frase

“Piano di lavoro fisso in acciaio AISI 304, non asportabile, di spessore almeno di 1 mm, con bordo di contenimento.”

ed è da considerarsi sostituita dalla seguente:

“Piano di lavoro fisso in acciaio AISI 304, di spessore almeno di 1 mm, con bordo di contenimento.”

In riferimento al prodotto ID B, non essendo stata specificata nell'Allegato A del Capitolato tecnico la suddetta caratteristica, non sono posti limiti a riguardo.

DOMANDA N. 3

Rif. ID A e ID B:

La pompa oleodinamica deve essere realizzata in Acciaio Inossidabile Austenitico AISI 304?

RISPOSTA N. 3

Non essendo stato specificato nell'Allegato A del Capitolato tecnico, non sono posti limiti a riguardo.

DOMANDA N. 4

Rif. ID C Tavolo madre:

il costo dell'eventuale alzata deve essere compreso nel prezzo o quotato a parte?

RISPOSTA N. 4

Viene richiesta la possibilità di avere, su richiesta, il tavolo madre ID C con alzata.

Nel caso in cui, con riferimento al prodotto ID C, l'operatore economico offra un tavolo madre senza alzata, la quotazione dell'eventuale alzata o dell'eventuale tavolo madre completo di alzata potrà essere indicata nel listino di gara.

DOMANDA N. 4

Rif. ID D – Sgabello seduta circolare

La pompa oleodinamica deve essere realizzata in Acciaio Inossidabile Austenitico AISI 304?

DR. ANTONIO RICCO'

Direttore

U.O.C. Beni economici e arredi

Via Aurelia, 335

55041 Lido di Camaiore (LU)

Grazia Innocenti

Tel. 0584-6059508

Fax 0584-6059501

grazia.innocenti@

estar.toscana.it

ESTAR

Sede legale

Via di San Salvi, 12 - Palazzina 14
50135 Firenze

<http://www.estar.toscana.it>

direzione@estar.toscana.it

Partita Iva 06485540485



**Servizio
Sanitario
della
Toscana**



RISPOSTA N. 4

Non essendo stato specificato nell'Allegato A del Capitolato tecnico, non sono posti limiti a riguardo.

DOMANDA N. 5

Rif. ID D – Sgabello seduta circolare

Lo schienale di forma anatomica ed ergonomica non circolare viene considerata migliorativa?

RISPOSTA N. 5

Con riferimento all'Allegato A del Capitolato tecnico e al prodotto ID D, la frase "Schienale e seduta circolari (di circa 33 cm di diametro)" è un refuso ed è da considerarsi sostituita dalla seguente:
"Seduta circolare (di circa 33 cm di diametro)"

DOMANDA N. 6

Rif. ID E – sgabello a sella:

la pompa oleodinamica deve essere realizzata in Acciaio Inossidabile Austenitico AISI 304?

RISPOSTA N. 6

Non essendo stato specificato nell'Allegato A del Capitolato tecnico, non sono posti limiti a riguardo.

DOMANDA N. 7

Rif. Capitolato normativo Art. 6: è possibile sapere a quanto ammontano le spese e tasse inerenti alla stipula che saranno a carico dell'aggiudicatario?

RISPOSTA N. 7

Con l'entrata in vigore del nuovo codice appalti D. Lgs 36/2023, per le procedure di gara indette dopo il 1/7/2023, le spese e tasse inerenti alla stipula del contratto sono costituite dall'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore del contratto. Il valore dell'imposta è individuato dalla seguente tabella di cui all'allegato I.4 al codice:

Valori dell'imposta di bollo

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
< 40.000	esente
≥ 40.000 < 150.000	40
≥ 150.000 < 1.000.000	120
≥ 1.000.000 < 5.000.000	250
≥ 5.000.000 < 25.000.000	500
≥ 25.000.000	1.000

DOMANDA N. 8

In caso di aggiudicazione la consegna dei dispositivi può essere effettuata nei magazzini dei singoli enti?

RISPOSTA N. 8

Come previsto dall'art. 10 del Capitolato normativo il fornitore dovrà essere in grado di effettuare le consegne nei luoghi indicati dalle Amministrazioni contraenti negli ordinativi di fornitura. Per i prodotti oggetto di gara solitamente viene richiesta la consegna presso i reparti di utilizzo.

DOMANDA N. 9

In termini sostanziali oltre alla estensione della garanzia considererete il servizio di assistenza in Loco come fattore meritorio?

RISPOSTA N. 9

Il servizio di assistenza in loco non è oggetto di valutazione qualitativa.

DOMANDA N. 10

I rif. all'art.7 del capitolato Tecnico, al paragrafo "Omologazione di reazione al fuoco", poiché i dispositivi a cui è riferibile sono per la scrivente, Classificati Dispositivi/Presidi Medico Chirurgici dotati di dichiarazione UE, chiediamo modifica/rettifica dell'articolo stesso e degli obblighi da esso riportati in virtù delle prescrizioni sotto riportate.

"Come da precisazione PROT. N°P1493/4122 sott. 46 del Ministero dell'Interno si precisa che "i manufatti rientranti tra i presidi medico-chirurgici quali ad esempio lettini e poltrone per visite e cure (quindi sedili), materassi e cuscini specifici per riabilitazione e cure fisioterapiche, ecc.) NON sono da considerarsi ricompresi tra i materiali per i quali è richiesta la Classe 1 IM".

Pertanto: La caratteristica 1 IM "Reazione al fuoco dei mobili imbottiti", diviene Non Applicabile, in virtù della precisazione del Ministero dell'Interno di cui sopra.

RISPOSTA N. 10

Si conferma quanto riportato nel Chiarimento PROT. n° P1493/4122 sott. 46 del Ministero dell'Interno: "i manufatti rientranti tra i presidi medico-chirurgici quali ad esempio lettini e poltrone per visite e cure (quindi sedili), materassi e cuscini specifici per riabilitazione e cure fisioterapiche, ecc.) NON sono da considerarsi ricompresi tra i materiali per i quali è richiesta la Classe 1 IM".

DOMANDA N. 11

Chiediamo cortesemente se la percentuale di sconto da indicare in offerta economica deve essere la stessa da indicare sul listino degli accessori e prodotti simili da inserire in gara.

RISPOSTA N. 11

Come indicato all'art. 17 del disciplinare di gara e nello specifico alla lettera C.2), punto n. 2, "La percentuale di sconto da applicare ai prezzi del Listino offerto dovrà essere pari o superiore al ribasso indicato dal concorrente nell'offerta economica (C.1)."

DR. ANTONIO RICCO'

Direttore
U.O.C. Beni economici e
arredi
Via Aurelia, 335
55041 Lido di Camaiore (LU)

Grazia Innocenti
Tel. 0584-6059508
Fax 0584-6059501
grazia.innocenti@
estar.toscana.it

ESTAR
Sede legale
Via di San Salvi, 12 - Palazzina 14
50135 Firenze

<http://www.estar.toscana.it>
direzione@estar.toscana.it
Partita Iva 06485540485