

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO*

N° 46 del 16/01/2020

Pubblicata all'albo pretorio il 16/01/2020

Il Direttore del Dipartimento DIPARTIMENTO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

adotta il seguente atto avente ad oggetto:

Oggetto: AGGIUDICAZIONE A.S. NELL'AMBITO DELLO SDA APPARECCHIATURE ELETTRONOMICHE, PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI UN MAMMOGRAFO DUAL ENERGY E TOMOSINTESI PER IL P.O. S.GIUSEPPE DI EMPOLI DELL'AUSL TOSCANA CENTRO

Struttura Proponente: UOC GARE STRATEGICHE

Direttore del dipartimento: Torrico Paolo Gennaro

Dirigente: Salvatore Iannucci

Responsabile del Procedimento: Omoboni Filippo

Proposta di determina: 98

Del: 14/01/2020

Hash documento proposta formato .pdf (SHA256):

762a7d1b312bed104502d7995635bdaf9eb88591ef2c88d5bfd92075ef1c2f72

Hash documento proposta formato .p7m (SHA256):

405227e1db298946cb43ad755c903597575735e9b141e88a82d6b4e43e067c6a

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Acquisizione Beni e Servizi

Su proposta del Dr. Salvatore Iannucci, Direttore U.O.C. Gare Strategiche, che con riferimento alla procedura in oggetto, attesta la regolarità amministrativa e la legittimità degli atti ed in particolare:

Visto il Decreto Legislativo n. 502/92 e s.m.i. e la Legge Regionale n. 40 del 24/02/2005 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale, così come modificata dalle successive Leggi Regionali n. 26/2014 e n. 86/2014;

Visto l'art. 100 e ss. della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i. di istituzione e funzionamento dell'Ente unico di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale (ESTAR) che, dal 1 Gennaio 2015, subentra ai tre ESTAV del SSR, con successione a titolo universale dei rapporti e riallocazione delle effettive risorse umane e strumentali;

Richiamate le Deliberazioni del Direttore Generale:

- n. 450 del 29/12/2017 avente ad oggetto: "Regolamento dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi" di ESTAR;
- n. 313/2018 di "Revisione del Regolamento generale di organizzazione di ESTAR";
- n. 374/2018 con cui si è proceduto al conferimento, con decorrenza 1 dicembre 2018, degli incarichi di direzione di Sezione territoriale, di Dipartimento, di Area e di Struttura complessa e la Deliberazione n. 378/2018 con cui sono stati conferiti, con pari decorrenza, gli incarichi di direzione di struttura semplice e gli incarichi dirigenziali professionali;
- n. 382/2018 avente ad oggetto "Revisione Sistema di leghe dirigenziali" con la quale, alla luce del nuovo assetto organizzativo, sono state conferite le deleghe dirigenziali con decorrenza 1 dicembre 2018";
- n. 139/2019 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore della UOC Gare Strategiche al Dr. Salvatore Iannucci a far data dal 01/04/2019;

Richiamate inoltre le seguenti procedure aziendali ed istruzioni operative, per quanto applicabili al presente procedimento:

- PA 2/2015 rev02 (Delibere e Determine di indizione - controlli ed attestazioni),
- PA 5/2015 (atti standard, così come aggiornati – con particolare riferimento al Disciplinare di gara e al Capitolato normativo - dalla U.O.C. Audit e Compliance),
- PA 4/2016 rev01 (nomina commissioni giudicatrici e colleghi tecnici),
- PA 3/2017 (Determine di aggiudicazione - controlli e attestazioni);
- PA 7/2017 (quantificazione fabbisogni e acquisizione coperture economiche per le procedure ABS),
- PA 11/2017 (iter di gestione della gara);
- PA 12/2017 rev02 (procedura Controlli art. 80 D.Lgs. 50/2016)
- IO/ABS/1/2017 (Compliance Procedurale e Normativa controllo atti di aggiudicazione)
- IO/ABS/2/2017 (consultazioni preliminari di mercato),
- PA 57/2018 (Procedura controlli art.80 D.Lgs.50/2016 e contratti su gare SDA)

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- propria determinazione n.1093 del 02/08/2019, esecutiva a termini di legge, con la quale è stato indetto un Appalto Specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura in noleggio di un Mammografo Dual Energy con Tomosintesi, per il P.O. S. Giuseppe di Empoli dell'Azienda USL Toscana Centro per un importo a base d'asta di € 442.800,00 (IVA esclusa) ed un importo del quadro economico complessivo di € 482.800,00 (IVA esclusa);
- determinazione del Direttore UOC Gare Strategiche n. 1292 del 17/09/2019 con la quale sono state ammesse al prosieguo della gara le n.3 ditte concorrenti che avevano presentato offerta entro il termine stabilito dal bando di gara; nello specifico:
 - SIEMENS HEALTHCARE srl
 - GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA spa
 - FUJIFILM ITALIA spa
- propria determinazione n. 1437 del 09/10/2019 di nomina della Commissione Giudicatrice;

Visti i seguenti Verbali di gara, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali:

- *Verbale n. 1 della seduta del 11/09/2019*, di apertura della documentazione amministrativa (**Allegato n. 1**);
- *Verbale n. 2 del 12/09/2019* relativo alla verifica dei documenti presentati a seguito dell'attivazione del procedimento di soccorso istruttorio ex art.83 c.9 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. (**Allegato n. 2**);
- *Verbale n. 3 del 16/10/2019* di insediamento della Commissione Giudicatrice (**Allegato n. 3**);
- *Verbale n. 4 del 16/10/2019* relativo alla seduta pubblica di apertura della documentazione tecnica (**Allegato n. 4**);
- *Verbale n. 5 del 25/11/2019*, relativo alla seduta riservata della Commissione Giudicatrice in merito alla visualizzazione di supporti contenenti i supporti con le immagini (**Allegato n. 5**);
- *Verbale n. 6 del 20/12/2019*, relativo alla seduta pubblica di apertura delle offerte economiche (**Allegato n. 6**) con allegata la Relazione Tecnica della Commissione Giudicatrice (contenente la valutazione ed il punteggio tecnico assegnato) ed i verbali delle demo tenutesi il 03/12/2019 e dal quale risulta che la ditta SIEMENS HEALTHCARE srl ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, come riepilogato nella tabella sottostante:

ditta	Ribasso % su base d'asta	Importo offerto (come da form generato dal sistema)	Punteggio prezzo	Punteggio qualità (riparam.)	Punteggio totale	Classifica
FUJI	14,92%	€ 376.734,24	28,43	56,52	84,95	2 [^]
GE	0,18%	€ 442.002,96	7,55	54,33	61,88	3 [^]
SIEMENS	17,83%	€ 363.848,76	30	70	100	1 [^]

Considerato che la verifica dell'anomalia dell'offerta è stata effettuata con il supporto della Commissione Giudicatrice sulla base dei chiarimenti forniti ex art. 97 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. dalla ditta SIEMENS a seguito di richiesta tramite portale di gara "START", secondo la quale l'offerta è considerata congrua ed ammissibile (*Verbale n. 7 del 10/01/2020* **Allegato n. 7**, parte integrante e sostanziale del presente atto);

Viste le risultanze formalizzate nei sopraccitati verbali parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ricordato che il C.I.G. (Codice Identificativo della Gara) della procedura SDA in argomento è il n. 7992902F60 sulla base del quale verranno acquisiti i corrispondenti "CIG DERIVATI", da riportare nei pagamenti relativi all'esecuzione dei successivi contratti specifici;

Ritenuto di aggiudicare in via definitiva Appalto Specifico nell'ambito dello SDA per la fornitura in noleggio di un Mammografo Dual Energy con Tomosintesi, per il P.O. S. Giuseppe di Empoli dell'Azienda USL Toscana Centro, per un importo complessivo di **€ 363.840,00 (IVA esclusa)**, secondo il dettaglio di cui all'offerta della stessa ditta, **Allegato n.8** al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che la fornitura in aggiudicazione presenta le seguenti caratteristiche:

- Oggetto: **fornitura in noleggio di un Mammografo Dual Energy con Tomosintesi, per il P.O. S. Giuseppe di Empoli dell'Azienda USL Toscana Centro**;
- Fornitore: **ditta SIEMENS HEALTHCARE srl**;
- Valore di aggiudicazione: **€ 363.840,00 IVA esclusa** (di cui € 360.000,00 per l'apparecchio ed € 3.840,00 per lavori di posa in opera) per un valore complessivo di **€ 443.884,80** oneri fiscali compresi;
- Quadro economico: **€ 482.800,00** oltre oneri fiscali;

Preso atto che, per la fornitura in argomento l'Azienda Sanitaria ha provveduto ad assicurare la relativa copertura economica come da nota prot. n. 23775 del 25/02/2019, depositata agli atti, come evidenziato nella determinazione a contrarre n.1093 del 02/08/2019 e che, nel caso di eventuali e successivi integrazioni, già considerati nel quadro economico, come stabilito ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e riportato nella determina di indizione n. 1093/2019, l'Ufficio competente provvederà, se del caso, a richiedere l'integrazione della copertura di spesa al fine di poter attivare le opzioni previste;

Atteso che l'Azienda Sanitaria destinataria della fornitura gestirà il rapporto contrattuale con le modalità ed alle condizioni previste nel Capitolato Normativo e Tecnico prestazionale, con decorrenza dal collaudo positivo dell'apparecchiatura sottoscritto dal Responsabile dell'esecuzione del contratto (R.E.S.) e dall'aggiudicatario;

Dato atto che il Responsabile dell'esecuzione del contratto (R.E.S.), sarà individuato dall'AUSL Toscana Centro all'interno delle strutture competenti alla gestione esecutiva del contratto (e per quanto di competenza, dal RES individuato dal Dipartimento Logistica di ESTAR) con funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto che procederà all'emissione degli ordinativi della fornitura;

Dato atto che la sopra menzionata documentazione è conservata in atti c/o l'UOC Gare Strategiche del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi;

Ritenuto di dotare il presente atto dell'immediata eseguibilità, attesa l'urgenza di consentire all'Azienda Sanitaria destinataria della fornitura, di acquisire, una volta esperiti i controlli previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e sottoscritto il relativo contratto con la ditta affidataria da parte di ESTAR, l'apparecchio in tempi rapidi, fatto salvo quanto previsto all'art.32 comma 13 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto che la presente aggiudicazione viene disposta con le riserve di legge e quindi salvo buon esito delle previste verifiche e dei prescritti accertamenti;

Ritenuto di pubblicare l'esito della presente procedura in applicazione degli oneri di legge e degli adempimenti in materia di trasparenza, previsti dall'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016;

Considerato che il Responsabile del Procedimento, nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, delle Linee Guida ANAC n. 3/2016 e dell'art. 17 del DPGRT 7/R/2018, è il sig. Filippo Omoboni, che attesta la completezza e la legittimità procedurale di cui al presente atto e la relativa regolarità procedurale;

Considerato altresì che il Dr. Paolo Gennaro Torrico, in qualità di Direttore del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi, attesta che la procedura di cui al presente provvedimento è coerente con le linee strategiche dell'Ente, e:

- A) non produce duplicazioni o frazionamenti artificiosi di rapporti contrattuali a livello regionale/di area vasta/interaziendale;
- B) non si sovrappone ad analoghe iniziative di Consip S.p.A. o di altri soggetti aggregatori che, in base ai parametri tecnico economici del servizio o fornitura evidenziati in sede istruttoria tecnica, potrebbero efficacemente rispondere alle esigenze perseguite con la presente indizione;
- C) è conforme con gli obiettivi di performance del Dipartimento;

Evidenziato infine, che il Responsabile del Procedimento e il Dirigente proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiarano sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che, in relazione alla presente procedura di appalto non si trovano in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35bis del D.Lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;

Con il parere di conformità della UOC Audit e Compliance, ai sensi delle procedure interne (PA/03/2017);

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in narrativa, che qui espressamente si richiama:

1. Di approvare le risultanze di gara, così come formalizzate nei verbali di gara di cui agli **Allegati da 1 a 8**, parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. Di aggiudicare, in via definitiva, alla ditta SIEMENS HEALTHCARE srl P.A.S. per la fornitura in noleggio di un Mammografo Dual Energy con Tomosintesi, per il P.O. S. Giuseppe di Empoli dell'Azienda USL Toscana Centro, per un importo complessivo di **€ 363.840,00** oltre oneri fiscali (secondo il dettaglio di cui all'**Allegato n. 8** al presente provvedimento), con le riserve di legge e quindi salvo buon esito delle previste verifiche e dei prescritti accertamenti;

3. Di dare atto che l'importo complessivo di spesa di **€.443.884,80** (IVA inclusa) troverà rilevazione nei pertinenti conti patrimoniali del Bilancio dell'AUSL Toscana Centro;
4. Di pubblicare l'esito della gara in versione integrale sul "profilo di committente" della Stazione Appaltante, sulla piattaforma "Start", Sistema informativo telematico della Regione Toscana SITAT SA e sul Sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 6/04/2001 in applicazione degli adempimenti in materia di trasparenza, previsti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
5. Di sottoscrivere con l'aggiudicatario, una volta esperiti i controlli previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (peraltro già avviati), il contratto nelle forme di legge, tenuto conto dell'art. 32 comma 10) del citato D.Lgs;
6. Di dare atto che dovranno essere individuati e comunicati all'U.O.C. Gare Strategiche del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi, i R.E.S. (Responsabili dell'Esecuzione) all'interno delle strutture dell'Azienda competenti alla gestione esecutiva del contratto (e per quanto di competenza, dal RES individuato dal Dipartimento Logistica di ESTAR), con funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
7. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, attesa l'urgenza di consentire all'Azienda Sanitaria destinataria della fornitura, di acquisire, una volta esperiti i controlli previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e sottoscritto il relativo contratto con la ditta affidataria da parte di ESTAR, l'apparecchio in tempi rapidi, fatto salvo quanto previsto all'art.32 comma 13 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
8. Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, Legge Regionale n. 40 del 24.02.2005 e all'albo di pubblicità agli atti di questo ESTAR, nonché all'Azienda Sanitaria destinataria della fornitura per gli adempimenti di competenza.

Il Direttore U.O.C. Gare Strategiche
Dr Salvatore Iannucci

Il Direttore Dipartimento
Acquisizione Beni e Servizi
Dr. Paolo Gennaro Torrico

APPALTO SPECIFICO, NELL'AMBITO DELLO SDA APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI, PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI UN MAMMOGRAFO DUAL ENERGY E TOMOSINTESI PER IL P.O. S. GIUSEPPE DI EMPOLI DELLA AUSL TOSCANA CENTRO

VERBALEN. 1
APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Stazione appaltante	ESTAR
Tipologia della procedura	Appalto Specifico nell'ambito dello SDA – Noleggio n°1 Mammografo Dual Energy e Tomosintesi per il P.O. S. Giuseppe di Empoli AUSL Toscana Centro - CIG: 7992902F60
Determina di indizione	n.1093 del 02/08/2019
Criterio di Aggiudicazione	Offerta Economicamente più vantaggiosa
Base d'Asta dell'Appalto Specifico	€ 442.800,00 - IVA esclusa - di cui costi presunti della manodopera: € 25.000,00- oneri di interferenza: € 0,00
Responsabile Unico del Procedimento	Filippo Omoboni

Il giorno 11 settembre 2019, alle ore 14:15, presso la sede ESTAR Sezione Territoriale Centro, nei locali della UOC Gare Strategiche, via San Salvi, 12 Firenze, si svolgono, in seduta riservata ai sensi del disciplinare di gara, le attività di apertura della documentazione amministrativa della procedura in oggetto indicata.

Il Seggio di gara è composto dal dr. Salvatore Iannucci, Dirigente UOC Gare Strategiche, dal sig. Filippo Omoboni, RUP di gara e dalla sig.ra Barbara Quaranta in qualità di segretario verbalizzante.

Viene dato atto che:

- nel prescritto termine delle ore 13.00 del giorno 11/09/2019, sono pervenute, telematicamente, le seguenti offerte sulla piattaforma telematica <https://start.toscana.it>:
 - 1) SIEMENS HEALTHCARE srl
 - 2) GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA spa
 - 3) FUJIFILM ITALIA spa
- la seduta odierna concernerà la prima fase della procedura di gara, vale a dire, l'apertura dell'offerta pervenuta nei termini previsti, al fine di ammettere al prosieguo del procedimento i concorrenti che avranno inviato, nei modi tassativamente stabiliti dal disciplinare di gara, la documentazione amministrativa richiesta.

Ai sensi del chiarimento pubblicato in data 04/09 che di seguito si riporta
..... "Con riferimento alla consegna delle immagini, di cui al chiarimento pubblicato in data 02/09, si precisa che i files relativi alle stesse potranno essere prodotti, alternativamente:
- in busta chiusa all'indirizzo indicato nel chiarimento (su supporto informatico o stampa)
- inserite sulla piattaforma di gara, nello spazio relativo all'offerta tecnica (se la dimensione dei files lo consente)

Nel caso di trasmissione in busta chiusa, sulla stessa dovrà essere riportato l'oggetto della gara"..., si precisa che entro il termine di scadenza sopra citato sono pervenuti anche i plichi sigillati delle tre ditte, contenenti i supporti informatici relativi alle immagini.

Detti plichi saranno aperti successivamente, durante l'apposita seduta della Commissione Giudicatrice, insieme alla restante documentazione tecnica.

Gli stessi vengono debitamente mantenuti sigillati e conservati a cura del RUP in apposito armadio chiuso a chiave c/o i locali della UOC Gare Strategiche di ESTAR.

Si precisa infine che entro detto termine era pervenuto anche il plico della ditta GENERAL MEDICAL MERATE spa, la quale però ha rinunciato alla partecipazione alla procedura, come da comunicazione del 10/09 u.s. (agli atti).

Si procede, quindi, all'apertura dei file contenenti la documentazione amministrativa prodotta dalle tre Ditte offerenti, per riscontrarne la completezza e regolarità, applicando eventualmente l'istituto del soccorso istruttorio.

Dall'esame della documentazione presentata si rileva che:

- la ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA spa ha presentato tutta la documentazione richiesta, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;
- la ditta SIEMENS HEALTHCARE srl, ancorché citandone gli estremi, non ha allegato la procura del sottoscrittore dei vari documenti prodotti; inoltre, pur dichiarando di non voler subappaltare parte del contratto, ha inserito all'interno del DGUE una precisazione che non viene correttamente e compiutamente visualizzata; la restante documentazione è conforme a quanto previsto nel disciplinare di gara;
- la ditta FUJIFILM ITALIA spa nel DGUE ha dichiarato di voler subappaltare parte del contratto a terzi indicando due percentuali diverse; la restante documentazione è conforme a quanto previsto nel disciplinare di gara;

Alle ditte SIEMENS e FUJIFILM in applicazione dell'art.83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e smi, verrà pertanto richiesto di produrre entro i termini previsti, rispettivamente

- procura speciale del sottoscrittore e precisazione in merito al subappalto (SIEMENS)
- precisazioni sulla percentuale relativa al subappalto (FUJIFILM)

L'ammissione al prosieguo sarà disposta con apposito atto che sarà partecipato alle Ditte partecipanti a mezzo piattaforma <https://start.toscana.it> e pubblicato sulla stessa piattaforma, nonché nell'albo aziendale.

Alle ore 15:00 la seduta viene chiusa, rinviando le ulteriori operazioni di gara alla successiva seduta riservata di apertura della Documentazione Tecnica, alla presenza della Commissione Giudicatrice.

Il presente verbale di n.2 (due) pagine, redatto in unico originale, viene acquisito agli atti.

Salvatore Iannucci – Presidente Seggio di gara	F.to
Filippo Omoboni - RUP	F.to
Barbara Quaranta – Segretario verbalizzante	F.to

Firenze, 11/09/2019

APPALTO SPECIFICO, NELL'AMBITO DELLO SDA APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI, PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI UN MAMMOGRAFO DUAL ENERGY E TOMOSINTESI PER IL P.O. S. GIUSEPPE DI EMPOLI DELLA AUSL TOSCANA CENTRO

VERBALEN.2
VERIFICA PROCEDIMENTO SOCCORSO ISTRUTTORIO/DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Stazione appaltante	ESTAR
Tipologia della procedura	Appalto Specifico nell'ambito dello SDA – Noleggio n°1 Mammografo Dual Energy e Tomosintesi per il P.O. S. Giuseppe di Empoli AUSL Toscana Centro - CIG: 7992902F60
Determina di indizione	n.1093 del 02/08/2019
Criterio di Aggiudicazione	Offerta Economicamente più vantaggiosa
Base d'Asta dell'Appalto Specifico	€ 442.800,00 - IVA esclusa - di cui costi presunti della manodopera: € 25.000,00- oneri di interferenza: € 0,00
Responsabile Unico del Procedimento	Filippo Omoboni

Il giorno 12 settembre 2019, alle ore 11:30, presso la sede ESTAR Sezione Territoriale Centro, ubicata in via San Salvi, 12 Firenze, si svolgono le attività di verifica del procedimento di soccorso istruttorio/riciesta di documentazione amministrativa per la procedura in oggetto indicata.

Presiede il sig. Filippo Omoboni delegato dal Dirigente della UOC Gare Strategiche, affiancato dalla signora Barbara Quaranta in qualità di segretario verbalizzante.

Come da verbale n. 1 relativo alla seduta pubblica per l'apertura della documentazione amministrativa del 11 settembre u.s., si riscontra che:

- la ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA spa ha presentato tutta la documentazione richiesta, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;
- la ditta SIEMENS HEALTHCARE srl, ancorché citandone gli estremi, non ha allegato la procura del sottoscrittore dei vari documenti prodotti; inoltre, pur dichiarando di non voler subappaltare parte del contratto, ha inserito all'interno del DGUE una precisazione che non viene correttamente e compiutamente visualizzata; la restante documentazione è conforme a quanto previsto nel disciplinare di gara;
- la ditta FUJIFILM ITALIA spa nel DGUE ha dichiarato di voler subappaltare parte del contratto a terzi indicando due percentuali diverse; la restante documentazione è conforme a quanto previsto nel disciplinare di gara;
- con nota del 11/09/2019, trasmessa a mezzo piattaforma <https://start.toscana.it> è stato richiesto alle ditte SIEMENS HEALTHCARE srl e FUJIFILM ITALIA spa, in applicazione dell'art.83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e smi, di produrre entro il termine di 10 giorni, rispettivamente:
 - procura speciale del sottoscrittore e precisazione in merito al subappalto (SIEMENS)
 - precisazioni sulla percentuale relativa al subappalto (FUJIFILM)

Si dà quindi atto che alla data odierna entrambe le ditte hanno trasmesso la documentazione e le precisazioni richieste.

L'ammissione al prosieguo sarà disposta con apposito atto che sarà partecipato alla Ditta partecipante a mezzo piattaforma <https://start.toscana.it> e pubblicato nell'albo aziendale.

Alle ore 12:00 la seduta viene chiusa, rinviando le ulteriori operazioni di gara alla successiva seduta di apertura della Documentazione Tecnica, alla presenza della Commissione Giudicatrice.

Il presente verbale di n.1 (una) pagina, redatto in unico originale, viene acquisito agli atti.

Filippo Omoboni - RUP

F.to

Barbara Quaranta – Segretario verbalizzante

F.to

Firenze, 12/09/2019

APPALTO SPECIFICO, NELL'AMBITO DELLO SDA APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI, PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI UN MAMMOGRAFO DUAL ENERGY E TOMOSINTESI PER IL P.O. S. GIUSEPPE DI EMPOLI DELLA AUSL TOSCANA CENTRO

**VERBALEN.3
Seduta Riservata Inseidamento della Commissione Giudicatrice**

Stazione appaltante	ESTAR
Tipologia della procedura	Appalto Specifico nell'ambito dello SDA – Noleggio n°1 Mammografo Dual Energy e Tomosintesi per il P.O. S. Giuseppe di Empoli AUSL Toscana Centro - CIG: 7992902F60
Determina di indizione	n.1093 del 02/08/2019
Criterio di Aggiudicazione	Offerta Economicamente più vantaggiosa
Base d'Asta dell'Appalto Specifico	€ 442.800,00 - IVA esclusa - di cui costi presunti della manodopera: € 25.000,00- oneri di interferenza: € 0,00
Responsabile Unico del Procedimento	Filippo Omoboni

Il giorno **16/10/2019** alle ore **15:00** in Firenze - nei locali Estar in via San Salvi 12 palazzina 13, piano primo, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione tecnico-qualitativa della documentazione tecnica dei dispositivi offerti per la gara specificata in oggetto.

La seduta si apre alla presenza del Seggio di gara come previsto dal Disciplinare composto da:

- Salvatore Iannucci – Dirigente U.O.C. Gare Strategiche ESTAR, in qualità di Presidente del seggio di gara;
- Filippo Omoboni – ESTAR U.O.C. Gare Strategiche, RUP di gara;
- Barbara Quaranta - ESTAR U.O.C. Gare Strategiche in qualità di segretario verbalizzante.

La Commissione Giudicatrice è stata nominata con Determinazione Estar n.1437 del 09/10/2019 e risulta così composta :

<i>Nominativo</i>	<i>Azienda</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Ruolo</i>
Dr. Andrea Marrucci	Azienda USL Toscana Centro	Dirigente Medico	Presidente
Dr.ssa Letizia Salvadori	Azienda USL Toscana Centro	Dirigente Medico	Componente
Ing. Francesco Buti	ESTAR	Ingegnere	Componente

Ai sensi di quanto previsto dall'art.77 del D.Lgs. 50/2016, i componenti della Commissione dichiarano che non sussistono le cause di astensione previste dall'art. 51 del Codice di Procedura civile, di seguito riportato:

art. 51 c.p.c. "Astensione del giudice"

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) *se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;*
- 2) *se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;*
- 3) *se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;*
- 4) *se ha dato consiglio o ha prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;*
- 5) *se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.*

In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è richiesta al capo dell'ufficio superiore.

I sopra citati membri dichiarano, sotto la propria responsabilità, vista anche le Linee guida ANAC n.15, ai sensi dell' art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, che non sussistono le cause di astensione ed incompatibilità sopra richiamate, per quanto compatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, o comunque cause di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990, come modificata dalla L. 190/2012, consapevoli delle conseguenze in caso di dichiarazioni false e mendaci ai sensi degli artt. 76 e 77 del medesimo Decreto e dichiarano altresì di non aver riportato condanne per i motivi di cui all'art.35 bis del d.lgs.165/2001 come modificato dall'art.1 comma 46 della L.190/2012".

I Componenti della Commissione Giudicatrice dichiarano di aver sottoscritto apposita dichiarazione sostitutiva in merito alle cause di inconferibilità e di incompatibilità, e di aver ricevuto copia e preso visione del Codice di Comportamento Estar.

Il Presidente del seggio di gara comunica quanto segue:

- la procedura di gara è stata indetta, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, da Estar con Determina Dirigenziale n. 1093 del 02/08/2019
- sono stati effettuati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicità del bando
- trattandosi di procedura telematica, tutta la documentazione necessaria per la partecipazione è stata messa a disposizione dei concorrenti sul sito <https://start.toscana.it>
- l'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai parametri di cui al Disciplinare di gara e che l'attribuzione del punteggio qualitativo verrà assegnato da parte della Commissione Giudicatrice così come descritto nel citato disciplinare

Il Presidente del seggio di gara dà quindi atto che:

- nel prescritto termine delle ore 13.00 del giorno 11/09/2019, sono pervenute, telematicamente, le seguenti offerte sulla piattaforma telematica <https://start.toscana.it>:
 - GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA spa
 - SIEMENS HEALTHCARE srl
 - FUJIFILM ITALIA spa
- come risulta dalla determinazione n. 1292 del 17/09/2019 pubblicata, ai sensi dell'art. 29, c.1 del D.Lgs. 50/2016, nel sistema di acquisti telematici – START, nel settore relativo alla gara di cui trattasi ed inviata alle ditte partecipanti, tutte le Ditte sono state ammesse al prosieguo del procedimento della gara.

Il Presidente del seggio di gara ricorda che la Commissione Giudicatrice, ha la facoltà di richiedere alle Ditte partecipanti - qualora ne ravvisi la necessità per una più completa valutazione dei prodotti offerti – chiarimenti sulla documentazione tecnica presentata e/o di visionare l'apparecchiatura completa delle funzionalità richieste c/o il Centro di riferimento più vicino o ritenuto più adeguato, ai sensi dell'art.13 del disciplinare.

Il Presidente comunica alla Commissione Giudicatrice che si procederà – in seduta pubblica – all'apertura della busta elettronica contenente la Documentazione Tecnica e dei plichi pervenuti dalle ditte concorrenti contenenti i supporti con le immagini, trasmessi ai sensi dei chiarimenti e precisazioni pubblicati sulla piattaforma di gara il 02/09 e 04/09 uu.ss.

La Commissione dichiara infine di aver ricevuto e preso attenta visione della documentazione di gara così come pubblicata sul portale <https://start.toscana.it>.

La riunione viene sospesa alle ore 15:30 per consentire l'espletamento della seduta pubblica relativa all'apertura della documentazione tecnica presentata dalle ditte ammesse.

La riunione riprende alle ore 16:20, al termine della seduta pubblica citata.

La Commissione, preso atto dell'esito della seduta pubblica, procederà quindi all'esame delle offerte tecniche presentate al fine di verificarne la conformità ai requisiti minimi richiesti nel Capitolato di gara.

Si dà atto che i plichi contenenti i supporti informatici relativi alle immagini saranno conservati a cura del RUP in apposito armadio chiuso a chiave c/o i locali della UOC Gare Strategiche di ESTAR.

Al termine della valutazione in sedute riservate, la Commissione predisporrà apposita relazione.

Il presente verbale di n. 3 (tre) pagine redatto in unico originale, viene acquisito agli atti.

Letto, firmato e sottoscritto.

La Commissione Giudicatrice

F.to Andrea Marrucci

F.to Letizia Salvadori

F.to Francesco Buti

Per il Seggio di gara

F.to Salvatore Iannucci

F.to Filippo Omoboni

F.to Barbara Quaranta

APPALTO SPECIFICO, NELL'AMBITO DELLO SDA APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI, PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI UN MAMMOGRAFO DUAL ENERGY E TOMOSINTESI PER IL P.O. S. GIUSEPPE DI EMPOLI DELLA AUSL TOSCANA CENTRO

**VERBALEN.4
Seduta Pubblica Apertura Documentazione Tecnica**

Stazione appaltante	ESTAR
Tipologia della procedura	Appalto Specifico nell'ambito dello SDA – Noleggio n°1 Mammografo Dual Energy e Tomosintesi per il P.O. S. Giuseppe di Empoli AUSL Toscana Centro - CIG: 7992902F60
Determina di indizione	n.1093 del 02/08/2019
Criterio di Aggiudicazione	Offerta Economicamente più vantaggiosa
Base d'Asta dell'Appalto Specifico	€ 442.800,00 - IVA esclusa - di cui costi presunti della manodopera: € 25.000,00- oneri di interferenza: € 0,00
Responsabile Unico del Procedimento	Filippo Omoboni

Il giorno **16/10/2019** alle ore **15:30** in Firenze - nei locali Estar in via San Salvi 12 palazzina 13, primo piano, si svolgono le operazioni di gara, in seduta pubblica, per l'apertura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte per la partecipazione alla Procedura in oggetto.

Della seduta è stato dato avviso con pubblicazione sulla piattaforma START e con invio a mezzo della stessa piattaforma a tutte le ditte partecipanti.

La seduta si apre alla presenza dell'apposito Seggio di gara come previsto dall'art. 16.3 del Disciplinare composto da:

- Salvatore Iannucci – Dirigente U.O.C. Gare Strategiche ESTAR, in qualità di Presidente del Seggio di gara;
- Filippo Omoboni – ESTAR U.O.C. Gare Strategiche, RUP di gara;
- Barbara Quaranta - ESTAR U.O.C. Gare Strategiche in qualità di segretario verbalizzante

e dei Componenti la Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione Estar n. 1437 del 09/10/2019:

<i>Nominativo</i>	<i>Azienda</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Ruolo</i>
Dr. Andrea Marrucci	Azienda USL Toscana Centro	Dirigente Medico	Presidente
Dr.ssa Letizia Salvadori	Azienda USL Toscana Centro	Dirigente Medico	Componente
Ing. Francesco Buti	ESTAR	Ingegnere	Componente

Il Presidente dà atto che, come risulta dalla citata Determina di nomina i componenti hanno già reso idonea dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , agli atti.

Alla seduta sono presenti anche, muniti di giuste deleghe agli atti:

- Massimo Giuntini in rappresentanza della Ditta FUJIFILM;
- Luigi Razzini in rappresentanza della Ditta SIEMENS;

Il Presidente del seggio di gara comunica quanto segue:

- la procedura di gara è stata indetta, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, da Estar con Determina Dirigenziale n. 1093 del 02/08/2019 e che sono stati effettuati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicità del bando
- trattandosi di procedura telematica, tutta la documentazione necessaria per la partecipazione è stata messa a disposizione dei concorrenti sul sito <https://start.toscana.it>
- l'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti parametri di cui al Disciplinare di gara:

- Qualità: fino ad un massimo di 70 punti
- Prezzo: fino ad un massimo di 30 punti.
- le offerte tecniche non rispondenti alle caratteristiche essenziali richieste o che otterranno un punteggio totale inferiore a 36/70 saranno escluse dal proseguimento alla partecipazione alla gara e, pertanto, non saranno ammesse alla fase di apertura delle buste contenenti l'offerta economica
- l'attribuzione del punteggio qualitativo verrà assegnato da parte della Commissione Giudicatrice così come descritto nel disciplinare di gara – art.15;
- nessun punteggio né qualitativo né economico sarà attribuito ad offerte relative a prodotti qualitativamente risultati non conformi alle caratteristiche essenziali richieste dal Capitolato Tecnico di gara.
- le valutazioni discrezionali sulla qualità dei prodotti attribuite dalla Commissione Giudicatrice non potranno in alcun modo essere sindacate.

Il Presidente dà quindi atto che, come risulta dalla Determina n. 1292 del 17/09/2019 pubblicata, ai sensi dell'art. 29, c.1 del D.Lgs. 50/2016, nel sistema di acquisti telematici – START, nel settore relativo alla gara di cui trattasi ed inviata alle ditte partecipanti, hanno presentato offerta e sono state ammesse al prosieguo del procedimento di gara le seguenti ditte:

- GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA spa
- SIEMENS HEALTHCARE srl
- FUJIFILM ITALIA spa

Il Presidente ricorda che le ditte concorrenti dovevano inserire nella busta elettronica "Offerta Tecnica", con le modalità indicate nel Disciplinare di gara, i documenti elencati nell'art. 13 "Contenuto della Busta B – Offerta Tecnica" del Disciplinare di Gara.

Il presidente ricorda altresì che, come evidenziato nel verbale del 11/09 u.s. e relativo all'apertura della documentazione amministrativa (allegato alla determinazione n. 1292/2019) entro il termine di scadenza sono prevenuti i plichi sigillati delle tre ditte, contenenti i supporti informatici relativi alle immagini, come da chiarimenti e precisazioni pubblicati sulla piattaforma di gara il 02/09 e 04/09 uu.ss.

Il Presidente precisa che la Commissione Giudicatrice, in seduta riservata, procederà alla verifica di merito della documentazione tecnica, all'attribuzione dei punteggi "qualità" ai sensi dell'art.15 del disciplinare di gara ed avrà facoltà di richiedere, come indicato nel Disciplinare di gara, l'invio di eventuali chiarimenti tecnici, oltre ché di chiedere di visionare l'apparecchiatura completa delle funzionalità richieste c/o il Centro di riferimento più vicino o ritenuto più adeguato, ai sensi dell'art.13 del disciplinare

Preliminarmente viene dato atto che i plichi contenenti i supporti informatici relativi alle immagini risultano perfettamente chiusi e sigillati

Si procede quindi all'apertura delle buste elettroniche contenenti la documentazione tecnica prodotta dalle ditte concorrenti ed alla verifica della presenza della documentazione richiesta nonché degli stessi plichi.

Si ricorda che le ditte concorrenti dovevano inserire nella busta elettronica "Offerta Tecnica", con le modalità indicate nel Disciplinare di gara, i documenti elencati nell'art. 13 "Contenuto della Busta B – Offerta Tecnica" del Disciplinare di Gara

La Commissione, dà atto della completezza del contenuto delle buste elettroniche presentate dalle Ditte partecipanti

La Commissione ribadisce che l'esame delle offerte tecniche (compreso il contenuto dei supporti informatici prodotti) proseguirà in seduta riservata.

Viene dato atto che i plichi contenenti i supporti informatici relativi alle immagini saranno conservati a cura del RUP in apposito armadio chiuso a chiave c/o i locali della UOC Gare Strategiche di ESTAR

Il Presidente comunica, infine, che la data di svolgimento della seduta pubblica per l'apertura dell'offerta economica (durante la quale sarà data anche comunicazione del punteggio attribuito sotto



il profilo tecnico alla singola offerta) sarà resa nota dalla Stazione Appaltante, con almeno 48 ore di anticipo, a mezzo comunicazione tramite la piattaforma <https://start.toscana.it>.

Alle ore 16:15 il Presidente chiude la seduta.

Il presente verbale di **n. 3 (tre) pagine**, redatto in unico originale, viene acquisito agli atti.

Letto, firmato e sottoscritto.

La Commissione Giudicatrice

F.to Andrea Marrucci

F.to Letizia Salvadori

F.to Francesco Buti

Per il Seggio di gara

F.to Salvatore Iannucci

F.to Filippo Omoboni

F.to Barbara Quaranta

APPALTO SPECIFICO, NELL'AMBITO DELLO SDA APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI, PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI UN MAMMOGRAFO DUAL ENERGY E TOMOSINTESI PER IL P.O. S. GIUSEPPE DI EMPOLI DELLA AUSL TOSCANA CENTRO

VERBALEN.5
Seduta Riservata Commissione Giudicatrice per Visualizzazione supporti con immagini

Stazione appaltante	ESTAR
Tipologia della procedura	Appalto Specifico nell'ambito dello SDA – Noleggio n°1 Mammografo Dual Energy e Tomosintesi per il P.O. S. Giuseppe di Empoli AUSL Toscana Centro - CIG: 7992902F60
Determina di indizione	n.1093 del 02/08/2019
Criterio di Aggiudicazione	Offerta Economicamente più vantaggiosa
Base d'Asta dell'Appalto Specifico	€ 442.800,00 - IVA esclusa - di cui costi presunti della manodopera: € 25.000,00- oneri di interferenza: € 0,00
Responsabile Unico del Procedimento	Filippo Omoboni

Il giorno **25/11/2019** alle ore **14:00** nei locali del Centro Donna del P.O. San Giuseppe di Empoli, si è riunita la Commissione Giudicatrice per la gara in oggetto, nominata con determinazione ESTAR n.1437/2019 e così composta:

<i>Nominativo</i>	<i>Azienda</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Ruolo</i>
Dr. Andrea Marrucci	AUSL Toscana Centro	Dirigente Medico	Presidente
Dr.ssa Letizia Salvadori	AUSL Toscana Centro	Dirigente Medico	Componente
Ing. Francesco Buti	ESTAR	Ingegnere	Componente

per l'esame del contenuto dei supporti informatici contenenti le immagini, trasmessi dalle ditte concorrenti ai sensi dei chiarimenti e precisazioni pubblicati sulla piattaforma di gara il 02/09 e 04/09 uu.ss. e richiamati nei precedenti verbali.

La riunione viene svolta presso la sede sopra indicata in quanto, come richiesto dalla Commissione stessa, per visionare adeguatamente il contenuto dei supporti informatici prodotti dalle ditte e consentirne una corretta valutazione, si rende necessario l'utilizzo di apposita e idonea workstation, che non è in dotazione agli Uffici ESTAR

Alla seduta partecipano anche:

- Salvatore Iannucci – Dirigente U.O.C. Gare Strategiche ESTAR, in qualità di Presidente del seggio di gara;
- Filippo Omoboni – ESTAR U.O.C. Gare Strategiche, RUP di gara;

che consegnano alla Commissione i plichi contenenti i supporti informatici relativi alle immagini, aperti nel corso della seduta pubblica del 16/10 u.s.

La Commissione Giudicatrice tenta di esaminare il contenuto dei CD prodotti dalle ditte concorrenti ma per problemi tecnici in nessuna delle workstation in dotazione alla Struttura è stato possibile procedere alla visualizzazione delle immagini.

Al fine di consentire un'adeguata e compiuta valutazione delle immagini stesse, la Commissione ritiene opportuno, pertanto, l'effettuazione di una demo, così come previsto all'art.15.1 del disciplinare di gara, convocando le ditte per il giorno 03/12 p.v. presso questi locali con la strumentazione necessaria ed idonea alla visione delle immagini contenute nei CD prodotti in sede di gara.

La Demo avrà la durata di un'ora per ciascuna ditta con inizio alle 9:30. Le convocazioni delle ditte verranno fatte in ordine alfabetico, così come segue:

- FUJIFILM: dalle 9:30 alle 10:30
- GE MEDICAL SYSTEM: dalle 10:30 alle 11:30
- SIEMENS: dalle 11:30 alle 12:30



Al termine della riunione, i CD vengono riconsegnati al RUP, che provvederà a riporli e conservarli in apposito armadio chiuso a chiave c/o i locali della UOC Gare Strategiche di ESTAR.

La seduta si chiude alle ore 15:15

Il presente verbale di n. 2 (due) pagine redatto in unico originale, viene acquisito agli atti.

Letto, firmato e sottoscritto.

La Commissione Giudicatrice

F.to Andrea Marrucci

F.to Letizia Salvadori

F.to Francesco Buti

Per il Seggio di gara

F.to Salvatore Iannucci

F.to Filippo Omoboni

APPALTO SPECIFICO, NELL'AMBITO DELLO SDA APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI, PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI UN MAMMOGRAFO DUAL ENERGY E TOMOSINTESI PER IL P.O. S. GIUSEPPE DI EMPOLI DELLA AUSL TOSCANA CENTRO

**VERBALEN.6
Seduta Pubblica Apertura Offerte Economiche**

Stazione appaltante	ESTAR
Tipologia della procedura	Appalto Specifico nell'ambito dello SDA – Noleggio n°1 Mammografo Dual Energy e Tomosintesi per il P.O. S. Giuseppe di Empoli AUSL Toscana Centro - CIG: 7992902F60
Determina di indizione	n.1093 del 02/08/2019
Determina Ammissione Ditte	n.1292 del 17/09/2019
Determina Nomina Commissione Giudicatrice	n.1437 del 09/10/2019
Criterio di Aggiudicazione	Offerta Economicamente più vantaggiosa
Base d'Asta dell'Appalto Specifico	€ 442.800,00 - IVA esclusa, di cui - costi presunti della manodopera: € 25.000,00 - oneri di interferenza: € 0,00
Responsabile Unico del Procedimento	Filippo Omoboni

Il giorno **20/12/2019** alle ore 10:00 in Firenze - nei locali Estar in via San Salvi 12 palazzina 13, piano primo, si svolge la seduta pubblica relativa all'apertura della documentazione economica presentata dalle ditte concorrenti, convocata tramite pubblicazione sulla piattaforma di gara START in data 17/12/2019.

La seduta si apre alla presenza dell'apposito Seggio di gara come previsto dal Disciplinare composto da:

- Salvatore Iannucci – Dirigente U.O.C. Gare Strategiche ESTAR, in qualità di Presidente del seggio di gara;
- Filippo Omoboni - Dipendente ESTAR RUP di gara

Sono altresì presenti, muniti di giusta delega agli atti i signori:

- Massimiliano Giuntini in rappresentanza della Ditta FUJIFILM ITALIA spa;
- Luca Alzetta in rappresentanza della Ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA spa
- Luigi Razzini in rappresentanza della Ditta SIEMENS HEALTHCARE srl;

come da foglio firme agli atti del procedimento.

Il presidente di Seggio ricorda preliminarmente che:

- La procedura di gara è stata indetta, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da Estar con Determina Dirigenziale n.1093 del 02/08/2019;
- L'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti parametri di cui al Disciplinare di gara:
 - Qualità: fino ad un massimo di 70 punti
 - Prezzo: fino ad un massimo di 30 punti;
- nel prescritto termine delle ore 13:00 del giorno 11/09/2019, sono pervenute, telematicamente, le seguenti offerte sulla piattaforma telematica <https://start.toscana.it>:
 - FUJIFILM ITALIA spa
 - GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA spa
 - SIEMENS HEALTHCARE srl
- Con determinazione n.1292 del 17/09/2019 pubblicata, ai sensi dell'art. 29, c.1 del D.Lgs. 50/2016, nel sistema di acquisti telematici – START, nel settore relativo alla gara di cui trattasi ed inviata alle ditte partecipanti, tutte le Ditte sono state ammesse al prosieguo del procedimento della gara;
- In data 16/10/2019 si è insediata la Commissione Giudicatrice (nominata con determinazione n.1437 del 09/10/2019) e successivamente, in seduta pubblica è stata aperta la

documentazione tecnica ed i plichi contenenti le immagini presentati dalla ditte concorrenti come da Verbali n. 3 e n.4 a firma della stessa Commissione Giudicatrice e del Seggio di Gara;

- a seguito all'incontro del 25/11 u.s. (vedi verbale n.5), ai sensi dell'art.15.1 del disciplinare di gara, in data 03/12 u.s. si sono svolte le Demo per la visualizzazione delle immagini contenute nei supporti prodotti dalle ditte concorrenti, come da verbali allegati
- La Commissione ha prodotto la relazione relativa alla valutazione tecnica dei prodotti offerti dalle ditte concorrenti con conseguente attribuzione del punteggio qualitativo, ai sensi dell'art.15 del disciplinare di gara (allegata al presente verbale, quale parte integrante e sostanziale) ;

Il Presidente ricorda, inoltre, che

- le valutazioni discrezionali sulla qualità dei prodotti attribuite dalla Commissione Giudicatrice non potranno in alcun modo essere sindacate e che nessun punteggio né qualitativo né economico è stato attribuito ad offerte relative a prodotti qualitativamente risultati non conformi alle caratteristiche essenziali richieste dal Capitolato Tecnico di gara;
- non saranno ammesse alla successiva fase di apertura delle offerte economiche, le Ditte che avranno ottenuto un punteggio complessivo inferiore a 36 punti

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI E RILIEVI

Agli operatori offerenti, presenti alla seduta pubblica, viene consegnata la Relazione Tecnica della Commissione Giudicatrice, allegata al presente verbale, per una facile lettura e conoscenza dei punteggi della valutazione tecnico-qualitativa attribuiti.

Vista la citata relazione della Commissione Giudicatrice, si approvano sulla piattaforma START SISTEMA DINAMICO DI ACQUISTO le offerte tecniche delle ditte concorrenti, con indicazione del punteggio (riparametrato) attribuito dalla Commissione Giudicatrice.

Il Presidente procede quindi all'apertura delle buste elettroniche contenenti le offerte economiche presentate dalle ditte concorrenti, ne dà contestuale lettura e verifica la correttezza della formulazione delle stesse.

Dalle suddette operazioni deriva quanto segue:

Lotto	ditta	Ribasso % su base d'asta	Importo offerto	Punteggio prezzo	Punteggio qualità (riparam.)	Punteggio totale	Classifica
unico	FUJI	14,92%	€ 376.734,24	28,43	56,52	84,95	2 [^]
unico	GE	0,18%	€ 442.002,96	7,55	54,33	61,88	3 [^]
unico	SIEMENS	17,83%	€ 363.848,76	30	70	100	1 [^]

L'offerta economicamente più vantaggiosa risulta pertanto quella presentata dalla ditta SIEMENS HEALTHCARE srl; la stessa risulta anomala ai sensi dell'art. 97 comma 3) del D.Lgs. 50/2016 e, pertanto, verrà sottoposta a procedimento di verifica come specificato nel disciplinare di gara, richiedendo all'offerente per iscritto le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo offerto, i cui esiti saranno oggetto di successivo Verbale.

La proposta di aggiudicazione così elaborata, sarà sottoposta alla valutazione economica da parte della Commissione Giudicatrice per la relativa verifica ed approvazione.

Il Presidente del Seggio di gara comunica infine che è concluso il procedimento volto all'individuazione dell'offerta migliore, per il quale è stato redatto il presente verbale, ribadendo che:

- il presente verbale non dà luogo ad aggiudicazione;
- la proposta di aggiudicazione è comunque subordinata alla valutazione economica da parte della Commissione Giudicatrice, ai sensi del D.Lgs.50/2016;
- l'affidamento della fornitura in via definitiva è subordinato alle verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed avverrà con successivo atto ESTAR, sulla base delle risultanze della seduta di gara, della valutazione della documentazione economica da parte della



Commissione Giudicatrice, tenendo conto della verifica delle condizioni di congruità economica dell'offerta.

Alle ore 10:20 il Presidente del seggio di gara chiude la seduta.

Il presente verbale di n.3 (tre) pagine e n.4 allegati costituiti dalla relazione della Commissione Giudicatrice (n.10 pagine) e dai verbali delle Demo (n. 3x1 pagine) redatto in unico originale, viene acquisito agli atti della UOC Gare Strategiche.

Letto, firmato e sottoscritto.

F.to Salvatore Iannucci

F.to Filippo Omoboni

ESTAR

Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi
UOC Gare Strategiche
Direttore Dr. Salvatore Iannucci

Oggetto: "APPALTO SPECIFICO, NELL'AMBITO DELLO SDA APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI, PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI UN MAMMOGRAFO DUAL ENERGY E TOMOSINTESI PER IL P.O. S. GIUSEPPE DI EMPOLI DELLA AUSL TOSCANA CENTRO" -VALUTAZIONE TECNICA DELLE OFFERTE

Stazione appaltante	ESTAR
Tipologia della procedura	Appalto Specifico nell'ambito dello SDA – Noleggio n°1 Mammografo Dual Energy e Tomosintesi per il P.O. S. Giuseppe di Empoli AUSL Toscana Centro - CIG: 7992902F60
Determina di indizione	n.1093 del 02/08/2019
Criterio di Aggiudicazione	Offerta Economicamente più vantaggiosa
Base d'Asta dell'Appalto Specifico	€ 442.800,00 - IVA esclusa - di cui costi presunti della manodopera: € 25.000,00- oneri di interferenza: € 0,00
Responsabile Unico del Procedimento	Filippo Omoboni

Il giorno **16/12/2019** alle ore **12:00** nei locali del Centro Donna del P.O. San Giuseppe di Empoli, si è riunita la Commissione Giudicatrice per la gara in oggetto, nominata con determinazione ESTAR n.1437/2019 e così composta:

<i>Nominativo</i>	<i>Azienda</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Ruolo</i>
Dr. Andrea Marrucci	AUSL Toscana Centro	Dirigente Medico	Presidente
Dr.ssa Letizia Salvadori	AUSL Toscana Centro	Dirigente Medico	Componente
Ing. Francesco Buti	ESTAR	Ingegnere	Componente

per la valutazione tecnica delle offerte, pervenendo alle considerazioni di seguito riportate anche in considerazione dell'esame del contenuto dei supporti informatici contenenti le immagini effettuato in data 03/12/2019.

Hanno presentato offerta le seguenti ditte:

1. FUJIFILM Italia Spa
2. GE Medical Systems Italia S.p.a.
3. SIEMENS HEALTHCARE SRL - Italia

Con i prodotti:

1. ditta: FUJIFILM
modello: FDR Amulet Innovality (FDR MS-3500)
2. ditta: GE
modello: Senographe Pristina
3. ditta: SIEMENS
modello: Mammomat Revelation

Si ricorda che gli atti di gara prevedono affidamento in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica viene effettuata in base ai seguenti punteggi: parametri congiunti di prezzo/qualità: 30/70 punti

Generatore Radiologico, Complesso radiogeno e collimatore (max 3 pt)

FUJI	<p>In relazione a questo parametro, l'offerta risponde alle specifiche tecniche richieste, presentando le seguenti caratteristiche salienti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ottima potenza massima erogabile; - ottimo range di kV; - ottima dissipazione termica del complesso radiogeno; - ottima velocità massima di rotazione dell'anodo.
GE	<p>In relazione a questo parametro, l'offerta risponde alle specifiche tecniche richieste, presentando le seguenti caratteristiche salienti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ottimo range di kV; - buona dissipazione termica del complesso radiogeno; - buona velocità massima di rotazione dell'anodo.
SIEMENS	<p>In relazione a questo parametro, l'offerta risponde alle specifiche tecniche richieste, presentando le seguenti caratteristiche salienti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ottimo range di kV; - buona dissipazione termica del complesso radiogeno; - buona velocità massima di rotazione dell'anodo.

Ditta	Giudizio	Valore	Punteggio
FUJIFILM	Distinto	0,9	2,7
GE	Buono	0,8	2,4
SIEMENS	Buono	0,8	2,4

Stativo e sistema di compressione (max 4 pt)

FUJI	<p>In relazione a questo parametro, l'offerta risponde alle specifiche tecniche richieste, presentando le seguenti caratteristiche salienti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - buona escursione verticale; - doppio display delle indicazioni di posizionamento e parametri di compressione; - discreta dotazione di accorgimenti atti a favorire il comfort della paziente.
GE	<p>In relazione a questo parametro, l'offerta risponde alle specifiche tecniche richieste, presentando le seguenti caratteristiche salienti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - buona escursione verticale; - sufficiente dotazione di accorgimenti atti a favorire il comfort della paziente.

SIEMENS	<p>In relazione a questo parametro, l'offerta risponde alle specifiche tecniche richieste, presentando le seguenti caratteristiche salienti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ottima escursione verticale; - ottima dotazione di accorgimenti atti a favorire il comfort della paziente.
----------------	--

Ditta	Giudizio	Valore	Punteggio
FUJIFILM	Buono	0,8	3,2
GE	Sufficiente	0,6	2,4
SIEMENS	Ottimo	1,0	4,0

Detettore digitale (max 6 pt)	
FUJI	<p>In relazione a questo parametro, l'offerta risponde alle specifiche tecniche richieste.</p> <p>Nel complesso la valutazione risulta discreta in considerazione dell'utilizzo di un pixel esagonale di 50 µm (eq. Pixel quadrato 68 µm) in 2D, e di 100x150 µm in 3D.</p>
GE	<p>In relazione a questo parametro, l'offerta risponde alle specifiche tecniche richieste.</p> <p>Nel complesso la valutazione risulta sufficiente in considerazione dell'utilizzo di un pixel di 100 µm sia in 2D, sia in 3D.</p>
SIEMENS	<p>In relazione a questo parametro, l'offerta risponde alle specifiche tecniche richieste.</p> <p>Nel complesso la valutazione risulta ottima in considerazione dell'utilizzo di un pixel di 85 µm sia in 2D, sia in 3D.</p>

Ditta	Giudizio	Valore	Punteggio
FUJIFILM	Discreto	0,7	4,2
GE	Sufficiente	0,6	3,6
SIEMENS	Ottimo	1,0	6

Controllo dell'esposizione (max 3 pt)

FUJI	In relazione a questo parametro, l'offerta presenta ottime caratteristiche.
GE	In relazione a questo parametro, l'offerta presenta ottime caratteristiche.
SIEMENS	In relazione a questo parametro, l'offerta presenta ottime caratteristiche.

Ditta	Giudizio	Valore	Punteggio
FUJIFILM	Ottimo	1,0	3
GE	Ottimo	1,0	3
SIEMENS	Ottimo	1,0	3

Sistema per Biopsia (max 6 pt)

FUJI	In relazione a questo parametro, l'offerta risponde alle specifiche tecniche richieste, presentando le seguenti caratteristiche salienti: - buon angolo di pendolazione al fine di ottenere la centratura del bersaglio con la massima precisione; - radiografia dei frustoli in tempo reale senza decomprimere la paziente, previo inserimento di filtro addizionale.
GE	In relazione a questo parametro, l'offerta risponde alle specifiche tecniche richieste, presentando un angolo di pendolazione sufficiente.
SIEMENS	In relazione a questo parametro, l'offerta risponde alle specifiche tecniche richieste, presentando le seguenti caratteristiche salienti: - ottimo angolo di pendolazione al fine di ottenere la centratura del bersaglio con la massima precisione; - radiografia dei frustoli in tempo reale senza decomprimere la paziente.

Ditta	Giudizio	Valore	Punteggio
FUJIFILM	Buono	0,8	4,8
GE	Sufficiente	0,6	3,6
SIEMENS	Ottimo	1,0	6,0

Modulo acquisizione Tomosintesi (max 10 pt)

FUJI	In relazione a questo parametro, l'offerta risponde alle specifiche tecniche richieste. Nel complesso la valutazione della risoluzione spaziale in profondità risulta discreta in considerazione dell'angolo di pendolazione e del parametro richiesto al punto 1.C.2.a.;
GE	In relazione a questo parametro, l'offerta risponde alle specifiche tecniche richieste. Nel complesso la valutazione della risoluzione spaziale in profondità risulta sufficiente in considerazione dell'angolo di pendolazione e del parametro richiesto al punto 1.C.2.a.;
SIEMENS	In relazione a questo parametro, l'offerta risponde alle specifiche tecniche richieste. Nel complesso la valutazione della risoluzione spaziale in profondità risulta ottima in considerazione dell'angolo di pendolazione e del parametro richiesto al punto 1.C.2.a.;

Ditta	Giudizio	Valore	Punteggio
FUJIFILM	Discreto	0,7	7,0
GE	Sufficiente	0,6	6,0
SIEMENS	Ottimo	1,0	10

Software e applicativi (max 2 pt)

FUJI	In relazione a questo parametro, l'offerta risponde alle specifiche tecniche richieste. Nel complesso la valutazione risulta discreta.
GE	In relazione a questo parametro, l'offerta risponde alle specifiche tecniche richieste. La misura della densità avviene mediante confronto con Database di immagini a densità nota. Nel complesso la valutazione risulta sufficiente.
SIEMENS	In relazione a questo parametro, l'offerta risponde alle specifiche tecniche richieste, con ottima valutazione in considerazione delle seguenti caratteristiche: - filtrazione in titanio per la Dual Energy; - SW integrato per il calcolo della densità a partire dai dati grezzi dell'immagine.

Ditta	Giudizio	Valore	Punteggio
FUJIFILM	Discreto	0,7	1,4
GE	Sufficiente	0,6	1,2
SIEMENS	Ottimo	1,0	2,0

Valutazione clinica (max 15 pt)

FUJI	I casi visualizzati di mammografia 2D e di Tomosintesi appaiono di SUFFICIENTE qualità in considerazione del contrasto e definizione delle immagini. Le immagini relative ai casi Dual Energy appaiono accettabili.
GE	Le immagini visualizzate relative a mammografia 2D e Tomosintesi appaiono di BUONA qualità mostrando una particolare attenzione al contrasto. Accettabile la Dual Energy.
SIEMENS	OTTIMA la qualità delle immagini visualizzate di mammografia 2D e soprattutto di Tomosintesi con elevata risoluzione delle distorsioni ghiandolari. Accettabile la Dual Energy.

Ditta	Giudizio	Valore	Punteggio
FUJIFILM	Sufficiente	0,6	9,0
GE	Buono	0,8	12,0
SIEMENS	Ottimo	1,0	15,0

Caratteristiche tecniche Console (max 3 pt)

FUJI	In relazione a questo parametro, l'offerta risponde alle specifiche tecniche richieste, presentando buone caratteristiche.
GE	In relazione a questo parametro, l'offerta risponde alle specifiche tecniche richieste, presentando buone caratteristiche.
SIEMENS	In relazione a questo parametro, l'offerta risponde alle specifiche tecniche richieste, presentando buone caratteristiche.

Ditta	Giudizio	Valore	Punteggio
FUJIFILM	Buono	0,8	2,4
GE	Buono	0,8	2,4
SIEMENS	Buono	0,8	2,4

Monitor Consolle (max 2 pt)

FUJI	In relazione a questo parametro, sono offerti n.2 display ad alta risoluzione di ampie dimensioni.
GE	In relazione a questo parametro, è offerto n.1 display ad alta risoluzione di ampie dimensioni.
SIEMENS	In relazione a questo parametro, è offerto n.1 display ad alta risoluzione di ampie dimensioni.

Ditta	Giudizio	Valore	Punteggio
FUJIFILM	Discreto	0,7	1,4
GE	Sufficiente	0,6	1,2
SIEMENS	Sufficiente	0,6	1,2

Caratteristiche tecniche Workstation (max 3 pt)

FUJI	In relazione a questo parametro, l'offerta risponde alle specifiche tecniche richieste, presentando caratteristiche di buon livello.
GE	In relazione a questo parametro, l'offerta risponde alle specifiche tecniche richieste, presentando caratteristiche di buon livello.
SIEMENS	In relazione a questo parametro, l'offerta risponde alle specifiche tecniche richieste, presentando caratteristiche di buon livello.

Ditta	Giudizio	Valore	Punteggio
FUJIFILM	Buono	0,8	2,4
GE	Buono	0,8	2,4
SIEMENS	Buono	0,8	2,4

Monitor Workstation (max 4 pt)

FUJI	In relazione a questo parametro, vengono offerti n. 2 monitor di ottima qualità.
GE	In relazione a questo parametro, l'offerta prevede la presenza di n. 2 monitor Grayscale 5 MPixels 21,3 LCD dotati di dispositivo di calibrazione della luminanza automatico integrato. Le caratteristiche di tali monitor non sono ulteriormente specificate.
SIEMENS	In relazione a questo parametro, vengono offerti n. 2 monitor di ottima qualità.

Ditta	Giudizio	Valore	Punteggio
FUJIFILM	Ottimo	1,0	4,0
GE	Buono	0,8	3,2
SIEMENS	Ottimo	1,0	4,0

Collegamento in rete (max 1 pt)

FUJI	In relazione a questo parametro, l'offerta risponde pienamente alle specifiche tecniche richieste
GE	In relazione a questo parametro, l'offerta risponde pienamente alle specifiche tecniche richieste
SIEMENS	In relazione a questo parametro, l'offerta risponde pienamente alle specifiche tecniche richieste

Ditta	Giudizio	Valore	Punteggio
FUJIFILM	Ottimo	1,0	1,0
GE	Ottimo	1,0	1,0
SIEMENS	Ottimo	1,0	1,0

Accessori per l'esecuzione dei controlli di qualità (max 2 pt)

FUJI	In relazione a questo parametro, l'offerta risponde pienamente alle specifiche tecniche richieste
GE	In relazione a questo parametro, l'offerta risponde pienamente alle specifiche tecniche richieste
SIEMENS	In relazione a questo parametro, l'offerta risponde pienamente alle specifiche tecniche richieste

Ditta	Giudizio	Valore	Punteggio
FUJIFILM	Ottimo	1,0	2,0
GE	Ottimo	1,0	2,0
SIEMENS	Ottimo	1,0	2,0

Formazione (max 4 pt)

FUJI	In relazione a questo parametro, l'offerta prevede un ottimo piano della formazione.
GE	In relazione a questo parametro, l'offerta prevede un ottimo piano della formazione.
SIEMENS	In relazione a questo parametro, l'offerta prevede un ottimo piano della formazione.

Ditta	Giudizio	Valore	Punteggio
FUJIFILM	Ottimo	1,0	4,0
GE	Ottimo	1,0	4,0
SIEMENS	Ottimo	1,0	4,0

Assistenza (max 2 pt)

FUJI	In relazione a questo parametro, il livello complessivo del servizio offerto appare buono.
GE	In relazione a questo parametro, il livello complessivo del servizio offerto appare buono.
SIEMENS	In relazione a questo parametro, il livello complessivo del servizio offerto appare buono.

Ditta	Giudizio	Valore	Punteggio
FUJIFILM	Buono	0,8	1,6
GE	Buono	0,8	1,6
SIEMENS	Buono	0,8	1,6

I punteggi qualitativi complessivi sono quindi:

PARAMETRO	FUJIFILM	GE	SIEMENS
Generatore Radiologico, Complesso radiogeno e collimatore	2,7	2,4	2,4
Stativo e sistema di compressione	3,2	2,4	4,0
Detettore digitale	4,2	3,6	6,0
Controllo dell'esposizione	3,0	3,0	3,0
Sistema per Biopsia	4,8	3,6	6,0
Modulo acquisizione Tomosintesi	7,0	6,0	10,0
Software e applicativi	1,4	1,2	2,0
Valutazione clinica	9,0	12,0	15,0
Caratteristiche tecniche Console	2,4	2,4	2,4
Monitor Console	1,4	1,2	1,2
Caratteristiche tecniche Workstation	2,4	2,4	2,4
Monitor Workstation	4,0	3,2	4,0
Collegamento in rete	1,0	1,0	1,0
Accessori per l'esecuzione dei controlli di qualità	2,0	2,0	2,0
Formazione	4,0	4,0	4,0
Assistenza	1,6	1,6	1,6
TOTALE	54,1	52,0	67,0

Il punteggio qualitativo viene riparametrato secondo la formula:

$$\text{Punteggio qualità offerta da calcolare} = \frac{70 \cdot \text{punteggio offerta da riparametrare}}{\text{punteggio offerta massima}}$$

	FUJIFILM	GE	SIEMENS
TOTALE	54,1	52,0	67,0
TOTALE RIPARAMETRATO	56,5	54,3	70

Empoli, 16/12/2019

La seduta si chiude alle ore 17:00

Letto, confermato e sottoscritto,
Componenti Commissione Giudicatrice

F.to Dr. Andrea Marrucci

F.to Dr.ssa Letizia Salvadori

F.to Ing. Francesco Buti

APPALTO SPECIFICO, NELL'AMBITO DELLO SDA APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI, PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI UN MAMMOGRAFO DUAL ENERGY E TOMOSINTESI PER IL P.O. S. GIUSEPPE DI EMPOLI DELLA AUSL TOSCANA CENTRO

Demo per Visualizzazione supporti con immagini

Con riferimento alla procedura in oggetto il giorno **03/12/2019** nei locali del Centro Donna del P.O. San Giuseppe di Empoli, alla presenza della Commissione Giudicatrice per la gara in oggetto, nominata con determinazione ESTAR n.1437/2019 e così composta:

<i>Nominativo</i>	<i>Azienda</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Ruolo</i>
Dr. Andrea Marrucci	AUSL Toscana Centro	Dirigente Medico	Presidente
Dr.ssa Letizia Salvadori	AUSL Toscana Centro	Dirigente Medico	Componente
Ing. Francesco Buti	ESTAR	Ingegnere	Componente

si svolge la demo per l'esame del contenuto dei supporti informatici contenenti le immagini, trasmessi dalle ditte concorrenti ai sensi dei chiarimenti e precisazioni pubblicati sulla piattaforma di gara il 02/09 e 04/09 uu.ss..

Alla seduta partecipano anche:

- Salvatore Iannucci – Dirigente U.O.C. Gare Strategiche ESTAR, in qualità di Presidente del seggio di gara;
- Filippo Omoboni – ESTAR U.O.C. Gare Strategiche, RUP di gara;

La demo (ai sensi dell'art.15.1 del disciplinare di gara) si è resa necessaria al fine di consentire un'adeguata e compiuta valutazione delle immagini stesse.

Si dà atto che la convocazione è stata trasmessa alle ditte concorrenti tramite piattaforma di gara in data 25/11 u.s.,

Una volta terminata l'installazione della strumentazione necessaria ed idonea alla visione delle immagini contenute nei CD prodotti in sede di gara (così come richiesto nella nota di convocazione), si procede all'esame degli stessi, che vengono consegnati dal RUP di gara.

La demo ha durata dalle ore 9:45 alle ore 10:30

Al termine della demo, i CD vengono riconsegnati al RUP, che provvederà a riporli e conservarli in apposito armadio chiuso a chiave c/o i locali della UOC Gare Strategiche di ESTAR.

Il presente verbale di n. una pagina redatto in unico originale, viene acquisito agli atti.

Letto, firmato e sottoscritto.

La Commissione Giudicatrice

F.to Andrea Marrucci

F.to Letizia Salvadori

F.to Francesco Buti

Per il Seggio di gara

F.to Salvatore Iannucci

F.to Filippo Omoboni

La Ditta FUJIFILM

F.to Martina Ester Bianchi

F.to Massimiliano Giuntini

F.to Marco Costa

APPALTO SPECIFICO, NELL'AMBITO DELLO SDA APPARECCHIATURE ELETTRONICHE, PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI UN MAMMOGRAFO DUAL ENERGY E TOMOSINTESI PER IL P.O. S. GIUSEPPE DI EMPOLI DELLA AUSL TOSCANA CENTRO

Demo per Visualizzazione supporti con immagini

Con riferimento alla procedura in oggetto il giorno **03/12/2019** nei locali del Centro Donna del P.O. San Giuseppe di Empoli, alla presenza della Commissione Giudicatrice per la gara in oggetto, nominata con determinazione ESTAR n.1437/2019 e così composta:

<i>Nominativo</i>	<i>Azienda</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Ruolo</i>
Dr. Andrea Marrucci	AUSL Toscana Centro	Dirigente Medico	Presidente
Dr.ssa Letizia Salvadori	AUSL Toscana Centro	Dirigente Medico	Componente
Ing. Francesco Buti	ESTAR	Ingegnere	Componente

si svolge la demo per l'esame del contenuto dei supporti informatici contenenti le immagini, trasmessi dalle ditte concorrenti ai sensi dei chiarimenti e precisazioni pubblicati sulla piattaforma di gara il 02/09 e 04/09 uu.ss..

Alla seduta partecipano anche:

- Salvatore Iannucci – Dirigente U.O.C. Gare Strategiche ESTAR, in qualità di Presidente del seggio di gara;
- Filippo Omoboni – ESTAR U.O.C. Gare Strategiche, RUP di gara;

La demo (ai sensi dell'art.15.1 del disciplinare di gara) si è resa necessaria al fine di consentire un'adeguata e compiuta valutazione delle immagini stesse.

Si dà atto che la convocazione è stata trasmessa alle ditte concorrenti tramite piattaforma di gara in data 25/11 u.s.,

Una volta terminata l'installazione della strumentazione necessaria ed idonea alla visione delle immagini contenute nei CD prodotti in sede di gara (così come richiesto nella nota di convocazione), si procede all'esame degli stessi, che vengono consegnati dal RUP di gara.

La demo ha durata dalle ore 10:30 alle ore 11:30

Al termine della demo, i CD vengono riconsegnati al RUP, che provvederà a riporli e conservarli in apposito armadio chiuso a chiave c/o i locali della UOC Gare Strategiche di ESTAR.

Il presente verbale di n. una pagina redatto in unico originale, viene acquisito agli atti.

Letto, firmato e sottoscritto.

La Commissione Giudicatrice

F.to Andrea Marrucci

F.to Letizia Salvadori

F.to Francesco Buti

Per il Seggio di gara

F.to Salvatore Iannucci

F.to Filippo Omoboni

La Ditta GE MEDICAL SYSTEMS

F.to Dorotea Vallet

F.to Silvia Guidoboni

F.to Iuri Fornaini

APPALTO SPECIFICO, NELL'AMBITO DELLO SDA APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI, PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI UN MAMMOGRAFO DUAL ENERGY E TOMOSINTESI PER IL P.O. S. GIUSEPPE DI EMPOLI DELLA AUSL TOSCANA CENTRO

Demo per Visualizzazione supporti con immagini

Con riferimento alla procedura in oggetto il giorno **03/12/2019** nei locali del Centro Donna del P.O. San Giuseppe di Empoli, alla presenza della Commissione Giudicatrice per la gara in oggetto, nominata con determinazione ESTAR n.1437/2019 e così composta:

<i>Nominativo</i>	<i>Azienda</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Ruolo</i>
Dr. Andrea Marrucci	AUSL Toscana Centro	Dirigente Medico	Presidente
Dr.ssa Letizia Salvadori	AUSL Toscana Centro	Dirigente Medico	Componente
Ing. Francesco Buti	ESTAR	Ingegnere	Componente

si svolge la demo per l'esame del contenuto dei supporti informatici contenenti le immagini, trasmessi dalle ditte concorrenti ai sensi dei chiarimenti e precisazioni pubblicati sulla piattaforma di gara il 02/09 e 04/09 uu.ss..

Alla seduta partecipano anche:

- Salvatore Iannucci – Dirigente U.O.C. Gare Strategiche ESTAR, in qualità di Presidente del seggio di gara;
- Filippo Omoboni – ESTAR U.O.C. Gare Strategiche, RUP di gara;

La demo (ai sensi dell'art.15.1 del disciplinare di gara) si è resa necessaria al fine di consentire un'adeguata e compiuta valutazione delle immagini stesse.

Si dà atto che la convocazione è stata trasmessa alle ditte concorrenti tramite piattaforma di gara in data 25/11 u.s.,

Una volta terminata l'installazione della strumentazione necessaria ed idonea alla visione delle immagini contenute nei CD prodotti in sede di gara (così come richiesto nella nota di convocazione), si procede all'esame degli stessi, che vengono consegnati dal RUP di gara.

La demo ha durata dalle ore 11:40 alle ore 12:30

Al termine della demo, i CD vengono riconsegnati al RUP, che provvederà a riporli e conservarli in apposito armadio chiuso a chiave c/o i locali della UOC Gare Strategiche di ESTAR.

Il presente verbale di n. una pagina redatto in unico originale, viene acquisito agli atti.

Letto, firmato e sottoscritto.

La Commissione Giudicatrice

F.to Andrea Marrucci

F.to Letizia Salvadori

F.to Francesco Buti

Per il Seggio di gara

F.to Salvatore Iannucci

F.to Filippo Omoboni

La Ditta SIEMENS

F.to Marzia Bianconi

F.to Delia Parchitelli

APPALTO SPECIFICO, NELL'AMBITO DELLO SDA APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI, PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI UN MAMMOGRAFO DUAL ENERGY E TOMOSINTESI PER IL P.O. S. GIUSEPPE DI EMPOLI DELLA AUSL TOSCANA CENTRO

**VERBALE N.7 - Seduta Riservata per la verifica post apertura Offerte economiche
(art. 77 del D.Lgs. 50/2016 - Linee guida ANAC n. 5)**

Stazione appaltante	ESTAR
Tipologia della procedura	Appalto Specifico nell'ambito dello SDA – Noleggio n°1 Mammografo Dual Energy e Tomosintesi per il P.O. S. Giuseppe di Empoli AUSL Toscana Centro - CIG: 7992902F60
Determina di indizione	n.1093 del 02/08/2019
Determina Ammissione Ditte	n.1292 del 17/09/2019
Determina Nomina Commissione Giudicatrice	n.1437 del 09/10/2019
Criterio di Aggiudicazione	Offerta Economicamente più vantaggiosa
Base d'Asta dell'Appalto Specifico	€ 442.800,00 - IVA esclusa, di cui - costi presunti della manodopera: € 25.000,00 - oneri di interferenza: € 0,00
Responsabile Unico del Procedimento	Filippo Omoboni

La Commissione Giudicatrice appositamente costituita con Determinazione n°1437 del 09/10/2019 composta da:

- Dr. Andrea Marrucci in qualità di Presidente della Commissione Giudicatrice
- Dr.ssa Letizia Salvadori in qualità di componente della Commissione Giudicatrice
- Ing. Francesco Buti in qualità di componente della Commissione Giudicatrice

procede, insieme al RUP di gara, Filippo Omoboni, ad esaminare le risultanze della seduta pubblica svoltasi il 20/12/2019 di apertura offerte economiche, durante la quale è stata individuata la ditta SIEMENS HEALTHCARE srl quale destinataria della proposta di aggiudicazione.

Come emerge dal verbale di detta seduta, l'offerta della stessa ditta è risultata anomala ai sensi dell'art. 97 comma 3) del D.Lgs. 50/2016.

I presenti prendono atto che in pari data – 20/12/2019, a mezzo piattaforma START, sono state richieste alla ditta GE le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'offerta presentata, ex art. 97 commi 3) e 4) del D.Lgs.50/2016 nonché l'estratto del listino e che la stessa ha prodotto la documentazione richiesta.

A seguito di un'attenta analisi di tutta la documentazione prodotta dalla ditta, sia quella già prodotta in gara che quella a giustificazione dell'offerta ex art.97 del D.lgs.50/2016, i presenti valutano che la stessa risulta completa ed esauriente in quanto descrive in modo dettagliato ed esaustivo la composizione dell'offerta economica (che è in linea con l'offerta tecnica), con l'indicazione dei vari costi sostenuti per le diverse voci di spesa e dell'utile d'impresa.

L'offerta presentata dalla ditta SIEMENS HEALTHCARE srl risulta pertanto, nel suo complesso, congrua ed affidabile.

La Commissione Giudicatrice, visto quanto sopra esposto approva e conferma le risultanze della seduta pubblica del 20/12/2019.

Empoli, 10/01/2020

Letto, approvato e sottoscritto

La Commissione Giudicatrice

F.to Andrea Marrucci

F.to Letizia Salvadori

F.to Francesco Buti

Il RUP di gara

F.to Filippo Omoboni

Offerta Economica

Il sottoscritto LUCA TOGNOLI , nella sua qualità di Procuratore, autorizzato a rappresentare legalmente SIEMENS HEALTHCARE S.R.L., con sede legale in Milano ,VIA VIPITENO, 4;

In merito al lotto denominato "Mammografo" relativo alla gara "A.S. per la fornitura in noleggio di un Mammografo Dual Energy e Tomosintesi per il P.O. S. Giuseppe di Empoli AUSL Toscana Centro" formula la seguente offerta economica:

Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 17,83 %

Importo offerto al netto dell'IVA: 363.848,76 Euro

di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA: Euro 1.380,00

Oltre a oneri di sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 0,00

Importo finale totale offerto al netto dell'IVA: Euro 363.848,76

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di aver giudicato i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi;
- di aver preso esatta conoscenza della natura dell'appalto e di ogni circostanza particolare e generale che possa aver influito sulla determinazione dell'offerta;
- di mantenere valida l'offerta per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della medesima o per il diverso termine previsto dal bando o, in assenza dello stesso, nella lettera d'invito a gara;
- di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in materia di condizioni di lavoro.

lì 10/09/2019

Appalto Specifico per la FORNITURA IN NOLEGGIO DI UN MAMMOGRAFO DUAL ENERGY E TOMOSINTESI PER IL P.O. S. GIUSEPPE DI EMPOLI DELL'AUSL TOSCANA CENTRO

LOTTO	UNICO	Valore a base d'asta	442.800,00
CIG	7992902F60		
Ditta	Siemens Healthcare s.r.l		
P.Iva Ditta	12268050155		
Produttore	Siemens Healthcare GmbH		

Tabella A																	
Apparecchiature																	
Colonna A	Colonna B	Colonna C	Colonna D	Colonna E	Colonna F	Colonna G	Colonna H	Colonna I	Colonna J	Colonna K	Colonna L	Colonna M	Colonna N	Colonna O	Colonna P	Colonna Q	Colonna R
Rif.	Descrizione componenti del sistema	Quantità	Denominazione del prodotto (nome commerciale)	Codice	Produttore	Prezzo di listino - apparecchiatura	Canone unitario annuo di locazione apparecchiatura	Canone unitario annuo di manutenzione full risk	Canone unitario annuo totale (colonna H + colonna I)	Canone unitario totale per 8 anni di locazione apparecchiatura (colonna H * 8)	Canone unitario totale per 8 anni di manutenzione full risk (colonna I * 8)	Canone unitario complessivo di locazione apparecchiatura + manutenzione full risk per 8 anni (colonna K + colonna L)	Canone complessivo per quantità necessarie (colonna M * colonna C)	iva applicata	incidenza locazione su prezzo di listino (colonna H/colonna G)	incidenza manutenzione full risk su prezzo di listino (colonna I/colonna G)	Valore di riscatto (N.B.: NON CONCORRE AI FINI DELL'AGGIUDICAZIONE)
Mammografo (rif.punto 3 cap_tec)	Mammografo digitale, comprensivo di:	1	MAMMOMAT Revelation	14459955	Siemens Healthcare GmbH	€ 310.000,00	€ 15.000,00	€ 7.500,00	€ 22.500,00	€ 120.000,00	€ 60.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	22,00	0,05	0,02	€ 10.000,00
	- Tavolo Operatore con paretina anti-X	1													#DIV/0!	#DIV/0!	
	- Pedale per rilascio esposizione	1													#DIV/0!	#DIV/0!	
	- Compressore standard 24x30 h	1													#DIV/0!	#DIV/0!	
	- Compressore mobile 18x24 h	1													#DIV/0!	#DIV/0!	
	- Compressore per dettagli 9x9	1													#DIV/0!	#DIV/0!	
	- Compression plates kit 1.5/1.8	1													#DIV/0!	#DIV/0!	
	- Sistema per il Calcolo delle densità mammaria	1													#DIV/0!	#DIV/0!	
	- Tavolo per ingrandimento 1.8X	1													#DIV/0!	#DIV/0!	
	- CAD	1													#DIV/0!	#DIV/0!	
	Installazione Sistema	1													#DIV/0!	#DIV/0!	
Consolle di comando (rif.punto 4 cap_tec)	Monitor 3MP 21' TFT ad alta risoluzione	1													#DIV/0!	#DIV/0!	
	(Consolle di comando inclusa e inscindibile dal modulo Tomosintesi (rif.punto 3 cap_tec))	1	MAMMOMAT Revelation	14459965	Siemens Healthcare GmbH										#DIV/0!	#DIV/0!	
Workstation di refezazione (rif.punto 5 cap_tec)	Stazione di refezazione completa di monitor 5MP	1	WorkstationONE completa di Monitor CORONIS LED MDCG 5221	n.a.	ThreePalm e BARCO	€ 68.000,00	€ 3.300,00	€ 1.650,00	€ 4.950,00	€ 26.400,00	€ 13.200,00	€ 39.600,00	€ 39.600,00	22,00	0,05	0,02	€ 2.200,00
Accessori esecuzione controlli qualità (rif.punto 6 cap_tec)	Fantocci come da richiesta:	1	Fantocci per Mammografia	n.a.	----	€ 37.000,00	€ 1.800,00	€ 900,00	€ 2.700,00	€ 14.400,00	€ 7.200,00	€ 21.600,00	€ 21.600,00	22,00	0,05	0,02	€ 1.200,00
Mod._esec._esami_con trasto (rif.punto 1 cap_tec)	Sistema per immagini doppia energia con mezzo di contrasto	1	TICEM (Contr. Enh.MG)	14460013	Siemens Healthcare GmbH	€ 62.000,00	€ 3.000,00	€ 1.500,00	€ 4.500,00	€ 24.000,00	€ 12.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00	22,00	0,05	0,02	€ 2.000,00
Sistema bipsia (rif.punto 2 cap_tec)	Sistema di Biopsia 2D e 3D completa di sistema per l'analisi dei frustoli	1	HD Breast Biopsy e InSpect	14460017	Siemens Healthcare GmbH	€ 62.000,00	€ 3.000,00	€ 1.500,00	€ 4.500,00	€ 24.000,00	€ 12.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00	22,00	0,05	0,02	€ 2.000,00
Modulo acquisizione Tomosintesi (rif.punto 3 cap_tec)	Stazione di acquisizione per Tomosintesi completa di SW per immagini sintetiche	1	Acquisition Workstation Tomo con Insight 2D e 3D	14459964	Siemens Healthcare GmbH	€ 78.000,00	€ 3.900,00	€ 1.950,00	€ 5.850,00	€ 31.200,00	€ 15.600,00	€ 46.800,00	€ 46.800,00	22,00	0,05	0,03	€ 2.600,00
totale complessivo costo di locazione e manutenzione						€ 617.000,00	€ 30.000,00	€ 15.000,00	€ 45.000,00	€ 240.000,00	€ 120.000,00	€ 360.000,00	€ 360.000,00	22	0,05	0,02	€ 20.000,00

Tabella B Dettaglio costi per eventuali lavori			
Colonna A	Colonna B		Colonna D
Rif.	Tipologia		importo
1	Costi progettazione	a corpo	
2	Edilizia	a corpo	
3	Impianti meccanici	a corpo	
4	Impianti elettrici e speciali	a corpo	3.840,00
5		
6			
totale complessivo eventuali lavori			€ 3.840,00

Tabella A+B TOTALE COMPLESSIVO APPALTO SPECIFICO - LOTTO 1	
Importo totale canone di locazione + manutenzione full risk per 96 (tabella A - colonna N riga 51)	360.000,00
Importo eventuali lavori (tabella B - colonna D - riga 62)	3.840
IMPORTO COMPLESSIVO (Tabella A+ Tabella B)	363.840,00
- di cui costo di manodopera (tabella E1)	10.161,18
- di cui costo della sicurezza propri della ditta (tabella E2)	1.380,00
valore a base d'asta	442.800,00
Ribasso in base alla base d'asta (valore da riportare nel form dell'offerta economica generata dalla piattaforma di gara)	17,83

Tabella C Dettagli costi per eventuale sostituzione parti ricambio o materiale usurabile (vedi art. 3.2 cap. tecnico)												
Colonna A	Colonna B	Colonna C	Colonna D	Colonna E	Colonna F	Colonna G	Colonna H	Colonna I	Colonna J	Colonna K	Colonna L	
Rif.	Denominazione del prodotto (nome commerciale)	Codice prodotto fornitore (Ref.)	Produttore	RDM	Unità di misura	Prezzo di listino per unità (IVA esclusa)	Prezzo unitario offerto (per unità di misura), IVA esclusa	Nr. pezzi conf. Primaria	Nr. pezzi conf. Secondaria	iva applicata	ribasso su listino	
1	Detector LMAM2V2	14459955	Siemens Healthcare GmbH	1705707	1	55.555,00 €	50.000,00 €	n.a	n.a	22,00	10,00	
2	STU P49 W Service Part	14459955	Siemens Healthcare GmbH	1705707	1	50.110,61 €	45.100,00 €	n.a	n.a	22,00	10,00	
3	Laser targeting device Inspiration	14459955	Siemens Healthcare GmbH	1705707	1	19.498,72 €	17.549,02 €	n.a	n.a	22,00	10,00	
4	AWS-IS-WH-V6	14459955	Siemens Healthcare GmbH	1705707	1	16.710,07 €	15.039,22 €	n.a	n.a	22,00	10,00	
5	Electronic unit	14459955	Siemens Healthcare GmbH	1705707	1	13.067,41 €	11.760,78 €	n.a	n.a	22,00	10,00	
6	object table short	14459955	Siemens Healthcare GmbH	1705707	1	12.352,82 €	11.117,65 €	n.a	n.a	22,00	10,00	
7	Accessories TBU BZ	14459955	Siemens Healthcare GmbH	1705707	1	9.564,17 €	8.607,84 €	n.a	n.a	22,00	10,00	
8	AWS-IS-WH-V6	14459955	Siemens Healthcare GmbH	1705707	1	9.280,95 €	8.352,94 €	n.a	n.a	22,00	10,00	
9	console terminal ET	14459955	Siemens Healthcare GmbH	1705707	1	8.736,30 €	7.862,75 €	n.a	n.a	22,00	10,00	
10	Holder TBU Standard	14459955	Siemens Healthcare GmbH	1705707	1	5.795,15 €	5.215,69 €	n.a	n.a	22,00	10,00	
11	Biopsy Isolation Unit (BIU)	14459955	Siemens Healthcare GmbH	1705707	1	4.727,62 €	4.254,90 €	n.a	n.a	22,00	10,00	
12	Cable set Tomo Biopsy	14459955	Siemens Healthcare GmbH	1705707	1	3.888,85 €	3.500,00 €	n.a	n.a	22,00	10,00	
13	Control Box cpl.	14459955	Siemens Healthcare GmbH	1705707	1	3.071,86 €	2.764,71 €	n.a	n.a	22,00	10,00	
14	InSpect Starter Cups	14459955	Siemens Healthcare GmbH	1705707	1	1.677,54 €	1.509,80 €	n.a	n.a	22,00	10,00	
15	Biopsy Spiral Cable spare part	14459955	Siemens Healthcare GmbH	1705707	1	871,45 €	784,31 €	n.a	n.a	22,00	10,00	
16	Push-Push button	14459955	Siemens Healthcare GmbH	1705707	1	516,33 €	464,71 €	n.a	n.a	22,00	10,00	
17	Face-shield Multiapplication	14459955	Siemens Healthcare GmbH	1705707	1	498,91 €	449,02 €	n.a	n.a	22,00	10,00	
18	Holder SBU II	14459955	Siemens Healthcare GmbH	1705707	1	226,58 €	203,92 €	n.a	n.a	22,00	10,00	
19	Stabilizing strips	14459955	Siemens Healthcare GmbH	1705707	1	111,11 €	100,00 €	n.a	n.a	22,00	10,00	
costo manodopera per il servizio di assistenza		costo ora						Sconto medio		10,00		
										€ 243,00		

Tabella D Apparecchiature aggiuntive ed opzionali													
Colonna A	Colonna B	Colonna C	Colonna D	Colonna E	Colonna F	Colonna G	Colonna H	Colonna I	Colonna J	Colonna K	Colonna L	Colonna M	Colonna N
Rif.	Descrizione componenti del sistema	Quantità	Denominazione del prodotto (nome commerciale)	Codice	Produttore	Prezzo di listino - apparecchiatura	Canone unitario annuo di locazione	Canone unitario annuo di manutenzione full risk	Canone unitario annuo totale (colonna H + colonna I)	valore unitario eventuale riscatto	iva applicata	incidenza locazione su prezzo di listino (colonna H/colonna G) NON SUPERIORE A COLONNA P - RIGA 51 TABELLA A	incidenza manutenzione full risk su prezzo di listino (colonna I/colonna G) NON SUPERIORE A COLONNA Q - RIGA 51 TABELLA A
1	Poltrona dedicata ai esami biopistici in stereotassi	1	Mobile stereotaxy chair ak5010 MBS	10655671	AKRUS	30.000	1.350,00	200,00	1.550,00	1.000,00	22,00	0,05	0,01
2	Scrivania	1	SCRIVANIA LINEARE 120X60X72 GAMBA A T colore grigio chiaro 132,60	N.A.	---	1.000	50,00	-	50,00	30,00	22,00	0,05	-
3	Sedia per workstation di refertazione	1	POLTRONCINA UFFICIO OPERATIVOSCHIENALE	N.A.	---	500	25,00	-	25,00	15,00	22,00	0,05	-

Tabella E1 Costo manodopera				
Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, la ditta dovrà indicare di seguito i costi della manodopera relativi all'appalto, ricompresi nell'importo complessivo offerto. Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D. Lgs. 50/2016, il costo della manodopera stimato da ESTAR è pari a € 25.000,00 (iva esclusa)				
COSTO DELLA MANODOPERA	CCNL di riferimento	Q.ta di personale addetto impiegato (in unità)	N. ore	Importo totale in 96 mesi
	CCNL Industria Chimico - Farmaceutico. CCNL Metallmeccanici	10	254	€ 10.161,18

Tabella E2 Costi sicurezza		
Ai sensi dell'ar. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 la ditta dovrà indicare di seguito i costi aziendali della sicurezza, che devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche della fornitura corrispondenti a quanto riportato nell'offerta economica generata dal sistema telematico e da intendersi ricompresi nell'offerta economica. Si precisa che per oneri della sicurezza afferenti l'impresa si intendono i costi sostenuti dall'operatore economico ex D.Lgs.81/2008 per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa, commisurati al presente appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, DPI individuali e comunque diversi dagli "oneri di sicurezza non soggetti a ribasso" riferiti ai rischi da interferenza previsti dal DUVRI, che nella fattispecie sono pari a € 0,00		
COSTI AZIENDALI DELLA SICUREZZA	importo totale	in % sul valore offerto
	€ 1.380,00	37%

