

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO*

N° 1916 del 29/11/2021

Publicata all'albo pretorio il 30/11/2021

**Il Direttore del Dipartimento
DIPARTIMENTO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**

adotta il seguente atto avente ad oggetto:

Oggetto: ESITO A.S. NELL'AMBITO DELLO SDA APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 5 SISTEMI INVASIVI PER LA MISURAZIONE DELLA GITTATA CARDIACA E DELL'IPOTENSIONE PER AREE CRITICHE E/O SALE OPERATORIE DELL'AOUC - CIG 8876891231
--

Struttura Proponente: UOC GARE STRATEGICHE

Direttore del dipartimento: Torrico Paolo Gennaro
--

Dirigente: Torrico Paolo Gennaro

Responsabile del Procedimento: Filippo Omoboni

Proposta di determina: 3694

Del: 26/11/2021

Hash documento proposta formato .pdf (SHA256):

c795df2746a63ddd8659b5bad6f4347a55766997a514d0c7d2fd2b4202e3a23

Hash documento proposta formato .p7m (SHA256):

278fc2d049f79540f91a4688743dea71340e9042c50a10ba04c56433576eac36
--

Il Direttore del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi

Su proposta del Direttore dell'U.O.C. Gare Strategiche, dirigente proponente che, con riferimento alla procedura in oggetto, attesta la regolarità amministrativa e la legittimità degli atti ed in particolare:

Visto il Decreto Legislativo n. 502/92 e s.m.i. e la Legge Regionale n. 40 del 24.02.2005 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale, così come modificata dalle successive Leggi Regionali n.26/2014 e n. 86/2014;

Visti:

- gli artt. 100 e ss della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i. di istituzione e funzionamento dell'Ente unico di Supporto Amministrativo Regionale (ESTAR) che, dal 01/01/2015, subentra ai tre ESTAV del SSR, con successione dei rapporti e riallocazione delle effettive risorse umane e strumentali;
- gli artt. 16 e 17 del D. Lgs. n.165/2001 che delineano le modalità con le quali la pubblica amministrazione attribuisce i compiti ai dirigenti attraverso la delega di funzioni;
- la legge 120/2020 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
- il D.L. n. 77 del 31.05.2021, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

Richiamate le seguenti deliberazioni del Direttore Generale ESTAR:

- n. 313/2018 di "Revisione del Regolamento generale di organizzazione di ESTAR";
- n. 374/2018 con cui si è proceduto al conferimento, con decorrenza 01/12/2018, degli incarichi di direzione di Sezione territoriale, di Dipartimento, di Area e di Struttura complessa e n. 378/2018 con cui sono stati conferiti, con pari decorrenza, gli incarichi di direzione di struttura semplice e gli incarichi dirigenziali professionali;
- n. 382/2018 avente ad oggetto "Revisione Sistema deleghe dirigenziali" con la quale, alla luce del nuovo assetto organizzativo, sono state conferite le deleghe dirigenziali con decorrenza 01/12/2018";
- n. 458/2020 relativa a "Regolamento Attività Contrattuale di ESTAR – Aggiornamento e Riedizione 2020", così come aggiornato con deliberazione n. 499 del 04/10/2021;
- n. 526/2020 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore della UOC Gare Strategiche al Dr. Paolo Gennaro Torrico a far data dal 01/12/2020

Richiamate inoltre le seguenti procedure aziendali ed istruzioni operative, per quanto applicabili al presente procedimento:

- PA 2/2015 rev02 (Delibere e Determine di indizione - controlli ed attestazioni),
- PA 5/2015 (atti standard, così come aggiornati – con particolare riferimento al Disciplinare di gara e al Capitolato normativo – dall'UOC Audit e Compliance),
- PA 4/2016 rev02 (nomina commissioni giudicatrici e collegi tecnici),
- PA 3/2017(Determine di aggiudicazione - controlli e attestazioni);
- PA 7/2017 (quantificazione fabbisogni e acquisizione coperture economiche per le procedure ABS),
- PA 11/2017 (iter di gestione della gara);
- IO/ABS/1/2017 (Compliance Procedurale e Normativa controllo atti di aggiudicazione)
- IO/ABS/2/2017 (consultazioni preliminari di mercato),
- PA 57/2018 (procedura Controlli art. 80 D.Lgs. 50/2016 e contratti si gare SDA)

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- Deliberazione del Direttore Generale n. 438 del 27/08/2021, esecutiva a termini di legge, con la quale è stato indetto un Appalto Specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione apparecchiature elettromedicali, per la "Fornitura in noleggio di n. 5 Sistemi invasivi per la misura della gittata cardiaca e dell'ipotensione da destinare alle Aree Critiche e/o Sale Operatorie dell'AOUC - CIG 8876891231 - per un importo a base d'asta di € 615.000,00 oneri fiscali esclusi, (di cui € 255.000,00 per i Sistemi ed € 360.000,00 per i sensori) con oneri di interferenza pari a 0,00 ed un importo del quadro economico complessivo di € 760.000,00 (IVA esclusa);

- determinazione del Direttore UOC Gare Strategiche n. 1470 del 20/09/2021 con la quale è stata disposta l'ammissione al prosieguo della ditta EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA srl, unico operatore economico che aveva presentato offerta entro il termine stabilito dal bando di gara ed in possesso dei requisiti previsti;
- propria determinazione n. 1604 del 13/10/2021 di nomina della Commissione Giudicatrice;

Dato atto che, come evidenziato nella citata deliberazione n. 438/2021 di indizione della procedura in oggetto e nei relativi atti di gara, le sedute di apertura della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica ed economica sono state svolte in modalità riservata trattandosi di procedura di gara interamente telematica;

Dato atto altresì che della seduta riservata di apertura dell'offerta economica è stata data specifica comunicazione alla ditta concorrente in data 18/11/2021, pubblicando altresì tale comunicazione sulla piattaforma telematica nel dettaglio della procedura;

Visti i seguenti Verbali di gara, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali:

- *Verbale n. 1 della seduta del 20/09/2021*, di apertura documentazione amministrativa (**Allegato n. 1**);
- *Verbale n. 2 della seduta del 18/10/2021*, di presa d'atto dell'accettazione dell'incarico da parte dei componenti la Commissione Giudicatrice e apertura della documentazione tecnica (**Allegato n. 2**);
- *Verbale n. 3 del 19/11/2021* (**Allegato n. 3**) relativo alla seduta di apertura delle offerte economiche con allegata la Relazione Tecnica della Commissione Giudicatrice (contenente la valutazione ed il punteggio tecnico assegnato) dal quale risulta che la ditta EDWARDS (unica concorrente) ha presentato l'offerta in linea con quanto richiesto dagli atti di gara e come di seguito riportato:

ditta	Importo Sistema	Importo Sensori	Importo totale	Ribasso % su base d'asta (€ 615.000,00)	Punti prezzo	Punti qualità (riparam.)	Punti totale
EDWARDS	€ 246.000,00	€ 360.000,00	€ 606.000 ,00	1,46%	30	70,00	100

Vista la verifica effettuata dalla Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art.77 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. anche sull'offerta economica, sulla base della documentazione prodotta dalla stessa EDWARDS, secondo la quale l'offerta è considerata congrua ed ammissibile (*Verbale n. 4 del 22/11/2021* **Allegato n.4**, parte integrante e sostanziale del presente atto);

Viste le risultanze formalizzate nei sopraccitati verbali parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ricordato che il C.I.G. (Codice Identificativo della Gara) della procedura in argomento è il n. 8876891231 sulla base del quale verrà acquisito il corrispondente "CIG DERIVATO", da riportare nei pagamenti relativi all'esecuzione del successivo contratto specifico;

Ritenuto di aggiudicare in via definitiva alla ditta EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA srl l'Appalto Specifico nell'ambito dello SDA per la fornitura in noleggio di n. 5 Sistemi invasivi per la misura della gittata cardiaca e dell'ipotensione da destinare alle Aree Critiche e/o Sale Operatorie dell'AOUC per un importo complessivo di **€ 606.000,00** oltre oneri fiscali, secondo il dettaglio di cui all'offerta della stessa ditta, **Allegato n.5** al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che la fornitura in aggiudicazione presenta le seguenti caratteristiche:

- **Oggetto:** Fornitura in noleggio di n. 5 Sistemi invasivi per la misura della gittata cardiaca e dell'ipotensione da destinare alle Aree Critiche e/o Sale Operatorie dell'AOUC;
- **Fornitore:** EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA srl;
- **Valore di aggiudicazione:** **€ 606.000,00** IVA esclusa (di cui € 246.000,00 per i Sistemi, € 360.000,00 per i sensori), per un valore complessivo di **€ 697.500,00** oneri fiscali compresi (considerata l'applicazione delle aliquote indicate nel dettaglio offerta);
- **Quadro economico:** **€ 760.000,00** oltre oneri fiscali, di cui € 145.000,00 per le opzioni/modifiche ex art. 106 del D.lgs. 50/2016, come indicato negli atti di gara;
- **CPV:** 33123210-3.

Preso atto che, per la fornitura in argomento l'AOU Careggi ha provveduto ad assicurare la relativa copertura economica come da nota della Direzione prot. 330 del 08/01/2021, successivamente integrata con nota del 03/02/2021, depositata agli atti, come evidenziato nella determinazione a contrarre n. 438/2021 e che, nel caso di eventuali e successivi integrazioni, già considerati nel quadro economico, come stabilito ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e riportato nel citato atto di indizione, l'Ufficio competente provvederà, se del caso, a richiedere l'integrazione della copertura di spesa al fine di poter attivare le opzioni previste;

Atteso che l'Azienda Sanitaria destinataria della fornitura gestirà il rapporto contrattuale con le modalità ed alle condizioni previste nel Capitolato Normativo e Tecnico prestazionale, con decorrenza dal collaudo positivo dell'apparecchiatura sottoscritto dal Responsabile dell'esecuzione del contratto (R.E.S.) e dall'aggiudicatario;

Dato atto che il Responsabile dell'esecuzione del contratto (R.E.S.), sarà individuato dall'AOU Careggi all'interno delle strutture competenti alla gestione esecutiva del contratto (e per quanto di competenza, dal RES individuato dal Dipartimento Logistica di ESTAR) con funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto che procederà all'emissione degli ordinativi della fornitura;

Dato atto che la sopra menzionata documentazione è conservata in atti c/o l'UOC Gare Strategiche del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi di ESTAR;

Ritenuto di dotare il presente atto dell'immediata eseguibilità, attesa l'urgenza di consentire all'Azienda Sanitaria destinataria della fornitura, di acquisire, una volta esperiti da parte di ESTAR i controlli previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (peraltro già avviati) e sottoscritto da parte della stessa AOI il relativo contratto con la ditta affidataria, l'apparecchio in tempi rapidi, fatto salvo quanto previsto all'art.32 comma 13 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto che la presente aggiudicazione viene disposta con le riserve di legge e quindi salvo buon esito delle previste verifiche e dei prescritti accertamenti;

Ritenuto di pubblicare l'esito della presente procedura in applicazione degli oneri di legge e degli adempimenti in materia di trasparenza, previsti dall'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016;

Considerato che il Responsabile del Procedimento, nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, delle Linee Guida ANAC n. 3/2016 e dell'art. 17 del DPGRT 7/R/2018, è il sig. Filippo Omoboni, che attesta la completezza e la legittimità procedurale di cui al presente atto e la relativa regolarità procedurale;

Considerato altresì che il Dr. Paolo Gennaro Torrico, in qualità di Direttore del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi, attesta che la procedura di cui al presente provvedimento è coerente con le linee strategiche dell'Ente, e:

- A) non produce duplicazioni o frazionamenti artificiosi di rapporti contrattuali a livello regionale/di area vasta/interaziendale;
- B) non si sovrappone ad analoghe iniziative di Consip S.p.A. o di altri soggetti aggregatori che, in base ai parametri tecnico economici del servizio o fornitura evidenziati in sede istruttoria tecnica, potrebbero efficacemente rispondere alle esigenze perseguite con la presente indizione;
- C) è conforme con gli obiettivi di performance del Dipartimento;

Evidenziato infine, che il Responsabile del Procedimento e il Dirigente proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiarano sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che, in relazione alla presente procedura di appalto non si trovano in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35bis del D.Lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interessi di cui agli artt. 6 Bis della L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/2013 ed all'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;

Con il parere di conformità della UOC Audit e Compliance, ai sensi delle procedure interne (PA/03/2017);

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui espressamente si richiama:

1. Di approvare le risultanze di gara, così come formalizzate nei verbali di gara di cui agli **Allegati da 1 a 4**, parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. Di aggiudicare, in via definitiva, alla ditta EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA srl P.A.S. per la Fornitura in noleggio di n. 5 Sistemi invasivi per la misura della gittata cardiaca e dell'ipotensione da destinare alle Aree Critiche e/o Sale Operatorie dell'AOUC, per un importo complessivo di **€ 606.000,00** IVA esclusa (di cui € 246.000,00 per i Sistemi, € 360.000,00 per i sensori) oltre oneri fiscali (secondo il dettaglio di cui all'**Allegato n.5** al presente provvedimento), con le riserve di legge e quindi salvo buon esito delle previste verifiche e dei prescritti accertamenti;
3. Di dare atto che l'importo complessivo di spesa di **€ 697.500,00** (IVA inclusa) troverà rilevazione nei pertinenti conti patrimoniali del Bilancio dell'AOU Careggi, come da nota con nota della Direzione prot. 330 del 08/01/2021, successivamente integrata con nota del 03/02/2021, depositata agli atti;
4. Di pubblicare l'esito della gara in versione integrale sul "profilo di committente" della Stazione Appaltante, sulla piattaforma "Start", Sistema informativo telematico della Regione Toscana SITAT SA e sul Sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 6/04/2001 in applicazione degli adempimenti in materia di trasparenza, previsti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
5. Di dare atto che dovranno essere individuati e comunicati all'U.O.C. Gare Strategiche del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi, i R.E.S. (Responsabili dell'Esecuzione) all'interno delle strutture dell'Azienda competenti alla gestione esecutiva del contratto (e per quanto di competenza, dal RES individuato dal Dipartimento Logistica di ESTAR), con funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, attesa l'urgenza di consentire all'Azienda Sanitaria destinataria della fornitura, di acquisire, una volta esperiti da parte di ESTAR i controlli previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (peraltro già avviati) e sottoscritto da parte della stessa Azienda Sanitaria il relativo contratto con la ditta affidataria, l'apparecchio in tempi rapidi, fatto salvo quanto previsto all'art.32 comma 13 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
7. Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, Legge Regionale n. 40 del 24.02.2005 e all'albo di pubblicità agli atti di questo ESTAR, nonché all'Azienda Sanitaria destinataria della fornitura per gli adempimenti di competenza.

Il Direttore Dipartimento
Acquisizione Beni e Servizi
Dr. Paolo Gennaro Torrico

APPALTO SPECIFICO – SDA APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI: NOLEGGIO DI SISTEMI INVASIVI PER LA MISURA DELLA GITTATA CARDIACA E DELL'IPOTENSIONE, COMPRESIVI DI SENSORI MONOUSO DEDICATI PER L'AOU CAREGGI

VERBALE N.1 - APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Stazione appaltante	ESTAR
Tipologia della procedura	AS nell'ambito dello SDA Apparecchiature elettromedicali per la fornitura in noleggio di n. 5 Sistemi invasivi per la misura della gittata cardiaca e dell'ipotensione comprensivi di sensori dedicati monouso per l'AOU Careggi – CIG 8876891231
Deliberazione di indizione	n. 438 del 27/08/2021
Criterio di Aggiudicazione	Offerta Economicamente più vantaggiosa ex art.95 D.Lgs.50/2016
Base d'Asta dell'Appalto Specifico	€ 615.000,00 - IVA esclusa, di cui - costi presunti della manodopera: € 12.300,00 - oneri di interferenza: € 0,00
Durata del contratto	5 anni + 1 eventuale proroga
Responsabile Unico del Procedimento	Filippo Omoboni

Il giorno 20 settembre 2021, alle ore 10:15, nei locali della UOC Gare Strategiche di ESTAR – in Firenze - via San Salvi 12 – Palazzina 13 – I° Piano, si svolgono, in seduta riservata ai sensi del disciplinare di gara, le attività di apertura della documentazione amministrativa della procedura in oggetto indicata.

Il Seggio di gara è composto dal sig. Filippo Omoboni, RUP di gara e Presidente del Seggio di gara, e dalla sig.ra Barbara Quaranta, segretario verbalizzante.

Viene dato atto che:

- la procedura in parola è stata indetta con deliberazione del Direttore Generale di ESTAR n.438 del 27/08/2021 ed è stata pubblicata in data 30/08/2021 sulla piattaforma di gara telematica <https://start.toscana.it>, con scadenza prevista per la presentazione delle offerte fissata per le ore 13:00 del 17/09/2021;
- nel prescritto termine sopra citato, è pervenuta sulla piattaforma telematica <https://start.toscana.it>, l'offerta della ditta EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA srl;
- la seduta odierna concernerà la prima fase della procedura di gara, vale a dire, l'apertura dell'offerta pervenuta nei termini previsti, al fine di ammettere al prosieguo del procedimento i concorrenti che avranno inviato, nei modi tassativamente stabiliti dal disciplinare di gara, la documentazione amministrativa richiesta.

Si procede, quindi, all'apertura dei file contenenti la documentazione amministrativa prodotta dalla Ditta offerente, per riscontrarne la completezza e regolarità, applicando eventualmente l'istituto del soccorso istruttorio.

Dall'esame della documentazione presentata si rileva che la ditta EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA srl ha presentato tutta la documentazione richiesta, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;

L'ammissione al prosieguo del concorrente sarà disposta con apposito atto che sarà partecipato alla medesima a mezzo piattaforma <https://start.toscana.it> e pubblicato sulla stessa piattaforma, nonché nell'Albo aziendale.

Alle ore 10:45 la seduta viene chiusa, rinviando le ulteriori operazioni di gara alla successiva seduta riservata di apertura della Documentazione Tecnica.

Il presente verbale di n.1 (una) pagina, redatto in unico originale, viene acquisito agli atti.

Filippo Omoboni – Presidente Seggio di gara F.to

Barbara Quaranta – Segretario verbalizzante F.to

APPALTO SPECIFICO – SDA APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI: NOLEGGIO DI SISTEMI INVASIVI PER LA MISURA DELLA GITTATA CARDIACA E DELL'IPOTENSIONE, COMPRESIVI DI SENSORI MONOUSO DEDICATI PER L'AOU CAREGGI

VERBALE N.2 - APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA

Stazione appaltante	ESTAR
Tipologia della procedura	AS nell'ambito dello SDA Apparecchiature elettromedicali per la fornitura in noleggio di n. 5 Sistemi invasivi per la misura della gittata cardiaca e dell'ipotensione comprensivi di sensori dedicati monouso per l'AOU Careggi – CIG 8876891231
Deliberazione di indizione	n. 438 del 27/08/2021
Determinazione ammissione ditte	n. 1470 del 20/09/2021
Determinazione nomina CG	n. 1604 del 13/10/2021
Criterio di Aggiudicazione	Offerta Economicamente più vantaggiosa ex art.95 D.Lgs.50/2016
Base d'Asta dell'Appalto Specifico	€ 615.000,00 - IVA esclusa, di cui - costi presunti della manodopera: € 12.300,00 - oneri di interferenza: € 0,00
Durata del contratto	5 anni + 1 eventuale proroga
Responsabile Unico del Procedimento	Filippo Omoboni

Il giorno 18 ottobre 2021, alle ore 14:00, nei locali della UOC Gare Strategiche di ESTAR – in Firenze - via San Salvi 12 – Palazzina 13 – I° Piano, ed in videoconferenza sulla piattaforma CISCO WEBEX si è riunito in seduta riservata il Seggio di gara per l'apertura della documentazione tecnica della gara in argomento (ai sensi del disciplinare di gara).

Il Seggio di gara è composto dal sig. Filippo Omoboni, RUP di gara e Presidente del Seggio di gara, e dalla sig.ra Barbara Quaranta, segretario verbalizzante.

Dato atto che:

- con Determinazione del Direttore Dipartimento ABS n. 1604 del 13/10/2021, è stata nominata la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione tecnico-qualitativa e risulta così composta:

Azienda	Nominativo	Qualifica	Ruolo
AOU CAREGGI	Dr. Sergio Bevilacqua	Dirigente Medico	Presidente
	Dr. Matteo Pieri	Dirigente Medico	Componente
ESTAR	Ing. Massimiliano Monti	Ingegnere	Componente

- con nota Prot. 58468 del 14/10/2021 (in atti) è stata comunicata la nomina ai sopra citati componenti della Commissione Giudicatrice che gli stessi hanno sottoscritto per accettazione (vedi note agli atti), ai sensi di quanto prescritto dalla PA 4/2016rev02;
- la seduta odierna viene effettuata in seduta riservata, come previsto dal Disciplinare di gara e dalla Deliberazione n. 472/2019 avente ad oggetto "*Gare telematiche: indirizzi operativi per la gestione delle sedute pubbliche*" ed anche al fine di rispettare lo stato di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 e le disposizioni connesse, nonché le conseguenti indicazioni prescritte dalla Direzione Estar, al fine di limitare gli spostamenti per evitare la diffusione del Coronavirus, con la sola presenza del Seggio di gara composto da:
 - Filippo Omoboni – RUP di gara e Presidente del seggio di gara;
 - Barbara Quaranta - Dipendente ESTAR in qualità di segretario verbalizzante;

Si dà atto, inoltre, che i membri della Commissione Giudicatrice hanno sottoscritto apposita dichiarazione sostitutiva in merito alle cause di inconferibilità e di incompatibilità ed hanno dichiarato sotto la propria responsabilità, con note agli atti, viste anche le Linee guida ANAC n. 15, ai sensi dell' art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 consapevoli delle conseguenze in caso di dichiarazioni false e mendaci ai sensi degli artt. 76 e 77 del medesimo Decreto:

- che non sussistono le cause di astensione ed incompatibilità sopra richiamate, per quanto compatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, o comunque cause di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990, come modificata dalla L. n. 190/2012,
- di non aver riportato condanne per i motivi di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dall'art.1 comma 46 della L. n. 190/2012".

I componenti della Commissione Giudicatrice hanno ricevuto copia e preso visione del Codice di Comportamento Estar.

Si ricorda che:

- la procedura di gara è stata indetta, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, da Estar con Deliberazione del Direttore Generale n. 438 del 27/08/2021.
- sono stati effettuati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicità del bando.
- trattandosi di procedura telematica, tutta la documentazione necessaria per la partecipazione è stata messa a disposizione dei concorrenti sul sito <https://start.toscana.it>
- l'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti parametri di cui al Disciplinare di gara:
 - Qualità: fino ad un massimo di 70 punti
 - Prezzo: fino ad un massimo di 30 punti.
- le offerte tecniche non rispondenti alle caratteristiche essenziali richieste o che otterranno un punteggio totale inferiore a 42/70 saranno escluse dal proseguimento alla partecipazione alla gara e, pertanto, non saranno ammesse alla fase di apertura delle buste contenenti l'offerta economica.
- l'attribuzione del punteggio qualitativo verrà assegnato da parte della Commissione Giudicatrice così come descritto nel disciplinare di gara – art.15;
- nessun punteggio né qualitativo né economico sarà attribuito ad offerte relative a prodotti qualitativamente risultati non conformi alle caratteristiche essenziali richieste dal Capitolato Tecnico di gara.
- le valutazioni discrezionali sulla qualità dei prodotti attribuite dalla Commissione Giudicatrice non potranno in alcun modo essere sindacate.

Viene quindi dato atto che:

- nel prescritto termine delle ore 13.00 del giorno 17/09/2021, è pervenuta sulla piattaforma telematica <https://start.toscana.it>, l'offerta della ditta EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA srl
- come risulta dalla Determinazione n. 1470 del 20/09/2021, pubblicata, ai sensi dell'art. 29, c.1 del D.Lgs. n. 50/2016, nel sistema di acquisti telematici – START, nel settore relativo alla gara di cui trattasi ed inviata alla ditta concorrente, la stessa è stata ammessa al prosieguo della procedura;

La Commissione Giudicatrice successivamente alla seduta odierna, sarà abilitata sulla Piattaforma START e potrà accedere e prendere attenta visione della documentazione di gara così come pubblicata sul portale <https://start.toscana.it>.

Il Seggio di gara ricorda che la Commissione Giudicatrice, ha la facoltà di richiedere alle Ditte partecipanti - qualora ne ravvisi la necessità per una più completa valutazione dei prodotti offerti - chiarimenti sulla documentazione tecnica presentata nonché chiedere la prova/visione ai sensi dell'art.13.2 del Disciplinare di gara.

Si procede quindi all'apertura delle buste elettroniche relative alla Documentazione Tecnica prodotta dai concorrenti ammessi ed alla verifica della presenza della documentazione richiesta.

Si ricorda che le ditte concorrenti dovevano inserire nella busta elettronica "Offerta Tecnica", con le modalità indicate nel Disciplinare di gara, i documenti elencati nell'art. 13 "Contenuto della Busta B – Offerta Tecnica" del Disciplinare di Gara.

Il Seggio di gara, dà atto della completezza del contenuto della busta elettronica presentata dalla concorrente.

Ai sensi del Disciplinare di gara si ribadisce che la carenza sostanziale della documentazione tecnica tale da non consentire la verifica dei requisiti minimi richiesti e la eventuale valutazione della fornitura proposta da parte della Commissione Giudicatrice, comporta l'esclusione dal prosieguo della gara. La mancanza della documentazione tecnica ai fini dell'attribuzione del punteggio qualitativo riferita a singoli elementi di valutazione, comporterà l'attribuzione del punteggio pari a 0 per l'elemento mancante o di difficile valutazione

Al termine della seduta odierna, il Seggio di gara, tramite profilazione dei membri sulla piattaforma telematica, metterà a disposizione della Commissione la documentazione prodotta dalle ditte in modo che la stessa potrà procedere alla valutazione e predisporre apposita relazione tecnica valutativa.

La data di svolgimento della seduta per l'apertura dell'offerta economica (durante la quale sarà data anche comunicazione del punteggio attribuito sotto il profilo tecnico alle singole offerte) sarà resa nota dalla Stazione Appaltante a mezzo comunicazione tramite la piattaforma <https://start.toscana.it>.

A tal proposito si ricorda la seduta di apertura delle offerte economiche potrà essere svolta in forma pubblica o riservata, ai sensi di quanto previsto dall'art.16.3 del Disciplinare di gara.

La seduta termina alle ore 14:30

Il presente verbale di n. 3 (tre) pagine redatto in unico originale, viene acquisito agli atti.

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Seggio di gara

Filippo Omoboni – Presidente Seggio di gara

F.to

Barbara Quaranta – Segretario verbalizzante

F.to

APPALTO SPECIFICO – SDA APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI: NOLEGGIO DI SISTEMI INVASIVI PER LA MISURA DELLA GITTATA CARDIACA E DELL'IPOTENSIONE, COMPRESIVI DI SENSORI MONOUSO DEDICATI PER L'AOU CAREGGI

VERBALE N.3 - APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

Stazione appaltante	ESTAR
Tipologia della procedura	AS nell'ambito dello SDA Apparecchiature elettromedicali per la fornitura in noleggio di n. 5 Sistemi invasivi per la misura della gittata cardiaca e dell'ipotensione comprensivi di sensori dedicati monouso per l'AOU Careggi – CIG 8876891231
Deliberazione di indizione	n. 438 del 27/08/2021
Determinazione ammissione ditte	n. 1470 del 20/09/2021
Determinazione nomina CG	n. 1604 del 13/10/2021
Criterio di Aggiudicazione	Offerta Economicamente più vantaggiosa ex art.95 D.Lgs.50/2016
Base d'Asta dell'Appalto Specifico	€ 615.000,00 - IVA esclusa, di cui - costi presunti della manodopera: € 12.300,00 - oneri di interferenza: € 0,00
Durata del contratto	5 anni + 1 eventuale proroga
Responsabile Unico del Procedimento	Filippo Omoboni

Il giorno **19 novembre 2021**, alle ore 11:00, nei locali della UOC Gare Strategiche di ESTAR – in Firenze - via San Salvi 12 – Palazzina 13 – I° Piano, si è riunito il Seggio di gara per la seduta relativa all'apertura della documentazione economica presentata dalle ditte concorrenti.

La seduta si apre alla presenza del Seggio di gara come previsto dal disciplinare composto da:

- Filippo Omoboni – RUP di gara e Presidente del seggio di gara;
- Barbara Quaranta - Dipendente ESTAR in qualità di segretario verbalizzante;

Il Presidente di Seggio ribadisce che tale modalità di svolgimento della seduta economica era prevista all'art. 16.3 del Disciplinare di gara.

Si dà quindi atto che:

- Lo svolgimento della seduta odierna è stato comunicato all'unica ditta concorrente tramite piattaforma di gara START in data 18/11 u.s.;
- In data odierna alla stessa ditta è stata trasmessa tramite piattaforma di gara START la valutazione tecnica dell'offerta presentata effettuata dalla Commissione Giudicatrice.

Il Presidente di Seggio ricorda quindi che:

- la procedura di gara è stata indetta, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, da Estar con Deliberazione del Direttore Generale n. 438 del 27/08/2021
- l'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti parametri di cui al Disciplinare di gara:
 - Qualità: fino ad un massimo di 70 punti
 - Prezzo: fino ad un massimo di 30 punti.
- le offerte tecniche non rispondenti alle caratteristiche essenziali richieste o che otterranno un punteggio totale inferiore a 42/70 saranno escluse dal proseguimento alla partecipazione alla gara e, pertanto, non saranno ammesse alla fase di apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Viene quindi dato atto che:

- nel prescritto termine delle ore 13.00 del giorno 17/09/2021, è pervenuta sulla piattaforma telematica <https://start.toscana.it>, l'offerta della ditta EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA srl
- come risulta dalla Determinazione n. 1470 del 20/09/2021, pubblicata, ai sensi dell'art. 29, c.1 del D.Lgs. n. 50/2016, nel sistema di acquisti telematici – START, nel settore relativo alla gara di cui trattasi ed inviata alla ditta concorrente, la stessa è stata ammessa al prosieguo della procedura;

- in data 18/10/2021, a seguito dell'accettazione dell'incarico da parte della Commissione Giudicatrice (nominata con Determinazione n. 1604 del 13/10/2021), è stata aperta la documentazione tecnica prodotta dalle ditte concorrenti come da Verbale n. 2 a firma del Seggio di Gara;
- In data 17/11 u.s. si è svolta la prova visione prevista da disciplinare di gara, come da verbale allegato.

Il Presidente ricorda, inoltre, che le valutazioni discrezionali sulla qualità dei prodotti attribuite dalla Commissione Giudicatrice non potranno in alcun modo essere sindacate e che nessun punteggio né qualitativo né economico è stato attribuito ad offerte relative a prodotti qualitativamente risultati non conformi alle caratteristiche essenziali richieste dal Capitolato Tecnico di gara.

Il Presidente dà quindi atto che la Commissione ha prodotto la relazione relativa alla valutazione tecnica dei prodotti offerti dall'unica ditta concorrente con conseguente attribuzione del punteggio qualitativo, ai sensi dell'art.15 del Disciplinare di gara (allegata al presente verbale, quale parte integrante e sostanziale).

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI E RILIEVI

Si ribadisce che all'operatore offerente è stata trasmessa in data odierna la Relazione Tecnica della Commissione Giudicatrice, allegata al presente verbale, per una facile lettura e conoscenza dei punteggi della valutazione tecnico-qualitativa attribuiti.

Vista la citata relazione della Commissione Giudicatrice, sulla piattaforma di gara viene riportata la valutazione attribuita dalla Commissione all'offerta tecnica della ditta concorrente, con indicazione del relativo punteggio attribuiti.

Il Presidente procede quindi all'apertura della busta elettronica contenente l'offerta economica presentata dal concorrente, ne dà contestuale lettura e verifica la correttezza della formulazione della stessa.

Dalle suddette operazioni deriva quanto segue:

ditta	Importo Sistema	Importo Sensori	Importo totale	Ribasso % su base d'asta (€ 615.000,00)	Punti prezzo	Punti qualità (riparam.)	Punti totale	Class.
EDWARDS	€ 246.000,00	€ 360.000,00	€ 606.000 ,00	1,46%	30	70,00	100	1^

L'offerta economicamente più vantaggiosa risulta pertanto quella presentata dalla ditta EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA srl

Si fa presente che la differenza (minima) fra l'importo indicato nell'offerta economica generata dal sistema (€ 606.021,00) e quello risultante nel dettaglio offerta e riportato nella tabella suesposta è dovuta all'arrotondamento dei decimali della percentuale di sconto applicata.

Come indicato nel disciplinare di gara, l'offerta generata dal sistema, infatti, è determinata dal ribasso percentuale espresso con solamente 2 cifre decimali ed è su tale ribasso che viene attribuito il punteggio economico.

Si evidenzia che nel file dettaglio offerta economica predisposto da questa Stazione Appaltante e pubblicato sulla piattaforma di gara, era già inserita, nella specifica cella, la formula per il calcolo automatico di tale percentuale di ribasso.

Nello specifico, se si aumenta il numero di cifre decimali, la percentuale è pari a 1,46341% ed è per questo motivo che risulta la differenza sopra evidenziata, che non va ad inficiare gli esiti della procedura.

Ciò premesso, la proposta di aggiudicazione così elaborata, sarà sottoposta alla valutazione economica da parte della Commissione Giudicatrice per la relativa verifica ed approvazione.

Il Presidente del Seggio di gara comunica infine che è concluso il procedimento volto all'individuazione dell'offerta migliore, per il quale è stato redatto il presente verbale, ribadendo che:

- il presente verbale non dà luogo ad aggiudicazione;
- la proposta di aggiudicazione è comunque subordinata alla valutazione economica da parte della Commissione Giudicatrice, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'affidamento della fornitura in via definitiva è subordinato alle verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed avverrà con successivo atto ESTAR, sulla base delle risultanze della seduta di gara, della valutazione della documentazione economica da parte della Commissione Giudicatrice, tenendo conto della verifica delle condizioni di congruità economica dell'offerta.

Alle ore 10:30 il Presidente del seggio di gara chiude la seduta.

Il presente verbale di n.3 (tre) pagine e n.2 allegati, costituiti dalla relazione della Commissione Giudicatrice (n.2 pagine) e dal verbale della prova visione (n.1 pagina) redatto in unico originale, viene acquisito agli atti della UOC Gare Strategiche.

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Seggio di gara

Filippo Omoboni – Presidente Seggio di gara

F.to

Barbara Quaranta – Segretario verbalizzante

F.to

APPALTO SPECIFICO – SDA APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI: NOLEGGIO DI SISTEMI INVASIVI PER MISURA GITTATA CARDIACA E IPOTENSIONE, COMPRESIVI DI SENSORI MONOUSO DEDICATI PER L’AOU CAREGGI

VERBALE VALUTAZIONE TECNICA

Con riferimento alla procedura in oggetto, la Commissione Giudicatrice per la gara in oggetto, nominata con determinazione ESTAR n.1604/2021, e composta da:

Nominativo	Qualifica	Ruolo
Dr. Sergio Bevilacqua	Dirigente Medico	Presidente
Dr. Matteo Pieri	Dirigente Medico	Componente
Ing. Massimiliano Monti	Ingegnere	Componente

a conclusione dell’esame dell’offerta tecnica dell’unica ditta partecipante (**EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA**) tenuto conto dei documenti prodotti in gara e della prova visione effettuata in data odierna, esprime all’unanimità le valutazioni ed attribuisce altresì il punteggio tecnico con riferimento ai criteri di valutazione e parametri previsti dal Disciplinare come da tabella sotto riportata:

Criterio	D	T	Valutazione	Valutazione numerica	Totale
Capacità di condivisione del dato di pressione arteriosa cruenta con il monitor multiparametrico		10	Funzione presente con apposito connettore		10
Velocità di set up dello strumento	10		L’apparecchio si accende ed è pronto in circa 1 minuto. Il parametro risulta ottimo	1	10
Possibilità di salvare i dati del paziente e scaricarli per analisi statistica su software non proprietari e di uso comune (excel)		8	Funzione presente. E’ possibile esportare i dati su chiavetta USB in formato excel in modo da essere rielaborati in seguito o in un report in pdf (sono disponibili due report diversi predefiniti)		8
Maneggevolezza ed ergonomia	10		L’apparecchio pesa 4,5 Kg ed è dotato di maniglia utile per un facile trasporto. Il parametro risulta distinto	0,9	9
Interfaccia grafica personalizzabile	8		Sono disponibili 11 schermate di navigazione e ciascuna di esse è personalizzabile. La personalizzazione risulta facile da eseguire. Il parametro risulta ottimo	1	8
Valutazione sistemi di sicurezza (allarmi)	10		Il sistema è dotato di allarmi preimpostati con limiti standard secondo studi di letteratura. E’ possibile comunque personalizzarli facilmente dall’utente finale. I limiti dei valori dei parametri sono codificati con codice di colore (verde parametri normali, giallo parametri a cui porre attenzione, rosso parametri al di fuori dei limiti previsti, necessario porre massima attenzione). I limiti sono facilmente individuabili. Inoltre è presente un led rosso sulla sommità del monitor associato con un suono. E’ possibile tacitare l’allarme sonoro ma non quello visivo. Il parametro risulta ottimo	1	10
Robustezza e usabilità dell’alimentatore	6		L’alimentatore è integrato nell’involucro dell’apparecchio. Il cavo di alimentazione è di tipo standard ed è dotato di protezione antistrappo. Il parametro risulta ottimo	1	6
Velocità di ricarica della batteria	8		Apparecchio è dotato di batteria interna all’apparecchio. La ricarica è prevista in circa in 1 ora. Il parametro è distinto.	0,9	7,2
				Totale	68,2



Come previsto dall'Art. 15.2 - "Punteggio Totale e Riparametrazione" del Disciplinare di gara, dato che la ditta concorrente non ha ottenuto il punteggio massimo di 70 punti, si procede ad assegnare tale punteggio massimo all'offerta della stessa ditta EDWARDS.

Il presente verbale di n. 1 (una) pagina redatto in unico originale, viene acquisito agli atti.

Letto, firmato e sottoscritto.

La Commissione Giudicatrice

F.to Sergio Bevilacqua

F.to Matteo Pieri

F.to Massimiliano Monti

Firenze, 17/11/2021

APPALTO SPECIFICO – SDA APPARECCHIATURE ELETTRONOMICHE: NOLEGGIO DI SISTEMI INVASIVI PER LA MISURA DELLA GITTATA CARDIACA E DELL'IPOTENSIONE, COMPRESIVI DI SENSORI MONOUSO DEDICATI PER L'AOU CAREGGI

VERBALE PROVA VISIONE

Con riferimento alla procedura in oggetto il giorno **17/11/2021** nei locali dell'AOU CAREGGI, Largo Brambilla 3 – Padiglione 64 Tecn. Sanitarie ESTAR – I° piano – Firenze, alla presenza dei seguenti componenti della Commissione Giudicatrice per la gara in oggetto, nominata con determinazione ESTAR n.1604/2021:

Nominativo	Qualifica	Ruolo
Dr. Sergio Bevilacqua	Dirigente Medico	Presidente
Dr. Matteo Pieri	Dirigente Medico	Componente
Ing. Massimiliano Monti	Ingegnere	Componente

si svolge la demo (ai sensi dell'art.13.2 del disciplinare di gara), resasi necessaria al fine di consentire una valutazione più completa e congrua dell'offerta presentata.

Si dà atto che la convocazione è stata trasmessa alla ditta concorrente **EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA** tramite piattaforma di gara in data 04/11

Sono presenti i signori:

- Ing. Giulia Torricella – Specialista di prodotto – dipendente EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA
- Dr. Maurizio Pierotti – Area Manager e Critical Care – dipendente EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA

Una volta terminata l'installazione della strumentazione e, alla presenza dello Specialist di prodotto e dell'Area manager della stessa ditta, si procede all'esecuzione della demo come di seguito riportato:

Apparecchiatura in esame	<i>Hemosphere Advanced Monitor Edwards s/n 13824892 completa di cavi e sensori</i>
Durata della prova	dalle ore 15:20 alle ore 16:00
Note/osservazioni	

Il presente verbale di n. 1 (una) pagina redatto in unico originale, viene acquisito agli atti.

Letto, firmato e sottoscritto.

La Commissione Giudicatrice

F.to Sergio Bevilacqua

F.to Matteo Pieri

F.to Massimiliano Monti

Per la Ditta EDWARDS

F.to Dr. Maurizio Pierotti

F.to Ing. Giulia Torricella

APPALTO SPECIFICO – SDA APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI: NOLEGGIO DI SISTEMI INVASIVI PER LA MISURA DELLA GITTATA CARDIACA E DELL'IPOTENSIONE, COMPRESIVI DI SENSORI MONOUSO DEDICATI PER L'AOU CAREGGI

Verbale n.4 – Verifica post apertura Offerte economiche

Stazione appaltante	ESTAR
Tipologia della procedura	AS nell'ambito dello SDA Apparecchiature elettromedicali per la fornitura in noleggio di n. 5 Sistemi invasivi per la misura della gittata cardiaca e dell'ipotensione comprensivi di sensori dedicati monouso per l'AOU Careggi – CIG 8876891231
Deliberazione di indizione	n. 438 del 27/08/2021
Determinazione ammissione ditte	n. 1470 del 20/09/2021
Determinazione nomina CG	n. 1604 del 13/10/2021
Criterio di Aggiudicazione	Offerta Economicamente più vantaggiosa ex art.95 D.Lgs.50/2016
Base d'Asta dell'Appalto Specifico	€ 615.000,00 - IVA esclusa, di cui - costi presunti della manodopera: € 12.300,00 - oneri di interferenza: € 0,00
Durata del contratto	5 anni + 1 eventuale proroga
Responsabile Unico del Procedimento	Filippo Omoboni

La Commissione Giudicatrice appositamente costituita con Determinazione n. 1604 del 13/10/2021 composta da:

Nominativo	Qualifica	Ruolo
Dr. Sergio Bevilacqua	Dirigente Medico	Presidente
Dr. Matteo Pieri	Dirigente Medico	Componente
Ing. Massimiliano Monti	Ingegnere	Componente

procede ad esaminare le risultanze della seduta svoltasi il 19/11 u.s. di apertura delle offerte economiche, durante la quale la ditta EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA srl è stata individuata quale destinataria della proposta di aggiudicazione.

Come emerge dal verbale di detta seduta, la Commissione Giudicatrice, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, procederà, per l'offerta della stessa ditta alla verifica economica e di congruità.

A seguito di un'attenta analisi di tutta la documentazione economica prodotta dalla ditta, la Commissione Giudicatrice valuta che la stessa risulta completa ed esauriente in quanto descrive in modo dettagliato ed esaustivo la composizione dell'offerta economica (che è in linea con l'offerta tecnica), comprensiva di quanto espressamente richiesto dagli atti di gara, con indicazione puntuale degli oneri di sicurezza e della manodopera

La Commissione Giudicatrice, per quanto è stato possibile accertare, valuta pertanto l'offerta economica presentata dalla ditta EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA srl nel suo complesso, congrua ed affidabile.

La Commissione Giudicatrice, visto quanto sopra esposto, approva e conferma le risultanze della seduta pubblica del 19/11/2021.

Firenze, 22/11/2021

Letto, approvato e sottoscritto

La Commissione Giudicatrice

F.to Sergio Bevilacqua

F.to Matteo Pieri

F.to Massimiliano Monti

Offerta Economica

Il sottoscritto LUIGI ANTONIO MAZZEI, nella sua qualità di Legale rappresentante, autorizzato a rappresentare legalmente EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SRL, con sede legale in Milano ,VIA GIOVANNI SPADOLINI, 5;

In merito al lotto denominato "Sistemi invasivi per la misura della gittata cardiaca e dell'ipotensione" relativo alla gara "A.S. per la fornitura in noleggio di n. 5 Sistemi invasivi per la misura della gittata cardiaca e dell'ipotensione per le Aree Critiche e/o Sale Operatorie dell'AOU Careggi" formula la seguente offerta economica:

Unità di misura: intera fornitura

Quantità: 1

Ribasso percentuale sull'importo a base di gara soggetto a ribasso: 1,46 %

Importo offerto al netto dell'IVA: 606.021,00 Euro

di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA: Euro 6.060,00

Costi di Sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 0,00

Ulteriori componenti non soggetti a ribasso al netto dell'IVA: Euro -

Importo totale offerto al netto dell'IVA: Euro 606.021,00

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di aver giudicato i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi;
- di aver preso esatta conoscenza della natura dell'appalto e di ogni circostanza particolare e generale che possa aver influito sulla determinazione dell'offerta;
- di mantenere valida l'offerta per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della medesima o per il diverso termine previsto dal bando o, in assenza dello stesso, nella lettera d'invito a gara;
- di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in materia di condizioni di lavoro.

lì 15/09/2021

Appalto Specifico per la FORNITURA IN NOLEGGIO FULL RISK DI N.5 MISURATORI DELLA GITTATA CARDIACA + SENSORI per l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi

LOTTO	UNICO	Valore a base d'asta	€ 615.000,00
CIG	8876891231		
Ditta	Edwards Lifesciences Italia srl		
P.Iva Ditta	06068041000		

Tabella A Dettaglio Noleggio Sistemi di Misurazione																	
Colonna A	Colonna B	Colonna C	Colonna D	Colonna E	Colonna F	Colonna G	Colonna H	Colonna I	Colonna J	Colonna K	Colonna L	Colonna M	Colonna N	Colonna O	Colonna P	Colonna Q	Colonna R
Rif.	Descrizione componenti del sistema (inserire in ciascuna riga i vari componenti il sistema, come da capitolato tecnico)	Quantità	Denominazione del prodotto (nome commerciale)	Codice	Produttore	Prezzo di listino - apparecchiatura	Canone unitario annuo di locazione apparecchiatura	Canone complessivo annuo per le quantità necessarie (colonna H * colonna C)	Canone totale per 5 anni LOCAZIONE APPARECCHIATURA (colonna I * 5)	Canone unitario annuo di manutenzione full risk	Canone complessivo annuo MANUTENZIONE per le quantità necessarie (colonna K * colonna C)	Canone totale per 4 anni MANUTENZIONE FULL RISK (colonna L * 4) ESCLUSO PRIMO ANNO IN GARANZIA	Canone annuo totale (colonna I + colonna L)	Canone COMPLESSIVO (colonna J + colonna M)	iva applicata	incidenza locazione su prezzo di listino (colonna H/colonna G)	incidenza manutenzione full risk su prezzo di listino (colonna K/colonna G)
1	sistemi invasivi per la misura della gittata cardiaca e dell'ipotesione	5	monitor avanzato Hemsphere	HEM1	Edwards Lifesciences LLC	25.000	8.400,00	42.000,00	210.000,00	1.800,00	9.000,00	36.000,00	51.000,00	246.000,00	5,00	si rimanda a quanto indicato di seguito in corrispondenza della tipologia di piattaforma	
si precisa che la piattaforma Hemsphere è disponibile nella versione Cardiac e Non Cardiac . Si riportano di seguito le relative configurazioni precisando che sarà fornita la tipologia più consona alle esigenze degli utilizzatori.																	
piattaforma di monitoraggio emodinamico Hemsphere Cardiac composta da:																	
	monitor avanzato Hemsphere		HEM1		Edwards Lifesciences LLC	25.000											
	modulo swan ganz per hemsphere		HEMSGM10			15.000											
	cavo per ossimetria Hemsphere		HEMOSC100			6.000											
	cavo Flotrac Hemsphere (2)		HEMPSC100			12.000											
	modulo ossimetria tissutale		HEMTOM10			4.000											
	cavo per ossimetria tissutale Hemsphere		HEMFSM10			4.000											
	cavo CCO		70CC2			525											
	cavo uscita pressioni		HEMDPT1000			4.000											
	cavo alimentazione rete		194372007			100											
	batteria		HEMBAT10			1.000											
	protezione modulo ottico		HEMOXCR1000			100											
	USB/serial porter converter		10038207001			-											
piattaforma di monitoraggio emodinamico Hemsphere Non Cardiac composta da:																	
	monitor avanzato Hemsphere		HEM1		Edwards Lifesciences LLC	25.000											
	cavo Flotrac Hemsphere (2)		HEMPSC100			12.000											
	modulo ossimetria tissutale		HEMTOM10			4.000											
	cavo uscita pressioni		HEMDPT1000			4.000											
	modulo ClearSight Hemsphere		HEMCSM10			10.000											
	kit unità polso (pressure controller+unità polso)		PC2K			4.000											
	sensose riferimento cuore		EVHRS			350											
	cavo alimentazione rete		194372007			100											
	batteria		HEMBAT10			1.000											
	USB/serial porter converter		10038207001			-											
totale complessivo costo di locazione e manutenzione						€ 8.400,00	€ 42.000,00	€ 210.000,00	€ 1.800,00	€ 9.000,00	€ 36.000,00	€ 51.000,00	€ 246.000,00	€ 0,13	€ 0,03		

NOTE:
 Indicare i singoli costi per ciascun componente delle tecnologie offerte. Le apparecchiature devono essere complete di ogni componente di sistema e di quanto necessario per la completa messa in servizio e per il corretto funzionamento, come previsto negli atti di gara
 In caso di prosecuzione contrattuale al termine della locazione (rif. Art. 5 del Capitolato normativo), i canoni di locazione verranno azzerati per interscambio ammortamento e quelli di manutenzione rimarranno invariati.

Tabella B Dettagli costi per SENSORI e MATERIALI DI CONSUMO OBBLIGATORI (richiesti a pena di esclusione ed oggetto di valutazione qualitativa e di assegnazione del punteggio prezzo) (Importi Iva esclusa)																		
Colonna A	Colonna B	Colonna C	Colonna D	Colonna E	Colonna F	Colonna G	Colonna H	Colonna I	Colonna J	Colonna K	Colonna L	Colonna M	Colonna N	Colonna O	Colonna P	Colonna Q	Colonna R	Colonna S
Rif.	Denominazione del prodotto (nome commerciale)	Codice prodotto fornitore (Ref.)	Produttore	CND	RDM	Indicatore di consumo (monouso/riutilizzabile per x volte)	U.M.	Prezzo di listino per unità (IVA esclusa)	RIF. LISTINO	RIF. SEZ./CATEGORIA DI PRODOTTI DEL LISTINO ALLEGATO AI QUALI APPLICARE LA MEDESIMA % DI SCONTO	% SCONTO	Prezzo unitario offerto (per unità di misura). IVA esclusa	Q.TA' Quinquennale prevista per il fabbisogno indicato	Prezzo complessivo quinquennale (colonna M * colonna N) - Iva esclusa	iva applicata	Nr. pezzi conf. Primaria	Nr. pezzi conf. Secondaria	SCONTO % per acquisto di prodotti non ricompresi nelle sezioni di listino offerte (v. note)
1	sensose Acumen IQ 152 cm	AIQS6R	Edwards Lifesciences LLC	C019004	1786739/R	monouso	pezzo	800,00	pag. 6	*	50	400,00	900	360000	22	1	1	*
2	sensose Acumen IQ 213 cm	AIQS8R	Edwards Lifesciences LLC	C019004	1786741/R	monouso	pezzo	800,00	pag. 6	*	50	400,00			22	1	1	*
3	sensose al dito Acumen IQ small	AIQCS	Edwards Lifesciences LLC	C019004	1878907/R	monouso	pezzo	800,00	pag. 6	*	50	400,00			22	1	5	*
4	sensose al dito Acumen IQ medium	AIQCM	Edwards Lifesciences LLC	C019004	1878908/R	monouso	pezzo	800,00	pag. 6	*	50	400,00			22	1	5	*
5	sensose al dito Acumen IQ large	AIQCL	Edwards Lifesciences LLC	C019004	1878909/R	monouso	pezzo	800,00	pag. 6	*	50	400,00			22	1	5	*
ATTIVITA' STIMATA			180 SENSORI/ANNO							Sconto medio		50,00	360.000,00		Importo complessivo quinquennale sensori e materiale di consumo			

NOTE:
 Nota 1: deve essere indicata in offerta la composizione richiesta dalle Specifiche tecnico-funzionali, dettagliando tutti i codici ed il prezzo unitario di listino dei singoli componenti.
 Nota 2: La % di sconto deve essere espressa, ANCHE IN MANIERA DIVERSIFICATA, per tutti i prodotti e viene estesa al/i listino/i offerto/i per categorie di prodotti analoghi. VEDI AL RIGUARDO ANCHE LA NOTA 5. L'offerta economica degli elementi opzionali deve recare percentuali di sconto non inferiori a quelle delle componenti l'offerta economica di base.
 Nota 3: La stima dei fabbisogni indicata non è impegnativa né vincolante per le AA.SS. destinatarie ed è stata calcolata tenendo conto delle esigenze al momento rilevate dalle Tecnologie Sanitarie di Estar.
 Nota 4: indicare la pagina ed il listino (di cui al disciplinare di gara) in cui si trova il prodotto.
 Nota 5: Per ciascuna tipologia di prodotto, la ditta deve indicare la sezione o categoria del listino allegato contenente i prodotti (anche accessori) ai quali applicare la medesima percentuale di sconto. (rif. colonna I)
 Nota 6: Percentuale di sconto da applicare ai prodotti (anche accessori) non ricompresi nelle sezioni di listino offerte; questa percentuale di sconto non deve essere inferiore alla media delle percentuali di sconto offerte in gara per le apparecchiature richieste. (rif. colonna J)

* si precisa che eventuali ulteriori scontistiche saranno rilasciate dietro specifica richiesta in base alle caratteristiche della stessa in termini di quantità e tipologia di dispositivo

Tabella C	TOTALE COMPLESSIVO APPALTO SPECIFICO	BASE D'ASTA	OFFERTA
Importo totale canone di locazione + manutenzione full risk per 5 anni (tabella A - colonna O riga 16)	€ 255.000,00	€ 246.000,00	
Importo totale materiale di consumo per 5 anni (tabella B - colonna O riga 29)	€ 360.000,00	€ 360.000,00	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	non previsti	non previsti	
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 615.000,00	€ 606.000,00	
- di cui costo di manodopera (tabella E1)		€ 67.629,60	
- di cui costo della sicurezza propri della ditta (tabella E2)		€ 6.060,00	
Ribasso in base alla base d'asta (valore da riportare nel form dell'offerta economica generata dalla piattaforma di gara)			1,46

Tabella D Apparecchiature aggiuntive ed opzionali														
Colonna A	Colonna B	Colonna C	Colonna D	Colonna E	Colonna F	Colonna G	Colonna H	Colonna I	Colonna J	Colonna K	Colonna L	Colonna M	Colonna N	Colonna O
Rif.	Descrizione componenti del sistema	Quantità	Denominazione del prodotto (nome commerciale)	Codice	Produttore	Prezzo di listino - apparecchiatura	Canone unitario annuo di locazione	Canone unitario annuo di manutenzione full risk	Canone unitario annuo totale (colonna H + colonna I)	iva applicata	incidenza locazione su prezzo di listino (colonna H/colonna G) NON SUPERIORE A COLONNA R - RIGA 16 TABELLA A	incidenza manutenzione full risk su prezzo di listino (colonna I/colonna G) NON SUPERIORE A COLONNA S - RIGA 16 TABELLA A	PREZZO OFFERTO PER EVENTUALE ACQUISTO	% SCONTO SU LISTINO
1	Supporto Carrellato	5	carrello per piattaforma di monitoraggio Hemisphere	HEMRLSTD1000	Edwards Lifesciences LLC	1.000	sconto merce			5,00	-	-	sconto merce	100,00
2	cavo ossimetria tissutale	-	cavo per ossimetria tissutale Hemisphere	HEMFSM10	Edwards Lifesciences LLC	4.000	50,00	na*	120,00	5,00	0,01250	-	3.000,00	25,00
3	modulo Swan Ganz	-	modulo swan ganz per hemisphere	HEMSGM10	Edwards Lifesciences LLC	15.000	120,00	na*	120,00	5,00	0,00557	-	4.000,00	73,33
			cavo CCO	70CC2	Edwards Lifesciences LLC	525							300,00	42,86
			cavo per ossimetria Hemisphere	HEMOXSC100	Edwards Lifesciences LLC	6.000							2.900,00	51,67
4	modulo ClearSight	-	modulo ClearSight Hemisphere	HEMCSM10	Edwards Lifesciences LLC	10.000	120,00	na*	120,00	5,00	0,00836	-	4.500,00	55,00
			kit unità polso (pressure controller+unità polso)	PC2K	Edwards Lifesciences LLC	4.000							2.400,00	40,00
			sensore riferimento cuore	EVHRS	Edwards Lifesciences LLC	350							300	14,29

* non applicabile in quanto in caso di rottura, il modulo viene sostituito

Tabella E1 Costo manodopera					
N.B.: Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. i., la ditta dovrà indicare di seguito i costi della manodopera relativi all'appalto ricompresi nell'importo complessivo dell'offerta economica. Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D. Lgs. n. 50/2016, il costo della manodopera è stimato dalla stazione appaltante in complessivi € 12,300 oltre Iva					
COSTO DELLA MANODOPERA	CCNL di riferimento	Q.ta di personale addetto impiegato (in unità)	N. ore	Importo totale in 60 mesi Iva esclusa	Importo complessivo
Manutenzione Full Risk	chimico farmaceutico		non calcolabile	€	67.629,60

Tabella E2 Costi sicurezza		% sul valore offerto	Importo
Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 la ditta dovrà indicare di seguito i costi aziendali della sicurezza, che devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche della fornitura corrispondenti a quanto riportato nell'offerta economica generata dal sistema telematico e da intendersi ricompresi nell'offerta economica. Si precisa che per oneri della sicurezza afferenti l'impresa si intendono i costi sostenuti dall'operatore economico ex D.Lgs.81/2008 per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa, commisurati al presente appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, DPI individuali e comunque diversi dagli "oneri di sicurezza non soggetti a ribasso" riferiti ai rischi da interferenza previsti dal DUVRI, che nella fattispecie sono pari a €zero (0,00)		1%	€ 6.060,00