

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DI AREA \***

**N° 563 del 12/04/2022**

Pubblicata all'albo pretorio il 13/04/2022

**Il Direttore di Area  
AREA SERVIZI, BENI ECONOMICI E ARREDI**

*adotta il seguente atto avente ad oggetto:*

<b>Oggetto:</b> APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI "GAMBALI MONOUSO DPI III° CATEGORIA PER EMERGENZA COVID-19" - AGGIUDICAZIONE	
<b>Struttura Proponente:</b> UOC BENI ECONOMICI E ARREDI	
<b>Direttore di area:</b> Sabbatini Lucia	
<b>Dirigente:</b> Antonio Ricco'	
<b>Responsabile del Procedimento:</b> Cagnoni Armanda	
<b>Proposta di determina:</b> 1049	<b>Del:</b> 07/04/2022
<b>Hash documento proposta formato .pdf (SHA256):</b> 01dcd1f7c2e4d4ffebf87175e14e767529b3886a5029a7739d8b0ff9c2f21705	
<b>Hash documento proposta formato .p7m (SHA256):</b> 7f58fac9da46635423d39cfb75acb9e290e4286f42168a0fcdc34df5d5d39c2d	

## IL DIRETTORE DI AREA DIVISIONE SERVIZI, BENI ECONOMICI E ARREDI

**Su proposta** del Dott. Antonio Riccò, Direttore U.O.C. Beni Economici e Arredi, Dirigente proponente che, con riferimento alla procedura in oggetto, attesta la regolarità amministrativa e la legittimità degli atti ed in particolare;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 502/92 e s.m.i. e la L.R.T. n. 40/2005 così come modificata dalle Leggi Regionali n. 26/2014 e n. 86/2014;

### Visti:

- Part 100 e ss della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i. di istituzione e funzionamento dell'Ente unico di Supporto Amministrativo Regionale (ESTAR) che, dal 01/01/2015, subentra ai tre ESTAV del SSR, con successione dei rapporti e riallocazione delle effettive risorse umane e strumentali;
- gli artt. 16 e 17 del D.Lgs 165/2001 che delineano le modalità con le quali la pubblica amministrazione attribuisce i compiti ai dirigenti attraverso la delega di funzioni;

### Richiamate le seguenti deliberazioni del Direttore Generale di ESTAR:

- n. 166/2015 con cui è stato adottato il regolamento generale di organizzazione dell'Ente;
- n. 346 del 06/09/2016 "Regolamento generale di organizzazione ESTAR – modifiche";
- n. 267 del 11/07/2016 con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore di Area Divisione Servizi, Beni Economici e Arredi alla Dott.ssa Lucia Sabbatini;
- n. 450 del 28/12/2017 con la quale è stato adottato l'aggiornamento del Regolamento dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi di ESTAR;
- n. 37 del 01/02/2018 di presa d'atto del D.P.G.R. Toscana n. 18 del 30/01/2018 di nomina del Direttore Generale di ESTAR nella persona Dott.ssa Monica Piovi;
- n. 45 del 09/02/2018 di nomina del Direttore Amministrativo di ESTAR nella persona del Dott. Daniele Testi;
- n. 313/2018 di "Revisione del Regolamento generale di organizzazione di ESTAR";
- n. 374/2018 con cui si è proceduto al conferimento, con decorrenza 1 dicembre 2018, degli incarichi di direzione di Sezione territoriale, di Dipartimento, di Area e di Struttura complessa;
- n. 378/2018 con cui sono stati conferiti, con pari decorrenza, gli incarichi di direzione di struttura semplice e gli incarichi dirigenziali professionali;
- n. 382/2018 avente ad oggetto "Revisione Sistema deleghe dirigenziali" con la quale, alla luce del nuovo assetto organizzativo, sono state conferite le deleghe dirigenziali con decorrenza 1 dicembre 2018;
- n. 551/2020 con cui si approvano le Linee Guida per lo svolgimento delle procedure di affidamento dei contratti per beni e servizi critici finalizzati a fronteggiare l'emergenza Covid-19, periodo 01/01/2021 – 30/06/2021;
- n. 458/2020 con la quale è stato adottato l'aggiornamento dell'attività contrattuale di ESTAR per l'acquisizione di beni e servizi;

### Richiamate altresì le seguenti procedure applicate al seguente provvedimento:

- PA/2/2015 Rev 02 (Delibere di indizione – controlli ed attestazioni);
- PA/4/2016 Rev 01 (Nomina Commissioni Giudicatrici e Collegi Tecnici);
- PA/3/2017 (Determina di aggiudicazione – controlli ed attestazioni);

**Richiamata** la Deliberazione del Direttore Generale n.9 del 11/01/2022 con cui è stato indetto un Appalto Specifico, nell'ambito del SDA per la fornitura di Dispositivi di protezione individuale Seconda Edizione, per la stipula di una Convenzione inerente la fornitura di “Gambali monouso DPI III° Categoria per emergenza Covid-19” per le necessità delle Aziende Sanitarie/Enti del servizio sanitario Toscano, nonché di ESTAR, per la durata di 24 mesi, prorogabili di ulteriori 6 mesi, e per l'importo complessivo del quadro economico di € 3.240.000,00 i.e. così suddiviso:

Lotto n.1	Gambali monouso al ginocchio non sterili DPI III° Cat.	3.037.500,00 €
Lotto n.2	Gambali monouso al ginocchio sterili DPI III° Cat.	135.000,00 €
Lotto n.3	Gambali monouso per Protezione da Antiblastici DPI III° Cat.	67.500,00 €

**Evidenziato** che l'aggiudicazione di cui al presente provvedimento non risulta essere inserita nella programmazione dell'attività contrattuale giusta Delibera n. 554/2020 in quanto afferisce a beni correlati all'emergenza da Covid-19 per i quali la UOC Metodi e Controllo - nella sua attività di monitoraggio dei fabbisogni di DPI e altri materiali per far fronte a tale emergenza sanitaria - ha ravvisato la necessità urgente di garantire continuità di erogazione fino alla conclusione della iniziativa di gara per analoga fornitura prevista nella succitata Delibera n. 554/2020 (DPI “Calzari e calzature”- CUI 2022-012-0012);

**Preso atto che:**

- in data 14/02/2022 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte in modalità telematica e sono pervenute le seguenti proposte:
  - **Lotto n.1 “GAMBALI MONOUSO AL GINOCCHIO NON STERILI DPI III° CAT.” CIG: 9025090BDD**  
Numero offerte: 15
  - **Lotto n.2 “GAMBALI MONOUSO AL GINOCCHIO STERILI DPI III° CAT.” CIG: 9025332394**  
Numero offerte: 3
  - **Lotto n.3 “GAMBALI MONOUSO PER PROTEZIONE DA ANTIBLASTICI DPI III° CAT.” CIG: 9025352415**  
Numero offerte: 3
- in data 15/02/2022 si è svolta la seduta riservata di apertura delle buste elettroniche contenenti la documentazione amministrativa, come sintetizzato nel verbale allegato (**All.to n. 1**) e ratificato nel presente provvedimento ai sensi dell'art. 18 del Disciplinare di gara;
- in data 17/02/2022 si è tenuta la seduta pubblica di apertura della documentazione tecnica ed economica le cui risultanze sono riportate nel verbale allegato (**All.to n. 2**);

- con note Prot. n. 9537, 9531, 9528 del 17/02/2022 sono state richieste alle Ditte, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 comma 5 e ss.mm.ii., tramite il portale START, le giustificazioni relative alle offerte risultate anormalmente basse subordinando tuttavia l'avvio dell'istruttoria di tale verifica di anomalia delle offerte all'acquisizione di idoneità dall'OTV;
- in data 17/03/2022 l'OTV costituito dall' Ing. Giuseppe Caccavelli, RSSP di ESTAR, coadiuvato dalla Dott.ssa Monica Valenziano, Dott.ssa Maria Matteini, Dott.ssa Noemi Checcucci della UOC Sepp di ESTAR ha notificato al RUP le relazioni tecniche di valutazione di idoneità di tutte le offerte, allegate quale parte integrante e sostanziale del presente atto (**All. ti nn. 7, 8, 9**);
- le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/confitto di interessi, rese dall'OTV su apposita modulistica predisposta dalla UOC Audit e Compliance, sono correttamente compilate, datate, sottoscritte e corredate da valido documento di identità oppure sottoscritte con firma digitale, e sono conservate agli atti;
- con Relazione del RUP del 21/03/2022 (**All.to n. 4**) è stata recepita la valutazione di idoneità tecnica delle offerte presentate dalle Ditte partecipanti resa dall'OTV in data 17/03/2022 come sopra riportato e sono state redatte le classifiche definitive per ciascun lotto;
- in data 04/04/2022 si è conclusa la fase di analisi della documentazione amministrativa prodotta dalle Ditte le cui offerte tecniche sono state ritenute idonee dall'OTV, con attivazione del soccorso istruttorio per la Ditta Italortopedia srl (**All.to n. 3**) e relativo esito notificato con apposito verbale (**All.to n. 5**)

**Valutate** le risultanze ratificate nei verbali sopra citati;

**Acquisiti**, come dettagliatamente riportato nella Relazione del RUP di recepimento della valutazione tecnica dell'OTV di cui al succitato Allegato n. 4, gli esiti di idoneità della presente procedura come segue:

- ✓ **Lotto n.1 “GAMBALI MONOUSO AL GINOCCHIO NON STERILI DPI III° CAT.”**  
**CIG: 9025090BDD**  
Numero offerte: 15  
Ditte idonee:
  - CAPRI S.R.L.;
  - ITALORTOPEDIA S.R.L.;
- ✓ **Lotto n.2 “GAMBALI MONOUSO AL GINOCCHIO STERILI DPI III° CAT.”** **CIG: 9025332394**  
Numero offerte: 3  
Ditte idonee: nessuna
- ✓ **Lotto n.3 “GAMBALI MONOUSO PER PROTEZIONE DA ANTIBLASTICI DPI III° CAT.”** **CIG: 9025352415**  
Numero offerte: 3  
Ditte idonee: nessuna

**Ritenuto**, pertanto, di formalizzare con il presente atto - per quanto previsto all'art. 18 del Disciplinare - l'ammissione alla procedura di gara in oggetto delle Ditte risultate idonee;

**Rilevato** che per i Lotti nn.2 e 3 non si procederà all'aggiudicazione in quanto nessuna Ditta concorrente ha presentato un'offerta tecnica idonea;

**Confermata** ad esito della seduta pubblica del 17/02/2022 la posizione di prima graduata della Ditta Italortopedia srl con un ribasso percentuale offerto di 88,3333%;

**Preso atto** dell'offerta economica e della relativa Scheda di Dettaglio Economico della sopra citata Ditta allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (**All. to n. 6**);

**Dato atto** che è stata ritenuta giustificata la congruità delle offerte presentate dalle Dite Italortopedia srl e Capri srl e risultate anormalmente basse, nel rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come specificato da apposito verbale del RUP del 07/04/2022 in atti;

**Ritenuto**, per quanto sopra, di dar luogo con il presente atto all'aggiudicazione della fornitura in oggetto alla Ditta prima graduata come segue:

LOTTO	DITTA AGGIUDICATARIA	RIBASSO Percentuale	Prezzo unitario offerto (IVA esclusa)	Importo Massimo Contrattuale previsto (IVA esclusa)
Lotto n.1 GAMBALI MONOUSO AL GINOCCHIO NON STERILI DPI III° CAT.	ITALORTOPEDIA S.R.L.	88,3333 %	0,17500 €	3.037.500,00 €
Lotto n.2 GAMBALI MONOUSO AL GINOCCHIO STERILI DPI III° CAT.	NESSUNA DITTA AGGIUDICATARIA			
Lotto n.3 GAMBALI MONOUSO PER PROTEZIONE DA ANTIBLASTICI DPI III° CAT.	NESSUNA DITTA AGGIUDICATARIA			

**Considerato** che ESTAR provvederà a stipulare - con l'operatore economico affidatario della fornitura relativa al Lotto n.1 - una Convenzione quadro con le seguenti caratteristiche:

- **decorrenza convenzione:** dalla data di adozione del presente atto cui si aggiungono ulteriori n.7 gg per consentire agli uffici ESTAR di procedere agli aggiornamenti di competenza nei propri sistemi gestionali;
- **durata dei contratti attuativi:** i contratti attuativi avranno durata massima fino alla scadenza della convenzione;
- **oggetto:** fornitura di "Gambali monouso DPI III° Categoria per emergenza Covid-19"

- **durata:** 24 mesi (+ 6 mesi di proroga);
- **prezzi unitari:** come da Offerta economica e da Scheda di Dettaglio Economico della Ditta aggiudicataria;
- **oneri interferenziali per la sicurezza:** pari a € 0,00;
- **importo massimo quadro economico:** € 3.037.500,00 IVA Esclusa (€ 3.189.375,00 IVA Inclusa al 5% ai sensi dell'art. 124 c.1 D.L. 34/2020 "Decreto Rilancio" convertito in legge con L.77/2020) comprensivo delle opzioni, estensioni integrazioni, variazioni ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e proroga contrattuale così suddiviso:

Lotto	Ditta Aggiudicataria	Importo complessivo del contratto della durata di 24 al netto delle variazioni di cui all'art. 106 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. I.E. (Importo $\beta$ )	Importo relativo a variazioni ex art.106 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. I.E. (Importo $\gamma$ )	Importo complessivo quadro economico I.E. (Importo $\alpha$ )
1/ Gambali monouso DPI III° Categoria per emergenza Covid-19	Italortopedia srl	€ 1.620.000,00	€ 1.417.500,00	€ 3.037.500,00

**Evidenziato** che dalla stipula delle Convenzioni non derivano obbligazioni contrattuali ma solo la regolamentazione dei futuri affidamenti e, pertanto, ciascun Ente aderente provvederà ad indicare nei propri atti le forme di finanziamento e a comunicare o a richiedere le necessarie autorizzazioni regionali;

**Rilevato** che ESTAR gestirà il rapporto contrattuale con le modalità ed alle condizioni normative previste dal Capitolato Normativo (allegato al Disciplinare di gara), con decorrenza dalla data di stipula del contratto;

**Ricordato** che:

- la PA 7/2017 del 31/07/2017 al punto 8) prevede che in caso di Accordo Quadro/Convenzione, in ragione della specifica natura contrattuale, non è necessaria l'acquisizione della copertura economica aziendale;
- trattandosi di beni gestiti a magazzino, le coperture economiche non si rendono necessarie ai sensi della Delibera ESTAR del D.G. n. 307/2019 in quanto l'obbligazione contrattuale e le fasi di ordine, ricezione, fatturazione, pagamento di tali beni sono totalmente in carico a ESTAR che poi procede alla rifatturazione alle AA.SS. destinatarie degli stessi;

**Ritenuto** di dotare il presente atto della immediata eseguibilità, al fine di consentire l'attivazione dei contratti e l'approvvigionamento dei beni in oggetto in tempi rapidi;

**Preso atto** che il CIG (Codice Identificativo Gara) della procedura in argomento per il Lotto n. 1 è il seguente:

N. LOTTO	DESCRIZIONE LOTTO	N. CIG	IMPORTO MASSIMO QUADRO ECONOMICO (IVA esclusa)
1	GAMBALI MONOUSO AL GINOCCHIO NON STERILI DPI III° CAT.	9025090BDD	3.037.500,00 €

e che i corrispondenti “CIG DERIVATI”, da riportare nei pagamenti relativi all’esecuzione dei rispettivi contratti, verranno acquisiti a cura del RES individuato da ESTAR;

**Vista** la sopra menzionata documentazione, conservata in atti, presso la UOC Beni economici ed arredi del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi:

- ✓ **Allegato n. 1:** Verbale di apertura busta amministrativa nella seduta riservata del 15/02/2022;
- ✓ **Allegato n. 2:** Verbale di apertura busta tecnica ed economica della seduta pubblica del 17/02/2022;
- ✓ **Allegato n. 3:** Verbale di attivazione del soccorso istruttorio del 17/03/2022;
- ✓ **Allegato n. 4:** Relazione del RUP del 21/03/2022 relativo al recepimento degli esiti delle valutazioni tecniche rese dall’OTV;
- ✓ **Allegato da n.5:** Verbale di Esito Soccorso istruttorio del 04/04/2022;
- ✓ **Allegato n. 6:** Offerta economica della Ditta Aggiudicataria del Lotto n.1;
- ✓ **Allegati da n. 7 a n. 9:** Esiti delle valutazioni tecniche rese dall’OTV relativi ai lotti di gara;

**Verificata** la congruità delle offerte economiche risultate anomale e prodotte dalle Ditte Capri srl e Italortopedia srl prime due classificate per la partecipazione al Lotto 1 come da verbale del RUP del 07/04/2022 in atti;

**Ritenuto** di dare immediata esecutività al presente atto, ai sensi dell’art. 42, comma 4, Legge Regionale n. 40 del 24.02.2005 e s.m.i., al fine di procedere alla stipula dei contratti in tempi celeri;

**Considerato** che il Responsabile del Procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016, delle Linee Guida ANAC n. 3/2016 e dell’art. 4 dell’art. 4 del DPRGT n. 3/R/2014 è la Dott.ssa Cagnoni Armanda dell’U.O.C. Beni economici e arredi, che attesta la completezza e la legittimità della istruttoria procedimentale di cui al presente atto e la relativa regolarità procedurale;

**Considerato** altresì che la Dott.ssa Lucia Sabbatini, Direttore di Area Divisione Servizi Beni Economici e Arredi, attesta che la procedura di cui alla presente proposta è coerente con le linee strategiche dell’Ente, e:

- persegue un livello di aggregazione regionale;
- non produce duplicazioni o frazionamenti artificiali di rapporti contrattuali a livello regionale;
- non si sovrappone ad analoghe iniziative della Consip SpA o di altri soggetti aggregatori che, in base ai parametri tecnico economici della fornitura evidenziati in sede istruttoria tecnica, potrebbero efficacemente rispondere alle esigenze perseguite con la presente indagine;
- è conforme con gli obiettivi di performance del Dipartimento;

**Evidenziato**, infine, che il Responsabile del Procedimento, il Dirigente Proponente nonché il Direttore di Area con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto dichiarano, sotto la propria responsabilità ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che in relazione alla presente procedura di appalto non si trovano in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35bis del D.Lgs. 165/2001 né sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs n. 50/2016;

**Visto** il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50;

Con il parere di conformità della U.O.C. Audit e Compliance, ai sensi delle procedure interne (PA/03/2017);

## **DETERMINA**

Per quanto esposto in narrativa che qui espressamente si richiama:

- 1) **di ammettere** al prosieguo di gara per la partecipazione al lotto 1 “GAMBALI MONOUSO AL GINOCCHIO NON STERILI DPI III° CAT.” così come previsto dall'art.18 del Disciplinare di gara le seguenti ditte le cui offerte tecniche ed economiche sono risultate idonee:
  - Capri srl;
  - Italortopedia srl;
  
- 2) **di approvare** le risultanze di gara, così come formalizzate nei seguenti verbali allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali:
  - ✓ **Allegato n. 1:** Verbale di apertura busta amministrativa nella seduta riservata del 15/02/2022;
  - ✓ **Allegato n. 2:** Verbale di apertura busta tecnica ed economica della seduta pubblica del 17/02/2022;
  - ✓ **Allegato n. 3:** Verbale di attivazione del soccorso istruttorio del 17/03/2022;
  - ✓ **Allegato n. 4:** Relazione del RUP del 21/03/2022 relativo al recepimento degli esiti delle valutazioni tecniche rese dall'OTV;
  - ✓ **Allegato n.5:** Verbale di Esito Soccorso istruttorio del 04/04/2022;
  - ✓ **Allegato n. 6:** Offerta economica della Ditta Aggiudicataria del Lotto n.1;
  - ✓ **Allegati da n. 7 a n. 9:** Esiti delle valutazioni tecniche rese dall'OTV relativi ai lotti di gara;
  
- 3) **di recepire** le risultanze relative alle offerte idonee risultate potenzialmente anomale ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs 50/2016 e di cui è stata accertata la congruità come da Verbale del Rup del 07/04/2022 in atti;
  
- 4) **di aggiudicare**, per la durata di 24 mesi (prorogabile di ulteriori 6 mesi), la fornitura del Lotto n.1 “GAMBALI MONOUSO AL GINOCCHIO NON STERILI DPI III° CAT” CIG 9025090BDD alla Ditta Italortopedia srl, per l'importo complessivo del quadro economico pari ad € 3.037.500,00 IVA Esclusa (€ 3.189.375,00 IVA Inclusa al 5% ai sensi dell'art. 124 c.1 D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio” convertito in legge con L.77/2020), come segue:

LOTTO	DITTA AGGIUDICATARIA	RIBASSO Percentuale	Prezzo unitario offerto (IVA esclusa)	Importo Massimo Contrattuale previsto (IVA esclusa)
Lotto n.1 GAMBALI MONOUSO AL GINOCCHIO NON STERILI DPI III° CAT.	ITALORTOPEDIA S.R.L.	88,3333 %	0,17500 €	3.037.500,00 € 3.189.375,00 € (Iva inclusa)
Lotto n.2 GAMBALI MONOUSO AL GINOCCHIO STERILI DPI III° CAT.	NESSUNA DITTA AGGIUDICATARIA			
Lotto n.3 GAMBALI MONOUSO PER PROTEZIONE DA ANTIBLASTICI DPI III° CAT.	NESSUNA DITTA AGGIUDICATARIA			

5) **di sottoscrivere** con la Ditta Italortopedia srl, esperiti i controlli previsti dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto di Convenzione mediante scrittura privata, stabilendo che la fornitura avrà una durata di 24 mesi, come previsto dal Capitolato Normativo, con decorrenza dalla data di adozione del presente atto cui si aggiungono ulteriori n.7 giorni al fine di consentire ai preposti uffici ESTAR di procedere con gli aggiornamenti di competenza nei propri sistemi gestionali;

6) **di dare atto** che il Responsabile di esecuzione del contratto (RES) è il Dott. Bechini Leonardo della UOC Metodi e Controllo e DEC è la Dott.ssa Benedetta Santarlasci della UOS Product Manager dispositivi IVD e Beni economici come da nota mail del 30/03/2022 rilasciata dal Direttore Farmaceutica e Logistica Dr.ssa Antonella Garna;

7) **di dare atto** che le spese sostenute per la pubblicazione del bando del SDA sulla GURI, saranno rimborsate dall'aggiudicatario in misura proporzionale all'importo della convenzione, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, alla Stazione Appaltante, ai sensi del combinato disposto art. 73 e art 216 comma 11 del D. Lgs 50/2016;

8) **di dare mandato** all' U.O.C. Beni economici e arredi del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi, di partecipare il presente provvedimento al contraente ed agli Enti interessati destinatari della fornitura per gli adempimenti di conseguenza;

9) **di dare atto** che il presente provvedimento, compresi gli atti allegati, sarà pubblicato nel sistema di acquisti telematici di START nel settore relativo alla gara in oggetto e, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, sul sito WEB dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e Gare;

10) **di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 42, comma 4, Legge Regionale n. 40 del 24.02.2005 e s.m.i., al fine di procedere alla stipula dei contratti in tempi celeri;

- 11) **di conservare** gli atti relativi alla presente procedura presso la UOC Beni economici e arredi del Dipartimento di Acquisizione Beni e Servizi;
- 12) **di trasmettere** il presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, Legge Regionale n. 40 del 24/02/2005 e all'albo di pubblicità degli atti di questo ESTAR.

Il Dirigente  
U.O.C. Beni Economici e Arredi  
Dr. Antonio Riccò

Il Direttore  
Area Divisione Servizi Beni Economici Arredi  
Dr.ssa Lucia Sabbatini

**Appalto Specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale per la fornitura di DPI quali "Gambali monouso DPI III° Categoria per emergenza Covid-19" da destinare alle AASS della Regione Toscana ed ESTAR**

**VERBALE DEL 15/02/2022 – Seduta riservata  
Apertura documentazione amministrativa**

Il giorno 15 Febbraio 2022 alle ore 09:50 circa si sono riuniti in seduta riservata, in videoconferenza (codice di accesso 27401843206) in ambiente Webex Meetings Causa Covid-19, i sottoindicati funzionari per l'apertura della documentazione amministrativa relativa alle offerte pervenute per la gara in oggetto:

Dott. Antonio Riccò  
Dott.ssa Armanda Cagnoni  
Dott.ssa Elisa Moriconi

Direttore UOC Beni Economici e Arredi  
Collab. Amm.vo ESTAR  
Collab. Amm.vo ESTAR

Presidente seggio di gara  
Rup del procedimento  
Segr. Verbalizzante

**P R E M E S S O**

- che con Delibera n. 9 del 11/01/2022 è stato indetto, nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale Seconda edizione, l'Appalto Specifico per la fornitura "Gambali monouso DPI III° Categoria per emergenza Covid-19" per le necessità delle Aziende Sanitarie/Enti del servizio sanitario Toscano, nonché di ESTAR per un importo del quadro economico di € 3.240.000,00 i.e;
- che con la medesima deliberazione veniva approvata tutta la documentazione procedimentale;
- che al presente Appalto Specifico sono state invitate le n. 386 Ditte iscritte e abilitate allo SDA nei termini previsti dall'avviso pubblicato da ESTAR in data 08/03/2021 sulla piattaforma START e sul link "News Fornitori" del sito aziendale, con il quale era stata annunciata l'intenzione di indire il presente Appalto Specifico;
- che in data 14/02/2022 alle ore 18:00 scadeva il termine per la presentazione delle offerte in modalità telematica;
- che, trattandosi di gara interamente telematica, ESTAR si è riservato la facoltà di procedere all'apertura ed alla verifica della documentazione amministrativa in seduta riservata, come previsto dall'art. 17 del Disciplinare di gara;

**tutto ciò premesso**

Il Presidente del seggio di gara, collegandosi alla piattaforma telematica START, rileva che entro il termine previsto del 14/02/2022 risultano pervenute le seguenti offerte:

**Lotto 1 “GAMBALI MONOUSO AL GINOCCHIO NON STERILI DPI III° CAT.”**  
**CIG: 9025090BDD**

Totale n. 15 offerte

- ARTRO' SRL
- BIOMEDICAL SRL
- CLEAN ENERGY SRL
- CAPRI S.R.L.
- DEVICE & TECH SRL
- DREAM DISTRIBUTION S.R.L.
- GAMAN S.R.L.
- ICS SRL
- ITALORTOPEDIA SRL
- MVP SRL
- ONTARIO SRL
- SAFE SRL UNIPERSONALE
- ST PROTECT
- TAU MEDICA SRL
- MEDICALTEX SRLS

Durante la seduta odierna il Seggio di gara ha proceduto:

- alla verifica della conformità della documentazione amministrativa relativamente al Lotto n. 1 per tutte le prime n. 9 Ditte.

Questa prima sessione di analisi della documentazione si è conclusa alle ore 11:00 circa a causa di un impegno urgente di alcuni componenti del Seggio di gara.

Sempre il giorno 15 Febbraio 2022 alle ore 14:45 circa si sono riuniti in seduta riservata, in videoconferenza (codice di accesso 2742 378 7487) in ambiente Webex Meetings Causa Covid-19, i sopra indicati funzionari per la conclusione dei lavori di apertura ed analisi della documentazione amministrativa relativa alle offerte pervenute per la gara in oggetto per le restanti n. 6 Ditte del Lotto n.1.

Successivamente il Presidente del Seggio di gara ha proceduto ad aprire la busta amministrativa dei Lotti n. 2 e n.3 per le seguenti concorrenti.

**Lotto 2 “GAMBALI MONOUSO AL GINOCCHIO STERILI DPI III° CAT.” CIG: 9025332394**

Totale n. 3 offerte

- ONTARIO SRL
- TAU MEDICA SRL
- MEDICALTEX SRLS

**Lotto 3 “GAMBALI MONOUSO PER PROTEZIONE DA ANTIBLASTICI DPI III° CAT.” CIG: 9025352415**

Totale n. 3 offerte

- ONTARIO SRL
- MEDICALTEX SRLS
- MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP.

In relazione ad ogni singola offerta presentata dalle Ditte all'interno di ogni singolo lotto di gara il Seggio di gara ha proceduto all'apertura ed alla verifica di merito della seguente documentazione amministrativa presentata:

- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE,
- DGUE,
- ALLEGATO A DICHIARAZIONE INTEGRATIVA,
- GARANZIA PROVVISORIA,
- RICEVUTA DI PAGAMENTO ANAC.

In seguito quindi il Seggio di gara procederà:

- ad attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016;
- ad adottare, contestualmente al provvedimento di aggiudicazione, le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Alle ore 16:10 il Presidente dichiara chiusa la seduta, rinviando il completamento della verifica delle buste amministrative in fasi successive del procedimento.

Il presente verbale consta di n.4 pagine.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del seggio di gara  
Dott. Antonio Riccò

*firmato in originale*

Il Responsabile del procedimento  
Dott.ssa Armanda Cagnoni

*firmato in originale*

Segr. verbalizzante  
Dott.ssa Elisa Moriconi

*firmato in originale*

**Appalto Specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale per la fornitura di “Gambali monouso DPI III° Categoria per emergenza Covid-19” da destinare alle AASS della Regione Toscana ed ESTAR**

**VERBALE DEL 17/02/2022**

**Seduta pubblica di apertura documentazione tecnica ed economica  
Lotti n. 1, 2, 3.**

Il giorno 17 Febbraio 2022 alle ore 09:46, in videoconferenza (codice di accesso: 2740 184 3206) in ambiente Webex Meetings Causa Covid-19, si sono riuniti in seduta pubblica i sottoindicati funzionari per l'apertura della documentazione tecnica ed economica relativa alle offerte pervenute per la gara in oggetto:

Dott. Antonio Riccò	Direttore UOC Beni Economici e Arredi	Presidente seggio di gara
Dott.ssa Armanda Cagnoni	Collab. Amm.vo ESTAR	Responsabile del procedimento
Dott.ssa Elisa Moriconi	Collab. Amm.vo ESTAR	Segr. Verbalizzante

Presenziano per conto delle Ditte concorrenti i seguenti rappresentanti e/o delegati muniti di apposita procura:

- Sig. Marcello Pisano per la Ditta MVP Srl,
- Sig.ra Paola Francesca Verduni per la Ditta TAU MEDICA SRL,
- Sig. Livio Castellacci per la Ditta BIOMEDICAL SRL,
- Sig. Emanuele Baldaccini per la Ditta SAFE SRL UNIPERSONALE,
- Sig.ra Rosaria D'Angelo per la Ditta ITALORTOPEDIA SRL,
- Sig.ra Ornella Ciciotti per la Ditta ICS SRL,
- Sig. Francesco Vitolo per la Ditta MEDICALTEX SRLS,
- Sig.ra Ida Micillo per la Ditta DEVICE & TECH SRL,
- Sig. Cesare Delbene per la Ditta GAMAN S.R.L. .

## P R E M E S S O

- che con Delibera n. 9 del 11/01/2022 è stato indetto, nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale Seconda edizione, l'Appalto Specifico per la fornitura "Gambali monouso DPI III° Categoria per emergenza Covid-19" per le necessità delle Aziende Sanitarie/Enti del servizio sanitario Toscano, nonché di ESTAR per un importo del quadro economico di € 3.240.000,00 i.e.;
- che con la medesima deliberazione veniva approvata tutta la documentazione procedimentale;
- che in data 15/02/2022 alle ore 09:50 circa si è proceduto, in seduta riservata, all'apertura della busta amministrativa e ad effettuare l'analisi di merito di tale documentazione, rimandando a successive sedute riservate il completamento dell'esame di merito e la verifica delle integrazioni presentate dalle Ditte partecipanti agli esiti del procedimento di soccorso istruttorio;

### t u t t o   c i ò   p r e m e s s o

Il Presidente del Seggio di gara dichiara aperta la seduta.

Preliminarmente lo stesso precisa ai partecipanti l'assoluta novità della procedura di apertura delle buste che sarà svolta nella presente seduta motivata dall'urgenza relativa alla fornitura del materiale oggetto di gara per far fronte all'emergenza da Covid-19.

Nella seduta pubblica odierna procederà ad approvare informaticamente la busta amministrativa precedentemente aperte nella seduta riservata del 15/02/2022.

Approverà la busta tecnica, previa verifica del corretto inserimento, con firma digitale, della documentazione prodotta dalle concorrenti, rimandando ad apposite sedute riservate la valutazione di merito a cura del preposto organo tecnico di valutazione (OTV).

Passerà poi ad aprire le offerte economiche accertando la corrispondenza tra il ribasso percentuale dell'offerta economica e quello praticato sul prezzo unitario, Iva esclusa, dell'articolo declinato nel Dettaglio Economico.

Ad avvenuta approvazione di detta busta economica stilerà la classifica provvisoria per ciascun lotto ricordando che, ai sensi dell'art. 23 del Disciplinare di gara, per ognuno dei lotti a gara verranno stipulate Convenzioni con il primo operatore economico ammesso alla procedura.

Il Presidente del Seggio di gara, alle ore 09:52, collegandosi alla piattaforma telematica START, procede ad approvare la documentazione amministrativa del Lotto n.2, passa poi ad aprire la documentazione tecnica del **Lotto n.2 "GAMBALI MONOUSO AL GINOCCHIO STERILI DPI III° CAT."** CIG: 9025332394 dei seguenti operatori economici:

- ONTARIO SRL,
- TAU MEDICA SRL,
- MEDICALTEX SRLS.

Il Presidente del Seggio di gara alle ore 09:53 approva informaticamente tutta la documentazione tecnica presentata dai suddetti partecipanti e, sempre alla stessa ora, procede ad aprire la documentazione economica analizzando ogni singola offerta economica ed i documenti ivi presenti. Approvata la documentazione economica il Presidente rende pubblica la graduatoria provvisoria delle offerte:

POSIZIONE IN GRADUATORIA PROVVISORIA	NOME DITTA	RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO	IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO	PREZZO UNITARIO OFFERTO
1	TAU MEDICA SRL	83,1667 %	12.120,00 €	0,5050 €
2	MEDICALTEX SRLS	35,3300 %	46.562,40 €	1,9400 €
3	ONTARIO SRL	34,0000 %	47.520,00 €	1,9800 €

La prima offerta è stata ritenuta anormalmente bassa dal Seggio di gara ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. La Stazione Appaltante richiederà quindi a tale Ditta di fornire i pertinenti giustificativi per accertarne la congruità. Tale verifica sarà comunque subordinata all'acquisizione dell'idoneità dell'offerta tecnica e ratificata in apposita relazione a cura del Rup.

Ultimata questa operazione il Presidente del Seggio di gara, alle ore 10:08, procede ad approvare la busta amministrativa, e passa ad aprire la documentazione tecnica del **Lotto n.3 "GAMBALI MONOUSO PER PROTEZIONE DA ANTIBLASTICI DPI III° CAT."** CIG: 9025352415 dei seguenti operatori economici:

- ONTARIO SRL,
- MEDICALTEX SRLS,
- MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP.

Il Presidente del Seggio di gara alle ore 10:09 approva tutta la documentazione tecnica presentata dai suddetti operatori economici, quindi passa ad aprire la documentazione economica e, non rilevando alcuna incongruenza tra l'offerta economica e la scheda di dettaglio economico presentate dalle Ditte concorrenti, la approva. Ne scaturisce la seguente graduatoria provvisoria resa pubblica ai partecipanti:

POSIZIONE IN GRADUATORIA PROVVISORIA	NOME DITTA	RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO	IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO	PREZZO UNITARIO OFFERTO
1	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP	67,3300 %	11.760,00 €	0,9800 €
2	MEDICALTEX SRLS	30,000 %	25.200,00 €	2,1000 €
3	ONTARIO SRL	2,3330 %	35.160,01 €	2,9300 €

La prima offerta è stata ritenuta anormalmente bassa dal Seggio di gara ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. La Stazione Appaltante richiederà quindi a tale Ditta di fornire i pertinenti giustificativi per accertarne la congruità. Tale verifica sarà comunque subordinata all'acquisizione dell'idoneità dell'offerta tecnica e ratificata in apposita relazione a cura del Rup.

Il Presidente del Seggio di gara, alle ore 10:20, procede ad approvare informaticamente la busta amministrativa, e passa poi ad aprire alle ore 10:21 la documentazione tecnica per il **Lotto n.1 "GAMBALI MONOUSO AL GINOCCHIO NON STERILI DPI III° CAT."** CIG: **9025090BDD** dei seguenti operatori economici:

- ARTRO' SRL,
- BIOMEDICAL SRL,
- CLEAN ENERGY SRL,
- CAPRI S.R.L.,
- DEVICE & TECH SRL,
- DREAM DISTRIBUTION S.R.L.,
- GAMAN S.R.L.,
- ICS SRL,
- ITALORTOPEDIA SRL,
- MVP SRL,
- ONTARIO SRL,
- SAFE SRL UNIPERSONALE,
- ST PROTECT,
- TAU MEDICA SRL,
- MEDICALTEX SRLS.

Successivamente il Presidente approva informaticamente tutta la documentazione tecnica presentata dalle partecipanti alle ore 10:23 e procede, sempre alla stessa ora, ad aprire la documentazione economica analizzando ogni singola offerta economica ed i documenti ivi presenti.

Il presidente rileva che la scheda di dettaglio economico (punto C.2) della Ditta Artrò srl presenta un errore in quanto viene indicata una percentuale di ribasso pari al 30% quando invece nell'offerta generata in automatico dal portale START (punto C.1) tale percentuale risulta pari al 70%. Tuttavia l'offerta economica risulta chiara e leggibile in quanto c'è corrispondenza tra il ribasso percentuale indicato nell'offerta generata al punto C.1 con quello praticato sui prezzi unitari indicati nella scheda dettaglio economico al punto C.2. Nonostante si possa dichiarare l'offerta comprensibile e leggibile il Presidente decide comunque di chiedere chiarimenti in merito alla Ditta Artrò srl.

Il Presidente rileva che la Ditta Clean Energy srl non ha presentato l'offerta economica ed ha inserito erroneamente un file contenente la domanda di partecipazione già presentata nella busta amministrativa.

Trattandosi di un documento essenziale ai fini della partecipazione il Presidente esclude l'offerta economica presentata da tale Ditta.

Approvata la documentazione economica, alle ore 11:08 il Presidente rende pubblica la graduatoria provvisoria delle offerte:

POSIZIONE IN GRADUATORIA PROVVISORIA	NOME DITTA	RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO	IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO	PREZZO UNITARIO OFFERTO
1	ITALORTOPEDIA SRL	88,3333 %	189.000,54 €	0,17500 €
2	GAMAN S.R.L.	88,0000 %	194.400,00 €	0,18000 €
3	CAPRI S.R.L.	87,3330 %	205.200,00 €	0,19000 €
4	BIOMEDICAL SRL	83,0000 %	275.400,00 €	0,25500 €
5	DREAM DISTRIBUTION S.R.L.	81,8000 %	294.840,00 €	0,27300 €
6	TAU MEDICA SRL	81,1400 %	305.532,00 €	0,28290 €
7	DEVICE & TECH SRL	74,3330 %	415.800,00 €	0,38500 €
8	MVP SRL	74,0000 %	421.200,00 €	0,39000 €
9	SAFE SRL UNIPERSONALE	70,1267 %	483.947,46 €	0,44810 €
10	ARTRO' SRL	70,0000 %	486.000,00 €	0,45000 €
11	MEDICALTEX SRLS	69,3300 %	496.854,00 €	0,46000 €
12	ST PROTECT	64,4000 %	576.720,00 €	0,53400 €
13	ICS SRL	60,9800 %	632.124,00 €	0,58530 €
14	ONTARIO SRL	2,0408 %	1.586.939,04 €	1,47000 €

La Stazione Appaltante richiederà alle prime n.7 (sette) Ditte classificate, risultate anormalmente basse, di fornire i pertinenti giustificativi per accertarne la congruità. Tale verifica sarà comunque subordinata all'acquisizione dell'idoneità dell'offerta tecnica e ratificata in apposita relazione a cura del Rup.

Il Presidente del Seggio di gara comunica che, una volta terminata la presente seduta, l'Organo Tecnico di Valutazione, procederà, per tutti i n.3 Lotti, in una o più sedute riservate, alla verifica della completezza della documentazione tecnica presentata e dell'idoneità dei prodotti offerti dalle suddette Ditte, nonché alla richiesta di campionatura dei prodotti offerti.

Le offerte presentate saranno ritenute valide solo all'esito positivo della verifica della completezza della documentazione tecnica richiesta ed al rilascio dell'idoneità tecnica dei prodotti offerti da parte dell'OTV, che richiederà la campionatura su un congruo numero di candidati al fine di redigere una graduatoria di idoneità che consenta l'eventuale scorrimento dei fornitori in caso di inadempimenti da parte dell'affidatario.

Alle ore 11:45 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale consta di n.6 pagine.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del seggio di gara Dott. Antonio Riccò

*firmato in originale*

Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Armanda Cagnoni

*firmato in originale*

Segr. Verbalizzante Dott.ssa Elisa Moriconi

*firmato in originale*

**Appalto Specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale per la fornitura di DPI quali "Gambali monouso DPI III° Categoria per emergenza Covid-19" da destinare alle AASS della Regione Toscana ed ESTAR**

**VERBALE DEL 17/03/2022 – Seduta riservata  
Analisi documentazione amministrativa**

Il giorno 17 Marzo 2022 alle ore 14:00 circa si sono riuniti in seduta riservata, in videoconferenza (codice di accesso 27401843206) in ambiente Webex Meetings Causa Covid-19, i sottoindicati funzionari per il completamento dell'analisi della documentazione amministrativa relativa alle offerte pervenute per la gara in oggetto:

Dott. Antonio Riccò  
Dott.ssa Armanda Cagnoni  
Dott.ssa Elisa Moriconi

Direttore UOC Beni Economici e Arredi  
Collab. Amm.vo ESTAR  
Collab. Amm.vo ESTAR

Presidente seggio di gara  
Rup del procedimento  
Segr. Verbalizzante

**Premesso**

- che in data 15/02/2022 si è svolta la seduta riservata di apertura della documentazione amministrativa relativa alle offerte pervenute per la gara in oggetto;
- ad esito delle verifiche di conformità a cura del preposto OTV - come dettagliato nelle tabelle allegata alla relazione di recepimento dei suddetti esiti del 21/03/2022 - le offerte presentate per la partecipazione ai Lotti nn. 2 e 3 non sono risultate idonee mentre per il Lotto n. 1 sono state ritenute conformi le proposte dei seguenti operatori economici: ITALORTOPEDIA SRL e CAPRI SRL
- dall'analisi di tale documentazione è stata riscontrata, per la Ditta Italortopedia srl la seguente incompletezza documentale:

*Nel Modello DGUE PARTE III lett. c) è presente un disallineamento delle crocette inserite che non consente la comprensione delle dichiarazioni indicate.*

Si procederà pertanto ad attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 inoltrando alla ditta in questione apposita nota di richiesta di regolarizzazione tramite il portale START.

Alle ore 14:20 il Presidente dichiara chiusa la seduta, rinviando gli esiti del soccorso istruttorio in altra seduta riservata.

Il presente verbale consta di n.2 pagine.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del seggio di gara Dott. Antonio Riccò

*firmato in originale*

Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Armanda Cagnoni

*firmato in originale*

Segr. Verbalizzante Dott.ssa Elisa Moriconi

*firmato in originale*

**Appalto Specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale per la fornitura di "Gambali monouso DPI III° Categoria per emergenza Covid-19" da destinare alle AASS della Regione Toscana ed ESTAR**

**Relazione del RUP 21/03/2022  
Ratifica esiti valutazione di idoneità dei prodotti offerti e  
Recepimento esiti trasmessi da OTV**

**Premessa:**

Per tutti i lotti di gara è prevista l'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso con la stipula di un contratto di Convenzione con il primo operatore idoneo.

Di seguito si riportano gli esiti dei lavori dell'OTV (si vedano gli allegati nn. 7, 8 e 9) conclusi in data 17/03/2022.

**Lotto n.1 "GAMBALI MONOUSO AL GINOCCHIO NON STERILI DPI III° CAT." CIG: 9025090BDD**

Numero offerte: 15

Ditte idonee:

CAPRI S.R.L.;

ITALORTOPEDIA S.R.L.

**Nuova Classifica Lotto 1:**

POSIZIONE IN GRADUATORIA	RAGIONE SOCIALE DITTA	RIBASSO % OFFERTO	IMPORTO complessivo offerto I.E.	PREZZO UNITARIO offerto I.E.
1	ITALORTOPEDIA S.R.L.	88,3333 %	189.000,54 €	0,17500 €
2	CAPRI S.R.L.	88,0000 %	194.400,00 €	0,18000 €

Pertanto, secondo la suddetta graduatoria, sarà stipulata la Convenzione con il primo aggiudicatario: la Ditta ITALORTOPEDIA S.R.L.

**Lotto n.2 “GAMBALI MONOUSO AL GINOCCHIO STERILI DPI III° CAT.” CIG: 9025332394**

Numero offerte: 3

Ditte idonee: nessuna

**Lotto n.3 “GAMBALI MONOUSO PER PROTEZIONE DA ANTIBLASTICI DPI III° CAT.”  
CIG: 9025352415**

Numero offerte: 3

Ditte idonee: nessuna

L’aggiudicazione del Lotto 1 sarà notificata con apposito provvedimento dirigenziale previa verifica, a cura del Rup, della documentazione amministrativa prodotta dall’affidataria e dell’anomalia dell’offerta, così come rilevato nella seduta pubblica del 17 Febbraio 2022 scorso.

Carrara, li 21/03/2022

Il Rup  
Armanda Cagnoni

**Appalto Specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale per la fornitura di "Gambali monouso DPI III° Categoria per emergenza Covid-19" da destinare alle AASS della Regione Toscana ed ESTAR**

**Seduta riservata  
Verifica Documentazione Amministrativa  
04/04/2022**

Pervenuti in data 17/03/2022 gli esiti di valutazione di idoneità a cura del suddetto OTV, si è proceduto in data 04/04/2022 a chiudere la fase di verifica della busta amministrativa limitatamente alle Ditte le cui offerte tecniche sono state giudicate conformi a quanto richiesto dal Capitolato di gara:

**Lotto n.1 "GAMBALI MONOUSO AL GINOCCHIO NON STERILI DPI III° CAT." CIG: 9025090BDD**

Numero offerte: 15

Ditte idonee:

CAPRI S.R.L.;

ITALORTOPEDIA S.R.L.;

La documentazione prodotta dalla ditta Capri srl è risultata conforme.

Nella documentazione amministrativa presentata dalla Ditta ITALORTOPEDIA S.R.L. è stata rilevata la sotto specificata irregolarità:

*Nel Modello DGUE PARTE III lett. c) presentato dalla Società è presente un disallineamento delle crocette inserite che non consente una piena comprensione delle dichiarazioni indicate.*

Per tale irregolarità è stata attivata la procedura di soccorso istruttorio con richiesta prot. n. 16105 inoltrata tramite il portale START in data 21/03/2022.

Pervenuto il riscontro in data 24/03/2022 e accertata la completezza delle dichiarazioni prodotte, la ditta è stata ammessa al prosieguo di gara.

Il presente verbale consta di n.2 pagine.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del seggio di gara  
Dott. Antonio Riccò

*firmato in originale*

Il Responsabile del procedimento  
Dott.ssa Armanda Cagnoni

*firmato in originale*

Segr. verbalizzante  
Dott.ssa Elisa Moriconi

*firmato in originale*

## Offerta Economica

Il sottoscritto ROSARIA D'ANGELO, nella sua qualità di Legale rappresentante, autorizzato a rappresentare legalmente ITALORTOPEDIA SRL, con sede legale in Milano ,MONTENAPOLEONE, 8;

In merito al lotto denominato "lotto1\_gambali monouso DPI III cat. Non sterili" relativo alla gara "Appalto specifico per la fornitura di "Gambali monouso DPI III° Categoria per emergenza Covid-19" da destinare alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Toscana" formula la seguente offerta economica:

Unità di misura: fornitura

Quantità: 1

Ribasso percentuale sull'importo a base di gara soggetto a ribasso: 88,3333 %

**Importo offerto al netto dell'IVA: 189.000,5400 Euro**

Costi di Sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 0,0000

Ulteriori componenti non soggetti a ribasso al netto dell'IVA: Euro -

Importo totale offerto al netto dell'IVA: Euro 189.000,5400

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di aver giudicato i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi;
- di aver preso esatta conoscenza della natura dell'appalto e di ogni circostanza particolare e generale che possa aver influito sulla determinazione dell'offerta;
- di mantenere valida l'offerta per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della medesima o per il diverso termine previsto dal bando o, in assenza dello stesso, nella lettera d'invito a gara;
- di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in materia di condizioni di lavoro.

lì 11/02/2022



**PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI “Gambali monouso DPI III° Categoria per emergenza Covid-19”  
PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE TOSCANA**

**C.2.1 - DETTAGLIO ECONOMICO**

**LOTTO 1 – Gambali monouso al ginocchio non sterili DPI III° Cat.**

LOTTO 1	DESCRIZIONE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO FORNITORE	PRODUTTORE	CODICE PRODOTTO PRODUTTORE	QUANTITA' BIENNALE	PREZZO UNITARIO I.E. (fino ad un max 4 decimali) (€)
ID 1	Gambali monouso al ginocchio non sterili DPI III° Cat.	BRSCVR-01	BRMED	BRSCVR-01	1.080.000	€ 0,1750

Importo totale a base d'asta (IVA esclusa)				€ 1.620.000,00
Ribasso percentuale offerto sull'importo totale a base d'asta (corrispondente al ribasso indicato nell'offerta economica C.1)				88,3300%
Importo complessivo semestrale offerto (IVA esclusa)				€ 189.000,00

COSTI DELLE SICUREZZA € 16.200,00

N.B.: in azzurro parti non modificabili

ITALORTOPEDIA  
SRL

Via SOSSIO RUSSO, 54 – FRATTAMAGGIORE (Na)

--

--

<b>IMPORTO TOTALE I.E. (q.tà x prezzo unitario )</b>	<b>aliquota IVA</b>
189.000,00	5,00%

<b>TOTALE</b>
---------------

1) 80027 P.IVA 09076931212

ESTAR

XXXX/2022 Appalto Specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale per la fornitura di "Gambali monouso DPI III° Categoria per emergenza Covid-19" da destinare alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Toscana -

LOTTO 1 - GAMBALI DPI di III° CATEGORIA

N°	DITTE	LOTTO	Oggetto	Prodotto offerto (codice art.)	unità di misura	Verifica Dichiarazione Conformità UE	Verifica Certificato di esame UE al tipo	Verifica Test Report	Verifica Scheda tecnica	Verifica Istruzioni per l'uso-nota informativa	Verifica Marchio CE (su campione)	Verifica etichettatura (su campione)	Conformità Regolamento UE 2016/425	Conformità EN ISO 13688	Conformità UNI EN 14605 Tipo 3B oppure 4B	Conformità UNI EN 14126	Dotati di nastri alla caviglia ed elastici	Idroripellenti	Traspirabilità	Anallergici	Inodore	Antiscivolo	Cuciture elettrosaldate	Privi di lattice	Taglia UNICA	Conclusioni Verifica Tecnica e documentale	Note
1	BIOMEDICAL SRL	L1	GAMBALI DPI III CAT.	BRSCVR-001		NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NON IDONEO	<p>1) Nella Dichiarazione di Conformità presentata in fase di gara, non risultano riportati i riferimenti all'Organismo Notificato ed il numero di Certificato di Esame UE del Tipo rilasciato, come richiesto dal punto 7) ed 8) dell'Allegato IX del Reg. UE 2016/425. Inoltre la Dichiarazione di Conformità presentata in fase di gara è relativa al prodotto "BRSCVR-001" è stata presentata ex post.</p> <p>2) Il Certificato di Esame UE al Tipo n. 2163-PPE-1592 presentato in fase di gara è relativo al prodotto "BRSCVR-01". Il Certificato di Esame UE al Tipo (SZU 21 PPE 023) relativo al preprodotto BRSCVR-001 è stato presentato ex post.</p> <p>3) Il Test report trasmesso in fase di gara è riferito al prodotto "BRSCVR-01", quello relativo al prodotto BRSCVR-001 è stato presentato ex post.</p> <p>4) Nella scheda tecnica presentata in fase di gara non sono presenti riferimenti al prodotto "BRSCVR-01" o "BRSCVR-001".</p> <p>5) La nota informativa presentata in fase di gara è relativa al prodotto BRSCVR-01". La nota informativa relativa al prodotto BRSCVR-001" è stata presentata ex post.</p> <p>La documentazione presentata in fase di gara non corrisponde al campione pervenuto. La documentazione che risolve suddette criticità è stata presentata ex post in risposta alla richiesta di chiarimenti.</p>	
2	CAPRI SRL	L1	GAMBALI DPI III CAT.	BRSCVR-001		SI	SI CE2195	SI	SI	SI	SI CE2195	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	IDONEO	<p>1) La nota informativa presentata in fase di gara è riferita al prodotto "BRSCVR-01", anziché "BRSCVR-001" come indicato nella Dichiarazione di Conformità, nel Certificato di Esame UE, nella Scheda Tecnica, nel Test report, sull'etichetta del campione come confermato dall'Operatore Economico. In ogni caso la nota informativa presente sul campione e la risposta al chiarimento richiesto al riguardo superano il refuso rilevato.</p>	
3	DEVICE & TECH SRL	L1	GAMBALI DPI III CAT.	DPCALZ0002-EXT01		SI	SI CE0624	NO	SI	SI	SI CE0624	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NON IDONEO	<p>1) Il prodotto offerto non è conforme alla norma UNI EN 14605 relativa agli indumenti protettivi contro agenti chimici, tipo 3B/4B, come richiesto da Capitolato Tecnico.</p> <p>2) Fra la documentazione presentata in fase di gara non risulta presente la copia conforme dei test report effettuati sul prodotto offerto.</p>	
4	DREAM DISTRIBUTION SRL	L1	GAMBALI DPI III CAT.	ENM-431		NO	SI CE2777	SI	SI	SI	SI CE2777	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NON IDONEO	<p>1) Nella Dichiarazione di Conformità presentata in fase di gara, non risulta riportato il numero di Certificato di Esame UE del Tipo rilasciato, come richiesto dal punto 7) ed 8) dell'Allegato IX del Reg. UE 2016/425.</p>	
5	GAMAN SRL	L1	GAMBALI DPI III CAT.	PB 0065		SI	SI	SI	SI	SI	NO CE2163	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	NON IDONEO	<p>1) La Dichiarazione di conformità, il Certificato di esame UE al Tipo ed il Test report presentati in fase di gara sono riferiti al prodotto "M-PB0065", anziché al prodotto "PB0065" come indicato nella scheda tecnica e sul campione. Da chiarimento, trattasi di refuso che viene accettato. Tuttavia il campione trasmesso è riferito al prodotto "PB0065" ed in etichetta è marcato CE 2163. Il Certificato di Esame UE presentato in fase di gara è relativo all'Organismo Notificato CE 2841. Non abbiamo ricevuto nessun Certificato di Esame riferito all'Organismo Notificato n.2163.</p> <p>2) Il campione pervenuto possiede la soletta antiscivolo cucita, anziché elettrosaldata e/o nastrata come richiesto dal Capitolato Tecnico.</p>	
6	ITALORTOPEDIA SRL	L1	GAMBALI DPI III CAT.	BRSCVR-001		SI	SI CE2195	SI	SI	SI	SI CE2195	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NON IDONEO	<p>1) La scheda tecnica e la "Dichiarazione di assenza di lattice" presentati in fase di gara sono riferiti al prodotto "BRSCVR-01", anziché "BRSCVR-001" come indicato nella Dichiarazione di Conformità, nel Certificato di Esame UE, nel Test report, sull'etichetta del campione e come confermato dall'Operatore Economico. In ogni caso la nota informativa presente sul campione e la risposta al chiarimento richiesto superano i refusi rilevati.</p>	
7	TAU MEDICA SRL	L1	GAMBALI DPI III CAT.	ESBAY 860 (SB000015)		NO	SI CE2163	SI	SI	SI	NV ref. TESAKON 860	NV ref. TESAKON 860	SI	SI	NO	SI	NV ref. TESAKON 860	NV ref. TESAKON 860	NV ref. TESAKON 860	NV ref. TESAKON 860	NV ref. TESAKON 860	NV ref. TESAKON 860	NV ref. TESAKON 860	SI	NV ref. TESAKON 860	NON IDONEO	<p>1) Nella Dichiarazione di Conformità presentata in fase di gara, non è stato riportato il numero di Certificato di Esame UE del Tipo rilasciato, come richiesto dal punto 7) ed 8) dell'Allegato IX del Reg. UE 2016/425.</p> <p>2) Il prodotto non risulta conforme alla Norma EN 14605 come richiesto dal Capitolato Tecnico. Infatti all'interno del Certificato di Esame UE al Tipo trasmesso in fase di gara, tale norma non è elencata.</p> <p>3) E' stato trasmesso campione riferito al prodotto cod./ref.TESAKON 860. anziché cod./ref. ESBAY 860</p>

**ESTAR**

**XXXX/2022 Appalto Specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale per la fornitura di "Gambali monouso DPI III° Categoria per emergenza Covid-19" da destinare alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Toscana - LOTTO 2 - GAMBALI STERILI DPI DI III° CATEGORIA**

N°	DITTE	LOTTO	Oggetto	Prodotto offerto (codice art.)	unità di misura	Verifica Dichiarazione Conformità UE	Verifica Certificati di esame UE al tipo	Verifica Test Report	Verifica Scheda tecnica	Verifica Istruzioni per l'uso-nota informativa	Verifica Marchio CE (su campione)	Verifica etichettatura (su campione)	Conformità Regolamento UE 2016/425	Conformità UNI EN 13688:2013	Conformità UNI EN 14605 Tipo 3B o 4B	Conformità EN 14126:2004	Sterili / Monouso	Idrorepellenti	Traspirabilità	Anallergici	Inodore	Antiscivolo	Cuciture termosaldate	Nastri alla caviglia ed elastici	Privi di lattice	Taglia UNICA	Conclusioni Verifica Tecnica e documentale	Note
1	MEDICALT EX SRL	L2	GAMBALI STERILI DPI III CAT.	MDX.002.CL.S.A. (campione MDX.002.CAMAX)	nr	NO	SI (NB0624)	NO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI (Tipo PB 4B)	SI	SI	SI	NO (non specificato)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NON IDONEO	<p>_ Non è presente il riferimento al n° di Certificato d'Esame UE al tipo sulla Dich. conf. CE del Fornitore, come previsto dall'All. IX del Reg. UE 425/2016 (E' presente solamente il n° Ente notificato- NB);</p> <p>_ Non sono presenti tutti i test report relativi al prodotto offerto, come previsto dal Capitolato Tecnico (in particolare, risulta assente il test report n°21RA10187 - 21RA10188 - 21RA17165 mentre risulta presente SOLO report n° 21RA10182 inerente la norma UNI EN 13688);</p> <p>_ L'etichetta del campione di Gara riporta il marchio CE ma il numero dell'Ente Notificato è sbagliato/incompleto (CE 624 anziché CE 0624).</p> <p>_ L'etichetta del campione di Gara riporta il codice prodotto MDX.002.CAMAX mentre la documentazione tecnica presentata si riferisce al codice MDX.002.CLA.S.</p>
2	ONTARIO SRL	L2	GAMBALI STERILI DPI III CAT.	IC0458BWHMS - TYVEK ISOCLEAN DUPONT	nr	NO	SI (NB 0598)	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI (Tipo PB-6B)	SI	NO	NO (non specificato)	NO (non specificato)	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NON IDONEO	<p>_ Il n° di Certificato d'Esame UE al tipo (0120/PPE/210044) riportato nella Dichiarazione di Conformità UK del produttore, non combacia con il n°di Certificato d'Esame UE al tipo presentato in fase di Gara (F118/961461);</p> <p>_ Non sono stati presentati test report relativi al prodotto offerto, come previsto dal Capitolato Tecnico;</p> <p>_ Il prodotto offerto non è presente nella Taglia Unica, come richiesto dal Capitolato Tecnico (è stato presentato campione di Gara per la Taglia LG - taglia ita 48. 5);</p> <p>_ La dichiarazione di assenza al lattice NON esclude la presenza di questo materiale negli elastici e, quindi, non permette di eliminare il rischio di contatto con lo stesso;</p> <p>_ Le cuciture esterne sono "rinforzate / bordate" ma non c'è evidenza che siano termosaldate.</p>
3	TAU MEDICA SRL	L2	GAMBALI STERILI DPI III CAT.	ESBAY 860 PLUS - SB000015-S	nr	NO	SI (NB 2163)	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NON IDONEO	<p>_ Non è presente il riferimento dell'Ente notificato (NB) sulla Dich.di conformità del Fornitore, come previsto dall'All. IX del Reg. UE 425/2016;</p> <p>_ Non è presente il n° di Certificato Esame UE al tipo sulla Dich.di conformità del Fornitore, come previsto dall'All. IX del Reg. UE 425/2016;</p> <p>_ Il nome del prodotto riportato sul Certificato Esame UE al tipo (ESBAY 860) risulta difforme rispetto al codice della variante offerto (ESBAY 860 PLUS);</p> <p>_ Risulta assente la conformità alla norma UNI EN 14605 sul Certificato Esame UE al tipo dell'Ente notificato e relativi Test Report;</p> <p>_ L'etichetta del prodotto riporta il marchio CE tuttavia non è presente il numero / riferimento dell'Ente Notificato (NB).</p>

Pisa, 17/03/2022

**I Membri della Commissione Tecnica**  
 Ing. Giuseppe Caccavelli  
 Dott.ssa Monica Valenziano

LOTTO 3	DITTE	Rif.	Oggetto	unità di misura	Codice prodotto fornitore/ fabbricante	Verifica Scheda Tecnica	Verifica Dichiarazione di Conformità UE	Verifica Certificato di Esame UE al Tipo	Verifica copia conforme di Test Effettuati	Verifica presenza Nota Informativa	Verifica a Latex Free	Taglia Unica	Verifica prodotto monouso e NON sterile	Conformità alla UNI EN 17491-4:2016	Conformità alla UNI EN 13688	Conformità alla UNI EN 14605:2009 Tipo 3B o 4B	Testato per almeno 4-5 Farmaci Antiblastici +Verifica Tempi di permeazione (Linea Guida INAIL)	Antiscivolo	Nastri alla caviglia ed elastici	indrorepellenti, con cuciture termosaldate	Verifica Etichettatura e Marcatura CE	CONCLUSIONE VERIFICA TECNICA
1	MEDICALTEX S.R.L.S	L3	GAMBALI M.U. PER PROTEZ. ANTIBLAST.	nr	MDX.002.CL	SI	SI CE 0624	SI CE 1264220024 - 00 - 00	SI 21RA10182 (presente) 21RA10187 (non presente) 21RA10188 (non presente) 21RA17165 (non presente)	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NON IDONEO
2	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L.	L3	GAMBALI M.U. PER PROTEZ. ANTIBLAST.	nr	NONE27348PXL	SI	SI CE 2797	SI CE 706248	NO	SI	SI	SI (Tg.XL)	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NON IDONEO
3	ONTARIO S.R.L.	L3	GAMBALI M.U. PER PROTEZ. ANTIBLAST.	nr	TYCHEM 2000 C Boot Cover POBA	SI	SI CE 0598	SI FI17/873404	NO	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NON IDONEO

**Note**

\_Nella Dichiarazione di conformità presentata non vi è alcun riferimento al Certificato di esame Ue al Tipo, come richiesto dal Regolamento (UE) 425/2016 Allegato IX;  
\_Dei quattro Rapporti di Prova indicati nel Certificato di esame Ue al Tipo, **non** sono stati presentati tra la documentazione di gara relativa al prodotto offerto, i seguenti rapporti di Prova: 21RA10187; 21RA10188; 21RA17165;  
\_Dichiarazione di assenza lattice non riferita al prodotto presentato, ma ai prodotti MDX.001.CL (RDM1997823) e MDX.001.CS (RDM1997939);  
\_Non risultano evidenze della conformità alla UNI EN 17491-4:2016.

RDM:1405041

\_Test Report: **non** presentati tra la documentazione di gara relativa al prodotto offerto;  
\_Non risultano evidenze della conformità alla UNI EN 17491-4:2016 ed alla UNI EN 13688.

\_Test Report: non presentati tra la documentazione di gara relativa al prodotto offerto;  
\_All'interno della Nota informativa presentata viene dichiarato che i gambali **non** sono stati sottoposti alla prova dell'intera tuta EN ISO 17491-3:2008;  
\_Non risultano evidenze della conformità alla UNI EN 13688.