

ESTAR

**004063/2021 Appalto Specifico per la fornitura di Dispositivi di Protezione delle Vie Respiratorie semi-maschere filtranti (bocca-naso) FFP2-FFP3 da destinare alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Toscana
VALUTAZIONE TECNICA OFFERTE PRESENTATE: LOTTO 1 - SEMIMASCHERA FILTRANTE (BOCCA-NASO) SENZA VALVOLA FFP2 - DPI III CAT.**

LOTTO 1	DITTA	Rif.	Oggetto	unità di misura	Codice prodotto fornitore/fabbricante	Verifica Scheda tecnica	Verifica Dichiarazione Conformità UE	Verifica Certificato di esame UE al tipo	Verifica Istruzioni per l'uso-nata informativa - in lingua italiana	Verifica Test effettuati	Verifica Etichettatura (campione)	Verifica marchio CE + n. id. organismo notificato + Rispondenza al Reg. UE 2016/425	Conformità UNI ENI 149:2009 +A1:2009	Indicazione su DPI "Non Riutilizzabile" (NR) + classe di protezione	Ripiegato e confezionato singolarmente	Anallergici, inodore, privi di lattice	Conclusioni Verifica Tecnica	Note
1	AMADEUS DI LORENZETTI ALESSANDRO	L1	FFP2	nr	WM95 COD. 302/50	SI	NO	SI CE0370	SI	SI	SI	SI CE0370	SI	SI	SI	SI	NON IDONEO	1. Nella Dichiarazione di Conformità viene citato il Certificato di Esame UE n. 0370-4598-PPE/C2, diversamente fra la documentazione di gara è stato presentato il Certificato di Esame UE n.0370-4958-PPE/C2. 2. In fase di gara, non è stato presentato il Certificato di Esame UE al Tipo Modulo B necessario ai sensi dell'art.19 del Reg. UE 2016/425.
2	CAPRI SRL	L1	FFP2	nr	BR1MSK-001	SI	SI	SI CE1463	SI	SI	SI	SI CE1463	SI	SI	SI	SI	IDONEO	1. Il Certificato di Esame UE-Modulo C2 n. CW/PPE/2/06/2021 ha scadenza il 02/06/2022, successiva al termine della presentazione dell'offerta: 05/05/2022. Pertanto, <u>l'aggiudicazione del prodotto potrà avvenire nelle more di presentazione delle Certificazioni valide ed aggiornate.</u>
3	DAMBO SRL	L1	FFP2	nr	SV-130	SI	SI	SI CE2841	SI	SI	SI	SI CE2841	SI	SI	SI	SI	IDONEO	
4	DREAM DISTRIBUTION SRL	L1	FFP2	nr	SV-130	SI	SI	SI CE2841	SI	SI	SI	SI CE2841	SI	SI	SI	SI	IDONEO	
5	EUROSETA FASHION SRL	L1	FFP2	nr	TX-N02	SI	SI	SI CE0370	SI	SI	SI	SI CE0370	SI	SI	SI	SI	IDONEO	1. Il Certificato di Esame UE-Modulo C2 n. 0370-5792-PPE/C ha scadenza il 25/05/2022, successiva al termine della presentazione dell'offerta: 05/05/2022. Pertanto, <u>l'aggiudicazione del prodotto potrà avvenire nelle more di presentazione delle Certificazioni valide ed aggiornate.</u>
6	FISIOSVILUPPI SRL	L1	FFP2	nr	SL2022	SI	SI	SI CE2841	SI	SI	SI	SI CE2841	SI	SI	SI	SI	IDONEO	
7	ITALORTOPEDIA SRL	L1	FFP2	nr	BR1MSK-001	SI	SI	SI CE1463	SI	SI	SI	SI CE1463	SI	SI	SI	SI	IDONEO	1. Il Certificato di Esame UE-Modulo C2 n. CW/PPE/2/06/2021 ha scadenza il 02/06/2022, successiva al termine della presentazione dell'offerta: 05/05/2022. Pertanto, <u>l'aggiudicazione del prodotto potrà avvenire nelle more di presentazione delle Certificazioni valide ed aggiornate.</u>

ESTAR

**004063/2021 Appalto Specifico per la fornitura di Dispositivi di Protezione delle Vie Respiratorie semi-maschere filtranti (bocca-naso) FFP2-FFP3 da destinare alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Toscana
VALUTAZIONE TECNICA OFFERTE PRESENTATE: LOTTO 1 - SEMIMASCHERA FILTRANTE (BOCCA-NASO) SENZA VALVOLA FFP2 - DPI III CAT.**

LOTTO 1	DITTA	Rif.	Oggetto	unità di misura	Codice prodotto fornitore/fabbricante	Verifica Scheda tecnica	Verifica Dichiarazione Conformità UE	Verifica Certificato di esame UE al tipo	Verifica Istruzioni per l'uso-nota informativa - in lingua italiana	Verifica Test effettuati	Verifica Etichettatura (campione)	Verifica marchio CE + n. id. organismo notificato + Rispondenza al Reg. UE 2016/425	Conformità UNI ENI 149:2009 +A1:2009	Indicazione su DPI "Non Riutilizzabile" (NR) + classe di protezione	Ripiegato e confezionato singolarmente	Anallergici, inodore, privi di lattice	Conclusioni Verifica Tecnica	Note
8	LUME IMPORT SRL	L1	FFP2	nr	A1	SI	NO	SI CE0370	SI	SI	SI	SI CE0370	SI	SI	SI	SI	NON IDONEO	1. La Dichiarazione di Conformità presentata in fase di gara non contiene i riferimenti del Certificato di Esame UE del Tipo Modulo B citato e neanche del Modulo C2 citato e rilasciato dall'Organismo Notificato come richiesto dal punto 7 dell'Allegato IX del Reg. UE 2016/425. 2. Il Certificato di Esame UE al Tipo Modulo D presentato in fase di gara non risulta avere alcun riferimento al Certificato di Esame UE al Tipo Modulo B n. 0370-5058-PPE/B presentato in fase di gara, nonchè non risulta presente alcun riferimento al prodotto offerto.
9	MABE SRL	L1	FFP2	nr	SV-130	SI	SI	SI CE2841	SI	SI	SI	SI CE2841	SI	SI	SI	SI	IDONEO	
10	PIZZOCRI SRL	L1	FFP2	nr	HJR-CN99-01	SI	SI	SI CE0598	SI	SI	SI	SI CE0598	SI	SI	SI	SI	IDONEO	

Firenze, li 08/07/2022 Firmato in originale dai Membri della Commissione Tecnica
Ing. Giuseppe Caccavelli
Dott.ssa Maria Matteini