

**OGGETTO: Appalto specifico per la fornitura di carrelli sanitari. Gara n.8503406.  
CHIARIMENTI N.8**

In relazione alla Risposta n. 1 del Chiarimento n. 7, per maggiore chiarezza,

SI PRECISA CHE

il materiale “acciaio verniciato” sarà accettato solo ed esclusivamente con riferimento al carrello ID 1C: Carrello emergenza pediatrica.

Pertanto, in riferimento all’Allegato A del Capitolato tecnico e al prodotto ID 1C: Carrello emergenza pediatrica,

la frase:

“Struttura in acciaio inox o acciaio inox verniciato o materiale plastico o in alluminio”

ed è da considerarsi sostituita dalla seguente:

“Struttura in acciaio verniciato o acciaio inox o acciaio inox verniciato o materiale plastico o in alluminio”

E la frase:

“Piano, ante e frontali dei cassettei in acciaio inox o acciaio inox verniciato o in materiale composito o in alluminio”

ed è da considerarsi sostituita dalla seguente:

“Piano, ante e frontali dei cassettei in acciaio verniciato o acciaio inox o acciaio inox verniciato o in materiale composito o in alluminio”

**DR. ANTONIO RICCO’**  
Direttore  
U.O.C. Beni economici e  
arredi  
Via Aurelia, 335  
55041 Lido di Camaiore (LU)

Grazia Innocenti  
Tel. 0584-6059508  
Fax 0584-6059501  
grazia.innocenti@  
estar.toscana.it

ESTAR  
Sede legale  
Via di San Salvi, 12 - Palazzina 14  
50135 Firenze

<http://www.estar.toscana.it>  
[direzione@estar.toscana.it](mailto:direzione@estar.toscana.it)  
Partita Iva 06485540485