

**OGGETTO: Appalto specifico per la fornitura di carrelli sanitari. Gara n.8503406.  
CHIARIMENTI N. 9**

DOMANDA N. 1

In riferimento alla pagina 23 del Disciplinare Punto C.4) Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali, chiediamo cortesemente di precisare se il modello D che citate è da intendersi il modulo che si chiama Allegato 3 - Dichiarazione accesso agli atti.

RISPOSTA N. 1

Il Modello D – dichiarazione segreti tecnici e commerciali, indicato a pag. 23 del Disciplinare, corrisponde all'Allegato 3 – dichiarazione accesso agli atti, disponibile nello spazio riservato alla gara sulla piattaforma START.

DOMANDA N. 2

**ID 1A (CARRELLO TERAPIA/MEDICAZIONE)**

Struttura: Per Acciaio inox verniciato intendete Acciaio inox AISI 304 verniciato o il semplice Ferro verniciato? Piano, ante, frontali: Per Acciaio inox intendete Acciaio inox AISI 304 o il semplice Ferro?

Le differenze tra Acciaio Inox AISI 304 ed il generico Acciaio Inox (comunemente denominato Ferro e generalmente se l'acciaio non è AISI 304 è inteso come non austenitico...dunque generico Ferro) sono sostanziali sia in termini di sanificazione e corrosione che costo. (L'acciaio inox AISI 304 è notevolmente più appropriato per la sanificazione ma anche più costoso).

Anche per le differenze tra Acciaio Inox AISI 304 e altri materiali quali materiale plastico e alluminio valgono le considerazioni di cui sopra. Noi per scelta etica (miglior sanificazione) utilizziamo solo Acciaio Inossidabile Austenitico (AIS I 304) la pubblicazione scientifica allegata valida le nostre scelte.

Portarifiuti da almeno 8 litri: dato il loro ingombro è poco conveniente installarli sullo stesso lato richiederebbero una profondità del carrello superior alle quote da Voi indicate. Noi suggeriamo un posizionamento differente.

RISPOSTA N. 2

Si confermano le specifiche del Capitolato tecnico e quanto comunicato con i precedenti chiarimenti.

DOMANDA N. 3

**ID 1A (CARRELLO TERAPIA/MEDICAZIONE)**

Il carrello deve essere elettrificato e come tale deve essere un Dispositivo medico Certificato?

RISPOSTA N. 3

Non essendo stato indicato nell'Allegato A del Capitolato tecnico, non sono posti limiti in tal senso.

DOMANDA N. 4

**ID 1B (CARRELLO EMERGENZA)**

Struttura: Per Acciaio inox verniciato intendete Acciaio inox AISI 304 verniciato o il semplice Ferro verniciato? Piano, ante, frontali: Per Acciaio inox intendete Acciaio inox AISI 304 o il semplice Ferro?

Le differenze tra Acciaio Inox AISI 304 ed il generico Acciaio Inox (comunemente denominato Ferro e generalmente se l'acciaio non è AISI 304 è inteso come non austenitico...dunque generico Ferro) sono sostanziali sia in termini di sanificazione

**DR. ANTONIO RICCO'**

Direttore  
U.O.C. Beni economici e  
arredi  
Via Aurelia, 335  
55041 Lido di Camaiore (LU)

Grazia Innocenti  
Tel. 0584-6059508  
Fax 0584-6059501  
grazia.innocenti@  
estar.toscana.it

ESTAR  
Sede legale  
Via di San Salvi, 12 - Palazzina 14  
50135 Firenze

<http://www.estar.toscana.it>  
direzione@estar.toscana.it  
Partita Iva 06485540485

e corrosione che costo. (L'acciaio inox AISI 304 è notevolmente più appropriato per la sanificazione ma anche più costoso).

Anche per le differenze tra Acciaio Inox AISI 304 e altri materiali quali materiale plastico e alluminio valgono le considerazioni di cui sopra. Noi per scelta etica (miglior sanificazione) utilizziamo solo Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304) la pubblicazione scientifica allegata valida le nostre scelte.

Chiedete: dotato di N°5 Cassetti, noi generalmente il carrello per le urgenze lo forniamo con 4 cassette: N° 3 con H 150 mm e N°1 con H 300 (portaflaconi), la soluzione è ottimale ed a regime in molte strutture. Se comunque volete N°5 cassette mantenendo il cassetto H 300 portaflaconi, dovremo conformare il carrello con N°2 cassette H 75, N°2 cassette H 150, N°1 cassetto H 300. Noi suggeriamo la conformazione a 4 cassette.

#### RISPOSTA N. 4

Si confermano le specifiche del Capitolato tecnico e quanto comunicato con i precedenti chiarimenti.

#### DOMANDA N. 5

##### ID 1C (CARRELLO EMERGENZA PEDIATRICA)

Struttura: Per Acciaio inox verniciato intendete Acciaio inox AISI 304 verniciato o il semplice Ferro verniciato? Piano, ante, frontali: Per Acciaio inox intendete Acciaio inox AISI 304 o il semplice Ferro?

Le differenze tra Acciaio Inox AISI 304 ed il generico Acciaio Inox (comunemente denominato Ferro e generalmente se l'acciaio non è AISI 304 è inteso come non austenitico...dunque generico Ferro) sono sostanziali sia in termini di sanificazione e corrosione che costo. (L'acciaio inox AISI 304 è notevolmente più appropriato per la sanificazione ma anche più costoso).

Anche per le differenze tra Acciaio Inox AISI 304 e altri materiali quali materiale plastico e alluminio valgono le considerazioni di cui sopra. Noi per scelta etica (miglior sanificazione) utilizziamo solo Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304) la pubblicazione scientifica allegata valida le nostre scelte.

Suggeriamo un numero di cassette uguale a quello di ID B con colori secondo Vs. richiesta. Questo suggerimento si fonda sul fatto che le procedure di emergenza dovrebbero avere medesimo protocollo, dunque è bene avere carrelli con ugual numero e conformazione di cassette.

#### RISPOSTA N. 5

Si confermano le specifiche del Capitolato tecnico e quanto comunicato con i precedenti chiarimenti.

#### DOMANDA N. 6

##### ID 1D (CARRELLO GIROVISITE)

Struttura: Per Acciaio inox verniciato intendete Acciaio inox AISI 304 verniciato o il semplice Ferro verniciato? Piano, ante, frontali: Per Acciaio inox intendete Acciaio inox AISI 304 o il semplice Ferro?

Le differenze tra Acciaio Inox AISI 304 ed il generico Acciaio Inox (comunemente denominato Ferro e generalmente se l'acciaio non è AISI 304 è inteso come non austenitico...dunque generico Ferro) sono sostanziali sia in termini di sanificazione e corrosione che costo. (L'acciaio inox AISI 304 è notevolmente più appropriato per la sanificazione ma anche più costoso).

Anche per le differenze tra Acciaio Inox AISI 304 e altri materiali quali materiale plastico e alluminio valgono le considerazioni di cui sopra.

**DR. ANTONIO RICCO'**

Direttore

U.O.C. Beni economici e arredi

Via Aurelia, 335

55041 Lido di Camaiore (LU)

Grazia Innocenti

Tel. 0584-6059508

Fax 0584-6059501

grazia.innocenti@

estar.toscana.it

ESTAR

Sede legale

Via di San Salvi, 12 - Palazzina 14  
50135 Firenze

<http://www.estar.toscana.it>

[direzione@estar.toscana.it](mailto:direzione@estar.toscana.it)

Partita Iva 06485540485



**Servizio  
Sanitario  
della  
Toscana**



**DR. ANTONIO RICCO'**  
Direttore  
U.O.C. Beni economici e  
arredi  
Via Aurelia, 335  
55041 Lido di Camaiore (LU)

Grazia Innocenti  
Tel. 0584-6059508  
Fax 0584-6059501  
grazia.innocenti@  
estar.toscana.it

ESTAR  
Sede legale  
Via di San Salvi, 12 - Palazzina 14  
50135 Firenze

<http://www.estar.toscana.it>  
direzione@estar.toscana.it  
Partita Iva 06485540485

#### RISPOSTA N. 6

Si confermano le specifiche del Capitolato tecnico e quanto comunicato con i precedenti chiarimenti.

#### DOMANDA N. 7

ID 1D (CARRELLO GIROVISITE)

Cartelle di che materiale? Devono essere comprese?

#### RISPOSTA N. 7

Le cartelle non sono comprese nella dotazione minima del carrello.

#### DOMANDA N. 8

ID 1E (CARRELLO IN ACCIAIO A DUE PIANI CON 2 CASSETTI)

Struttura: Per Acciaio inox intendete Acciaio inox AISI 304 o il semplice Ferro verniciato? Vassoi: Per Acciaio inox intendete Acciaio inox AISI 304 o il semplice Ferro? Cassetti: In acciaio Inox AISI 304 o semplice ferro?

Le differenze tra Acciaio Inox AISI 304 ed il generico Acciaio Inox (comunemente denominato Ferro e generalmente se l'acciaio non è AISI 304 è inteso come non austenitico...dunque generico Ferro) sono sostanziali sia in termini di sanificazione e corrosione che costo. (L'acciaio inox AISI 304 è notevolmente più appropriato per la sanificazione ma anche più costoso).

Anche per le differenze tra Acciaio Inox AISI 304 e altri materiali quali materiale plastico e alluminio valgono le considerazioni di cui sopra. Noi per scelta etica (miglior sanificazione) utilizziamo solo Acciaio Inossidabile Austenitico (AIS 304) la pubblicazione scientifica allegata valida le nostre scelte.

#### RISPOSTA N. 8

Si confermano le specifiche del Capitolato tecnico e quanto comunicato con i precedenti chiarimenti.

#### DOMANDA N. 9

ID 1F (CARRELLO IN ACCIAIO A DUE PIANI)

Struttura: Per Acciaio inox verniciato intendete Acciaio inox AISI 304 verniciato o il semplice Ferro verniciato? Vassoi: Per Acciaio inox intendete Acciaio inox AISI 304 o il semplice Ferro?

Le differenze tra Acciaio Inox AISI 304 ed il generico Acciaio Inox (comunemente denominato Ferro e generalmente se l'acciaio non è AISI 304 è inteso come non austenitico...dunque generico Ferro) sono sostanziali sia in termini di sanificazione e corrosione che costo. (L'acciaio inox AISI 304 è notevolmente più appropriato per la sanificazione ma anche più costoso).

Anche per le differenze tra Acciaio Inox AISI 304 e altri materiali quali materiale plastico e alluminio valgono le considerazioni di cui sopra. Noi per scelta etica (miglior sanificazione) utilizziamo solo Acciaio Inossidabile Austenitico (AIS 304) la pubblicazione scientifica allegata valida le nostre scelte.

#### RISPOSTA N. 9

Si confermano le specifiche del Capitolato tecnico e quanto comunicato con i precedenti chiarimenti.

#### DOMANDA N. 10

LOTTO N. 2 - ID 2A (CARRELLO GIROVISITE PORTA PC PORTATILE)

Struttura: Per Acciaio inox verniciato intendete Acciaio inox AISI 304 verniciato o il semplice Ferro verniciato?

Le differenze tra Acciaio Inox AISI 304 ed il generico Acciaio Inox (comunemente denominato Ferro e generalmente se l'acciaio non è AISI 304 è inteso come non

austenitico...dunque generico Ferro) sono sostanziali sia in termini di sanificazione e corrosione che costo. (L'acciaio inox AISI 304 è notevolmente più appropriato per la sanificazione ma anche più costoso).

Anche per le differenze tra Acciaio Inox AISI 304 e altri materiali quali materiale plastico e alluminio valgono le considerazioni di cui sopra.

Noi per scelta etica (miglior sanificazione) utilizziamo solo Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304) la pubblicazione scientifica allegata valida le nostre scelte.

#### RISPOSTA N. 10

Si confermano le specifiche del Capitolato tecnico e quanto comunicato con i precedenti chiarimenti.

#### DOMANDA N. 11

LOTTO N. 2 - ID 2A (CARRELLO GIROVISITE PORTA PC PORTATILE)

Chiedete Altezza Variabile: definite cosa deve variare... piano di appoggio PC, porta Monitor.....e con quale tecnologia deve variare l'altezza? (motore elettrico.....manuale...)

#### RISPOSTA N. 11

Si confermano le specifiche del Capitolato tecnico e quanto comunicato con i precedenti chiarimenti.

#### DOMANDA N. 12

LOTTO N. 2 - ID 2A (CARRELLO GIROVISITE PORTA PC PORTATILE)

Il carrello deve essere elettrificato e come tale deve essere un Dispositivo medico Certificato?

#### RISPOSTA N. 12

Non essendo stato indicato nell'Allegato A del Capitolato tecnico, non sono posti limiti in tal senso.

#### DOMANDA N. 13

Facilità di Sanificazione: riteniamo che la miglior sanificabilità dei dispositivi, meriti maggior attenzione e premialità dal punto di vista dei punteggi. L'emergenza SarsCovid in Corso e comunque le ultime direttive europee in materia di sanificabilità e riduzione delle cariche batteriche pongono questo aspetto come primario. Pertanto, chiediamo un'attribuzione di punteggio più congruo rispetto ad altre caratteristiche.

#### RISPOSTA N. 13

Si conferma quanto previsto dalla documentazione di gara.

#### DOMANDA N. 14

Guide su cui scorrono i cassette: data l'importanza tecnologica e l'influenza sui costi e prezzi chiediamo di attribuire un punteggio al materiale con cui sono realizzate le guide. Guide in Ferro Vs. Guide in Acciaio Inox AISI 304. Ovviamente le guide in Acciaio Inox AISI 304 hanno un valore molto più elevato rispetto alle guide in Acciaio Inox non AISI 304 (Ferro)

#### RISPOSTA N. 14

Si conferma quanto previsto dalla documentazione di gara.

#### DOMANDA N. 15

NON è citato il criterio con cui peserete la QUALITA' TECNOLOGICA rispetto al PREZZO. Questo criterio è fondamentale. Riteniamo che Il criterio di aggiudicazione debba essere impostato in modo tale che la qualità intrinseca dei dispositivi sia prevalente rispetto ai prezzi.

#### RISPOSTA N. 15

Si conferma quanto previsto dalla documentazione di gara.

**DR. ANTONIO RICCO'**

Direttore

U.O.C. Beni economici e  
arredi

Via Aurelia, 335

55041 Lido di Camaiore (LU)

Grazia Innocenti

Tel. 0584-6059508

Fax 0584-6059501

grazia.innocenti@

estar.toscana.it

ESTAR

Sede legale

Via di San Salvi, 12 - Palazzina 14  
50135 Firenze

<http://www.estar.toscana.it>

[direzione@estar.toscana.it](mailto:direzione@estar.toscana.it)

Partita Iva 06485540485

**DR. ANTONIO RICCO'**  
Direttore  
U.O.C. Beni economici e  
arredi  
Via Aurelia, 335  
55041 Lido di Camaiore (LU)

Grazia Innocenti  
Tel. 0584-6059508  
Fax 0584-6059501  
grazia.innocenti@  
estar.toscana.it

ESTAR  
Sede legale  
Via di San Salvi, 12 - Palazzina 14  
50135 Firenze

<http://www.estar.toscana.it>  
[direzione@estar.toscana.it](mailto:direzione@estar.toscana.it)  
Partita Iva 06485540485

#### DOMANDA N. 16

Dal punto di vista dell'attribuzione dei punteggi qualitativi ritenete una caratteristica migliorativa l'impiego dell'Acciaio Inossidabile Austenitico AISI 304 per la realizzazione delle parti strutturali e/o sensibili (guide incluse) (ruote e paracolpi esclusi)?

#### RISPOSTA N. 16

L'impiego dell'acciaio AISI 304 quale materiale di realizzazione dei carrelli sarà accettato e sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice di gara.

#### DOMANDA N. 17

Per il carrello Emergenza Pediatrica a 9 cassetti, è possibile offrire un carrello con altezza di cm 117?

#### RISPOSTA N. 17

*ID 1C: Carrello emergenza pediatrica*

Si confermano le specifiche del Capitolato tecnico, ricordando che l'Allegato A del Capitolato tecnico, prevede il seguente requisito minimo: *“Altezza del piano di lavoro ricompresa tra 95 e 110 cm, comprese le ruote”*