

FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE MONOUSO NON STERILI (CND T0206) E MASCHERINE TRASPARENTI

Appalto Specifico

Chiarimento n. 4

Domanda 1)

È possibile partecipare al Lotto 1 (Mascherine chirurgiche con elastici - TIPO II) offrendo mascherine chirurgiche con elastici auricolari - TIPO IIR?

Risposta 1)

No, non è possibile offrire le mascherine chirurgiche di TIPO IIR per il lotto 1.