

FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE MONOUSO NON STERILI (CND T0206) E MASCHERINE TRASPARENTI

Appalto Specifico

Chiarimento n. 1

Domanda 1)

In merito ai requisiti richiesti per la mascherine richiedete che debbano avere la ISO 10993, è pena l'esclusione qualora non ne siamo in possesso? Oppure è preferibile?

Risposta 1)

Il requisito ISO 10993, indicato in capitolato come requisito generale per tutti i lotti, è a pena d'esclusione.