

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO*

N° 864 del 20/06/2023

Pubblicata all'albo pretorio il 21/06/2023

**Il Direttore del Dipartimento
DIPARTIMENTO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**

adotta il seguente atto avente ad oggetto:

Oggetto: AGGIUDICAZIONE APPALTO SPECIFICO NELL' AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI, PER LA "FORNITURA IN ACQUISTO DI UN SISTEMA PER LA STIMOLAZIONE TRANSCRANICA RIPETITIVA E NAVIGAZIONE TMS PER TRATTAMENTO TERAPEUTICO DELLE DIPENDENZE, DEPRESSIONE E DOC, DESTINATO ALL' AREA DIPENDENZE DELLA AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST - CIG: 9561936734	
Struttura Proponente: UOC GARE STRATEGICHE	
Direttore del dipartimento: Torrico Paolo Gennaro	
Dirigente: Paolo Gennaro Torrico	
Responsabile del Procedimento: Manetti Cinzia	
Proposta di determina: 1669	Del: 19/06/2023
Hash documento proposta formato .pdf (SHA256): e61cdd773450ffe5ac582b230f0f66843b3aa13e6f05f59321b7c61a90cfd202	
Hash documento proposta formato .p7m (SHA256): 7b2ad31cab073513e653fdf809a4364e994c36cef4468635aab56eed3a09ad75	

Il Direttore del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 502/92 e s.m.i. e la Legge Regionale n. 40 del 24.02.2005 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale, così come modificata dalle successive Leggi Regionali n. 26/2014 e n. 86/2014;
- gli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001 che delineano le modalità con le quali la pubblica amministrazione attribuisce i compiti ai dirigenti attraverso la delega di funzioni
- la L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i., artt.100 e ss., di istituzione e funzionamento dell'Ente unico di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale (ESTAR) che, dal 1° Gennaio 2015, subentra ai tre ESTAV del SSR, con successione a titolo universale dei rapporti e riallocazione delle effettive risorse umane e strumentali;
- la legge 120/2020 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
- il D.L. n. 77 del 31.05.2021, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

Preso atto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 17/02/2023 di nomina del Dr. Massimo Braganti come Direttore Generale di Estar e della successiva sottoscrizione, con decorrenza dal 27/02/2023, del contratto di diritto privato con il Presidente della Giunta Regionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005, per la durata di tre anni;

Richiamata la Deliberazione n. 141 del 30/03/2023 con la quale è stato nominato il Direttore Amministrativo di Estar, con decorrenza dal 1/04/2023, nella persona del Dr. Daniele Testi;

Richiamate le seguenti Deliberazioni del Direttore Generale ESTAR:

- n. 313/2018 di "Revisione del Regolamento generale di organizzazione di ESTAR";
- n. 374/2018 con cui si è proceduto al conferimento, con decorrenza 01/12/2018, degli incarichi di direzione di Sezione territoriale, di Dipartimento, di Area e di Struttura complessa e n. 378/2018 con cui sono stati conferiti, con pari decorrenza, gli incarichi di direzione di struttura semplice e gli incarichi dirigenziali professionali;
- n. 382/2018 avente ad oggetto "Revisione Sistema deleghe dirigenziali" con la quale, alla luce del nuovo assetto organizzativo, sono state conferite le deleghe dirigenziali con decorrenza 01/12/2018";
- n. 458/2020 relativa a "Regolamento Attività Contrattuale di ESTAR – Aggiornamento e Riedizione 2020", così come aggiornato con deliberazione n. 499 del 04/10/2021
- n. 526/2020 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore della UOC Gare Strategiche al Dr. Paolo Gennaro Torrico a far data dal 01/12/2020;
- n°214 del 12/05/2022 di "Revisione del Regolamento generale di organizzazione di ESTAR";
- n°109 del 27/02/2023, di presa d'atto del Decreto del Presidente della Giunta regionale Toscana n. 33 del 17/02/2023 di nomina del Direttore Generale di ESTAR nella persona del Dr. Massimo Braganti che conferma, fino a nuove determinazioni, il sistema delle deleghe dirigenziali attualmente vigenti;

Richiamate inoltre le seguenti procedure aziendali ed istruzioni operative, per quanto applicabili al presente procedimento:

- PA 2/2015 rev02 (Delibere e Determine di indizione - controlli ed attestazioni);
- PA 5/2015 (Atti standard, così come aggiornati – con particolare riferimento al Disciplinare di gara e al Capitolato normativo – dall'UOC Audit e Compliance);
- PA 4/2016 rev02 (Nomina commissioni giudicatrici e collegi tecnici);
- PA 3/2017(Determine di aggiudicazione - controlli e attestazioni);
- PA 7/2017 (Quantificazione fabbisogni e acquisizione coperture economiche per le procedure ABS);
- PA 11/2017 (Iter di gestione della gara);
- IO/ABS/1/2017 (Compliance Procedurale e Normativa controllo atti di aggiudicazione);
- IO/ABS/2/2017 (Consultazioni preliminari di mercato);
- PA 57/2018 (Procedura Controlli art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e contratti di gare SDA);

Richiamati infine i seguenti provvedimenti:

- Deliberazione del Direttore Generale n. 534 del 23/12/2022, esecutiva a termini di legge, con la quale è stato indetto un Appalto Specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione apparecchiature elettromedicali, per la "Fornitura in acquisto di un sistema per la stimolazione transcranica ripetitiva e navigazione TMS per trattamento terapeutico delle dipendenze, depressione e doc, destinato all'area dipendenze della Azienda USL Toscana Nord Ovest" - CIG: 9561936734 - per un importo a base d'asta di € 133.000,00 oneri fiscali esclusi con oneri di interferenza pari a 0,00 ed un importo del quadro economico complessivo di € 147.090,00 (IVA esclusa);
- Determinazione del Direttore UOC Gare Strategiche n. 128 del 31/01/2023 con la quale è stata disposta l'ammissione al prosieguo della gara delle ditte concorrenti EMS S.r.l. e EB Neuro S.p.a che avevano presentato offerta entro il termine stabilito dal bando di gara ed in possesso dei requisiti previsti;
- Determinazione del Direttore UOC Gare Strategiche n. 249 del 23/02/2023. di nomina della Commissione Giudicatrice;

Dato atto che, come evidenziato nella citata deliberazione n. 534 del 23/12/2022 di indizione della procedura in oggetto e nei relativi atti di gara, le sedute di apertura della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica ed economica sono state svolte in modalità riservata trattandosi di procedura di gara interamente telematica;

Dato atto altresì che della seduta riservata di apertura dell'offerta economica è stata data specifica comunicazione alle ditte concorrenti in data 05/06/2023, pubblicando altresì tale comunicazione sulla piattaforma telematica nel dettaglio della procedura;

Visti i seguenti Verbali di gara, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali:

- *Verbale n. 1 della seduta del 26/01/2023* di apertura documentazione amministrativa e *Verbale n. 2 della seduta del 30/01/2023* del procedimento del soccorso istruttorio, (**Allegato n. 1**);
- *Verbale n. 3 della seduta del 06/03/2023* di presa d'atto dell'accettazione dell'incarico da parte dei componenti la Commissione Giudicatrice e apertura della documentazione tecnica (**Allegato n. 2**);

Dato atto che in data 11/04/2023 e 13/04/2023, si sono svolte le prove visioni delle apparecchiature offerte, dalle Ditte partecipanti alla gara, come da verbali sottoscritti e conservati in atti.

- *Verbale n. 4 del 07/06/2023* (**Allegato n. 3**) relativo alla seduta di apertura delle offerte economiche con allegata la Relazione Tecnica della Commissione Giudicatrice (Prot. n. 27421 del 19/05/2023) (contenente la valutazione ed il punteggio tecnico assegnato), dal quale risulta che:
 - la documentazione tecnica della ditta E.M.S. S.r.l. risulta essere NON CONFORME in quanto ha presentato una configurazione che non risponde alle caratteristiche minime richieste dal Capitolato Tecnico di gara, e pertanto non è ammessa alla fase di apertura delle buste contenenti le offerte economiche;
 - la Ditta EB Neuro ha presentato l'offerta in linea con quanto richiesto dagli atti di gara e come di seguito riportato:

ditta	Importo offerto	Ribasso % su base d'asta (€ 100.000,00)	Punti prezzo	Punti qualità (riparam.)	Punti totale	Class.
EB NEURO S.p.a.	€ 71.899,80	45,94%	30	70	100	1^
E.M.S. S.r.l.	-----	-----	-----	Non idoneo	-----	-----

Vista la verifica effettuata dalla Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. anche sull'offerta economica, sulla base della documentazione prodotta dalla stessa EB Neuro S.p.a secondo la quale l'offerta risulta completa ed esauriente in quanto descrive in modo dettagliato ed esaustivo la composizione dell'offerta economica (che è in linea con l'offerta tecnica), comprensiva di quanto espressamente richiesto dagli atti di gara, con indicazione puntuale degli oneri di sicurezza e della manodopera e quindi ammissibile (Verbale n. 5 del 19/06/2023 (**Allegato n. 4**), parte integrante e sostanziale del presente atto);

Viste le risultanze formalizzate nei sopraccitati verbali parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ricordato che il C.I.G. (Codice Identificativo della Gara) della procedura in argomento è il n. 9561936734 sulla base del quale verrà acquisito il corrispondente “CIG DERIVATO”, da riportare nei pagamenti relativi all’esecuzione del successivo contratto specifico;

Ritenuto di aggiudicare alla ditta EB NEURO S.p.A. l’Appalto Specifico nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione apparecchiature elettromedicali, per la “Fornitura in acquisto di un sistema per la stimolazione transcranica ripetitiva e navigazione TMS per trattamento terapeutico delle dipendenze, depressione e doc, destinato all’Area dipendenze della Azienda USL Toscana Nord Ovest - CIG: 9561936734, che ha presentato un’offerta di importo pari a € **71.899,80** oltre oneri fiscali, registrando un ribasso del 45,94 sull’importo posto a base di gara pari ad Euro 133.000,00, secondo il dettaglio di cui all’offerta della stessa ditta, Allegato n. 5 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che per la fornitura in acquisto del sistema per la stimolazione transcranica ripetitiva e navigazione TMS per trattamento terapeutico delle dipendenze, depressione e doc destinato all’area dipendenze della Azienda USL Toscana Nord Ovest è stato individuato un **Quadro economico: € 147.090,00** oltre oneri fiscali, qualificato quale importo massimo e complessivo comprendente opzioni/modifiche ex art. 106 del D.lgs. n. 50/2016, come indicato negli atti di gara;

Preso atto che, per la fornitura in argomento, come evidenziato nella Determinazione a contrarre n. 534 del 23/12/2022, l’AUSL Toscana Nord Ovest ha provveduto ad assicurare la relativa copertura economica come da nota del 05/05/2022 del Direttore UOC Supporto amministrativo adempimenti e contratti pubblici del 05/05/2022, depositata agli atti, e che, nel caso di eventuali e successivi integrazioni, già considerati nel quadro economico, come stabilito ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e riportato nel citato atto di indizione, l’Ufficio competente provvederà, se del caso, a richiedere l’integrazione della copertura di spesa al fine di poter attivare le opzioni previste;

Atteso che l’AUSL Toscana Nord Ovest, destinataria della fornitura, stipulerà il contratto e gestirà il relativo rapporto con il Fornitore attraverso modalità e condizioni previste nel Capitolato Normativo e Tecnico prestazionale, con decorrenza dal collaudo positivo dell’apparecchiatura sottoscritto dal Responsabile dell’esecuzione del contratto (R.E.S.) e dall’aggiudicatario;

Dato atto che il Responsabile dell’esecuzione del contratto (R.E.S.), sarà individuato l’AUSL Toscana Nord Ovest all’interno delle strutture competenti alla gestione esecutiva del contratto (e per quanto di competenza, dal RES individuato dal Dipartimento Logistica di ESTAR) con funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto che procederà all’emissione degli ordinativi della fornitura;

Dato atto che la sopra menzionata documentazione è conservata in atti c/o l’UOC Gare Strategiche del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi di ESTAR;

Ritenuto di dotare il presente atto dell’immediata eseguibilità, attesa l’urgenza di consentire l’AUSL Toscana Nord Ovest destinataria della fornitura, di acquisire, una volta esperiti da parte di ESTAR i controlli previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (peraltro, già avviati) e sottoscritto da parte della stessa AUSL Toscana Nord Ovest il relativo contratto con la ditta affidataria, l’apparecchio in tempi rapidi, fatto salvo quanto previsto all’art.32 comma 13 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto che la presente aggiudicazione viene disposta con le riserve di legge e quindi salvo buon esito delle previste verifiche e dei prescritti accertamenti;

Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/90 e dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, delle Linee Guida ANAC n. 3/2016 e dell’art. 17 del DPGRT 7/R/2018 del 13/02/2018, è la D.ssa Cinzia Manetti, che attesta la completezza e la legittimità procedurale di cui al presente atto e la relativa regolarità procedurale;

Considerato altresì che il Dr. Paolo Gennaro Torrico, in qualità di Direttore del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi, attesta che la procedura di cui al presente provvedimento è coerente con le linee strategiche dell’Ente, e:

- A) non produce duplicazioni o frazionamenti artificiali di rapporti contrattuali a livello regionale/di area vasta/interaziendale;
- B) non si sovrappone ad analoghe iniziative di Consip S.p.A. o di altri soggetti aggregatori che, in base ai parametri tecnico economici del servizio o fornitura evidenziati in sede istruttoria tecnica, potrebbero efficacemente rispondere alle esigenze perseguite con la presente indizione;
- C) è conforme con gli obiettivi di performance del Dipartimento;

Evidenziato infine, che il Responsabile del Procedimento, nonché il Direttore del Dipartimento Acquisti di Beni e Servizi, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiarano sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che, in relazione alla presente procedura di appalto non si trovano in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35bis del D.Lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interessi di cui agli artt. 6 Bis della L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/2013 ed all'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;

Con il parere di conformità della UOC Audit e Compliance, ai sensi delle procedure interne (PA/03/2017);

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in narrativa, che qui espressamente si richiama:

1. Di approvare le risultanze di gara, così come formalizzate nei verbali di gara di cui agli Allegati da 1 a 4, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. Di escludere la ditta E.M.S. S.r.l., non ammessa dalla Commissione alla fase di apertura delle offerte economiche, così come si evince dal verbale n. 4 (allegato n. 3) e in parte narrativa in quanto ha presentato una configurazione non conforme alle caratteristiche minime richieste dal Capitolato Tecnico di gara ed all'obiettivo dell'appalto;
3. Di aggiudicare alla ditta EB NEURO S.p.a. l'Appalto Specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione apparecchiature elettromedicali, per la "Fornitura in acquisto di un sistema per la stimolazione transcranica ripetitiva e navigazione TMS per trattamento terapeutico delle dipendenze, depressione e doc, destinato all'area dipendenze della Azienda USL Toscana Nord Ovest" - CIG: 9561936734 per un importo di **€ 71.899,80** IVA esclusa oltre oneri fiscali (secondo il dettaglio di cui all'Allegato n.5 al presente provvedimento) e che il suddetto importo, comprensivo di IVA, pari ai **€ 87.717,75**, troverà rilevazione nei pertinenti conti patrimoniali del Bilancio dell'AUSL Toscana Nord Ovest, come da nota del Direttore UOC Supporto amministrativo adempimenti e contratti pubblici del 05/05/2022, depositata agli atti, confermando altresì il valore del quadro economico contrattuale comprensivo di opzioni ex art. 106 del D. Lgs 50/2016 pari ad **€ 133.000,00** che potranno essere attivate dall'Azienda Sanitaria contraente ai sensi del Capitolato Normativo;
4. Di pubblicare l'esito della gara in versione integrale sul "profilo di committente" della Stazione Appaltante, sulla piattaforma "Start", Sistema informativo telematico della Regione Toscana SITAT SA e sul Sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 6/04/2001 in applicazione degli adempimenti in materia di trasparenza, previsti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di consentire all'Azienda USL Toscana Nord Ovest, destinataria della fornitura, di acquisire, una volta esperiti da parte di ESTAR i controlli previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (peraltro, già avviati) e sottoscritto da parte della stessa azienda sanitaria il relativo contratto con la ditta affidataria, l'apparecchio in tempi rapidi, fatto salvo quanto previsto all'art.32 comma 13 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
6. Di rimandare l'individuazione i R.E.S. (Responsabili dell'Esecuzione) all'interno delle strutture dell'Ente competenti alla gestione esecutiva del contratto (e per quanto di competenza, dal RES individuato dal Dipartimento Logistica di ESTAR), con funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, che dovranno essere comunicati al RUP;

7. Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, Legge Regionale n. 40 del 24.02.2005 e all'albo di pubblicità agli atti di questo ESTAR, nonché all'Ente destinatario della fornitura per gli adempimenti di competenza.

Il Direttore Dipartimento
Acquisizione Beni e Servizi
Dr. Paolo Gennaro Torrico

**APPALTO SPECIFICO, NELL'AMBITO DELLO SDA APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ED. 2022-2026,
FORNITURA IN ACQUISTO DI N. 1 SISTEMA DI STIMOLAZIONE TRASCANICA RIPETITIVA E NAVIGAZIONE TMS PER
TRATTAMENTO TERAPEUTICO DELLE DIPENDENZE, DEPRESSIONE E DOC, DESTINATO ALL' AREA DIPENDENZE DELLA
AUSL TOSCANA NORD OVEST**

VERBALEN.1 - APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Stazione appaltante	ESTAR
Tipologia della procedura	A.S. SDA, per la fornitura in acquisto di n. 1 sistema di stimolazione trascranica ripetitiva e navigazione TMS per trattamento terapeutico delle dipendenze, depressione e doc, destinato all' Area dipendenze della AUSL Toscana Nord Ovest CIG: 9561936734
Deliberazione di indizione	n. 534 del 23/12/2022
Criterio di Aggiudicazione	Offerta Economicamente più vantaggiosa ex art.95 D.Lgs. n. 50/2016
Base d'Asta dell'Appalto Specifico	€ 133.000,00 - IVA esclusa, di cui costi presunti della manodopera: € 2.660,00 Costi di interferenza non ricompresi negli importi di cui sopra e stimati nel DUVRI ricognitivo da specificarsi nel contratto stipulato tra Azienda e Fornitore: € 4.090,00 (zero)
Responsabile Unico del Procedimento	Cinzia Manetti

Il giorno 26 gennaio 2023, alle ore 11:50, in modalità di Videoconferenza sulla Piattaforma CISCO WEBEX, si svolgono, in seduta riservata, ai sensi del disciplinare di gara, le attività di apertura della documentazione amministrativa della procedura in oggetto indicata.

Il Seggio di gara è composto dalla sig. Cinzia Manetti, RUP di gara e Presidente del Seggio di gara, e dalla sig.ra Barbara Quaranta, segretario verbalizzante.

Viene dato atto che:

- la procedura in parola è stata indetta con deliberazione del Direttore Generale di ESTAR n. 534 del 23/12/2022 ed è stata pubblicata in data 28/12/2022 sulla piattaforma di gara telematica <https://start.toscana.it>, con scadenza prevista per la presentazione delle offerte fissata per il 25/01/2023 alle ore 13:00;
- nel prescritto termine sopra richiamato, sono state inserite sulla citata piattaforma telematica, le buste elettroniche contenenti le offerte dei seguenti concorrenti:
 - E.M.S. S.r.l.;
 - EBNEURO SPA
- la seduta odierna concernerà la prima fase della procedura di gara, vale a dire, l'apertura delle offerte pervenute nei termini previsti, al fine di ammettere al prosieguo del procedimento i concorrenti che avranno inviato, nei modi tassativamente stabiliti dal disciplinare di gara, la documentazione amministrativa richiesta.

Si procede, quindi, all'apertura dei file contenenti la documentazione amministrativa prodotta dalle Ditte offerenti, per riscontrarne la completezza e regolarità, applicando eventualmente l'istituto del soccorso istruttorio.

Dall'esame della documentazione presentata si rileva quanto segue:

- la Ditta EB NEURO SPA ha presentato tutta la documentazione richiesta, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.

Con riferimento alle dichiarazioni rese in gara, non si rilevano aggiornamenti rispetto a quanto dichiarato in sede di abilitazione allo SDA ed. 2022 – 2026 Apparecchiature Elettromedicali.

- per la Ditta EMS S.r.l. si rileva che nel DGUE prodotto:
 - non ha debitamente compilato il punto 2 Sez. C pag. 8 relativo alla dichiarazione circa la violazione di cui all'art. 80, comma 5, lett. e) del D.Lgs 50/2016;
 - non ha debitamente compilato il punto Parte IV Criteri di selezione relativo alla dichiarazione circa il soddisfacimento dei criteri di selezione richiesti.
 - La restante documentazione è conforme a quanto previsto nel disciplinare di gara.

Con riferimento alle dichiarazioni rese in gara, non si rilevano aggiornamenti rispetto a quanto dichiarato in sede di abilitazione allo SDA ed 2022 – 2026 Apparecchiature Elettromedicali e comunque i fatti dichiarati risalgono al 2019 e pertanto non sono rilevanti così come previsto dall'art. 80 comma 10 bis del D. Lgs. 50/2016.

La EB NEURO SPA è ammessa al prosieguo della gara, la Ditta EMS Srl è ammessa con riserva e si procederà ad attivare il procedimento del soccorso istruttorio in applicazione degli artt nn. 14.1 e 9 del Disciplinare di gara e dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., richiedendo la compilazione del DGUE nelle parti mancanti come sopra dettagliato, entro i termini previsti.

L'ammissione dei concorrenti al prosieguo sarà disposta con apposito atto che sarà partecipato agli stessi a mezzo piattaforma <https://start.toscana.it> e pubblicato sulla stessa piattaforma, nonché nell'Albo aziendale.

Alle ore 13:35 la seduta viene chiusa, rinviando le ulteriori operazioni di gara alla successiva seduta riservata di apertura della Documentazione Tecnica.

Il presente verbale di n.2 (due) pagine, redatto in unico originale, viene acquisito agli atti.

F.to Cinzia Manetti – Presidente Seggio di gara

F.to Barbara Quaranta – Segretario Verbalizzante

**APPALTO SPECIFICO, NELL'AMBITO DELLO SDA APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ED. 2022-2026,
FORNITURA IN ACQUISTO DI N. 1 SISTEMA DI STIMOLAZIONE TRASCANICA RIPETITIVA E NAVIGAZIONE TMS PER
TRATTAMENTO TERAPEUTICO DELLE DIPENDENZE, DEPRESSIONE E DOC, DESTINATO ALL' AREA DIPENDENZE DELLA
AUSL TOSCANA NORD OVEST**

VERBALE N.2 - Verifica Procedimento Soccorso Istruttorio/Documentazione Richiesta

Stazione appaltante	ESTAR
Tipologia della procedura	A.S. SDA, per la fornitura in acquisto di n. 1 sistema di stimolazione trascranica ripetitiva e navigazione TMS per trattamento terapeutico delle dipendenze, depressione e doc, destinato all' Area dipendenze della AUSL Toscana Nord Ovest CIG: 9561936734
Deliberazione di indizione	n. 534 del 23/12/2022
Criterio di Aggiudicazione	Offerta Economicamente più vantaggiosa ex art.95 D.Lgs. n. 50/2016
Base d'Asta dell'Appalto Specifico	€ 133.000,00 - IVA esclusa, di cui costi presunti della manodopera: € 2.660,00 Costi di interferenza non ricompresi negli importi di cui sopra e stimati nel DUVRI ricognitivo da specificarsi nel contratto stipulato tra Azienda e Fornitore: € 4.090,00 (zero)
Responsabile Unico del Procedimento	Cinzia Manetti

Il giorno 30 gennaio 2022, dalle ore 10:00, si svolgono in modalità telematica le attività di verifica del procedimento di soccorso istruttorio/riciesta di documentazione amministrativa per la procedura in oggetto indicata.

È presente il Seggio di Gara, composto da Cinzia Manetti, RUP di gara e Barbara Quaranta, segretario verbalizzante.

Come da verbale n. 1 del 26/01/2023 relativo alla seduta per l'apertura della documentazione amministrativa, si dà atto che hanno presentato offerta la Ditta EB NEURO SPA e la Ditta EMS Srl.

La Ditta EB Neuro Spa ha presentato tutta la documentazione richiesta, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara, mentre la di Ditta EMS Srl ha presentato il DGUE mancante delle dichiarazioni relative all'art. 80, comma 5, lett. e) del D.Lgs n. 50/2016 e della dichiarazione di cui alla Parte IV Criteri di selezione.

In applicazione dell'articolo n.11 del disciplinare di gara e dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con nota del 27/01/2022, trasmessa a mezzo piattaforma Start è stato richiesto alla ditta EMS S.r.l., di produrre entro i termini previsti, le dichiarazioni sopra citate al documento DGUE.

Si dà quindi atto che a stretto giro in data 27/01/2023, la ditta EMS S.r.l. ha prodotto le integrazioni alla documentazione richiesta.

Stante quanto sopra esposto e richiamato anche il verbale n.1, il concorrente può essere ammesso al prosieguo della procedura.

L'ammissione per entrambe le Ditte offerenti sarà disposta con apposito atto che sarà partecipato alla stesse a mezzo piattaforma Start (<https://start.toscana.it>) e pubblicato nell'albo aziendale.

Alle ore 10:30 la seduta viene chiusa, rinviando le ulteriori operazioni di gara alla successiva seduta di apertura della Documentazione Tecnica.



Il presente verbale di n.2 (due) pagine, redatto in unico originale, viene acquisito agli atti.

Cinzia Manetti – Presidente Seggio di gara

F.to

Barbara Quaranta – Segretario verbalizzante

F.to

**APPALTO SPECIFICO, NELL'AMBITO DELLO SDA APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI Ed. 2022-2026,
FORNITURA IN ACQUISTO DI N. 1 SISTEMA DI STIMOLAZIONE TRASCANICA RIPETITIVA E NAVIGAZIONE TMS PER
TRATTAMENTO TERAPEUTICO DELLE DIPENDENZE, DEPRESSIONE E DOC, DESTINATO ALL' AREA DIPENDENZE DELLA
AUSL TOSCANA NORD OVEST**

VERBALEN. 3-APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA

Stazione appaltante	ESTAR
Tipologia della procedura	A.S. SDA, per la fornitura in acquisto di n. 1 sistema di stimolazione trascranica ripetitiva e navigazione TMS per trattamento terapeutico delle dipendenze, depressione e doc, destinato all' Area dipendenze della AUSL Toscana Nord Ovest CIG: 9561936734
Deliberazione di indizione	n. 534 del 23/12/2022
Criterio di Aggiudicazione	Offerta Economicamente più vantaggiosa ex art.95 D.Lgs. n. 50/2016
Base d'Asta dell'Appalto Specifico	€ 133.000,00 - IVA esclusa, di cui costi presunti della manodopera: € 2.660,00 Costi di interferenza non ricompresi negli importi di cui sopra e stimati nel DUVRI ricognitivo da specificarsi nel contratto stipulato tra Azienda e Fornitore: € 4.090,00 (zero)
Responsabile Unico del Procedimento	Cinzia Manetti

Il giorno 06 Marzo 2023, alle ore 10:00, in modalità telematica sulla piattaforma CISCO WEBEX, si è riunito in seduta riservata il Seggio di gara per l'apertura della documentazione tecnica della gara in argomento (ai sensi del Disciplinare di gara).

Il Seggio di gara è composto dal sig. Cinzia Manetti, RUP di gara e Presidente del Seggio di gara, e dalla sig.ra Barbara Quaranta, segretario verbalizzante.

Sono altresì presenti in videoconferenza, sulla piattaforma CISCO WEBEX il Dr. Francesco Lamanna, il Dr. Alessandro Napolitano e l'ing. Irene Fiorini, componenti la Commissione Giudicatrice.

In via preliminare si dà atto che:

- con Determinazione del Direttore Dipartimento ABS n. 249 del 23/02/2023, è stata nominata la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione tecnico-qualitativa e risulta così composta:

Azienda	Nominativo	Qualifica	Ruolo
AUSL Toscana Nord Ovest	Dr. Francesco Lamanna	Dirigente Medico	Presidente
	Dr. Alessandro Napolitano	Dirigente Medico	Componente
ESTAR	Ing. Irene Fiorini	Ingegnere Clinico	Componente

- con nota prot. n. 11314 del 24/02/2023 (in atti) è stata comunicata la nomina ai sopra citati componenti della Commissione Giudicatrice che gli stessi hanno sottoscritto per accettazione (vedi note agli atti), ai sensi di quanto prescritto dalla PA 4/2016rev02;
- la seduta odierna viene effettuata in seduta riservata ai sensi dell'art. 16.3 del Disciplinare di gara;

Si dà atto, inoltre, che i membri della Commissione Giudicatrice hanno sottoscritto apposita dichiarazione sostitutiva in merito alle cause di inconferibilità e di incompatibilità ed hanno dichiarato sotto la propria responsabilità, con note agli atti, viste anche le Linee guida ANAC n. 15, ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 consapevoli delle conseguenze in caso di dichiarazioni false e mendaci ai sensi degli artt. 76 e 77 del medesimo Decreto:

- che non sussistono le cause di astensione ed incompatibilità sopra richiamate, per quanto compatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, o comunque cause di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990, come modificata dalla L. n. 190/2012,
- di non aver riportato condanne per i motivi di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dall'art.1 comma 46 della L. n. 190/2012".

I componenti della Commissione Giudicatrice hanno ricevuto copia e preso visione del Codice di Comportamento Estar.

Si ricorda che:

- la procedura di gara è stata indetta, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, da Estar con Deliberazione del Direttore Generale n. 534 del 23/12/2022.
- sono stati effettuati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicità del bando.
- trattandosi di procedura telematica, tutta la documentazione necessaria per la partecipazione è stata messa a disposizione dei concorrenti sul sito <https://start.toscana.it>
- l'aggiudicazione avverrà, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti parametri di cui al Disciplinare di gara:
 - Qualità: fino ad un massimo di 70 punti
 - Prezzo: fino ad un massimo di 30 punti.
- le offerte tecniche non rispondenti alle caratteristiche essenziali richieste o che otterranno un punteggio totale inferiore a 42/70 saranno escluse dal proseguimento alla partecipazione alla gara e, pertanto, non saranno ammesse alla fase di apertura delle buste contenenti l'offerta economica.
- l'attribuzione del punteggio qualitativo verrà assegnato da parte della Commissione Giudicatrice così come descritto nel disciplinare di gara – art.15;
- nessun punteggio né qualitativo né economico sarà attribuito ad offerte relative a prodotti qualitativamente risultati non conformi alle caratteristiche essenziali richieste dal Capitolato Tecnico di gara.
- le valutazioni discrezionali sulla qualità dei prodotti attribuite dalla Commissione Giudicatrice non potranno in alcun modo essere sindacate.

Viene quindi dato atto che:

- nel prescritto termine delle ore 13.00 del giorno 25/01/2023, sono state inserite sulla citata piattaforma telematica, le buste elettroniche contenenti le offerte dei seguenti concorrenti:
 - EMS S.r.l.;
 - EB NEURO S.p.A.;
- come risulta dalla Determinazione n. 128 del 31/01/2023, pubblicata, ai sensi dell'art. 29, c.1 del D.Lgs. n. 50/2016, nel sistema di acquisti telematici – START, nel settore relativo alla gara di cui trattasi ed inviata alle ditte concorrenti, le stesse sono state ammesse al prosieguo della procedura;

La Commissione Giudicatrice successivamente alla seduta odierna, sarà abilitata sulla Piattaforma START e potrà accedere e prendere attenta visione della documentazione di gara così come pubblicata sul portale <https://start.toscana.it>.

Il Seggio di gara ricorda che la Commissione Giudicatrice, ha la facoltà di richiedere alle Ditte partecipanti - qualora ne ravvisi la necessità per una più completa valutazione dei prodotti offerti - chiarimenti sulla documentazione tecnica presentata nonché chiedere la prova/visione ai sensi dell'art.13.1 del Disciplinare di gara.

Si procede quindi all'apertura delle buste elettroniche relative alla Documentazione Tecnica prodotta dai concorrenti ammessi ed alla verifica della presenza della documentazione richiesta.

Si ricorda che le ditte concorrenti dovevano inserire nella busta elettronica "Offerta Tecnica", con le modalità indicate nel Disciplinare di gara, i documenti elencati nell'art. 13 "Contenuto della Busta B – Offerta Tecnica" del Disciplinare di Gara.

Il Seggio di gara dà atto che le buste elettroniche presentate dalle ditte concorrenti contengono la documentazione richiesta ai sensi del disciplinare.

La Commissione procederà, nel corso della propria attività valutativa, a verificarne la completezza del contenuto;

Ai sensi del Disciplinare di gara si ribadisce che la carenza sostanziale della documentazione tecnica tale da non consentire la verifica dei requisiti minimi richiesti e la eventuale valutazione della fornitura proposta da parte della Commissione Giudicatrice, comporta l'esclusione dal prosieguo della gara. La mancanza della documentazione tecnica ai fini dell'attribuzione del punteggio qualitativo riferita a singoli elementi di

valutazione comporterà l'attribuzione del punteggio pari a 0 (zero) per l'elemento mancante o di difficile valutazione.

Al termine della seduta odierna, il Seggio di gara, tramite profilazione dei membri sulla piattaforma telematica, metterà a disposizione della Commissione la documentazione prodotta dalle ditte in modo che la stessa potrà procedere alla valutazione e predisporre apposita relazione tecnica valutativa.

La data di svolgimento della seduta per l'apertura dell'offerta economica (durante la quale sarà data anche comunicazione del punteggio attribuito sotto il profilo tecnico alle singole offerte) sarà resa nota dalla Stazione Appaltante a mezzo comunicazione tramite la piattaforma <https://start.toscana.it>.

A tal proposito si ricorda la seduta di apertura delle offerte economiche potrà essere svolta in forma pubblica (in presenza o vdc) oppure riservata, ai sensi di quanto previsto dall'art.16.3 del Disciplinare di gara.

La seduta termina alle ore 11:05

Il presente verbale di n. 3 (tre) pagine redatto in unico originale, viene acquisito agli atti.

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Seggio di gara

Cinzia Manetti – Presidente Seggio di gara

F.to

Barbara Quaranta – Segretario verbalizzante

F.to

APPALTO SPECIFICO, NELL'AMBITO DELLO SDA APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ED. 2022-2026, FORNITURA IN ACQUISTO DI N. 1 SISTEMA DI STIMOLAZIONE TRASCANICA RIPETITIVA E NAVIGAZIONE TMS PER TRATTAMENTO TERAPEUTICO DELLE DIPENDENZE, DEPRESSIONE E DOC, DESTINATO ALL' AREA DIPENDENZE DELLA AUSL TOSCANA NORD OVEST

VERBALEN.4 - APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

Stazione appaltante	ESTAR
Tipologia della procedura	A.S. SDA, per la fornitura in acquisto di n. 1 sistema di stimolazione trascranica ripetitiva e navigazione TMS per trattamento terapeutico delle dipendenze, depressione e doc, destinato all' Area dipendenze della AUSL Toscana Nord Ovest CIG: 9561936734
Deliberazione di indizione	n. 534 del 23/12/2022
Determinazione ammissione ditte	n. 128 del 31/01/2023
Determinazione nomina CG	n. 249 del 23/02/2023
Criterio di Aggiudicazione	Offerta Economicamente più vantaggiosa ex art.95 D.Lgs. n. 50/2016
Base d'Asta dell'Appalto Specifico	€ 133.000,00 - IVA esclusa, di cui costi presunti della manodopera: € 2.660,00 Costi di interferenza non ricompresi negli importi di cui sopra e stimati nel DUVRI ricognitivo da specificarsi nel contratto stipulato tra Azienda e Fornitore: € 4.090,00 (zero)
Responsabile Unico del Procedimento	Cinzia Manetti

Il giorno 07/06/2023, alle ore 10:30, in modalità telematica sulla piattaforma CISCO WEBEX, si è riunito in seduta riservata il Seggio di gara, per l'apertura della documentazione economica della gara in argomento (ai sensi del disciplinare di gara).

Il Seggio di gara è composto dal sig. Cinzia Manetti, RUP di gara e Presidente del Seggio di gara, e dalla sig.ra Barbara Quaranta, segretario verbalizzante.

E' altresì presente in videoconferenza, sulla piattaforma CISCO WEBEX l'Ing Irene Fiorini, componente della Commissione Giudicatrice.

Il Presidente di Seggio ribadisce che tale modalità di svolgimento della seduta economica era prevista all'art. 16.3 del Disciplinare di gara.

Si dà quindi atto che:

- lo svolgimento della seduta odierna è stato comunicato alle ditte concorrenti tramite piattaforma di gara START in data 05/06 u.s.;
- in pari data alle stesse ditte sono state trasmesse tramite piattaforma di gara START le valutazioni tecniche delle offerte presentate effettuate dalla Commissione Giudicatrice.

Il Presidente di Seggio ricorda quindi che:

- la procedura di gara è stata indetta, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, da Estar con Deliberazione del Direttore Generale n.534 del 23/12/2022.
- l'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti parametri di cui al Disciplinare di gara:
 - Qualità: fino ad un massimo di 70 punti
 - Prezzo: fino ad un massimo di 30 punti.

1. le offerte tecniche non rispondenti alle caratteristiche essenziali richieste o che otterranno un punteggio totale inferiore a 42/70 saranno escluse dal proseguimento alla partecipazione alla gara e, pertanto, non saranno ammesse alla fase di apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

2. nessun punteggio né qualitativo né economico sarà attribuito ad offerte relative a prodotti qualitativamente risultati non conformi alle caratteristiche essenziali richieste dal Capitolato Tecnico di gara.

3. l'attribuzione del punteggio qualitativo è stata assegnata da parte della Commissione Giudicatrice così come descritto nel disciplinare di gara – art.15;
4. le valutazioni discrezionali sulla qualità dei prodotti attribuite dalla Commissione Giudicatrice non potranno in alcun modo essere sindacate.

Viene quindi dato atto che:

- nel prescritto termine delle ore 13.00 del giorno 25/01/2023, sono state inserite sulla citata piattaforma telematica, le buste elettroniche contenenti le offerte dei seguenti concorrenti:
 - EMS S.r.l.;
 - EB NEURO S.p.A.;
- come risulta dalla Determinazione n. 128 del 20/01/2023, pubblicata, ai sensi dell'art. 29, c.1 del D.Lgs. n. 50/2016, nel sistema di acquisti telematici – START, nel settore relativo alla gara di cui trattasi ed inviata alle ditte concorrenti, le stesse sono state ammesse al prosieguo della procedura;
- in data 06/03/2023, a seguito dell'accettazione dell'incarico da parte della Commissione Giudicatrice (nominata con Determinazione n. 249 del 23/02/2023), è stata aperta la documentazione tecnica prodotta dalle ditte concorrenti come da Verbale n. 3 a firma del Seggio di Gara;
- in data 11/04/2023 e 13/04/2023, si sono svolte le prove visioni delle apparecchiature offerte, dalle Ditte partecipanti alla gara, come da verbali sottoscritti e conservati in atti.

Il Presidente dà quindi atto che la Commissione ha prodotto la relazione relativa alla valutazione tecnica dei prodotti offerti dalle ditte concorrenti con conseguente attribuzione del punteggio qualitativo, ai sensi dell'art.15 del disciplinare di gara (allegate al presente verbale, quali parti integranti e sostanziali), dalle quali emerge che la ditta E.M.S. S.r.l., ha presentato una configurazione che risulta essere NON CONFORME alle caratteristiche minime richieste dal Capitolato Tecnico di gara, per le motivazioni indicate nella stessa relazione e pertanto non verrà ammessa alla fase di apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI E RILIEVI

Si ribadisce che alle ditte partecipanti è stata trasmessa in data 05/06/2023 la Relazione Tecnica Prot. n. 27421 del 19/05/2023 di valutazione, elaborata dalla Commissione Giudicatrice, allegata al presente verbale, per una facile lettura e conoscenza dei punteggi della valutazione tecnico-qualitativa attribuiti.

Vista la citata relazione della Commissione Giudicatrice, sulla piattaforma di gara:

- non viene approvata la documentazione tecnica della ditta E.M.S. S.r.l. in quanto ha presentato una configurazione che risulta essere NON CONFORME alle caratteristiche minime richieste dal Capitolato Tecnico di gara, e pertanto non è ammessa alla fase di apertura delle buste contenenti le offerte economiche;
- viene quindi riportata la valutazione attribuita dalla Commissione alle offerte tecniche della ditta EB NEURO S.p.a., con indicazione dei relativi punteggi attribuiti.

Il Presidente procede quindi all'apertura delle buste elettroniche contenenti le offerte economiche presentate dalla ditta ammessa al prosieguo, ne dà contestuale lettura e verifica la correttezza della formulazione della stessa.

Dalle suddette operazioni deriva quanto segue:

ditta	Importo offerto	Ribasso % su base d'asta (€ 100.000,00)	Punti prezzo	Punti qualità (riparam.)	Punti totale	Class.
EB NEURO S.p.a.	€71.899,80	45,94%	30	70	100	1^
E.M.S. S.r.l.	-----	-----	-----	Non idoneo	-----	-----

Pertanto, la ditta che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere la Ditta EB NEURO S.p.a

Si fa presente che le differenze (minime) fra gli importi indicati nelle offerte economiche generate dal sistema della stessa EB NEURO S.p.a e quelli risultanti nei dettagli offerta sono dovute all'arrotondamento dei decimali delle percentuali di sconto applicate.

Come indicato nel disciplinare di gara, l'offerta generata dal sistema, infatti, è determinata dal ribasso percentuale espresso con solamente 2 cifre decimali ed è su tale ribasso che viene attribuito il punteggio economico.

Si evidenzia che nel file dettaglio offerta economica predisposto da questa Stazione Appaltante e pubblicato sulla piattaforma di gara, era già inserita, nella specifica cella, la formula per il calcolo automatico di tale percentuale di ribasso.

Ciò premesso, la proposta di aggiudicazione così elaborata, sarà sottoposta alla valutazione economica da parte della Commissione Giudicatrice per la relativa verifica ed approvazione.

Il Presidente del Seggio di gara comunica infine che è concluso il procedimento volto all'individuazione dell'offerta migliore, per il quale è stato redatto il presente verbale, ribadendo che:

- il presente verbale non dà luogo ad aggiudicazione;
- la proposta di aggiudicazione è comunque subordinata alla valutazione economica da parte della Commissione Giudicatrice, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'affidamento della fornitura in via definitiva è subordinato alle verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed avverrà con successivo atto ESTAR, sulla base delle risultanze della seduta di gara, della valutazione della documentazione economica da parte della Commissione Giudicatrice, tenendo conto della verifica delle condizioni di congruità economica dell'offerta.

Alle ore 11:30 il Presidente del seggio di gara chiude la seduta.

Il presente verbale di n.3 (tre) pagine e n.2 allegati, costituiti dalle relazioni della Commissione Giudicatrice (n. 2 pagine) redatto in unico originale, viene acquisito agli atti della UOC Gare Strategiche.

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Seggio di gara

Cinzia Manetti – Presidente Seggio di gara F.to

Barbara Quaranta – Segretario verbalizzante F.to

Irene Fiorini – Componente Commissione Giudicatrice F.to

Alla c.a.

RUP di gara Dr.ssa Cinzia Manetti
U.O.C. Gare Strategiche
Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi – ESTAR

VALUTAZIONE TECNICA

APPALTO SPECIFICO, NELL'AMBITO DELLO SDA APPARECCHIATURE ELETTRROMEDICALI, PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI N. 1 SISTEMA DI STIMOLAZIONE TRANSCRANICA RIPETITIVA E NAVIGAZIONE TMS PER TRATTAMENTO TERAPEUTICO DELLE DIPENDEZE, DEPRESSIONE E DOC, DESTINATO ALL'AREA DIPENDENZE DELLA AUSL TOSCANA NORD OVEST.

In merito alla procedura in oggetto, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:

- 1) E.M.S. S.r.l. con il neuronavigatore SofTaxic Optic e lo stimolatore Magstim Super Rapid²
- 2) EB NEURO s.p.a. con il neuronavigatore NetBrain 9000 e lo stimolatore STM9000

Si rileva che il sistema nella configurazione presentata e offerta in gara da EMS risulta non possedere la caratteristica “*Trasformatore/i di isolamento per tutti i dispositivi con parte applicata al paziente*”, definita dal presente capitolato come “caratteristica minima, a pena di esclusione” (Art 3.1 Caratteristiche Tecniche delle Apparecchiature - p.to 10). Su questo aspetto, in data 19.04.2023 è stata pubblicata su Piattaforma START una richiesta di chiarimento su quanto indicato dall'Operatore economico al punto A11 del Questionario Tecnico “Trasformatore di isolamento per parti applicate”, ovvero:

“n.a. - Non applicabile in quanto la configurazione non prevede parti applicate al paziente (come elettrodi o sensori)”

e sulla presenza nel sistema offerto di tale caratteristica minima.

In data 2.05.2023, l'operatore economico EMS ha risposto alla richiesta della Commissione, indicando come refuso la risposta, data l'effettiva presenza di parti applicate nel sistema offerto (cioè la bobina stimolante), ma non ha fornito alcuna evidenza (tramite riferimenti alla documentazione di gara) sulla presenza del trasformatore di isolamento nella configurazione offerta, che, dunque, si conferma mancante.

La frase “... ci rendiamo ad ogni modo disponibili in caso di aggiudicazione a includere nella fornitura adeguato trasformatore di isolamento senza ulteriori aggravii di costo.” non può essere accettata, in quanto, come definito all' “Art. 10.3 – Modalità di presentazione dell'offerta” del Disciplinare di gara, “non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata”.

Pertanto, l'offerta dell'operatore economico EMS Srl risulta essere non conforme, con conseguente esclusione dalla presente procedura.

Dall'esame della documentazione tecnica presentata dalla ditta Eb Neuro, la cui offerta risulta rispondente alle richieste capitolari, la Commissione Giudicatrice, in conformità a quanto specificato nel Disciplinare di gara, ha attribuito collegialmente, a ciascun elemento della qualità, per il sistema offerto, un giudizio sintetico e un corrispondente coefficiente compreso fra 0 e 1, secondo i seguenti valori di riferimento:

Giudizio	OTTIMO	DISTINTO	BUONO	DISCRETO	SODDISFICIENTE	MODESTO	MEDIOCRE	NON ADEGUATO
Valore assegnato	1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3-0

APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI N. 1 SISTEMA DI STIMOLAZIONE TRANSCRANICA RIPETITIVA E NAVIGAZIONE TMS PER TRATTAMENTO TERAPEUTICO DELLE DIPENDENZE, DEPRESSIONE E DOC.

				Ditta		EB Neuro Srl			
				Apparecchiatura offerta		neuronavigatore NetBrain 9000 e stimolatore STM9000			
Descrizione	n.	Subcriteri di valutazione	Riferimenti Questionario	Punti(D) Max	Punti (T) Max (si/no)	Valutazione	Giudizio	Valore assegato	Punteggio
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME	1.1	Modalità di stimolazione	A2 + A3	8 + 8		Forma d'onda bifasica, burst-bifasica. Modalità stimolazione: singolo, ripetuto, theta burst. Il sistema permette protocolli di stimolazione classica fino a 30 pps (Hz) o in modalità Theta Burst con possibilità di configurare il burst.	OTTIMO	1	16
	1.2	Visualizzazione intensità di stimolo	A2		5	Visualizzazione in tempo reale dell'intensità di stimolo.	PRESENTE		5
	1.3	Potenza di stimolo	A5 + A3		3 + 3	Ripetibilità della frequenza/ampiezza dello stimolo. Sistema già impostato con un ritardo di carica pre-settato che permette l'utilizzo del sistema durante una registrazione EEG ed è possibile ritardare questo tempo di ricarica dei condensatori.	PRESENTE		6
	1.4	Protocolli di stimolazione	A6		3	Non c'è limite al numero di protocolli impostabili, importabili e/o esportabili dall'utente, con possibilità di combinare più protocolli in un'unica sessione, di accedere ad ogni parametro e visualizzare l'anteprima del treno risultante dai parametri inseriti nel protocollo. Il sistema consente di avviare e gestire completamente lo stimolatore da remoto.	OTTIMO	1	3
	1.5	Sistema di raffreddamento	A7		10	Bobina a farfalla, inclinata a 110/120 gradi, 70 mm, refrigerata dinamicamente ad aria. L'inclinazione della bobina permette di raggiungere una profondità di stimolazione maggiore rispetto ai coil planari. Il sistema di refrigerazione dinamica ad aria forzata garantisce un elevato tempo di utilizzo continuo.	OTTIMO	1	10
ACCESSORI COMPRESI NELL'OFFERTA (a pena esclusione)	1.6	Sistema di neuronavigazione	B2		10	Software per posizionamento e gestione di due coil per stimolazione magnetica e localizzazione del target di stimolazione. Ricostruzione 3D e navigazione stereotassica sia su paziente standard che su importazione RM del paziente stesso. Calcolo e memorizzazione della distanza Coil Focus-Target cerebrale con possibilità di modifica per la precisazione della stimolazione. Sfruttando la completa integrazione con lo stimolatore, il neuronavigatore permette al clinico di calibrare, pianificare e registrare la stimolazione, con elevata precisione ed in maniera intuitiva.	OTTIMO	1	10
	1.7	Braccio porta coil	B1		4	Fissaggio rapido del coil, adatto a tutti i coil ed ai vari punti di stimolazione. Il braccio è solidale alla poltrona elettrica, pertanto non è necessario riposizionare il coil nel caso in cui dovesse essere movimentata la poltrona. Ciò comporta un maggiore comfort per il paziente e l'ottimizzazione dei tempi della seduta terapeutica.	OTTIMO	1	4
	1.8	Modulo sw per navigazione in integrazione MRI	B3		4	Il neuronavigatore permette la navigazione in integrazione con immagini MRI del paziente, pertanto è possibile avere un modello anatomico reale con un alto grado di precisione.	OTTIMO	1	4
CARATTERISTICHE TECNICHE PREFERENZIALI	2.1	Marker utente	C3		2	Possibile inserire marker utente personalizzati.	PRESENTE		2
	2.2	Pulsante di erogazione sulla bobina	C5		3	Presente pulsante di erogazione dello stimolo direttamente su bobina presente in offerta.	PRESENTE		3
	2.3	Acquisizione e marcatura spaziale	C2		2	E' possibile acquisire e marcare le coordinate spaziali dell'area motoria o di altre aree sul paziente, per riprenderle facilmente ad ogni seduta.	PRESENTE		2
	2.4	Braccio robotizzato	C4		2	E' possibile espandere il sistema offerto con un braccio robotizzato.	PRESENTE		2
	2.5	Interfacciamento del navigatore allo stimolatore magnetico	C1		3	Possibilità di interfacciamento del navigatore allo stimolatore magnetico (tramite cavo trigger) in modo da salvare tutti i dati di stimolazione.	PRESENTE		3

TOTALE PUNTEGGIO **70**

TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO **70**

Massa, 18/05/2023

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Dott. Francesco Lamanna
(Presidente)

Dott. Alessandro Napolitano

Ing. Irene Fiorini

APPALTO SPECIFICO, NELL'AMBITO DELLO SDA APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ED. 2022-2026, PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI UN SISTEMA PER LA STIMOLAZIONE TRANSCRANICA RIPETITIVA E NAVIGAZIONE TMS PER TRATTAMENTO TERAPEUTICO DELLE DIPENDENZE, DEPRESSIONE E DOC, DESTINATO ALL'AREA DIPENDENZE DELLA AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST"

VERBALEN.5-Verifica postapertura offerta economica

Stazione appaltante	ESTAR
Tipologia della procedura	A.S. SDA, per la fornitura in acquisto di n. 1 sistema di stimolazione transcranica ripetitiva e navigazione TMS per trattamento terapeutico delle dipendenze, depressione e doc, destinato all' Area dipendenze della AUSL Toscana Nord Ovest CIG: 9561936734
Deliberazione di indizione	n. 534 del 23/12/2022
Determinazione ammissione ditte	n. 128 del 31/01/2023
Determinazione nomina CG	n. 249 del 23/02/2023
Criterio di Aggiudicazione	Offerta Economicamente più vantaggiosa ex art.95 D.Lgs. n. 50/2016
Base d'Asta dell'Appalto Specifico	€ 133.000,00 - IVA esclusa, di cui costi presunti della manodopera: € 2.660,00 Costi di interferenza non ricompresi negli importi di cui sopra e stimati nel DUVRI ricognitivo da specificarsi nel contratto stipulato tra Azienda e Fornitore: € 4.090,00 (zero)
Responsabile Unico del Procedimento	Cinzia Manetti

La Commissione Giudicatrice appositamente costituita con Determinazione del Direttore Dipartimento ABS n. 249 del 23/02/2023 composta da:

Azienda	Nominativo	Qualifica	Ruolo
AUSL Toscana Nord Ovest	Dr. Francesco Lamanna	Dirigente Medico	Presidente
	Dr. Alessandro Napolitano	Dirigente Medico	Componente
ESTAR	Ing. Irene Fiorini	Ingegnere Clinico	Componente

procede ad esaminare le risultanze della seduta svoltasi il 07/06 u.s. di apertura delle offerte economiche, durante la quale la ditta EB NEURO S.p.A è stata individuata quale destinataria della proposta di aggiudicazione per la procedura in argomento.

Come emerge dal verbale di detta seduta, la Commissione Giudicatrice, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, procederà alla verifica economica e di congruità per l'offerta presentate dalla stessa ditta.

A seguito di un'attenta analisi di tutta la documentazione economica prodotta dalla ditta per la fornitura in oggetto, la Commissione Giudicatrice valuta che la stessa risulta completa ed esauriente in quanto descrive in modo dettagliato ed esaustivo la composizione dell'offerta economica (che è in linea con l'offerta tecnica), comprensive di quanto espressamente richiesto dagli atti di gara, con indicazione puntuale degli oneri di sicurezza e della manodopera.

La Commissione Giudicatrice, per quanto è stato possibile accertare, valuta pertanto l'offerta economica presentata dalla ditta EB NEURO S.p.A nel loro complesso, congrua ed affidabile.

La Commissione Giudicatrice, visto quanto sopra esposto, approva e conferma le risultanze della seduta pubblica del 07/06/2023.

Livorno, 19/06/2022

Letto, approvato e sottoscritto

La Commissione Giudicatrice

F.to Irene Fiorini

F.to Francesco Lamanna

F.to Alessandro Napolitano

Offerta Economica

Il sottoscritto ZENO SCIARRETTA, nella sua qualità di Legale rappresentante, autorizzato a rappresentare legalmente EBNEURO SPA, con sede legale in Firenze ,VIA PIETRO FANFANI, 97/A;

In merito al lotto denominato "Sistema stimolazione trascranica ripetitiva" relativo alla gara "INDIZIONE A.S. SDA, PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI N. 1 SISTEMA DI STIMOLAZIONE TRASCRANICA RIPETITIVA E NAVIGAZIONE TMS PER TRATTAMENTO TERAPEUTICO DELLE DIPENDENZE, DEPRESSIONE E DOC, DESTINATO ALL AREA DIPENDENZE DELLA AUSL TOSCANA NORD OVEST" formula la seguente offerta economica:

Unità di misura: intera fornitura

Quantità: 1

Ribasso percentuale sull'importo a base di gara soggetto a ribasso: 45,94 %

Importo offerto al netto dell'IVA: 71.899,80 Euro

di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA: Euro 143,80

Costi di Sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 0,00

Ulteriori componenti non soggetti a ribasso al netto dell'IVA: Euro -

Importo totale offerto al netto dell'IVA: Euro 71.899,80

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di aver giudicato i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi;
- di aver preso esatta conoscenza della natura dell'appalto e di ogni circostanza particolare e generale che possa aver influito sulla determinazione dell'offerta;
- di mantenere valida l'offerta per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della medesima o per il diverso termine previsto dal bando o, in assenza dello stesso, nella lettera d'invito a gara;
- di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in materia di condizioni di lavoro.

lì 25/01/2023

LOTTO	UNO	SISTEMA DI STIMOLAZIONE TRASCARANICA RIPETITIVA E NAVIGAZIONE TMS PER TRATTAMENTO TERAPEUTICO DELLE DIPENDENZE, DEPRESSIONE E DOC, DESTINATO ALL'AREA DIPENDENZE DELLA AUSL TOSCANA NORD OVEST.	
CIG	9561936734	Base d'asta	€ 133.000,00
Ditta	EB NEURO S.P.A.		
P.Iva Ditta	04888840487		
Produttore	EB NEURO S.P.A.	(Offerta EB Neuro S.p.a. n. 031ND/23.IT DEL 23/01/2023)	

Tabella A Sistema offerto come da capitolato											
Colonna A	Colonna B	Colonna C	Colonna D	Colonna E	Colonna F	Colonna G	Colonna H	Colonna I	Colonna J	Colonna K	Colonna L
Fornitura di apparecchi elettromedicali (indicare tutti i codici che compongono l'offerta)											
Rif.	Oggetto	Quantità	Denominazione del prodotto (nome commerciale)	Codice	Produttore	CND	Prezzo listino	sconto	importo unitario offerto	importo complessivo = colonna C x colonna J	iva
4.1	Fornitura di un Sistema di Stimolazione magnetica transcranica ripetitiva e navigazione TMS per trattamento terapeutico delle dipendenze, depressione e DOC, completo di accessori/moduli richiesti e necessari, come da capitolato	1	NetBrain 9000 [v. "ULTIMATE VERSION"] NETBRAIN 9000 "ULTIMATE VERSION" composto da: - PC Desktop workstation con doppio Monitor LCD Widescreen 22" - Licenza Galileo Software (Data base pazienti PMS, Modulo NetBrain NeuroNavigator) - Licenza Modulo sw NetBrain Integration - Licenza Modulo sw Gestione Protocolli Stimolatore Magnetico - Licenza Modulo sw MEP Viewer - Modulo Standard 3D Anatomy - 3D Tracking System (IR Camera + Rigid Body) - Piastra di calibrazione - Carrello ULTIMATE con supporto per doppio monitor completo di: - Braccio di supporto per bobina - Supporto per Sistema Eye tracking - Modulo di isolamento Medica - Supporto a piantana per bobina refrigerata - Accessori per puntamento - Stimolatore Magnetico versione STANDARD , con morfologia bifasica, monofasica, stimolazione da 0 a 30 Hz, - Modulo Mep EMG 2ch - Pedale Pneumatico - Manuale d'uso in formato digitale	S951 (B9800086100)	EB NEURO S.P.A.	Z129099	€ 71.860,00	25,00	53.895,00	53.895,00	22%
		1	Bobina a farfalla refrigerata angolata Con raffreddamento ad aria integrato	S924	EB NEURO S.P.A.	N.A. in quanto componente del sistema	€ 5.190,00	25,00	3.892,50	3.892,50	22%
		1	Bobina a farfalla 70mm Display integrato per visualizzazione della potenza di carica e tasti di controllo	S913	EB NEURO S.P.A.	N.A. in quanto componente del sistema	€ 2.325,00	25,00	1.743,75	1.743,75	22%
		1	Braccio di supporto dedicato High Level	YN00-006-01	SHENZHEN YINGCHI TECHNOLOGY CO., LTD	N.A. in quanto non D.M.	€ 1.490,00	25,00	1.117,50	1.117,50	22%
		1	Poltrona motorizzata per NETBRAIN NAVIGATOR - dotata di supporto regolabile per Bobina raffreddata - controllo e regolazione posizioni tramite	S954	TECNODENT S.R.L.	Z12110199	€ 4.730,00	25,00	3.547,50	3.547,50	22%
		1	ANATOMIA Avanzata 3D permette di importare anatomie 3D in formato DICOM da Risonanza Magnetica completa di: - Modulo di importazione DICOM - Grafica 3D per DICOM - Funzione trasparenza per DICOM	S952	EB NEURO S.P.A.	N.A. in quanto non D.M.	€ 8.500,00	25,00	6.375,00	6.375,00	22%
		1	Kit Cuscino sottovuoto (manuale) per stabilizzazione , composto da: - Cuscino sottovuoto - Pompa manuale dedicata	9901	AB GERMA	N.A. in quanto Kit	€ 1.395,00	25,00	1.046,25	1.046,25	22%
		1	Doppio comando a pedale con connessione USB	8031	EB NEURO S.P.A.	N.A. in quanto non D.M.	€ 376,00	25,00	282,00	282,00	22%
								#DIV/0!		-	
								#DIV/0!		-	
								#DIV/0!		-	
Importo Totale della fornitura e servizio di assistenza e manutenzione full risk										71.899,50	

NOTE:
Indicare i singoli costi per ciascun componente delle tecnologie offerte. Le apparecchiature devono essere complete di ogni componente di sistema e di quanto necessario per la completa messa in servizio e per il corretto funzionamento, come previsto negli atti di gara

di cui Costi di manodopera in valore sul totale offerto - vedi tabella B	1.243,86
di cui Costi sicurezza aziendale (in valore sul totale offerto - vedi tabella C)	143,80
Ribasso base d'asta % (corrispondente al ribasso percentuale riportato nell'offerta economica generata dal sistema) (max 2 decimali)	45,94%

Tabella B Costo manodopera					
N.B.: Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. i., la ditta dovrà indicare di seguito i costi della manodopera relativi all'appalto ricompresi nell'importo complessivo dell'offerta economica. Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D. Lgs. n. 50/2016, il costo della manodopera è stimato dalla stazione appaltante in complessivi € 2.660,00					
COSTO DELLA MANODOPERA	CCNL di riferimento	Q.ta di personale addetto impiegato (in unità)	N. ore	Importo annuale	Importo complessivo
Manutenzione Full Risk	Metalmecanico privato	2	48	621,93	1243,86

Tabella C	Costi sicurezza	% sul valore offerto	Importo
<p>Al sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 la ditta dovrà indicare di seguito i costi aziendali della sicurezza, che devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche della fornitura corrispondenti a quanto riportato nell'offerta economica generata dal sistema telematico e da intendersi ricompresi nell'offerta economica.</p> <p>Si precisa che per oneri della sicurezza afferenti l'impresa si intendono i costi sostenuti dall'operatore economico ex D.Lgs.81/2008 per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa, commisurati al presente appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, DPI individuali e comunque diversi dagli "oneri di sicurezza non soggetti a ribasso" riferiti ai rischi da interferenza previsti dal DUVRI, che nella fattispecie sono pari a € 4.090,00 (Quattromilanovanta,00. Detto importo è stato stimato dalla Stazione Appaltante, nessuna pretesa potrà essere vantata dall'aggiudicatario ove la quantificazione effettuata dall'Azienda con la predisposizione del DUVRI si discostasse, in eccesso o in difetto, dall'importo indicato. A tal fine l'Azienda dovrà dare evidenza, nel contratto dei citati costi e dunque assicurarne la relativa copertura economica.</p>		0,2%	143,80

Tabella D - moduli aggiuntivi, software e altri componenti/accessori (non valutabili ai fini dell'aggiudicazione) V. art.4 del Capitolato tecnico Prestazionale

COMPONENTI AGGIUNTIVI OPZIONALI: (MODULI E ALTRI COMPONENTI)													
componente	apparecchiatura di riferimento	Descrizione prodotto	Denominazione del prodotto (nome commerciale)	Codice prodotto fornitore (Ref.)	Produttore	RDM	Unità di misura	Prezzo di listino per unità (IVA esclusa)	Prezzo unitario offerto (per unità di misura), IVA esclusa	nr pezzi confezione primaria	numero pezzi confezione secondaria	iva	% ribasso su listino
Bobina	Stimolatore Magnetico	Bobina Circolare 70mm Display integrato per visualizzazione della potenza di carica e tasti di controllo	Bobina Circolare 70mm Display integrato per visualizzazione della potenza di carica e tasti di controllo	S911	EB NEURO S.P.A.	N.A. in quanto componente del sistema	PZ	2.920,00	2.190,00	1	1	22%	25%
Bobina	Stimolatore Magnetico	Bobina Circolare 90mm Display integrato per visualizzazione della potenza di carica e tasti di controllo	Bobina Circolare 90mm Display integrato per visualizzazione della potenza di carica e tasti di controllo	S912	EB NEURO S.P.A.	N.A. in quanto componente del sistema	PZ	2.920,00	2.190,00	1	1	22%	25%
Bobina	Stimolatore Magnetico	Bobina di profondità a FARFALLA 90mm orientata a 120° Display integrato per visualizzazione della potenza di carica e tasti di controllo	Bobina di profondità a FARFALLA 90mm orientata a 120° Display integrato per visualizzazione della potenza di carica e tasti di controllo	S914	EB NEURO S.P.A.	N.A. in quanto componente del sistema	PZ	4.088,00	3.066,00	1	1	22%	25%
Bobina	Stimolatore Magnetico	Bobina a farfalla PLACEBO 70mm Display integrato per visualizzazione della potenza di carica e tasti di controllo	Bobina a farfalla PLACEBO 70mm Display integrato per visualizzazione della potenza di carica e tasti di controllo	S915	EB NEURO S.P.A.	N.A. in quanto componente del sistema	PZ	3.388,00	2.541,00	1	1	22%	25%
Bobina	Stimolatore Magnetico	Bobina a farfalla refrigerata PLACEBO 70mm Con raffreddamento ad aria integrato e braccio	Bobina a farfalla refrigerata PLACEBO 70mm Con raffreddamento ad aria integrato e braccio	S916	EB NEURO S.P.A.	N.A. in quanto componente del sistema	PZ	5.957,00	4.467,75	1	1	22%	25%
Bobina	Stimolatore Magnetico	Bobina a farfalla refrigerata 70mm Con raffreddamento ad aria integrato e braccio	Bobina a farfalla refrigerata 70mm Con raffreddamento ad aria integrato e braccio	S917	EB NEURO S.P.A.	N.A. in quanto componente del sistema	PZ	5.607,00	4.205,25	1	1	22%	25%
Bobina	Stimolatore Magnetico	Bobina Circolare refrigerata 90mm Con raffreddamento ad aria integrato e braccio	Bobina Circolare refrigerata 90mm Con raffreddamento ad aria integrato e braccio	S918	EB NEURO S.P.A.	N.A. in quanto componente del sistema	PZ	5.490,00	4.117,50	1	1	22%	25%
Bobina	Stimolatore Magnetico	Bobina a farfalla DOUBLE CONE-COIL 110mm Display integrato per visualizzazione della potenza di carica e tasti di controllo	Bobina a farfalla DOUBLE CONE-COIL 110mm Display integrato per visualizzazione della potenza di carica e tasti di controllo	S920	EB NEURO S.P.A.	N.A. in quanto componente del sistema	PZ	4.088,00	3.066,00	1	1	22%	25%

1) Le spese di imballo, trasporto, consegna, installazione e collaudo sono comprese nei corrispettivi offerti

2) sconto generale sul listino N.B.: le offerte economiche della presente tabella devono recare percentuali di sconto sui listini non inferiori a quelle delle componenti l'offerta economica di base oggetto di attribuzione di punteggio prezzo).

3) garanzia minima mesi 24

L'apparecchiatura necessita di materiali di consumo? SI o NO

Se si, indicare se ESCLUSIVI o NON ESCLUSIVI

MONOUSO o RIUTILIZZABILI

L'apparecchiatura presenta parti di ricambio usurabili? SI o NO

Se si, indicare la durata teorica

Firenze, 23 Gennaio 2023
Gara Anac n. 8864142
Prot. 029501/2022
Ns. Offerta n. 031ND/23.IT

Spett.le
ESTAR
Via di S. Salvi n. 12 – Palazzina 14
50135 FIRENZE

OGGETTO: DICHIARAZIONE RELATIVA A QUANTO RICHIESTO AL PUNTO 4 DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA – ESTRATTO LISTINO PREZZI UFFICIALE.

Il sottoscritto Zeno Sciarretta, nato a _____, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Società:

- ◆ EB NEURO S.p.A.
- ◆ sede legale in Firenze Via Pietro Fanfani n. 97/a
- ◆ direzione e sede operativa in Firenze Via Pietro Fanfani n. 97/a
- ◆ sedi operative: 37024 Arbizzano di Valpolicella (VR) Via Bologna n. 1
37030 Colognola ai Colli (VR) Viale del Lavoro n. 20
- ◆ iscritta alla C.C.I.A.A. di Firenze dal 15/06/1998 n. R.E.A. 493655
- ◆ n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 01772220065

DICHIARA

- di allegare alla presente l'estratto del listino prezzi in vigore relativo alle apparecchiature offerte, comprensivo degli accessori che possono essere utilizzati sulle stesse, precisandoVi che, in caso di aggiudicazione, sui prezzi indicati Vi sarà riservato uno sconto pari al 25% (venticinque per cento);
- che la percentuale di sconto a Voi riservata non è inferiore a quella applicata alle componenti dell'offerta economica di base.

In fede.

Ing. Zeno Sciarretta
Presidente e Legale Rappresentante
EB Neuro S.p.A.

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico DPR 28/12/2000, n. 445, del D. Lgs. 7/03/2005, n. 82 e norme collegate)

Estratto listino 2022

Area	Famiglia Prodotti	Tipologia	Codice	Descrizione	Pezzi per confezione	Prezzo 2022	Note
				Stimolatore Magnetico			
TMS - rTMS	Stimolatore magnetico	Bobine	S911	Bobina Circolare 70mm Display integrato per visualizzazione della potenza di carica e tasti di controllo	1 unità	2.920 €	
TMS - rTMS	Stimolatore magnetico	Bobine	S912	Bobina Circolare 90mm Display integrato per visualizzazione della potenza di carica e tasti di controllo	1 unità	2.920 €	
TMS - rTMS	Stimolatore magnetico	Bobine	S914	Bobina di profondità a FARFALLA 90mm orientata a 120° Display integrato per visualizzazione della potenza di carica e tasti di controllo	1 unità	4.088 €	
TMS - rTMS	Stimolatore magnetico	Bobine	S915	Bobina a farfalla PLACEBO 70mm Display integrato per visualizzazione della potenza di carica e tasti di controllo	1 unità	3.388 €	
TMS - rTMS	Stimolatore magnetico	Bobine	S916	Bobina a farfalla refrigerata PLACEBO 70mm Con raffreddamento ad aria integrato e braccio	1 unità	5.957 €	
TMS - rTMS	Stimolatore magnetico	Bobine	S917	Bobina a farfalla refrigerata 70mm Con raffreddamento ad aria integrato e braccio	1 unità	5.607 €	
TMS - rTMS	Stimolatore magnetico	Bobine	S918	Bobina Circolare refrigerata 90mm Con raffreddamento ad aria integrato e braccio	1 unità	5.490 €	
TMS - rTMS	Stimolatore magnetico	Bobine	S920	Bobina a farfalla DOUBLE CONE-COIL 110mm Display integrato per visualizzazione della potenza di carica e tasti di controllo	1 unità	4.088 €	
TMS - rTMS	Stimolatore magnetico	Cavi di Trigger	3020	Cavo Trigger per EMG Nemus	1 unità	350 €	
TMS - rTMS	Stimolatore magnetico	Completamenti	3011	Supporto a braccetto snodato per bobina refrigerata	1 unità	292 €	
TMS - rTMS	Stimolatore magnetico	Completamenti	3012	Supporto a palo per carrello - meccanismo di aggancio per bobine con braccetto snodato	1 unità	408 €	Necessita del cod. 3011
TMS - rTMS	Stimolatore magnetico	Completamenti	S922	Stampante InkJet colore A4 -compreso cavo USB isolato medicale	1 unità	409 €	
				Neuronavigatore Net Brain 9000 EB Neuro			
TMS - rTMS	Neuronavigatore	Opzionali e Completamenti	S960	Kit cuffia bianca per stim. rTMS - MIS.4	10 unità	275 €	
TMS - rTMS	Neuronavigatore	Opzionali e Completamenti	S961	Kit cuffia bianca per stim. rTMS - MIS.5	10 unità	275 €	
TMS - rTMS	Neuronavigatore	Opzionali e Completamenti	S962	Kit cuffia bianca per stim. rTMS - MIS.6	10 unità	275 €	
TMS - rTMS	Neuronavigatore	Opzionali e Completamenti	S963	Kit cuffia bianca per stim. rTMS - MIS.7	10 unità	275 €	

Codice prodotto ESTAR	Descrizione prodotto	Tipo Atto	Anno Atto	Numero Atto	Descrizione Atto	Cig Madre	Descrizione Lotto di Gara	Data inizio CIG	Data fine CIG	Anno Contratto	Numero Contratto	Sottocodice Contratto	Descrizione Contratto	Data inizio validità
	NETBRAIN 9000 SISTEMA DI NEURONAVIGAZIONE CON STIMOLATORE MAGNETICO TRANSCRANICO					9561936734	ACQUISTO DI N. 1 SISTEMA DI STIMOLAZIONE MAGNETICA TRANSCRANICA RIPETITIVA E NAVIGAZIONE							
	BOBINA A FARFALLA REFRIGERATA ANGOLATA					9561936734	ACQUISTO DI N. 1 SISTEMA DI STIMOLAZIONE MAGNETICA TRANSCRANICA RIPETITIVA E NAVIGAZIONE							
	BOBINA A FARFALLA 70 MM					9561936734	ACQUISTO DI N. 1 SISTEMA DI STIMOLAZIONE MAGNETICA TRANSCRANICA RIPETITIVA E NAVIGAZIONE							
	BRACCIO DI SUPPORTO DEDICATO					9561936734	ACQUISTO DI N. 1 SISTEMA DI STIMOLAZIONE MAGNETICA TRANSCRANICA RIPETITIVA E NAVIGAZIONE							
	POLTRONA MOTORIZZATA PER NET BRAIN NAVIGATOR					9561936734	ACQUISTO DI N. 1 SISTEMA DI STIMOLAZIONE MAGNETICA TRANSCRANICA RIPETITIVA E NAVIGAZIONE							
	ANATOMIA AVANZATA 3D					9561936734	ACQUISTO DI N. 1 SISTEMA DI STIMOLAZIONE MAGNETICA TRANSCRANICA RIPETITIVA E NAVIGAZIONE							
	KIT CUSCINO SOTTOVUOTO					9561936734	ACQUISTO DI N. 1 SISTEMA DI STIMOLAZIONE MAGNETICA TRANSCRANICA RIPETITIVA E NAVIGAZIONE							
	DOPIO COMANDO A PEDALE CON CONNESSIONE USB					9561936734	ACQUISTO DI N. 1 SISTEMA DI STIMOLAZIONE MAGNETICA TRANSCRANICA RIPETITIVA E NAVIGAZIONE							

Data fine validità	Partita Iva	Ragione Sociale	Codice Fornitore	Lotto	Unità di Misura	Codice Unità di Misura	Confezionamento primario	Confezionamento secondario	Cig Derivato	Tipo Prodotto	Classe DM	Repertorio	Ref produttore	Nome prodotto produttore
	04888840487	EB NEURO S.P.A.			1 PEZZO		1	1		DM		1	2280553 B9800086100	NETBRAIN 9000 NEURONAVIGATOR
	04888840487	EB NEURO S.P.A.			1 PEZZO		1	1		X				
	04888840487	EB NEURO S.P.A.			1 PEZZO		1	1		X				
	04888840487	EB NEURO S.P.A.			1 PEZZO		1	1		X				
	02807791203	TECNODENT S.R.L.			1 PEZZO		1	1		DM		1	2293314 STG#	STING
	04888840487	EB NEURO S.P.A.			1 PEZZO		1	1		X				
	04888840487	EB NEURO S.P.A.			1 PEZZO		1	1		X				
	04888840487	EB NEURO S.P.A.			1 PEZZO		1	1		X				

Partita Iva del Fornitore	Ragione Sociale del produttore	Ref fornitore	CND	Classe CE	Codice Univoco DM	ATC	Principio Attivo	Codice AIC	Tipo medicinale	Categoria Merceologica	Temperatura	Modalità conservazione	Infiammabile	Codice smaltimento	Prezzo Iva esclusa	Iva	Percentuali Sconto 1	Percentuali Sconto 2	Percentuali Sconto 3	Fabbisogno totale A.V.
04888840487	EB NEURO S.P.A.	B9800086100	Z129099	R2A							+4/+25		NO	180000	71899,5	22				1
		S924									+4/+25		NO	180000		22				0
		S913									+4/+25		NO	180000		22				0
		YN00-006-01									+4/+25		NO	180000		22				0
02807791203	TECNODENT S.R.L.	S954	Z12110199	R1							+4/+25		NO	180000		22				0
		S952									+4/+25		NO	180000		22				0
		9901									+4/+25		NO	180000		22				0
		8031									+4/+25		NO	180000		22				0

Prodotti predecessori	Note ABS	Vita utile della referenza	% vita utile minima	Valore obiettivo del parametro Qualità	Peso % del parametro Qualità	Valore obiettivo del parametro Logistica	Peso % del parametro Logistica	Valore obiettivo del parametro Urgenze	Peso % del parametro Urgenze	Tempo di consegna STANDARD contrattualizzato	Tempo di consegna URGENZE contrattualizzato	Applicazione delle penali al contratto	Applicazione di penali ridotte al 50%	Periodicità del calcolo del Vendor Rating
-----------------------	----------	----------------------------	---------------------	--	------------------------------	--	--------------------------------	--	------------------------------	--	---	--	---------------------------------------	---

3653

3653

3653

3653

3653

3653

3653

3653