

OGGETTO: Appalto specifico per la fornitura di barelle, cucina da reparto e sistemi di separazione privacy. Gara n. 8942852. **CHIARIMENTI N. 8**

DOMANDA N. 1

(Lotto n.1)

Con riferimento al Lotto 1 per le barelle e in dettaglio all'Allegato A con le caratteristiche tecniche si richiede al fine di poter garantire la partecipazione diretta del produttore a un appalto di tali dimensioni e importanza con un prodotto di alta fascia in merito al requisito

“Basamento inferiore sollevato da terra di almeno 15 cm che permetta l'introduzione agevole dei sollevamalatì”

Se sia accettabile proporre Barelle con alte caratteristiche di sicurezza e qualità che presentano un basamento inferiore rispetto al pavimento distante 10,8 cm.

RISPOSTA N. 1

Per esigenze di sicurezza, si confermano le richieste del capitolato tecnico.

DR. ANTONIO RICCO'

Direttore

U.O.C. Beni economici e
arredi

Via Aurelia, 335

55041 Lido di Camaiore (LU)

Grazia Innocenti

Tel. 0584-6059508

Fax 0584-6059501

grazia.innocenti@

estar.toscana.it

DOMANDA N. 2

(Lotto n.1)

In relazione al lotto n. 1 ID B: Barella multifunzione - parametro dimensioni del piano, siamo a richiedere di uniformare la tolleranza relativa alla larghezza, o ritenere equivalenti soluzioni con piano da almeno 66 cm, in modo da poter permettere la più ampia partecipazione dei vari operatori economici come da nuove indicazioni del Codice degli Appalti, nonché per permettere di armonizzare l'offerta tecnica tra i due sub lotti e conseguentemente facilitare l'utilizzo dei dispositivi da parte degli utilizzatori.

RISPOSTA N. 2

Per favorire la massima partecipazione, il requisito minimo relativo alla dimensione del piano, indicato nell'*Allegato A – caratteristiche specifiche delle Barelle*, relativamente al prodotto ID B “Barella multifunzione”, viene riscritto come segue:

Dimensioni del piano: cm 200 L (+/-10%) x 70 P (tolleranza da 65 cm a 77 cm)